

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынцев Д.Г.
20 03 г.

Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 19-9», по ТУ 21.20.23-654-98539446-2023»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 19-9», по ТУ 21.20.23-654-98539446-2023»

Макет этикеток




Вариант исполнения 1

Кат. № 1330201

На коробку:

Контроль качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 19-9»



Набор реагентов для контроля
качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 19-9»,
по ТУ 21.20.23-654-98539446-2023

Состав набора:

Контроль 1	1 фл.
Контроль 2	1 фл.
Инструкция	1 шт.
Паспорт	1 шт.

LOT E004 2023-02-15 2024-02-15

REF 1330201

IVD

ТУ 21.20.23-654-98539446-2023
РУ NXXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:

Контроли
MagnoLIA
CA 19-9
Контроль 1
объем 0,5 мл




ООО «Компания Алкор Био»



Контроли
MagnoLIA
CA 19-9
Контроль 2
объем 0,5 мл



ООО «Компания Алкор Био»



«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 19-9», по ТУ 21.20.23-654-98539446-2023»

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 1330205

На коробку:

Состав набора:

Контроль 1	5 фл.
Контроль 2	5 фл.
Инструкция	1 шт.
Паспорт	1 шт.

ТУ 21.20.23-654-98539446-2023
ПУ № XXXXXXXXXXXXX

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 19-9»,
по ТУ 21.20.23-654-98539446-2023

LOT E004

REF 1330205

IVD

2023-02-15

2024-02-15

100

+2⁺8⁺°C

Биологическая опасность

Готово к использованию
Для профессионального применения

ООО «Компания Алкор Био»,
182148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Матвеевское шоссе, д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6776176, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

Контроли MagnoLIA CA 19-9

LOT E004

REF 1330205

2023-02-15

На флаконы:

Контроли
MagnoLIA
CA 19-9
Контроль 1
объем 0,5 мл

+2⁺8⁺°C

ООО «Компания Алкор Био»



-5 шт.

Контроли
MagnoLIA
CA 19-9
Контроль 2
объем 0,5 мл

+2⁺8⁺°C

ООО «Компания Алкор Био»



-5 шт.

«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 19-9», по ТУ 21.20.23-654-98539446-2023»

Макет этикеток



Вариант исполнения 3

Кат. № 1330210

На коробку:

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

Контроли MagnoLIA CA 19-9

LOT E004
1330210

2024-02-15

+2⁺8
°C



Состав набора:

Контроль 1	10 фл.
Контроль 2	10 фл.
Инструкция	1 шт.
Паспорт	1 шт.

LOT E004

REF 1330210

IVD

2023-02-15

2024-02-15

Σ 200

+2⁺8
°C



ТУ 21.20.23-654-98539446-2023
РУ № XXXXXXXXXXXXXXX

Готово к использованию.
Для профессионального применения.

На флаконы:

Контроли
MagnoLIA
CA 19-9
Контроль 1
объем 0,5 мл
+2⁺8
°C



-10 шт.

Контроли
MagnoLIA
CA 19-9
Контроль 2
объем 0,5 мл
+2⁺8
°C



-10 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

4 (четыре) лист 1

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынцев Д.Г.
2023 г.



Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 19-9», по ТУ 21.20.23-654-98539446-2023»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 19-9», по ТУ 21.20.23-654-98539446-2023

Кат. № 1330201 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 19-9», по ТУ 21.20.23-654-98539446-2023»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 19-9», по ТУ 21.20.23-654-98539446-2023

Кат. № 1330201 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.





ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 19-9», по ТУ 21.20.23-654-98539446-2023

Кат. № 1330201 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.




ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 19-9», по ТУ 21.20.23-654-98539446-2023

Кат. № 1330205 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.




ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли Magnolia CA 19-9», по ТУ 21.20.23-654-98539446-2023

Кат. № 1330205 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 19-9», по ТУ 21.20.23-654-98539446-2023

Кат. № 1330210 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Содержит:



Контроли MagnoLIA CA 19-9
Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 19-9», по ТУ 21.20.23-654-98539446-2023

Состав набора:

Контроль 1	10 фл.
Контроль 2	10 фл.

LOT E004

2023-02-15

REF 1330210

2024-02-15

FWD



ТУ 21.20.23-654-98539446-2023
РУ № XXXXXXXXXX

Готово к использованию.
Для профессионального применения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 19-9», по ТУ 21.20.23-654-98539446-2023»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 19-9», по ТУ 21.20.23-654-98539446-2023

Кат. № 1330210 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Соответствует

Контроли MagnoLIA CA 19-9

LOT E004

2024-02-15

REF 1330210

+2°C



ООО «Компания Алкор Био»,
182148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел. Факс: +7(812)6778779; 8772142
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79


ПАСПОРТ № E004


Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли Magnolia CA 19-9», по ТУ 21.20.23-654-98539446-2023

Кат. № 1330210 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Соответст-







Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

12 (двадцать) лист 88

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полынцев

