



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 августа 2023 года № РЗН 2023/20753

На медицинское изделие

Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Шандонг Вэйгао Блад Пьюрификейшн Продактс Ко., Лтд.", Китай,
Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd., No.20 Xingshan Road,
Weihai Torch Hi-tech Science Park, 264210 Weihai, Shandong Province, People's
Republic of China

Производитель

"Шандонг Вэйгао Блад Пьюрификейшн Продактс Ко., Лтд.", Китай,
Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd., No.20 Xingshan Road,
Weihai Torch Hi-tech Science Park, 264210 Weihai, Shandong Province, People's
Republic of China

Место производства медицинского изделия

Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd., No.20 Xingshan Road,
Weihai Torch Hi-tech Science Park, 264210 Weihai, Shandong Province, People's
Republic of China

Номер регистрационного досье № РД-56517/47640 от 19.06.2023


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.13.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 10 августа 2023 года № 5140
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0067553

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 августа 2023 года № РЗН 2023/20753

Лист 1


На медицинское изделие

**Игла фистульная артериовенозная, одноразового использования,
в составе:**

I. Варианты исполнения:

- 1.4×25GD (300 мм) с фиксированным держателем иглы - 1 шт./уп.
- 1.4×25XD (300 мм) с вращающимся держателем иглы - 1 шт./уп.
- 1.4×32GD (300 мм) с фиксированным держателем иглы - 1 шт./уп.
- 1.4×32XD (300 мм) с вращающимся держателем иглы - 1 шт./уп.
- 1.4×25GS (300 мм) с фиксированным держателем иглы - 2 шт./уп.
- 1.4×25XS (300 мм) с вращающимся держателем иглы - 2 шт./уп.
- 1.4×32GS (300 мм) с фиксированным держателем иглы - 2 шт./уп.
- 1.4×32XS (300 мм) с вращающимся держателем иглы - 2 шт./уп.
- 1.6×25GD (300 мм) с фиксированным держателем иглы - 1 шт./уп.
- 1.6×25XD (300 мм) с вращающимся держателем иглы - 1 шт./уп.
- 1.6×32GD (300 мм) с фиксированным держателем иглы - 1 шт./уп.
- 1.6×32XD (300 мм) с вращающимся держателем иглы - 1 шт./уп.
- 1.6×25GS (300 мм) с фиксированным держателем иглы - 2 шт./уп.
- 1.6×25XS (300 мм) с вращающимся держателем иглы - 2 шт./уп.
- 1.6×32GS (300 мм) с фиксированным держателем иглы - 2 шт./уп.
- 1.6×32XS (300 мм) с вращающимся держателем иглы - 2 шт./уп.
- 1.8×25GD (300 мм) с фиксированным держателем иглы - 1 шт./уп.
- 1.8×25XD (300 мм) с вращающимся держателем иглы - 1 шт./уп.
- 1.8×32GD (300 мм) с фиксированным держателем иглы - 1 шт./уп.
- 1.8×32XD (300 мм) с вращающимся держателем иглы - 1 шт./уп.
- 1.8×25GS (300 мм) с фиксированным держателем иглы - 2 шт./уп.
- 1.8×25XS (300 мм) с вращающимся держателем иглы - 2 шт./уп.
- 1.8×32GS (300 мм) с фиксированным держателем иглы - 2 шт./уп.
- 1.8×32XS (300 мм) с вращающимся держателем иглы - 2 шт./уп.
- 1.4×25GD (150 мм) с фиксированным держателем иглы - 1 шт./уп.
- 1.4×25XD (150 мм) с вращающимся держателем иглы - 1 шт./уп.
- 1.4×32GD (150 мм) с фиксированным держателем иглы - 1 шт./уп.
- 1.4×32XD (150 мм) с вращающимся держателем иглы - 1 шт./уп.
- 1.4×25GS (150 мм) с фиксированным держателем иглы - 2 шт./уп.
- 1.4×25XS (150 мм) с вращающимся держателем иглы - 2 шт./уп.
- 1.4×32GS (150 мм) с фиксированным держателем иглы - 2 шт./уп.
- 1.4×32XS (150 мм) с вращающимся держателем иглы - 2 шт./уп.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0124315

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 августа 2023 года № РЗН 2023/20753

Лист 2

1.6×25GD (150 мм) с фиксированным держателем иглы - 1 шт./уп.
1.6×25XD (150 мм) с вращающимся держателем иглы - 1 шт./уп.
1.6×32GD (150 мм) с фиксированным держателем иглы - 1 шт./уп.
1.6×32XD (150 мм) с вращающимся держателем иглы - 1 шт./уп.
1.6×25GS (150 мм) с фиксированным держателем иглы - 2 шт./уп.
1.6×25XS (150 мм) с вращающимся держателем иглы - 2 шт./уп.
1.6×32GS (150 мм) с фиксированным держателем иглы - 2 шт./уп.
1.6×32XS (150 мм) с вращающимся держателем иглы - 2 шт./уп.
1.8×25GD (150 мм) с фиксированным держателем иглы - 1 шт./уп.
1.8×25XD (150 мм) с вращающимся держателем иглы - 1 шт./уп.
1.8×32GD (150 мм) с фиксированным держателем иглы - 1 шт./уп.
1.8×32XD (150 мм) с вращающимся держателем иглы - 1 шт./уп.
1.8×25GS (150 мм) с фиксированным держателем иглы - 2 шт./уп.
1.8×25XS (150 мм) с вращающимся держателем иглы - 2 шт./уп.
1.8×32GS (150 мм) с фиксированным держателем иглы - 2 шт./уп.
1.8×32XS (150 мм) с вращающимся держателем иглы - 2 шт./уп.
II. Инструкция по применению - 1 шт.



Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0124314