



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 03 августа 2023 года № ФСР 2011/10130

На медицинское изделие

Шейвер ротационный - ШР-01-"ЭлеПС" по ТУ 9444-035-12966357-2010

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма
"ЭлеПС" (ООО НПФ "ЭлеПС"), Россия,
420095, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, тер. Химград, д. 156,
офис 14

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма
"ЭлеПС" (ООО НПФ "ЭлеПС"), Россия,
420095, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, тер. Химград, д. 156,
офис 14

Место производства медицинского изделия

ООО НПФ "ЭлеПС", Россия, 420095, Республика Татарстан, г.о. город Казань,
г. Казань, тер. Химград, д. 156, помещ. 1000

Номер регистрационного досье № РД-57022/52369 от 20.07.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 03 августа 2023 года № 4903
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0074115

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 августа 2023 года № ФСР 2011/10130

Лист 1

На медицинское изделие

Шейвер ротационный - ШР-01- "ЭлеПС" по ТУ 9444-035-12966357-2010:

1. Шейвер ротационный ШР-01- "ЭлеПС" по ТУ 9444-035-12966357-2010 в исполнении с рукояткой РУ.1 в составе:

- блок управления - 1 шт.
- кабель сетевой 220 В - 1 шт.
- педаль управления - 1 шт.
- Рукоятка РУ. 1 - 1 шт.
- Кабель управления аспиратором - 1 шт.

Сопроводительная документация:

- Шейвер ШР-01-«ЭлеПС» с рукояткой РУ.1. Паспорт - 1 шт.
- Шейвер ШР-01-«ЭлеПС» с рукояткой РУ.1. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Рукоятка РУ. 1. Паспорт - 1 шт.
- Рукоятка РУ.1. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Щетка-ерш 3 мм - 1 шт.
- Щетка-ерш 5 мм - 1 шт.
- Масло силиконовое Si-M (аэрозольная упаковка) - 1 шт.
- Вставка плавкая ВП1-3,15А-250 - 2 шт.

2. Шейвер ротационный ШР-01- "ЭлеПС" по ТУ 9444-035-12966357-2010 в исполнении с рукояткой РО.1 в составе:

- блок управления - 1 шт.
- кабель сетевой 220 В - 1 шт.
- педаль управления - 1 шт.
- Рукоятка РО.1 - 1 шт.
- Кабель управления аспиратором - 1 шт.

Сопроводительная документация:

- Шейвер ШР-01-«ЭлеПС» с рукояткой РО.1. Паспорт - 1 шт.
- Шейвер ШР-01-«ЭлеПС» с рукояткой РО.1. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Рукоятка РО.1. Паспорт - 1 шт.
- Рукоятка РО.1. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Щетка-ерш 3 мм - 1 шт.
- Щетка-ерш 5 мм - 1 шт.
- Масло силиконовое Si-M (аэрозольная упаковка) - 1 шт.
- Втулка промывочная - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0124249

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 августа 2023 года № ФСР 2011/10130

Лист 2

- Вставка плавкая ВП1-3,15А-250 - 2 шт.
 - 3. Шейвер ротационный ШР-01- "ЭлеПС" по ТУ 9444-035-12966357-2010 в исполнении с рукояткой Р0.2 в составе:
 - блок управления - 1 шт.
 - кабель сетевой 220 В - 1 шт.
 - педаль управления - 1 шт.
 - Рукоятка Р0.2 - 1 шт.
 - Кабель управления аспиратором - 1 шт.
 - Сопроводительная документация:
 - Шейвер ШР-01-«ЭлеПС» с рукояткой Р0.2. Паспорт - 1 шт.
 - Шейвер ШР-01-«ЭлеПС» с рукояткой Р0.2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 - Рукоятка Р0.2. Паспорт - 1 шт.
 - Рукоятка Р0.2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 - Принадлежности:
 - Щетка-ерш 3 мм - 1 шт.
 - Щетка-ерш 5 мм - 1 шт.
 - Масло силиконовое Si-M (аэрозольная упаковка) - 1 шт.
 - Трубка силиконовая медицинская ТСМ Двн =5х1,5 мм, L =3 м - 1 шт.
 - Вставка плавкая ВП1-3,15А-250 - 2 шт.
 - 4. Шейвер ротационный ШР-01- "ЭлеПС" по ТУ 9444-035-12966357-2010 в исполнении с рукояткой РО.3 в составе:
 - блок управления - 1шт.
 - кабель сетевой 220 В - 1 шт.
 - педаль управления - 1 шт.
 - Рукоятка РО.3 - 1 шт.
 - Вставка инструментальная урологическая - 1 шт.
 - Кабель управления аспиратором - 1 шт.
 - Сопроводительная документация:
 - Шейвер ШР-01-«ЭлеПС» с рукояткой РО.3. Паспорт - 1 шт.
 - Шейвер ШР-01-«ЭлеПС» с рукояткой РО.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 - Рукоятка РО.3. Паспорт - 1 шт.
 - Рукоятка РО.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 - Принадлежности:
 - Щетка-ерш 3 мм - 1 шт.
 - Вставка плавкая ВП1-3,15А-250 - 2 шт.
 - 5. Шейвер ротационный ШР-01- "ЭлеПС" по ТУ 9444-035-12966357-2010 в исполнении
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0124251

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 августа 2023 года

№ ФСР 2011/10130

Лист 3

с рукояткой P0.4 в составе:

- блок управления - 1 шт.
- кабель сетевой 220 В - 1 шт.
- педаль управления - 1 шт.
- Рукоятка P0.4 - 1 шт.
- Кабель управления аспиратором - 1 шт.

Сопроводительная документация:

- Шейвер ШР-01-«ЭлеПС» с рукояткой P0.4. Паспорт - 1 шт.
- Шейвер ШР-01-«ЭлеПС» с рукояткой P0.4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Рукоятка P0.4. Паспорт - 1 шт.
- Рукоятка P0.4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Щетка-ерш 3 мм - 1 шт.
- Щетка-ерш 5 мм - 1 шт.
- Масло силиконовое Si-M (аэрозольная упаковка) - 1 шт.
- Трубка силиконовая медицинская ТСМ Двн =5x1,5 мм, L =3 м - 1 шт.
- Вставка плавкая ВП1-3,15А-250 - 2 шт.

З

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0124241