



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 июня 2023 года № РЗН 2023/20545

Действительно до 01 января 2025 г.

На медицинское изделие

Средство перемещения и перевозки пациентов "КАТЕТ"
по ТУ 32.50.50-003-63452507-2023

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания Азия"
(ООО "ТК Азия"), Россия,
129626, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Алексеевский, ул. Староалексеевская, д. 5

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Интеллект Оптима"
(ООО "Интеллект Оптима"), Россия,
601010, Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Шелковилов, д. 23а

Место производства медицинского изделия

ООО "Интеллект Оптима", Россия, 601010, Владимирская область,
Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Шелковилов, д. 23/2

Номер регистрационного досье № РД-56743/52493 от 30.06.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 30 июня 2023 года № 4063
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0072406

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 30 июня 2023 года № РЗН 2023/20545

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 1

На медицинское изделие

Средство перемещения и перевозки пациентов "КАТЕТ"

по ТУ 32.50.50-003-63452507-2023, в составе:

1. Рама складная с откидными опорами - 1 шт.
2. Колёса одинарного типа - 2 шт. (при необходимости).
3. Колёса сдвоенного типа - 2 шт. (при необходимости).
4. Носилки продольно складные - 1 шт. (при необходимости).
5. Носилки продольно и поперечно складные - 1 шт. (при необходимости).
6. Носилки продольно складные усиленные - 1 шт. (при необходимости).
7. Колёса дополнительные одинарного типа - 2 шт. (при необходимости).
8. Колёса дополнительные сдвоенного типа - 2 шт. (при необходимости).
9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0120531