

Общество с ограниченной ответственностью «МедТехникаПоинт»

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Разночинная, д.9,

лит.А, помещение 8-Н, ком.19

ИНН 7840473580

КПП 781301001

Тел.: +7 (812) 244-71-24

www.mtpoint.ru | office@mtpoint.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедТехникаПоинт»




Егоров Н.Г.


«25» августа 2023

Фотографические изображения медицинского изделия

**Краситель для гистологических и цитологических
исследований торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-
006-09659054-2019**



1.1 Азокармин G



1.2 Азокармин G




1.3 Азокармин G



2.1 Азур-эозин по Романовскому



2.2 Азур-эозин по Романовскому



2.3 Азур-эозин по Романовскому

Паспорт изделия
Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23.006-0965954-2019
Азур-эозин по Романовскому ГИСТОПОИНТ, 6,1 А.

Примечание: Штуденческият център

Модель построения (сфера)

Имя и дата выдачи паспорта

... 24 км.

Результаты контроля на соответствие изданию требований	Нормативный	Одн.
--	-------------	------

№ п/п	Показатель	Требование	Нарядный	Оценки
1	Внешний вид	Пригодная окраска	ТУ 21.20.21-000 09639054-2019	Самостоятельно Самостоятельно
2	Запах	Слабый запах укусовый	ТУ 21.20.21-000 09639054-2019	Самостоятельно
3	Цвет	Светлый	ТУ 21.20.21-000 09639054-2019	Самостоятельно
4	Максимальное время окрашивания, мин	До 50 минут	ТУ 21.20.21-000 09639054-2019	
5	Цвет окрашенных элементов	Лингвисты - розовый, розовый с серым или бежевый оттенок Белые коронки - розовый трикотаж - розовый фасонистый или фасонистый Арка альфонсов - розовый микрофон - розовый шпательная лента - розовый губы, серповидная - розовый	ТУ 21.20.21-000 09639054-2019	

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедТехника Юпитер»

— Егорова И.Г.

«08» августа 2022

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ
по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Инструкция по применению
версия 1.2
«08» августа 2019

ARTICLE 1


 ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



3.1 Акридиновый оранжевый



3.2 Акридиновый оранжевый



3.3 Акридиновый оранжевый

HISTORPOINT

Паспорт изделия

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Акридиновый оранжевый ГИСТОПОИНТ, 0,1 г.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехникаПонте»
Адрес производителя: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, микрор. Муниципальный Центр Оперативной помощи, ул. Маршала Развигина, д. 9 литера А, пом. 3-05, этаж 3
Место производства: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпинский район, пос. Южная, д. 21, литер 2-А
Назначение: Предназначен для окрашивания мазков, срезов тканей и мазков клеток.
Применение: гистологические препараты.
Состав изделия: Акридиновый оранжевый, фосфатный буфер, дистиллированная вода.
Номер партии (серия):
Номер и дата выдачи сертификата:
Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие условиям требованиям технического задания			Нормативный документ	Факт
№ п/п	Показатель	Требование		
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
2	Запах	Без запаха	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
3	Цвет	Оранжевый	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
4	Максимальное время окрашивания, мин	До 15 минут	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
5	Цвет окрашенных элементов	Двуокисные молекулы туловища, кислот флуоресцируют желтым светом, в одноклеточных — красным, в результате окислительной реакции с жидкой кислотной реакцией в жидкой кислотной среде — формируют красное или мажорное пятно	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует

«УТВЕРЖДАЮ»


Генеральный директор
ООО «МедТехникаПонте»

Егоров И.Г.

«08» августа 2022

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ
по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Инструкция по применению
версия 1.1


3.4 Акридиновый оранжевый




4.1 Альциановый синий




4.2 Альциановый синий




4.3 Альциановый синий




5.1 Анилиновый синий




5.2 Анилиновый синий







6.1 Анилиновый синий/ Оранжевый G




6.2 Анилиновый синий/ Оранжевый G



6.3 Анилиновый синий/ Оранжевый G




6.4 Анилиновый синий/ Оранжевый G




7.1 Бриллиантовый крезиловый синий



7.2 Бриллиантовый крезиловый синий



7.3 Бриллиантовый крезильовый синий



HISTOPOINT
Паспорт изделия
Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Бриллиантовый кризидовый синий 0.1

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехникаПоинт»
Адрес производителя: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, на пер. Мухоморова, д. 1, лит. А, корпус 1
Петровский, ул. Матвея Рязанцева, д. 1, корпус 1, литера А, корпус 1
Место производства: 196650, Санкт-Петербург, ул. Давыдова, д. 1, корпус 1, литера А, корпус 1

Назначение: Предназначен для окраски ретикулярных, стромальных и кризидовых элементов.

Применение: цитологический краситель

Состав изделия: Бриллиантовый кризидовый синий, дистиллированная вода

Номер партии (серии):

Номер и дата выдачи паспорта:

Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие изделия требованиям указанного документа

№ п/п	Показатель	Требования	Нормативный документ	Состояние
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость без осадка	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
2	Запах	Синий	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
3	Цвет	До 30 минут	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
4	Максимальное время окрашивания, мин	До 30 минут	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
5	Цвет окрашенных эритроцитов	Эритроциты окрашиваются в желтый-оранжевый цвет, а лейкоциты-сетчатая субстанция - в синий и фиолетовый цвет.	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
6	Состав	Бриллиантовый кризидовый синий 0.1% Дистиллированная вода 99%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «МедТехникаПоинт»
Егоров Н.Г.
«08» августа 2022

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ
по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Инструкция по применению
версия 1.1

7.4 Бриллиантовый кризидовый синий




8.1 Гематоксилин фосфовольфрамный кислый.




8.2 Гематоксилин фосфовольфрамовый кислый.




8.3 Гематоксилин фосфовольфрамовый кислый.




9.1 Гематоксилин Гарриса



9.3 Гематоксилин Гарриса




9.4 Гематоксилин Гарриса



10.1 Гематоксилин по Гаррису (радуга)



10.2 Гематоксилин по Гаррису (радуга)



10.3 Гематоксилин по Гаррису (радуга)

HISTOPONT

Паспорт изделия

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

Гематоксилин Гарриса (радуга) ГИСТОПОНТ, 0,1 л.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехникаПонты»

Адрес организации: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, район г. Мурино, д. 10, к. 10, стр. 10

Место производства: 196450, Санкт-Петербург, г. Колпино, д. 10, к. 10, стр. 10

Назначение: Предназначен для окраски клеток и тканей.

Применение: цитологические препараты.

Состав изделия: Гематоксилин, метабисульфид натрия, этиловый спирт, аскорбиновая кислота, оксид ртути, уксусная кислота.

Номер партии (серии):

Номер и дата выдачи паспорта:

Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие изделия требованиям технической документации

№ п/п	Показатель	Требование	Нормативный документ	Оценка соответствия
1	Внешний вид	Непрозрачная вязкость	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
2	Запах	Слабый запах уксусной кислоты	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
3	Цвет	Синий	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
4	Максимальное время окраски тканей, мин	До 5 минут	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
5	Цвет окрашенных элементов	Цитоплазма приобретает оттенок желтого, ядра и окрашенные клетки окрашиваются в синий	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
6	Состав	Гематоксилин - 0,5%, Дистиллированная вода - 82,25%, Этиловый спирт - 10%, Аскорбиновая кислота - 1,0%, Оксид ртути - 0,25%, Уксусная кислота - 2%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
7	Фасовка и упаковка	6.5%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедТехникаПонты»


Егоров Н.Г.

«08» августа 2022

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОНТ
по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

Инструкция по применению
версия 1.1


10.4 Гематоксилин по Гаррису (радуга)




11.1 Гематоксилин по Делафилду




11.2 Гематоксилин по Делафилльду




11.3 Гематоксилин по Делафилъду




12.1 Гематоксилин Джилла I




12.2 Гематоксилин Джилла I




12.3 Гематоксилин Джилла I




13.1 Гематоксилин Джилла II



13.2 Гематоксилин Джилла II



13.3 Гематоксилин Джилла II




13.4 Гематоксилин Джилла II




14.1 Гематоксилин Джилла III



14.2 Гематоксилин Джилла III




14.3 Гематоксилин Джилла III




14.4 Гематоксилин Джилла III



15.1 Гематоксилин Карацци




15.2 Гематоксилин Караци



15.3 Гематоксилин Карацци




16.1 Гематоксилин Майера.



16.2 Гематоксилин Майера.



16.3 Гематоксилин Майера.



HISTOPONINT

Паспорт изделия

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОНИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Гематоксилин Майера ГИСТОПОНИНТ, в.л.з.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехЛабПоинт»
Адрес производителя: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, на территории ООО «МедТехЛабПоинт»
Петровский, ул. Матвеевская, д. 8, литера А, пом. 8-11, этаж 8-й
Место производства: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Индустриальный район, д. 1, лит. Ж
Назначение: Предназначен для окрашивания клеток и тканей.
Применение: гистологические срезы.
Состав изделия: Гематоксилин, эвоник, карбон, глицерин, дистиллированная вода, бензол, хлоральгидрат, окислительная смесь.
Номер партии (серия):
Номер и дата выдачи паспорта:
Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие изделия требованиям технической документации		Информация о сертификате	Дата и результат
№ п/п	Показатель	Требование	
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
2	Запах	Без запаха	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
3	Цвет	Оливково-красный	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
4	Максимальное время окрашивания	До 40 минут	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
5	Цвет окрашенных элементов	Ядро клеток окрашено в синий цвет, цитоплазма в розовый цвет, цитологический материал розового цвета	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
6	Состав	Гематоксилин - 0,09%, Азлаксальбумин - 4,55%, Дистиллированная вода - 90,61%, Калий водноспиртовой - 0,02%, Хлоральгидрат - 4,55%, Линолевая кислота - 0,09%, Тиниол - 0,09%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедТехЛабПоинт»

Егоров И.Г.

«08» августа 2022

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОНИНТ
по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Инструкция по применению
версия 1.1

16.4 Гематоксилин Майера.




17.1 Железный гематоксилин Вейгерта - Реактив А.



17.2 Железный гематоксилин Вейгерта - Реактив А.




17.3 Железный гематоксилин Вейгерта - Реактив А.




17.4 Железный гематоксилин Вейгерта - Реактив А.



18.1 Железный гематоксилин Вейгерта – Реактив Б.



18.3 Железный гематоксилин Вейгера – Реактив Б.



18.4 Железный гематоксилин Вейгерта – Реактив Б.




19.1 Железный гематоксилин по Гейденгайну




19.2 Железный гематоксилин по Гейденгайну




20.1 Гематоксилин Папаниколау по Гаррису



20.2 Гематоксилин Папаниколау по Гаррису




20.3 Гематоксилин Папаниколау по Гаррису



20.4 Гематоксилин Папаниколау по Гаррису




21.1 Гематоксилин по Рего.



21.2 Гематоксилин по Рего.



21.3 Гематоксилин по Рего.



HISTOPONT

Паспорт изделия

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Гематоксилин по Рего ГИСТОПОНТ, 0,1 л.


Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехникаПонт»
Адрес производства: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, в/п/г. Муниципальный округ Петровский, ул. Маши Голубовича, д. 8, литера А, пом. 4-Н, этаж 3
Место производства: 196050, Санкт-Петербург, г. Колпино, Масловский пр-д, д. 211, этаж 3
Назначение: Предназначен для окраски жгу и мазков из митозов, митозов и клеток Лейдига.
Применение: аэрозольные среды.
Состав изделия: Гематоксилин, этиловый спирт, глицерин, дистиллированная вода.
Номер партии (серия):
Номер и дата выдачи паспорта:
Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие изделия требованиям технической документации		Нормативный документ	Факт
№ п/п	Показатель	Требование	Соответствие
1	Выходной вид	Прозрачная жидкость	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
2	Запах	Слабый спиртовой запах	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
3	Цвет	Виноградный	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
4	Максимальное время	До 48 часов	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
5	Цент окрасочных элементов	Ядро, митохондрии и клетки Лейдига окрасываются в черный цвет	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
6	Состав	Гематоксилин – 4,6%, Этиловый спирт – 9,5%, Глицерин – 9,5%, Вода дистиллированная – 76,2%, 6,5%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
7	Прочие	отсутствуют	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «МедТехникаПонт»
Егоров Н.Г.
«08» августа 2022

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОНТ
по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Инструкция по применению
версия 1.1


21.4 Гематоксилин по Рего.




22.1 Гематоксилин Эрлиха.




22.2 Гематоксин Эрлиха.




22.3 Гематоксилин Эрлиха.



22.4 Гематоксилин Эрлиха.



23.1 Гимза.




23.3 Гимза.


Паспорт изделия
Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.13-006-09659054-2019
ГМЗ ГИСТОПОИНТ, 0.1 л.

[illegible]


Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ
по ТУ 21-20.23-006-09659054-2019
Инструкция по применению
издание 1.1




24.1 Карбол фуксин.



24.2 Карбол фуксин.



24.3 Карбол фуксин.



HISTORPOINT

Паспорт изделия

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Карбол фуксин ГИСТОПОИНТ, 0,1 а.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехникаИнно»
Адрес производства: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, д. 10/1, Муниципальный район Центральный район, ул. Малая Рязанская, д. 10/1, литер А, корпус 1, 1-й этаж, 1-й этаж, 1-й этаж
Место производства: 190650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Валовская ул., д. 1, стр. 1, ЖЗ
Назначение: Предназначен для окраски гистологических препаратов.
Применение: паразитологические препараты.
Состав изделия: Фенал, основной фуксин, этиловый спирт, дистиллированная вода.
Номер партии (серия):
Номер и дата выдачи паспорта:
Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие изделия требованиям технического регламента		Нормативный документ	Состояние
№	Показатель	Требование	
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
2	Запах	Слабый спиртовой запах	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
3	Цвет	Красный	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
4	Максимальное время окрашивания, мин	до 5 минут	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
5	Цвет окрашенных элементов	Кислотоустойчивые бактерии окрашиваются в красный цвет, другие бактерии и окружающие ткани - синие	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
6	Состав	Фенал - 5%, Основной фуксин - 1%, Этиловый спирт - 60%, Дистиллированная вода - 34%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
7	Пределы массовых долей в пересчете на сухое вещество	6,5%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедТехникаИнно»

Егоров И.Г.

«08» августа 2022

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ
по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

Инструкция по применению
версия 1.1

24.4 Карбол фуксин.



25.1 Кармин уксусный.



25.2 Кармин уксусный.

HISTORPOINT

Паспорт изделия

**Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019**

Кармин уксусный ГИСТОПОИНТ, 0,1 л.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехСалПойнт» (ООО «МедТехСалПойнт»), ОГРН: 1047800000000
 Адрес производителя: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Мухоморова, д. 8, литера А, этаж: 8-й, офис 808
 Место производства: 196630, Санкт-Петербург, ул. Космонавта Волкова, д. 21, лит. Ж
 Наименование: Предназначен для окраски гистологических препаратов
 Применение: окраска препаратов хромом
 Состав изделия: Карминовая кислота, уксусная кислота, дистиллированная вода
 Номер партии (серия):
 Номер и дата выдачи паспорта:
 Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие заявленным требованиям:

№ п/п	Показатели	Требования	Нормативный документ	Факт	Соответствие
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует	Соответствует
2	Запах	Слабый запах уксусной кислоты	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует	Соответствует
3	Цвет	Красный	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует	Соответствует
4	Максимальное время оседания или осаждения	До 20 минут	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует	Соответствует
5	Цвет окрашенных элементов	Зерна и глыбки гемоглобина окрашиваются в желтый, гемоглобин в желто-красный, эритроциты в желто-красный, эритроциты в желто-красный, эритроциты в желто-красный	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует	Соответствует
6	Содержание	Карминовая кислота - 1%, Уксусная кислота - 1%, Дистиллированная вода - 98%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует	Соответствует
7	Пробирка	Пробирка	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует	Соответствует


«УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор
 ООО «МедТехСалПойнт»
 Егоров И.Г.
 «06» августа 2022

**Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ
по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019**

Инструкция по применению
версия 1.0




25.4 Кармин уксусный.




26.1 Конго красный.




26.2 Конго красный.




26.3 Конго красный.




26.4 Конго красный.




27.1 Крезильный фиолетовый.



27.2 Крезилловый фиолетовый.



27.3 Крезильный фиолетовый.



HISTOPoint

Паспорт изделия

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Крезильовый фиолетовый ГИСТОПОИНТ, 0.1 г.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехникаПошта»
Адрес: производитель: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Лермонтова, 10, к. 1, лит. А, пом. 10
Получатель: 196650, Санкт-Петербург, г. Кавказский район, ул. Лермонтова, 10, к. 1, лит. А, пом. 10
Место производства: 196650, Санкт-Петербург, г. Кавказский район, ул. Лермонтова, 10, к. 1, лит. А, пом. 10

Назначение: Используется как краситель, позволяющий выявить субструктуру ядра и цитоплазмы клеток, а также структуру хроматина и нуклеопротеидов.

Применение: цитологические препараты, окрашивание срезов тканей.

Состав изделия: Крезильовый фиолетовый, уксусная кислота, дистиллированная вода.

Номер партии (серия):

Номер и дата выдачи паспорта:

Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие изделия требованиям технических документов

№ п/п	Показатель	Требования	Нормативный документ	Факт
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
2	Запах	Слабый запах уксусной кислоты	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
3	Цвет	Фиолетовый	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
4	Максимальное время окрашивания, мин	До 10 минут	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
5	Цвет окрашенных элементов	Митоз окрашивается в бирюзово-голубой, ядро в розово-фиолетовый, субстанция Ниссля в розово-голубой, хроматин в темной-пурпурной	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
6	Состав	Крезильовый фиолетовый – 1%, Уксусная кислота – 0,5%, Дистиллированная вода – 98,5%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедТехникаПошта»

Егоров Н.Г.


«08» августа 2022


Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ
по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

Инструкция по применению


версия 1.1

27.4 Крезильовый фиолетовый.







28.2 Кристалл виолет.




28.3 Кристал виолет.




28.4 Кристал виолет.



29.1 Малахитовый зеленый



29.2 Малахитовый зеленый



29.3 Малахитовый зеленый


HISTORPOINT

Паспорт изделия

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Малахитовый зеленый ГИСТОПОИНТ, 0,1 а.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехникаПоинт»
Адрес производителя: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Мухоморова, д. 10, к. 1
Петровский, ул. Малахитовая, д. 1, к. 1, 6-й этаж
Место производства: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино (Петровский завод, д. 1, к. 1, 6-й этаж)
Назначение: Используется как краситель в растворах для окраски тканей.
Примесные, диффузионные среды
Состав изделия: Малахитовый зеленый, дистиллированная вода
Номер партии (серии)
Номер и дата выдачи паспорта:
Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие изделия требованиям технической документации		Нормативный документ	Состояние
№ п/п	Показатель	Требование	Состояние
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
2	Запах	Без запаха	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
3	Цвет	Зеленый	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
4	Максимальное время окрашивания, мин	До 5 минут	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
5	Цвет окрашенных элементов	Фон при окрашивании по Цинлю-Ниласу окрашивается в желтый цвет	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
6	Состав	Малахитовый зеленый 1%, Дистиллированная вода 99%, 6.5%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует



«УТВЕРЖДАЮ»


Генеральный директор
ООО «МедТехникаПоинт»

Егоров Н.Г.


«08» августа 2022

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ
по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019


Инструкция по применению
версия 1.1




29.4 Малахитовый зеленый




30.1 Масляный красный "О".



30.2 Масляный красный "О".




30.3 Масляный красный "O".




30.4 Масляный красный "О".



31.1 Метаниловый желтый.



31.2 Метаниловый желтый.



31.3 Метаниловый желтый.

HISTORPOINT

Паспорт изделия

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Метаниловый желтый ГИСТОПОИНТ, 0,1 л.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехникаПойнт»
Адрес производителя: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, издательский дом «Спартак»
Питерский, ул. Малая Разночинная, д. 4, литера А, пом. 1-Н, эт. 10
Место производства: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Индустриальный парк «Сколково» ЖЗ
Назначение: Используется в качестве контрастного красителя при окраске мазков для выявления
«отрицательных митозов» и «отрицательных митозов»
Применение: парфюмерные средства
Состав изделия: Метаниловый желтый, уксусная кислота, дистиллированная вода
Упаковка: картонная коробка
Номер партии (серия):
Номер и дата выдачи паспорта:
Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие классу требований технической документации		Нормативный документ	Результат
№	Показатель	Требования	Соответствует
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
2	Запах	Без запаха	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
3	Цвет	Желтый	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
4	Максимальное время оседания, мин	До 7 минут	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
5	Цвет окрашенных элементов	Микробиологические препараты от розового до фиолетового, фон желтый	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
6	Состав	Метаниловый желтый - 0,03%, Уксусная кислота - 0,17%, Дистиллированная вода - 98,27%, 6,5%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
7	Присутствие микроорганизмов	Отсутствует	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедТехникаПойнт»


Егоров И.Г.

«08» августа 2022


Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ
по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

Инструкция по применению
версия 1.1


31.4 Метаниловый желтый.



32.1 Метахроматический кристал-виолет.




32.3 Метахроматический кристал-виолет.



33.1 Метиленовый синий.



33.2 Метиленовый синий.



33.3 Метиленовый синий.



№	Получатель	Предмет	Средств	Дата
1	Иркутская область, Иркутский район, с/пос. "Солончихинское"	Иркутская область, Иркутский район, с/пос. "Солончихинское"	6 570 000	17.01.2019
2	Иркутская область, Иркутский район, с/пос. "Солончихинское"	Иркутская область, Иркутский район, с/пос. "Солончихинское"	6 570 000	17.01.2019
3	Иркутская область, Иркутский район, с/пос. "Солончихинское"	Иркутская область, Иркутский район, с/пос. "Солончихинское"	6 570 000	17.01.2019
4	Иркутская область, Иркутский район, с/пос. "Солончихинское"	Иркутская область, Иркутский район, с/пос. "Солончихинское"	6 570 000	17.01.2019
5	Иркутская область, Иркутский район, с/пос. "Солончихинское"	Иркутская область, Иркутский район, с/пос. "Солончихинское"	6 570 000	17.01.2019
6	Иркутская область, Иркутский район, с/пос. "Солончихинское"	Иркутская область, Иркутский район, с/пос. "Солончихинское"	6 570 000	17.01.2019
7	Иркутская область, Иркутский район, с/пос. "Солончихинское"	Иркутская область, Иркутский район, с/пос. "Солончихинское"	6 570 000	17.01.2019
8	Иркутская область, Иркутский район, с/пос. "Солончихинское"	Иркутская область, Иркутский район, с/пос. "Солончихинское"	6 570 000	17.01.2019
9	Иркутская область, Иркутский район, с/пос. "Солончихинское"	Иркутская область, Иркутский район, с/пос. "Солончихинское"	6 570 000	17.01.2019
10	Иркутская область, Иркутский район, с/пос. "Солончихинское"	Иркутская область, Иркутский район, с/пос. "Солончихинское"	6 570 000	17.01.2019

[illegible]


HISTOPINT

Красноярск для гистологических и цитологических исследований
по ТУ 21.20.33-006-09659054-2019
История не признана
опечатка !


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «МедТехникаЛомит»
Ерохов Н.Г.
«08» августа 2022



34.1 Метиловый зеленый пиронин.



34.2 Метиловый зеленый пиронин.



34.3 Метиловый зеленый пиронин.

HISTORPOINT

Паспорт изделия

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Метиловый зеленый пиронин ГИСТОПОИНТ, 0.1 г.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехникаПойнт»
Адрес производителя: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, район Муниципалитет Центральный, Петровский, ул. Малах Раздольная, д. 1, литера А, помещ. 8.14, пом. 11
Место производства: 196650, Санкт-Петербург, ул. Кавалерийская, д. 10, литеры А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я
Назначение: Предназначен для однократной однократной РНБ «РНБ» в гистологических срезах.
Применение: параформовые срезы.
Состав изделия: Метиловый зеленый, кристаллический, порошок, спирт этиловый 96%, фенол, вода дистиллированная.
Номер партии (серия):
Номер и дата выдачи паспорта:
Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие изделия требованиям заявленной документации		Параметры	Срок годности
№ п/п	Показатель	Требование	Срок годности
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость	24 мес.
2	Запах	Слабый спиртовой запах	24 мес.
3	Цвет	Сине-зеленый	24 мес.
4	Максимальное время сохранения, мин	До 15 минут	24 мес.
5	Цвет окрашенных элементов	ДНК окрашена в сине-зеленый цвет, РНК в розовый, трикулы туловищ клеток в синий, фолликулярный	24 мес.
Состав		Метиловый зеленый - 0.06%, Пиронин - 0.04%, Спирт этиловый 96% - 1.4%, Фенол - 0.3%, Вода дистиллированная - 62.3%, Вода деионизированная - 6.5%	24 мес.
Процедура выпускаемого отклонения от			

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедТехникаПойнт»


Егоров Н.Г.

«08» августа 2022

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ
по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

Инструкция по применению
версия 1.1


34.4 Метиловый зеленый пиронин.



35.1 Нейтральный красный.



35.2 Нейтральный красный.



35.3 Нейтральный красный.

HISTOPONINT

Паспорт изделия

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОНИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Нейтральный красный ГИСТОПОНИНТ, 0,1 л.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехникаПонит»
Адрес производителя: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.зона, Муниципальный округ Охотный
Петровский, ул. Малая Разночинная, д. 2 литера А, литера Б-45, пом. 10
Место производства: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Набережной реки Ириды, восточный в-т,
б. 21, стр. 1

Назначение: Применяется для окраски ядер клеток, цитологического материала, тканей, органов и т.
бактериальных вызков, для титрования вирусов, клеток, микроорганизмов, микотоксинов.

Применение: парафиновые срезы,
Состав исходный: Нейтральный красный, вода дистиллированная, натрий уксуснокислый
плавленый, ледяная уксусная кислота.

Номер партии (серия):

Номер и дата выдачи паспорта:

Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие изделия требованиям технического документа

№ п/п	Показатель	Требование	Нормативный документ	Фактически
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
2	Запах	Без запаха	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
3	Цвет	Красный	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
4	Максимальное время окрашивания, мин	До 5 суток	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
5	Цвет окрашенных элементов	Ядра окрашены в темно-красный, цитоплазма в желтый	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
6	Состав	Нейтральный красный – 0,96% Вода дистиллированная – 98,86% Натрий уксуснокислый плавленый – 0,18% Ледяная уксусная кислота – 0,04% 0,5%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедТехникаПонит»


Егоров Н.Г.

«08» августа 2022

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОНИНТ
по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

Инструкция по применению
версия 1.1

35.4 Нейтральный красный.




36.1 Обесцвечивающий раствор при окраске по Коху.




36.2 Обесцвечивающий раствор при окраске по Коху.




36.3 Обесцвечивающий раствор при окраске по Коху.




36.4 Обесцвечивающий раствор при окраске по Коху.




37.1 Обесцвечивающий раствор по Цилю-Нильсену.




37.2 Обесцвечивающий раствор по Циллю-Нильсену.




37.3 Обесцвечивающий раствор по Цилю-Нильсену.




37.4 Обесцвечивающий раствор по Циллю-Нильсену.




38.1 Оранжевый G.







38.3 Оранжевый G.




39.1 Оранжевый G / Папаниколау OG6.




39.3 Оранжевый G / Папаниколау OG6.



40.1 Орсеин кислый.





40.3 Орсеин кислый.

HISTOPOINT

Паспорт изделия

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Орсеин кислый ГИСТОПОИНТ, 0,1 л.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехникаПоинт»
Адрес производителя: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, на территории Муниципального округа Озург
Петровской, ул. Малая Раздольная, д. 3, литера А, пом. 8-45, этаж 3
Место производства: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Индустриальный район, д. 11, литера А
Назначение: Предназначен для окраски эластических волокон в тканевых срезах.
Применение: Цифровые срезы.
Состав изделия: Кислый орсеин, водная жидкость, стабилизированная вода.
Номер партии (серия):
Номер и дата выдачи паспорта:
Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие изделия требованиям				Срок годности
№ п/п	Показатель	Требования	Нормативный документ	Состояние
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
2	Запах	Слабый запах	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
3	Цвет	Малиновый	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
4	Максимальное время окисления, мин	До 30 минут	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
5	Цвет окисленных элементов	Эластические волокна окрашены в красно-коричневый, фиолетовый, почти бесцветный	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
6	Состав	Кислый орсеин - 1,22% Уксусная кислота - 43,99% Вода дистиллированная - 54,89% 6,5%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
7	Проба на окисление	Окисление происходит в течение 30 минут	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедТехникаПоинт»


Егоров Н.Г.

«08» августа 2022

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ
по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

Инструкция по применению
версия 1.1


40.4 Орсеин кислый.




41.1 Основной фуксин.


4.1.2 Основной фуксин.






41.3 Основной фуксин.







42.1 Папаниколау EA31.



42.2 Папаниколау EA31.




42.3 Папаниколау EA31.



43.1 Папаниколау EA50.



43.2 Папаниколау EA50.



43.3 Папаниколау EA50.

HISTORPOINT

Паспорт изделия

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Папаниколау EA50 ГИСТОПОИНТ, 0,1 л.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехникаПойнт»
Адрес производителя: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, в/п-кт «Муромская Слобода» Округ Округ
Петровский, ул. Малая Разночинная, д. 8 литер: А, литера: А.Н. стр. 384
Место производства: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпинское, Петровский завод АСТ, стр. 384
Назначение: Предназначен для цитологических исследований клеток в мазках Папаниколау
Применение: цитологические препараты
Состав изделия: Световой зеленый, метан У, фос. буферный раствор, метиленовый синий, этиловый спирт, дистил. вода
Номер партии (серия):
Номер и дата выдачи паспорта:
Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие изделия требованиям технической документации

№ п/п	Показатель	Требование	Нормативный документ	Факт соответствия
1	Внешний вид	Непрозрачная жидкость	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
2	Запах	Спиртовой запах	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
3	Цвет	Бурый	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
4	Максимальное время использования, мин	До 7 минут	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
5	Цвет окрашенных элементов	Ядра окрашены в сине-фиолетовый, цитоплазматические - сине-зеленый, жемчужинчатые цитостерны - розовые, окрашиваются лимфоциты, эритроциты, розовый цвет	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
6	Состав	Световой зеленый - 0,5%, Метиленовый синий - 0,5%, Этиловый спирт - 19,6%, Дистиллированная вода - 78,9%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедТехникаПойнт»

Егоров Н.Г.

«08» августа 2022

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ
по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

Инструкция по применению
версия 1.1


43.4 Папаниколау EA50.




44.1 Папаниколау EA50 ультраяркий.



44.2 Папаниколау EA50 ультраяркий.



44.3 Папаниколау EA50 ультраяркий.



44.4 Папаниколау EA50 ультрабыстрый.



45.1 Папаниколау ЕА65.



45.2 Папаниколау EA65.

Паспорт изделия

Паспорт изделия
Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Допускается ЕА65 ГИСТОПОИНТ, 0,1 л.

Папаниколэу ЕА65 ГИСТОЛОГИ, О.С.М.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «БелСиликонИнвест»
Адрес производителя: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, восток, Муниципальный район Петровский, ул. Малая Разночинная, д. 2, литера А, пом. 4-Н, этаж 19
191060, Санкт-Петербург, г. Колпино, Нарский завод, д. 1, лит. ЖА

Место производства: 196650, Санкт-Петербург, г. Ушаково, Нагорский завод.

Применение: швейцарские президенты

Состав изделия: Сетевой элемент
демонстрирующая вода
объем: 100 мл (серия)

Номер партни (серии)

Срок годности: 24 мес.

Срок годности: 24 мес.

Показатель	Требования
------------	------------

№ п/п	Показатель	Требования	Нормативный документ	Маска Соответствия Соответствует
1	Внешний вид	Программа жидкости	ТУ 21.20.23-006-096.5954-2019	Соответствует
2	Запах	Слабый спиритный запах	ТУ 21.20.23-006-096.5954-2019	Соответствует
3	Цвет	Зеленый	ТУ 21.20.23-006-096.5954-2019	Соответствует
4	Максимальное время хранения, мин	До 7 минут	ТУ 21.20.23-006-096.5954-2019	Соответствует
5	Цвет окрашенных элементов	Ядра окрашены в вишневый, фиолетовый, желто-фиолетовый, темно-зеленый, зелено-фиолетовый, розовый, оранжево-желтый, оранжево-розовый	ТУ 21.20.23-006-096.5954-2019	Соответствует
6	Состав	Сетевой зеленый - 0,3%, Зелен Н - 0,5%, Углеродная кость - 4,98%, Этиловый спирт - 14,85%, Дистиллированная вода - 79,2%	ТУ 21.20.23-006-096.5954-2019	Соответствует
7	Упаковка, тарельчатые флаконы по 100 мл	6,5%	ТУ 21.20.23-006-096.5954-2019	Соответствует

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедТехникаПонит»


— Еропов Н.Г.

«08» августа 2022


Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОЮИНТ
по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

Инструкция по применению
версия 1.1


RECEIVED



46.1 Папаниколау OG6.



46.2 Папаниколау OG6.



46.3 Папаниколау OG6.

Паспорт изделия

Паспорт изделия
Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Содержимое: 0,1 л.

Паваниколау ОГ6 ГИСТОПОНТ, 0,1 л.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Мед. Силинг Петербург»
Адрес производителя: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, Ин-тупи, Муниципальный округ Оврут
Адрес дистрибутора: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, Ин-тупи, Муниципальный округ Оврут

Адрес производителя: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Мухоморова, д. 9, лит. А, пом. 4-31, этаж 19
Петровский, ул. Малая Разночинная, д. 9, литера А, пом. 4-31, этаж 19, Ж.Б.
Место производства: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, г. Нагорский район, д. 21, этаж Ж.Б.
Средствами, созданными в соответствии с методом Патентом

Примеры: цитологические препараты

Состав комиссии: Орловский Г. (председатель)

Номер партии (серии)

Срок годности: 24 мес.

[illegible]

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедТехникаПлюс»

Ерохов И.Г.


«08» августа 2022

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ
по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Инструкция по применению


Инструкция по применению

DISCUSSION


46.4 Παπаниколау OG6.




47.1 Паральдегид-фуксин.



47.2 Паральдегид-фуксин.



47.3 Паральдегид-фуксин.



HISTOPONINT
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Краситель для гистологических и цитологических исследований торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

Паральдегид-фуксин ГИСТОПОИНТ, 0,1-л.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехникаПоннт»
Адрес производителя: 197118, Россия, г. Санкт-Петербург (интер.), Муниципальный округ Озеры
Петровский, ул. Малая Разночинная, д. 9 литера А, этаж: 8-11, пом. 19
Место производства: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Индустриальный парк, д. 21, пом. ЖБ

Назначение: Предназначен для выявления эластических волокон, секреторных трубок и протоков железистой, окрашивания нейроэндокринных клеток и цитоплазмы.

Применение: парафиновые срезы.

Состав изделия: Основной фуксин, соевый краситель, кармалумин, лимонный спирт.

Номер партии (серии):
Номер и дата выдачи паспорта:
Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие изделия требованиям технической документации

№ п/п	Показатель	Требование	Нормативный документ	Оценка соответствия
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
2	Запах	Спиртовой запах	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
3	Цвет	Красный	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
4	Максимальное время окрашивания, мин	До 50 минут	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
5	Цвет окрашенных элементов	Эластические волокна, секреторные трубки и протоки окрашиваются в розовый цвет, а цитоплазма и ядро клеток окрашиваются в фиолетовый цвет	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «МедТехникаПоннт»
Егоров Н.Г.
«08» августа 2022


Краситель для гистологических и цитологических исследований торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

Инструкция по применению
версия 1.1


47.4 Паральдегид-фуксин.



48.1 Пикроиндигокармин.



48.2 Пикроиндигокармин.



48.3 Пикроиндигокармин.

HISTOPOINT

Паспорт изделия

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Пикроиндигокармин ГИСТОПОИНТ, 0,1 г.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехникаПонти»
Адрес производства: 197116, Россия, г. Санкт-Петербург, метро «Митино», станция Зварту Округ
Петровский, ул. Малая Разношерстная, д. 3, литера А, пом. 8-01, этаж 11
Место производства: 196650, Санкт-Петербург, т. Контакт: Набережная, д. 101, к. 1, ЖН
Назначение: Окрашивание красителем (содержательная окраска и дифференциация на клеточном уровне)
Применение: парафинизованные срезы
Состав изделия: Индиго кармин, пикроиндигокармин, дистиллированная вода
Номер партии (серия):
Номер и дата выдачи паспорта:
Срок годности: 24 мес.
Результаты контроля на соответствие условиям требованиям технической документации

№ п/п	Показатель	Требование	Нормативный документ	Оценка
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
2	Запах	Без запаха	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
3	Цвет	Зеленый	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
4	Максимальное время хранения, мин	До 10 минут	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
5	Цвет окрашенных элементов	ЦПХ-эпителиальные элементы - розовый, соединительная ткань - розовый, мышечная ткань - розовый, роговой слой эпителия, волоски, нейтрофилы, эритроциты, желто-зеленый	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
6	Состав	Индиго кармин - 0,1%, Пикроиндигокармин - 1%, Дистиллированная вода - 98,9%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
7	Процедура производства	Согласно технологическому регламенту	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедТехникаПонти»


Егоров Н.Г.

«08» августа 2022


Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ
по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

Инструкция по применению
версия 1.1


48.4 Пикроиндигокармин.



49.1 Пикрофуксин по Ван Гизону.



49.2 Пикрофуксин по Ван Гизону.



49.3 Пикрофуксин по Ван Гизону.

Паспорт изделия

Паспорт изделия
Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
изготовитель: ООО «Ван Гизон» ГИСТОПОИНТ, 0,1 л.

Пикрофуксин по Ван Гизону ГИСТОПОИНТ, 0,1 л.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедГенерация»
Адрес: производитель 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Тарасовская, д. 19, к. 1, пом. 10

Место производства: 196650, Спасск-Пустынский, г. Калинин, Истринский завод № 21, м. ЖЯ

Назначение: Обеспечивает выступление и
одраску мышечных и волокончатых соединительных

Применение: цитологические препараты

Номер картины (серии)

Место и дата выдачи паспорта:

Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие изданию требований	Нормативный документ
Г.И. Булавин	

№ п/п	Показатель	Требование	Нормативный документ	Наличие соответствия
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость	ГОСТ 28120-21 066-09639054-2019	Соответствует
2	Запах	Без запаха	ГОСТ 28120-21 066-09639054-2019	Соответствует
3	Цвет	Желто-красный	ГОСТ 28120-21 066-09639054-2019	Соответствует
4	Максимальное время окрашивания, мин	До 10 минут	ГОСТ 28120-21 066-09639054-2019	Соответствует
5	Цвет окрашенных элементов	Цвета соответствуют в черном, белом и желтом цветах; основные элементы (картинки, надписи) должны быть четкими и яркими; цвет должен соответствовать цвету оригинала	ГОСТ 28120-21 066-09639054-2019	Соответствует
6	Состав	Покрывочная масса - 9%, Кислоты функции - 0,09%, Дистиллированная вода - 90,91%	ГОСТ 28120-21 066-09639054-2019	Соответствует

«УТВЕРЖДАЮ»


Генеральный директор
ООО «МедТехникаПолимер»

Eropou H.G.


«08» августа 2022

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ
по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Инструкция


Инструкция по применению
версия 1.1




50.1 Пикро Маллори.



50.2 Пикро Маллори.



50.3 Пикро Маллори.



HISTORPOINT

Паспорт изделия

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Пикро Маллори ГИСТОПОИНТ, 0.1 л.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехникаПойнт»
Адрес производителя: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, им.пр. Муниципальной Окрут Округ
Петровский, ул. Малая Разметникая, д. 3, литера А, этаж: 4-й этаж
Место производства: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпинский район, д. 11, литера А, Ж.А.
Назначение: Применяется для различных методов окраски тканей и окраски
соединительной ткани.
Применение: парфимовые срезы.
Состав изделия: Вода дистиллированная, парфимовая кислота, желтый фуксин, метиленовый
голубой, фосфорновольфрамовая кислота, вода, желтый метиленовый фуксин.
Номер партии (серия):
Номер и дата выдачи паспорта:
Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие изделия требованиям технических документов

№ п/п	Показатель	Требование	Нормативный документ	Оценки соответствия
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
2	Запах	Запах уксусной кислоты	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
3	Цвет	Синий	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
4	Максимальное время окраски, мин	До 7 минут	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
5	Цвет окраски тканей	«Молодой» и «средний» фибриллы окрашиваются в красный цвет, эластичные фибриллы, хрящевые и соединительные ткани в синий цвет, соединительная ткань в голубой	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
6	Состав	Вода дистиллированная - 93,6%, Парфимовая кислота - 0,2%, Желтый фуксин - 1%, Метиленовый голубой - 2%, Фосфорновольфрамовая кислота, вода - 1,2%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «МедТехникаПойнт»
Егоров Н.Г.
«08» августа 2022

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ
по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Инструкция по применению
версия 1.1


50.4 Пикро Маллори.



51.1 Реактив Шиффа.



51.2 Реактив Шиффа.



51.3 Реактив Шиффа.

HISTOPOINT

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Реактив Шиффа ГИСТОПОИНТ, 0.1 л.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехникаПойнт»
 Адрес производителя: 197118, Россия, г. Санкт-Петербург, индуст. Муниципальный округ Озёрный,
 Петровский, ул. Малая Речничевая, д. 9 литер 10, этаж 10
 Место производства: 196650, Санкт-Петербург, Колпинский район, с/пос. Ириновское, д. 21, литер 10
 Назначение: Применяется в ЦИК – реактив для выявления макрофагальных клеток в гистологии.
 Применение: параформовые срезы
 Состав изделия: Основной фуксин, соляная кислота, метабисульфит натрия, дистиллированная вода
 Номер партии (серия):
 Номер и дата выдачи паспорта:
 Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие изделия требованиям технической документации		Нормативный документ	Оценка соответствия
№ п/п	Показатель	Требование	
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
2	Запах	Слабый кислотный запах	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
3	Цвет	Бледно-желтый	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
4	Максимальное время окраски, мин	До 15 минут	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
5	Цвет окрашенных элементов	Гликоген, соединительная ткань, кость, хрящи окрашиваются в пурпурный, ядра в синий цвет	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
6	Состав	Основной фуксин – 0,5%, Вода дистиллированная – 89,1%, Соляная кислота, концентрированная – 9,9%, Метабисульфит натрия – 0,5%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует
7	Плотность, г/см³	Допускается отклонение от номинального количества объема	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 Соответствует

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
 ООО «МедТехникаПойнт»


Егорова И.Г.

«08» августа 2022

Краситель для гистологических и цитологических исследований
 торговой марки ГИСТОПОИНТ
 по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

Инструкция по применению
 версия 1.1


51.4 Реактив Шиффа.




52.1 Резорцин-фуксин по Вейгерту



52.2 Резорцин-фуксин по Вейгерту




52.3 Резорцин-фуксин по Вейгерту




52.4 Резорцин-фуксин по Вейгерту




53.1 Сафранин О.





53.3 Сафранин О.






54.1 Световой – зеленый.






54.3 Световой – зеленый.



55.1 Судан-3.



55.2 Судан-3.



55.3 Судан-3.

HISTORPOINT

Паспорт изделия

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Судан-3 ГИСТОПОИНТ, 0,1 л.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехникаПойнт»
Адрес производителя: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ж/д ст. Муниципалитет, пер. Огурт
Петровский, ул. Малая Разночинная, д. 3, литера А, пом. 10
Место производства: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Нагорский район, д. 3, литер. А, ЖА
Назначение: Используется для окрашивания тканей.
Применение: замораживаемые срезы.
Состав изделия: Судан III, этиловый спирт, дистиллированная вода.
Номер партии (серия):
Номер и дата выдачи паспорта:
Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие изделия требованиям технических документов

№ п/п	Показатель	Требование	Нормативный документ	Оценка соответствия
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
2	Запах	Слабый кислотный запах	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
3	Цвет	Красный	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
4	Максимальное время окрашивания, мин	До 20 минут	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
5	Цвет окрашенных элементов	Нейтральные жиры и жирорастворимые вещества приобретают оттенок оранжево-красного цвета - синевы	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
6	Состав	Судан III - 0,04% Этиловый спирт - 18,96% Дистиллированная вода - 80%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
7	Прокисание (отклонение от нормативного показателя) %	6,5%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует

«УТВЕРЖДАЮ»


Генеральный директор
ООО «МедТехникаПойнт»

Егоров И.Г.


«08» августа 2022

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ
по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019


Инструкция по применению
версия 1.1




56.1 Судан-4.



56.2 Судан-4.



56.3 Судан-4.




56.4 Судан-4.



57.1 Толуидиновый синий.



57.2 Толуидиновый синий.



57.3 Толуидиновый синий.

HISTORPOINT

Паспорт изделия

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019
Толуидиновый синий ГИСТОПОИНТ, 0,1 л.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехникаПонит»
Адрес производителя: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, метрополитен, станция «Питер-Сити», Петровский, ул. Мухоморова, д. 2, литера А, помещ. 4-21, пом. 1А
Место производства: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпаково, Набережной канал, д. 21, пом. 3А
Назначение: Используется для выявления тучных клеток и метастазов рака, а также мазков и препаратов, в том числе при окрашивании по методу Нисслера.

Применение: параформовые срезы, растительные ткани.

Состав изделия: Толуидиновый синий, растительная вода.

Номер партии (серии):

Номер и дата выдачи паспорта:

Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие изделия требованиям технической документации

№ п/п	Показатель	Требования	Нормативный документ	Результат
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
2	Запах	Без запаха	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
3	Цвет	Синий	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
4	Максимальное время окраски/защиты	До 7 минут	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
5	Цвет окрасочных элементов	Мукополисахариды окрашиваются желтым, фон - голубой, для клеток окрашиваются в синий цвет, базофильные структуры цитоплазмы, ядра и гранулы в голубой цвет, гранулы тучных клеток и окраска вещества гиалинового матрикса фиолетовые, волокнистые волокна трихроды: желто-розовые.	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
6	Состав	Толуидиновый синий - 0,99%, Дистиллированная вода - 99,01%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
7	Точность дозирования	6,5%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедТехникаПонит»

Егоров Н.Г.


«08» августа 2022

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ
по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019


Инструкция по применению


страница 1

57.4 Толуидиновый синий.




58.1 Флоксин В.






58.3 Флоксин В.





59.2 Фуксин понсо.



59.3 Фуксин понсо.

Паспорт изделия

Фуксин Поэнсо ГИСТОДОЮМ, 0,1 л

Адрес производителя: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Мухоморова, д. 1, кв. 1
тел./факс: 8(812) 640-11-11

Место производства: 1968/50, Санкт-Петербург, Россия

Сфера применения: Красный фуксий, туника красная, коралловый розовый, аметистовый, фиолетовый.

Номер партии (серия):
Номер и дата выдачи паспорта:

Результаты контроля на соответствие изданию требований технического документа

№	Показатель	Требования	ТУ 21.20.23-006-0965054-2011	Согласно
в/в	Прозрачность жидкость			
	Эксплуатационный вид		ТУ 21.20.23-006-0965054-2011	Согласно

2	Запах	Запах уксусной кислоты	09659054	Сорт
		Красный	ТУ 21.20	
			09659054	


2	Запах	Красный	09659054-2019	Содержит
3	Цвет		TU 000 2.000-00659054-2019	Соответствует
4	Максимальное время окрашивания, мин.	До 5 минут	09659054-2019	
5	Цвет окрашенных элементов	Ядра окрашены в черный, центральные кератины желтые, воллики желто-розовые, гранулы гладкие красной, блестящие, слои кутикулы энергично - черные.	09659054-2019	
6	Вспомогательные вещества	Кислот буфери — 0,1%, Уксусная кислота — 4% Сульфид Поинсо 0,04%	09659054-2019	

Генеральный директор
ООО «МедТехникаПоиск»

«08» августа 2022

Инструкция по применению
по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019


Figure 1




60.1 Еозин, водно-спиртовой раствор.




60.2 Эозин, водно-спиртовой раствор.



60.3 Эозин, водно-спиртовой раствор.




60.4 Эозин, водно-спиртовой раствор.




61.1 Эозин G или Y, полихроматический водный.



61.2 Эозин G или Y, полихроматический водный.




61.3 Эозин G или Y, полихроматический водный.



62.1 Эозин G или Y, 0,5 % спиртовой, повышенной яркости.



62.2 Эозин G или Y, 0,5 % спиртовой, повышенной яркости.




62.3 Эозин Г или Y, 0,5 % спиртовой, повышенной яркости.




63.1 Эозин 1% спиртовой.




63.2 Эозин 1% спиртовой.




63.3 Эозин 1% спиртовой.




63.4 Эозин 1% спиртовой.




64.1 Эозин водный раствор.




64.3 Эозин водный раствор.




64.4 Эозин водный раствор.




65.1 Эозин / Метиленовый синий типа Лейшмана.




65.2 Эозин / Метиленовый синий типа Лейшмана.




65.3 Эозин / Метиленовый синий типа Лейшмана.




66.1 Эритрозин В / Оранжевый Г по Доминичи.




66.2 Эритрозин В / Оранжевый Г по Доминичи.




66.3 Эритрозин В / Оранжевый Г по Доминичи.




67.1 Ядерный прочный красный.




67.2 Ядерный прочный красный.




67.3 Ядерный прочный красный.




67.4 Ядерный прочный красный.



Общий вид 1 тары объемом 30 мл



Общий вид 2 тары объемом 30 мл



Общий вид 3 тары объемом 30 мл

HISTORPOINT

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Краситель для гистологических и цитологических исследований торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

Эозиновый водный раствор ГИСТОПОИНТ, 0.03 г/л

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехникаПонит»
Адрес производства: 191110, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Муромский, д. 19, к. 19

Место производства: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Невский завод, д. 21, лит. Ж

Назначение: Используется как цитологический краситель

Применение: гистологические срезы

Состав изделия: Эозин 1%, дистиллированная вода

Номер партии (серии):

Номер и дата выдачи паспорта:

Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие изделия требованиям технической документации

№ п/п	Показатель	Требование	Нормативный документ	Оценка соответствия
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
2	Запах	Без запаха	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
3	Цвет	Красно-оранжевый	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
4	Максимальное время окрашивания, мин	До 10 минут	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
5	Цвет дифференциальных срезов	Ядра окрашиваются в синие-фиолетовый, цитоплазма клеток и коллагеновые волокна - в розовый, орнитин - в розовый, орнитин или розового цвета	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
6	Состав	Эозин - 1%, Дистиллированная вода - 99%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедТехникаПонит»

Егоров И.Г.


«08» августа 2022

Краситель для гистологических и цитологических исследований торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

Инструкция по применению

версия 1.1


Общий вид 4 тары объемом 30 мл



Общий вид 1 тары объемом 50 мл



Общий вид 2 тары объемом 50 мл



Общий вид 3 тары объемом 50 мл

HISTORPOINT

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Краситель для гистологических и цитологических исследований торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

Эозин водный раствор ГИСТОПОИНТ, 0,05 %

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехникаПоинт»
Адрес производства: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ин. пер. Муниципальный Океан Океан
Петровский, ул. Малая Разночинная, д. Уланова А. Юлиса, 1-Н ком. 19

Место производства: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпинское, Индустриальный завод, д. 21, лит. Ж

Назначение: Используется как цитологический краситель.

Применение: парафиновые срезы.

Состав изделия: Эозин 1%, дистиллированная вода.

Номер партии (серии):

Номер и дата выдачи паспорта:

Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие изделия требованиям технического документа

№ п/п	Показатель	Требование	Нормативный документ	Оценка соответствия
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
2	Запах	Без запаха	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
3	Цвет	Красно-оранжевый	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
4	Максимальное время окрашивания, мин.	До 10 минут	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
5	Цвет окрашенных элементов	Ядра окрашиваются в синие-фиолетовый, цитоплазма клеток и коллагеновые волокна красильные отливки красильные, оранжевого или розового цвета	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
6	Состав	Эозин - 1%, Дистиллированная вода - 99%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедТехникаПоинт»

Егоров Н.Г.


«08» августа 2022

Краситель для гистологических и цитологических исследований торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019


Инструкция по применению
версия 1.1




Общий вид 4 тары объемом 50 мл




Общий вид 1 тары объемом 100 мл




Общий вид 3 тары объемом 100 мл



Общий вид 1 тары объемом 150 мл



Общий вид 2 тары объемом 150 мл



Общий вид 3 тары объемом 150 мл

HISTORPOINT

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Краситель для гистологических и цитологических исследований торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

Эозин водный раствор ГИСТОПОИНТ, 0,15 л

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехникаПонист»
Адрес производителя: 197118, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Тар. Г. Мухоморова, д. 8-1А, пом. 19
Петровский, ул. Малая Разношерстная, д. 9 литера А, пом. 8-1А, пом. 19

Место производства: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Нагорский завод, д. 21, пом. 3-Н

Назначение: Используется как цитологический краситель.

Применение: гистологические срезы

Состав изделия: Эозин 1%, дистиллированная вода.

Номер партии (серии):

Номер и дата выдачи паспорта:

Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие изделия требованиям технической документации

№ п/п	Показатель	Требование	Нормативный документ	Оценка соответствия
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
2	Запах	Без запаха	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
3	Цвет	Красно-оранжевый	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
4	Максимальное время оседания, мин	До 10 минут	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
5	Действие на эритроциты, лейкоциты, лимфоциты	Ядра окрашиваются в синю-фиолетовый, цитоплазма клеток и коллоидные волокна красильные оттенки красноватого, оранжевого или розового цвета	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует
6	Состав	Эозин - 1%, Дистиллированная вода - 99%	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Соответствует

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедТехникаПонист»

Егоров Н.Г.


«08» августа 2022

Краситель для гистологических и цитологических исследований торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019


Инструкция по применению

версия 1.1


Общий вид 4 тары объемом 150 мл



Общий вид 1 тары объемом 250 мл



Общий вид 3 тары объемом 250 мл



Общий вид 4 тары объемом 250 мл



Общий вид 1 тары объемом 0,5 л



Общий вид 2 тары объемом 0,5 л



Общий вид 3 тары объемом 0,5 л



Общий вид 4 тары объемом 0,5 л




Общий вид 1 тары объемом 1 л



Общий вид 2 тары объемом 1 л



Общий вид 3 тары объемом 1 л



Общий вид 4 тары объемом 1 л



Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

IVD

Эозин водный раствор

Состав: Эозин - 1%; Дистиллированная вода - 99%.

Условия хранения: в упаковке изготовителя в закрытых
отапливаемых складских помещениях с обеспечением защиты от
атмосферных осадков, при температуре от +15°C до +28°C и
относительной влажности 40-80%, вдали от прямого солнечного
света

ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г

Номер серии (код партии): NAN-9181309

Дата изготовления: 03.03.2022

Срок годности: 24 месяца

Объем: 2 л.

Только для профессионального применения

16487

MTPOINT
TECHNOLOGY
HISTOPPOINT
ООО «МедТехникаПойнт»
Принадлежность: 100%
Россия, г. Санкт-Петербург,
Колпинское, Ударнички, коттедж
№21, литера 906

Юридический адрес: 197110,
Россия, г. Санкт-Петербург,
г. Метель, Рабочий поселок, д. 8
лит. А, помещение 8-18, комн. 10
Телефон: +7 (812) 440-19-10
E-mail: info@medpoint.ru
www.medpoint.ru

Общий вид 1 тары объемом 2 л



Общий вид 2 тары объемом 2 л



Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

ИВД

Еозин водный раствор

Состав: Еозин - 1%; Дистиллированная вода - 99%

Условия хранения: в упаковке изготовителя в закрытых
отопливаемых складских помещениях с обеспечением защиты от
атмосферных осадков, при температуре от +15°C до +28°C и
относительной влажности 40-80%, вдали от прямого солнечного
света.

ТУ 21.20.23-006-09659054-2019 РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Номер серии (код партии):	Срок годности:
NAN-9181309	24 месяца
Дата изготовления:	Объем:
03.03.2022	3 л.

Только для профессионального применения

16487

ГИСТОПОИНТ
HISTOPOINT™

ООО «МедТехникаПоинт»
Проектирование, производство,
реализация, сервисное обслуживание
медицинских изделий класса
«А» и «Б».

Кредитный адрес: 125150,
Москва, ул. Савская, д. 10,
корп. 1, помещение 010, этаж 19
Телефон: 7 (495) 349-99-99
E-mail: info@histopoint.ru,
info@medpoint.ru

Общий вид 1 тары объемом 3 л

Краситель для гистологических и цитологических исследований
торговой марки ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

IVD

Эозин водный раствор

Состав: Эозин - 1%; Дистиллированная вода - 99%.

Условия хранения: в упаковке изготовителя в закрытых
отапливаемых складских помещениях с обеспечением защиты от
атмосферных осадков, при температуре от +15°C до +28°C и
относительной влажности 40-80%, вдали от прямого солнечного
света.

ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

Номер серии (код партии):

NAN-9181309

Дата изготовления:

03.03.2022

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г

Срок годности:

24 месяца

Объем:

3 л.

Только для профессионального применения.



16487

MTPOINT
TECHNOLOGY
HISTOPOINT™


ООО «МедТехникаПоинт»
Производство: 196650,
Россия, г.Санкт-Петербург,
г.Колпино, Ижорский завод,
дом 21, литера ЖЯ.

Юридический адрес: 192110,
Россия, г.Санкт-Петербург,
ул.Малая Разночинная, д.9,
лит.А, помещение 5-Н, ком.19.

Телефон: +7 (812) 566-10-16

E-mail: office@mtpoint.ru
www.mtpoint.ru

Общий вид 2 тары объемом 3 л




Общий вид 3 тары объемом 3 л

Краситель для гистологических и цитологических исследований торговой марки
ГИСТОПОИНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

Эозин водный раствор

Объем: 1 л.

Кол-во в упаковке: 4 шт.



Условия хранения: в упаковке производителя
при относительной влажности 40-80%

Номер серии (код партии):

NAN-9181309

Дата изготовления:

03.03.2022

Срок годности:

24 месяца

Масса брутто:

4520 гр.

Масса нетто:

4240 гр.

Масса нетто

потребительской

упаковки:

520 гр.

ПУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

IVD



16487

MTPOINT
TECHNOLOGY
HISTOPOINT™

ООО «МедТехникаПойнт»
Производство: 196650,
Россия, г.Санкт-Петербург,
с.Колпино, Ижорский завод,
дом 21, литера ЖЯ.

Юридический адрес: 197130,
Россия, г.Санкт-Петербург,
ул.Малая Разночинная, д.9,
лит.А, помещение 8-Н, ком.19.

Телефон: +7 (812) 566-10-16
E-mail: office@mtpoint.ru
www.mtpoint.ru

Фото групповой упаковки (транспортной тары). Общий вид 1

HISTOPONT

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Краситель для гистологических и цитологических исследований торговой марки ГИСТОПОНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

Эозиновый водный раствор ГИСТОПОНТ, 1 %

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедТехнаЛаб»

Адрес производителя: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, на территории Мирового Океана, Петровский, ул. Матвеевская, д. 9 литера А, этаж: 5 10, кв. 10

Место производства: 196450, Санкт-Петербург, Колпинский район, д. 21, кв. 30

Назначение: Искусственный краситель для цитологических исследований

Применение: гистологические срезы

Состав и форма: Эозин 1%, дистиллированная вода

Номер партии (серия)

Полное и краткое описание

Срок годности: 24 мес.

Результаты контроля на соответствие техническим требованиям заказчика

№	Испытатель	Требования	Нормативный документ	Факт
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Сотв.
2	Запах	Без запаха	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Сотв.
3	Цвет	Красно-оранжевый	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Сотв.
4	Массовая доля эозина	До 10 мас. %	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Сотв.
5	Назначение	Искусственный краситель для цитологических исследований	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Сотв.
6	Состав	Эозин 1%, Дистиллированная вода	ТУ 21.20.23-006-09659054-2019	Сотв.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедТехнаЛаб»

Егоров Н.Г.

«08» августа 2022

Краситель для гистологических и цитологических исследований торговой марки ГИСТОПОНТ по ТУ 21.20.23-006-09659054-2019

Инструкция по применению

версия 1.0

Фото групповой упаковки (транспортной тары). Общий вид 2

