



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 декабря 2023 года № РЗН 2023/21761

На медицинское изделие

Система инфузионная (мешок) EVA для введения внутривенных растворов и парентерального питания

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "МЕДСЕРВИС"

(ООО "МЕДСЕРВИС"), Россия,

127299, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коптево,

ул. Большая Академическая, д. 4, офис 5А

Производитель

"Капсам Саглык Юрюнлери Иншаат Тааххют Туризм ве Тиджарет Лимитед
Ширкети (Капсам Хэлс Продактс)", Турция,

Kapsam Saglik Urunleri Insaat Taahhut Turizm Ve Ticaret Limited Sirketi
(KAPSAM HEALTH PRODUCTS), CUMHURIYET MH. ISMET INONU CD. NO:
57 CAYIROVA/Gebze - Kocaeli - Turkey

Место производства медицинского изделия

Kapsam Saglik Urunleri Insaat Taahhut Turizm Ve Ticaret Limited Sirketi
(KAPSAM HEALTH PRODUCTS), CUMHURIYET MH. ISMET INONU CD. NO:
57 CAYIROVA/Gebze - Kocaeli - Turkey

Номер регистрационного досье № РД-57550/56843 от 23.08.2023


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 20 декабря 2023 года № 9456
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0074911

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 декабря 2023 года № РЗН 2023/21761

Лист 1

На медицинское изделие

Система инфузионная (мешок) EVA для введения внутривенных растворов и парентерального питания, варианты исполнения:

1. Система инфузионная (мешок прозрачный) EVA для введения внутривенных растворов и парентерального питания, в составе:

1.1. Мешок прозрачный EVA для введения внутривенных растворов и парентерального питания, 150 мл - 1 шт.

- Заглушка типа «Люэр - винтовое соединение» с фильтром - 1 шт.

- Инструкция по применению - 1 шт.

1.2. Мешок прозрачный EVA для введения внутривенных растворов и парентерального питания, 250 мл - 1 шт.

- Заглушка типа «Люэр - винтовое соединение» с фильтром - 1 шт.

- Инструкция по применению - 1 шт.

1.3. Мешок прозрачный EVA для введения внутривенных растворов и парентерального питания, 500 мл - 1 шт.

- Заглушка типа «Люэр - винтовое соединение» с фильтром - 1 шт.

- Инструкция по применению - 1 шт.

1.4. Мешок прозрачный EVA для введения внутривенных растворов и парентерального питания, 1000 мл - 1 шт.

- Заглушка типа «Люэр - винтовое соединение» с фильтром - 1 шт.

- Инструкция по применению - 1 шт.

1.5. Мешок прозрачный EVA для введения внутривенных растворов и парентерального питания, 2000 мл - 1 шт.

- Заглушка типа «Люэр - винтовое соединение» с фильтром - 1 шт.

- Инструкция по применению - 1 шт.

1.6. Мешок прозрачный EVA для введения внутривенных растворов и парентерального питания, 3000 мл - 1 шт.

- Заглушка типа «Люэр - винтовое соединение» с фильтром - 1 шт.

- Инструкция по применению - 1 шт.

1.7. Мешок прозрачный EVA для введения внутривенных растворов и парентерального питания, 4000 мл - 1 шт.

- Заглушка типа «Люэр - винтовое соединение» с фильтром - 1 шт.

- Инструкция по применению - 1 шт.

2. Система инфузионная (мешок светоустойчивый) EVA для введения внутривенных растворов и парентерального питания, в составе:

2.1. Мешок светоустойчивый EVA для введения внутривенных растворов и

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0135860

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 декабря 2023 года № РЗН 2023/21761

Лист 2

парентерального питания, 150 мл - 1 шт.

- Заглушка типа «Люэр - винтовое соединение» с фильтром - 1 шт.

- Инструкция по применению - 1 шт.

2.2. Мешок светоустойчивый EVA для введения внутривенных растворов и парентерального питания, 250 мл - 1 шт.

- Заглушка типа «Люэр - винтовое соединение» с фильтром - 1 шт.

- Инструкция по применению - 1 шт.

2.3. Мешок светоустойчивый EVA для введения внутривенных растворов и парентерального питания, 500 мл - 1 шт.

- Заглушка типа «Люэр - винтовое соединение» с фильтром - 1 шт.

- Инструкция по применению - 1 шт.

2.4. Мешок светоустойчивый EVA для введения внутривенных растворов и парентерального питания, 1000 мл - 1 шт.

- Заглушка типа «Люэр - винтовое соединение» с фильтром - 1 шт.

- Инструкция по применению - 1 шт.

2.5. Мешок светоустойчивый EVA для введения внутривенных растворов и парентерального питания, 2000 мл - 1 шт.

- Заглушка типа «Люэр - винтовое соединение» с фильтром - 1 шт.

- Инструкция по применению - 1 шт.

2.6. Мешок светоустойчивый EVA для введения внутривенных растворов и парентерального питания, 3000 мл - 1 шт.

- Заглушка типа «Люэр - винтовое соединение» с фильтром - 1 шт.

- Инструкция по применению - 1 шт.

2.7. Мешок светоустойчивый EVA для введения внутривенных растворов и парентерального питания, 4000 мл - 1 шт.

- Заглушка типа «Люэр - винтовое соединение» с фильтром - 1 шт.

- Инструкция по применению - 1 шт.

≡

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0135861