



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

На медицинское изделие

**Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР»
по ТУ 29.10.59-010-37600580-2017**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение
"МЕДКАР" (ЗАО "НПО "МЕДКАР"), Россия,
140104, Московская обл., г. Раменское, ул. Москворецкая, д. 62, ком. 206**

Производитель

**Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение
"МЕДКАР" (ЗАО "НПО "МЕДКАР"), Россия,
140104, Московская обл., г. Раменское, ул. Москворецкая, д. 62, ком. 206**

Место производства медицинского изделия

**ЗАО "НПО "МЕДКАР", Россия, 140180, Московская обл., г. Жуковский,
ул. Кооперативная, д. 10**

Номер регистрационного досье № РД-57191/59792 от 31.07.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 29.10.59.170

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 26 листах

приказом Росздравнадзора от 08 ноября 2023 года № 7883
допущено к обращению на территории Российской Федерации.
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0067655

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 1

На медицинское изделие

Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР»

по ТУ 29.10.59-010-37600580-2617:

I. Варианты исполнения:

1. «Диспансеризация» на базе транспортного средства АМС-49415Н или VFM6AO или ПМК-48415Н.
2. «Профосмотр» на базе транспортного средства 972200.
3. «Лучевая диагностика» на базе транспортного средства АЛ-59860С-2.
4. «Стоматология» на базе транспортного средства АФ-47434А.
5. «Офтальмология» на базе транспортного средства АФ-371703.
6. «Фельдшерско-акушерский пункт» на базе транспортного средства 878913, 185514 или 692732.
7. «Флюорография» на базе транспортного средства 385527 или ПМК-48415К.
8. «Маммография» на базе транспортного средства 48415К.

II. Комплект медицинского оборудования:

Кабинет «Диагностика»:

1. Облучатели-рециркуляторы воздуха - не менее 1 шт., в исполнениях:

1.1. Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ», производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/11388) - 1 шт. (при необходимости) или Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003, производства АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2012/13836) - 1 шт. (при необходимости) или Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), производства АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2012/13836) - 1 шт. (при необходимости).

2. Наборы медицинские - не менее 1 шт., в исполнениях:

2.1. Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-"Мединт-М" в сумке медицинской универсальной СМУ-03 по ТУ 9437-012-18585567-2005, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2010/08890) - 1 шт. (при необходимости) или Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-"Мединт-М" по ТУ 9398-006-18585567-2003, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2008/02305) - 1 шт. (при необходимости) или Набор изделий для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСР-01-"Мединт-М"

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131235

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 2

по ТУ 9437-010-18585567-2004, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия
(РЗН 2014/1928) - 1 шт. (при необходимости).

3. Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями, вариант исполнения: S8Exr, производства "СОНОСКЕЙП МЕДИКАЛ КОРН.", Китай (РЗН 2013/1328) - 1 шт. (при необходимости).

4. Прибор цифровой ультразвуковой диагностический M5 с принадлежностями, производства "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электронике Ко., Лтд.", КНР (ФСЗ 2008/01996) - 1 шт. (при необходимости).

5. Прибор ультразвуковой диагностический M7 с принадлежностями, производства "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электронике Ко., Лтд.", КНР (ФСЗ 2010/07629) - 1 шт. (при необходимости).

6. Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения: Динго Е-200), производства "Сентек Корея Корп.", Корея (РЗН 2014/1689) - 1 шт. (при необходимости).

7. Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MİR с принадлежностями, модель: Spirolab III, Spirolab I, производства "МИР С.р.л. - МЕДИКАЛ ИНТЕРНЕСИЛ РИСЕРЧ", Италия (РЗН 2017/5323) - 1 шт. (при необходимости).

8. Спирометр компьютерный для диагностики нарушений вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр" с принадлежностями по ТУ 9441-019-13218158-2004, производства ООО "Нейрософт", Россия, (РЗН 2015/3040) - 1 шт. (при необходимости).

9. Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, модель ВМЭН-150, производства ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС», Россия (ФСР 2011/09964) - 1 шт. (при необходимости).

10. Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01- "Малыш" по ТУ 4274-021-00226454-2002, производства ОАО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия (ФСР 2011/11958) - 1 шт. (при необходимости).

11. Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические - не менее 1 шт. в исполнениях:

11.1. Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические, вариант исполнения OMRON M6, OMRON M3 Expert производства OMRON ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония (ФСЗ 2012/12100) - 1 шт. (при необходимости) или Тонометр механический с принадлежностями, вариант исполнения: big ben, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2012/11768) (при необходимости).

12. Дефибрилляторы серии PRIMEDIC с принадлежностями, вариант исполнения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131236

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 3

PRIMEDIC DEFI-B (M110), производства Метракс ГмбХ, Германия
(ФСЗ 2011/10093) - 1 шт. (при необходимости).

13. Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 "АКСИОН" по ТУ 9444-162-07530936-2008, производства ООО Концерн "Аксион", Россия (ФСР 2008/03509) - 1 шт. (при необходимости).

14. Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках, варианты исполнения: buck C-128 Гц, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2010/08456) - 1 шт. (при необходимости).

15. Приборы оптические диагностические для дерматологии и принадлежности к ним, дерматоскоп gi-derma, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2009/03906) - 1 шт. (при необходимости).

16. Приборы оптические диагностические в наборах и отдельных упаковках и принадлежности к ним, модели rep-score, gi-score L, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2009/03905) - 1 комплект (при необходимости).

17. Система скрининга сердца компьютерная "Кардиовизор", производства ООО "Медицинские компьютерные системы", Россия (ФСР 2007/00155) - 1 шт. (при необходимости).

18. Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК12Г-01-«Р-Д» по ТУ 9441-005-24149103-2003, производства ООО "НПП "Монитор", Россия (ФСР 2012/14015) - 1 шт. (при необходимости).

19. Электрокардиографы- не менее 1 шт. в исполнениях:

19.1. Электрокардиограф компьютерный "Поли-Спектр-8/ЕХ" по ТУ26.60.12-017-13218158-2018, производства ООО "Нейрософт", Россия, (ФСР 2009/05172) - 1 шт. (при необходимости) или Электрокардиограф: FX-2111, FCP-2155, FX-3010, FX-7102, FCP-7101, FX-7302, FX-7202, FX-7402, модель FX-7102, FCP-7101, производства "Фукуда Дэнси Ко., Лтд.", Япония (РЗН 2016/4703) - 1 шт. (при необходимости) или Электрокардиограф: FX-2111, FCP-2155, FX-3010, FX-7102, FCP-7101, FX-7302, FX-7202, FX-7402, модель FX-7102, FCP-7101, производства "Фукуда Дэнси Ко., Лтд.", Япония (РЗН 2016/4703) - 1 шт. (при необходимости) или Электрокардиограф CardiMax с принадлежностями, исполнение: FX-8222 производства ФУКУДА ДЭНСИ Ко., Лтд., Япония (ФСЗ 2011/11379) - 1 шт. (при необходимости) или Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК12ТМ "Альтон" по ТУ 9441-101-14154244-2013, с принадлежностями, производства ООО "Альтомедика", Россия (РЗН 2013/809) - 1 шт. (при необходимости) или Электрокардиограф "ЭКГ" по ТУ 9441-001-74487176-2010, производства ООО "ДИКСИОН", Россия (ФСР 2010/08659) - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131237

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 4

(при необходимости).

20. Дефибриллятор-монитор Dixon с принадлежностями, производства "КУ Медикал Системе, Инк.", Республика Корея (ФСЗ 2011/08889) - 1 шт. (при необходимости).

21. Комплекс компьютерный полиграфической регистрации биопотенциалов по ТУ 9441 -006- 12152519-2011, исполнение: Система электроэнцефалографическая "Компакт-нейро", производства ООО НМФ "Нейротех", Россия (ФСР 2011/11685) - 1 шт. (при необходимости).

22. Стетоскоп с принадлежностями, вариант исполнения Cardiophon, Duplex de luxe, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2012/12207) - 1 шт. (при необходимости).

23. Стетоскоп Littmann вариант исполнения Littman classic 3 с принадлежностями, производства "ЗМ Компани", Россия (РЗН 2016/4622) - 1 шт. (при необходимости).

24. Ростомеры по ТУ 9452-025-00226454-2006 в следующих исполнениях: РЭП, РЭС, РП и РС, исполнение РЭП, производства ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС», Россия (ФСР 2011/11607) - 1 шт. (при необходимости).

25. Маммограф электроимпедансный компьютерный для скринингового обследования молочной железы "МЭИК"® по ТУ 9442-001-21702999-2013, производства ООО ПКФ "Современная импедансная медицинская техника", Россия (РЗН 2014/2264) - 1 шт. (при необходимости).

26. Угломер ортопедический по ТУ 9452-162-01894927-2005, производства ФГУП «ЦИТО», Россия (ФСР 2010/07249) - 1 шт. (при необходимости).

27. Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006- 52777873-2010 четырех исполнений: - в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-П; - в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм; - в сумке тканевой каркасной УМСП-01-С; - в металлическом футляре УМСП-01-М, исполнение в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01- Пм, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2010/07335) - 1 шт. (при необходимости).

28. Рефлектор лобный оториноларингологический по ТУ 9434-001-44942795-2005, производства ООО "Полимерные изделия", Россия (ФСР 2010/07935) - 1 шт. (при необходимости).

29. Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102 ТУ, производства АО «Елатомский приборный завод», Россия (РЗН 2015/2997) - 1 шт. (при необходимости).

30. Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного применения ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС».

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131238

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 5

- ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МИНИ» по ТУ 9443-004-78939528-2009, производства ООО «Компания «ЭЛТА», Россия (ФСР 2009/06498) - 1 шт. (при необходимости).
31. Автоматизированная система проведения дистанционных предрейсовых / послерейсовых, предсменных / послесменных осмотров "МЕДРЕГИСТР" по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017, производства Общество с ограниченной ответственностью "САНРЭС", Россия (РЗН 2019/8513) - 1 шт. (при необходимости).
32. Аппараты дыхательные ручные АДР-МП-В, АДР-МП-Д, АДР-МП-Н и комплекты дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП-В, КД-МП-Д, КД-МП-Н по ТУ 9444-003-52777873-2007, исполнение АДР-МП-В, АДР-МП-Д, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2007/00439) - 1 шт. (при необходимости).
33. Устройство для исследования вибрационной чувствительности ВТ-02-1 "ВИБРОТЕСТЕР-МБН" по ТУ 9441-006-26458937-01, исполнение: ВТ-02-1-М 2 (модификация 2), производства ООО "Научно-Медицинская Фирма МБП", Россия (ФСР 2011/10954) - 1 шт. (при необходимости).
34. Аудиометр автоматизированный АА-02 по ТУ 9441-001-23115390-2011, производства ЗАО "Биомедилан", Россия (ФСР 2011/11116) - 1 шт. (при необходимости).
35. Аудиометры скрининговые, с принадлежностями, производства «МАЙКО Диагностике ГмбХ», Германия - 1 шт. (при необходимости).
36. Негатоскопы общего назначения НР-"ПОНИ" по ТУ 9452-011-17459079-2011, исполнение: Негатоскопы общего назначения НР 1-01, производства ЗАО "Приборы и оборудование для научных исследований", Россия (ФСР 2011/10889) - 1 шт. (при необходимости).
37. Контейнер термоизоляционный с автоматическим подогревом и поддержанием температуры НН(Л)УЗНОННых растворов ТК-"Медплант" по ТУ 9452-009-52777873-2011, производства, ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2012/13047) - 1 шт. (при необходимости).
38. Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-2 по ТУ ППТД.2955.008, производства ООО Пневмоприбор, Россия (ФСР 2009/ 06204) - 1 шт. (при необходимости).
39. Ингалятор кислорода КИ-5 по 9В2.933.227ТУ, производства АО "КАМПО", Россия (ФСР 2011/09914) - 1 шт. (при необходимости).
40. Аптечка первой помощи Анти-СПИД - "ВИТАЛФАРМ" по ТУ 9398-022-85535470-2014, модель: «Аптечка первой помощи Анти-СПИД для медицинских, стоматологических кабинетов и передвижных медицинских бригад» тип 1 - «ВИТАЛФАРМ», производства ЗАО "Виталфарм", Россия (РЗН 2015/2519) - 1 шт. (при необходимости).
41. Набор для минитрахеостомии, производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед"
- Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131239

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 6

ФСЗ № 2009/05211- 1 шт. (при необходимости).

42. Кресло гинекологическое-урологическое «Клер»-КТЭМ по ТУ 9452-003-43656656-2011, исполнение: КТЭМ-01, производства ООО Научно-производственная фирма «Дентофлекс», Россия (ФСР 2008/03499) - 1 шт. (при необходимости).

43. Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270- 2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С, производства АО "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585) - 1 шт. (при необходимости).

44. Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in, производства Биокемикал Система Интернэйшнл Срл, Италия (ФСЗ 2011/10072) - 1 шт. (при необходимости).

45. Комплект мониторов, компьютеризированных носимых одно-, двух-, трехсуточного мониторингирования ЭКГ, АД, ЧП КМкн- «СОЮЗ»-«ДМС» по ТУ 9441-001-46816787-2004 Производство: ООО "ДМС Передовые Технологии", Россия (РЗН 2014/1478) - 1 (при необходимости).

46. Пульсоксиметр медицинский «Armed», варианты исполнения: YX300, YX301, производства "Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.", КНР (ФСЗ 2010/07461) - 1 шт. (при необходимости).

47. Набор диагностический с принадлежностями Производство: "КИРХНЕР & ВИЛЬГЕЛЬМ ГмбХ + Ко. КГ" (РЗН 2019/8258) - 1 шт. (при необходимости).

48. Дерматоскопы и наборы диагностические: KaWe Piccolight D, KaWe Eurolight D 30 в комплекте Производство: "КИРХНЕР & ВИЛЬГЕЛЬМ ГмбХ + Ко. КГ" (РЗН 2015/2924) - 1 шт. (при необходимости).

49. Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-ХН по ТУ 21.20.23-007-45677786-2018, вариант исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения; глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-11А, производства ООО "Биосенсор АН", Россия (ФСР 2008/02809) - 1 шт. (при необходимости).

50. Набор реагентов для определения скрытой крови (FOB) в образцах кала человека методом иммунохроматографии (в полосках и кассетах), производства ЭЙБОН Биофарм (Ханчжоу) Ко., Лтд., Китай (РЗН 2016/4086) - 1 шт. (при необходимости).

51. Тест-полоски MULTISCHECK для определения в моче параметров и веществ (от 1 до

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131240

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 7

15), производства "АйЭнДи Диагностик Инк.", Канада (ФСЗ 2010/07039) - 1 шт. (при необходимости).

52. Тест иммунохроматографический для выявления гемоглобина в кале (скрытая кровь) «РЭД», производства ООО "РЭД", Россия, (ФСР 2012/13624) - 1 шт. (при необходимости). 60. Кресло Барани по ТУ 32.50.50-001-6159132-2018 - специальный вращающийся в горизонтальной плоскости стул для исследования вестибулярного аппарата, производства ООО "Медтехпром+", Россия (РЗН 2018/7299) - 1 шт. (при необходимости).

53. Кресло Барани по ТУ 32.50.50-001-6159132-2018 Производство: ООО "Медтехпром+", Россия (РЗН 2018/7299) - 1 шт. (при необходимости).

54. Стойка медицинская марки «КМ-Магма» в исполнении - стойка медицинская приборная СПз-03 Производство: ООО НПФ Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03971) - 1 шт. (при необходимости).

55. Холодильники фармацевтические ХФ-250 "ПОЗИС", ХФ-250-1 "ПОЗИС", ХФ-250-2 "ПОЗИС", ХФ-250-3 "ПОЗИС", ХФ-400 "ПОЗИС", ХФ-400-1 "ПОЗИС", ХФ-400-2 "ПОЗИС", ХФ-400-3 "ПОЗИС", ХФ-140 "ПОЗИС", ХФ-140-1 "ПОЗИС" по ТУ 9452-168-07503307-2004, модель: ХФ-140 "ПОЗИС", производства АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2009/05705) - 1 шт. (при необходимости).

56. Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. - «РЕСПЕКТ», производства ООО "ГК "Респект", Россия (РЗН 2013/1089) - 1 шт.

57. Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ;

- стул-табурет медицинский лабораторный СМТ;

- стул медицинский стационарный СМС;

- стул медицинский для врача СМВ;

- стул медицинский секционный СМС;

- стул медицинский стоматологический для врача СМСв;

- стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа;

- стул медицинский лабораторный СМ;

- стул-табурет медицинский лабораторный СМТ,

производства ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973) - 2 шт.

58. Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131241

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 8

исполнения, с принадлежностями, производства ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292) - 2 шт. (при необходимости).

Кабинет «Офтальмология»:

1. Облучатели-рециркуляторы воздуха - не менее 1 шт. в исполнениях:

1.1. Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ», производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/11388) - 1 шт. (при необходимости) или Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003, производства АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2012/13836) - 1 шт. (при необходимости) или Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), производства АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2012/13836) 1 шт. (при необходимости).

2. Авторефкератометры- не менее 1 шт. в исполнениях:

2.1. Авторефкератометр с принадлежностями, производства "Хувитц Ко., Лтд", Республика Корея (ФСЗ 2012/12458) -1шт. (при необходимости) или или или или (при необходимости) или Авторефкератометр RC-5000 с принадлежностями, производства «ТОМЕЙ Корпорейшн», Япония (РЗН 2015/2726) - 1 шт. (при необходимости).

3. Прибор оптический диагностический: офтальмоскоп с принадлежностями, вариант исполнения gi-score L, производства "Рудольф Ристер ГмбХ энд Ко. КГ", Германия (ФСЗ 2009/03908; ФСЗ 2012/13162) - 1 шт. (при необходимости)

4. Прибор оптический диагностический: отоскоп с принадлежностями, вариант исполнения e-score, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2012/13250) - 1 шт. (при необходимости)

5. Приборы оптические диагностические для оториноларингологии и принадлежности к ним, вариант исполнения gi-score L, производства "Рудольф Ристер ГмбХ энд Ко. КГ", Германия (ФСЗ 2009/03908) - 1 шт. (при необходимости)

6. Оборудование смотровое медицинское с принадлежностями, вариант исполнения гибкий осветитель gi-magic LED, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2012/12398) - 1 шт.

7. Проектор знаков экранный офтальмологический ТСР, с принадлежностями, варианты исполнений: ТСР-3000 Р, производства Томэй ГмбХ, Германия (ФСЗ 2010/07992) - 1 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131242

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 9

8. Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ-40-01 по ТУ 9442-002-39589405-2002, производства ООО МРП «Техноаргус», Россия (ФСР 2007/00950) - 1 шт. (при необходимости).
9. Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ-40-01 по ТУ 9442-002-39589405-2002 Производство: ООО МРП «Техноаргус», Россия (ФСР 2007/00950) - 1 шт. (при необходимости).
10. Щелевая лампа офтальмологическая ручная модели XL-1 в комплекте с принадлежностями, производства "Рексам Ко., Лтд.", Япония (РЗН 2016/4151) - 1 шт. (при необходимости).
11. Лампа щелевая офтальмологическая TSL-5000 с принадлежностями, производства "Томэй ГмбХ", Германия (ФСЗ 2011/11147) - 1 шт. (при необходимости).
12. Набор пробных очковых линз, упрощенный НПУ-69-01 по ТУ 9442-001-39589405-2002, производства ООО МРП «Техноаргус», Россия (ФСР 2007/00471) - 1 шт. (при необходимости).
13. Тонометры внутриглазного давления через веко- не менее 1 шт. в исполнениях:
- 13.1. Бесконтактный тонометр FT-1000 с принадлежностями, производства "Томи Гмбх", Германия (ФСЗ 2008/01687) - 1 шт. (при необходимости) или Тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный ТГДц-01 "ПРА" по ТУ 9441-011-12191956-98, производства АО "Государственный Рязанский приборный завод", Россия (ФСР 2008/02643) - 1 шт. (при необходимости).
14. Периметр автоматический офтальмологический AP-3000 с принадлежностями, производства Томэй ГмбХ, Германия (ФСЗ 2011/09934) - 1 шт. (при необходимости).
15. Проектор знаков офтальмологический "ОПТИОНИКС®" (OPTIONIX®) по ТУ 26.60.12- 011-37600580-2020 Производство: ЗАО НПО Медкар, Россия (РЗН 2020/10607) - 1 шт. (при необходимости).
16. Анализатор определения границ, дефектов и световой чувствительности поля зрения компьютеризированный АПЗ-30/50/100-«ПЕРИТЕСТ» по ТУ 9442-002-11432330-2003, производства ИП Гуров Андрей Сергеевич, Россия (ФСР 2012/13976) - 1 шт. (при необходимости).
17. Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях:
- стул медицинский лабораторный СМ;
 - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ;
 - стул медицинский стационарный СМС;
 - стул медицинский для врача СМВ;
 - стул медицинский секционный СМС;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0131243

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 10

- стул медицинский стоматологический для врача СМСв;
- стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа;
- стул медицинский лабораторный СМ;
- стул-табурет медицинский лабораторный СМТ, производства ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973) - 2 шт.
- 18. Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями, производства ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292) - 2 шт. (при необходимости).

Кабинет «Женское здоровье»:

Кресло гинекологическое не менее 1 шт. в исполнениях:

1. Кресло гинекологическое-урологическое «Клер»-КГЭМ по ТУ 9452-003-43656656-2011, исполнение: КГЭМ-01, производства ООО Научно-производственная фирма "Дентофлекс", Россия (ФСР 2008/03499) - 1 шт. (при необходимости) или Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1 по ТУ 9452-021-07614107-2004, производства АО "Досчатинский завод медицинского оборудования", Россия (ФСР 2010/07065) - 1 шт. (при необходимости).
3. Кресло гинекологическое «Грейс» по ТУ 9452-008-74487176-2011, производства ООО "ДИКСИОН", Россия (ФСР 2011/10927) - 1 шт. (при необходимости) или Кресло гинекологическое «Грейс» по ТУ 9452-008-74487176-2011 Производство: ООО "ДИКСИОН", Россия (ФСР 2011/10927) - 1 шт. (при необходимости).
2. Кольпоскоп КС-02 по ТУ 26.70.22-009-52132018-2018, производства ООО "Здоровый Мир", Россия (РЗН 2019/8462) - 1 шт. (при необходимости).
3. Маммограф электроимпедансный компьютерный для скринингового обследования молочной железы "МЭИК"® по ТУ 9442-001-21702999-2013, производства ООО ПКФ "Современная импедансная медицинская техника", Россия (РЗН 2014/2264) - 1 шт. (при необходимости).
4. Облучатели-рециркуляторы воздуха- не менее 1 шт. в исполнениях:
 - 4.1. Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ», производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/11388) - 1 шт. (при необходимости) или Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003, производства АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2012/13836) - 1 шт. (при необходимости) или Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС"

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131244

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 11

("POZIS"), производства АО "ПОЗиС", Россия (ФСР 2012/13836) 1 шт. (при необходимости).

5. Стетоскопы не менее 1 шт. в исполнениях:

5.1. Стетоскоп с принадлежностями, вариант исполнения Cardiophon, Duplex de luxe, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2012/12207) - 1 шт. (при необходимости) или Стетоскоп Littmann вариант исполнения Littman classic 3 с принадлежностями, производства ЗМ Компани", Россия (РЗН 2016/4622) - 1 шт. (при необходимости) или Стетоскоп акушерский деревянный Сад «М-МИЗ» по ТУ 9398-093-07613473-2003, ФСР 2007/00787 от 01.10.2007, производства Можайский МИЗ, Россия (ФСР 2007/00787) - 1 шт. (при необходимости).

6. Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006- 52777873-2010 четырех исполнений: в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-П; в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Нм; в сумке тканевой каркасной УМСП-01-С; в металлическом футляре УМСП-01-М, исполнение в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01- Пм, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2010/07335) - 1 шт. (при необходимости).

7. Аппарат ультразвуковой диагностический серии М с принадлежностями, вариант исполнения: М9, производства "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электронике Ко., Лтд.", КНР (РЗН 2017/6115) - 1 шт. (при необходимости).

8. Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. - «РЕСПЕКТ», производства ООО "ГК "Респект", Россия (РЗН 2013/1089) - 1 шт. (при необходимости)

9. Набор гинекологический смотровой одноразовый стерильный "Ева" по ТУ 9437-045-44942795-2009, производства ООО "Полимерные изделия", Россия (ФСР 2010/07047) - 1 шт. (при необходимости).

10. Тест-полоски MULTICHECK для определения в моче параметров и веществ (от 1 до 15), производства "АйЭнДи Диагностика Инк.", Канада (ФСЗ 2010/07039) - 1 шт. (при необходимости).

11. Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270- 2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С, производства АО "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585) - 1 шт. (при необходимости).

12. Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131245

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 12

предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в следующих исполнениях: - КДС-1; - КДС-3; - КДС-5; - КДС-6; - КДС-6Л-1К; - КДС-6Л-2К; - КДС-10; - КДС-11; - КДС-20; - КДС-30; - КДС-35; - КДС-0.1; - КДС-0.2, исполнение КДС-3, производства АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2009/06144) - 1 шт. (при необходимости).

13. Набор изделий для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСР-01-«Мединт-М» по ТУ 9437-010-18585567-2004, производства ООО «МЕДПЛАНТ», Россия (РЗН 2014/1928) - 1 шт. (при необходимости).

14. Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-«Мединт-М» по ТУ 9398-006-18585567-2003, производства ООО «МЕДПЛАНТ», Россия (ФСР 2008/02305) - 1 шт. (при необходимости).

15. Набор для минитрахеостомии, производства «Смите Медикал Интернэшнл Лимитед» (ФСЗ № 2009/05211) - 1 шт.

16. Термометр медицинский электронный OMRON Eco Temp (MC-203-E), производства OMRON HEALTHCARE Co., Ltd, Япония - 1 шт. (при необходимости).

17. Кресло донорское с управляемым наклоном и штативом КДн-«Диакомс» для размещения донора при взятии крови (угол наклона спинки от 20 до 30 градусов) по ТУ 9452-049-17099ЮЗ- 2002, производства ООО «Диакомс» Россия, (ФСР 2012/13320) - 1 шт. (при необходимости).

18. Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях:

- стул медицинский лабораторный СМ;
- стул-табурет медицинский лабораторный СМТ;
- стул медицинский стационарный СМС;
- стул медицинский для врача СМВ;
- стул медицинский секционный СМС;
- стул медицинский стоматологический для врача СМСв;
- стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа;
- стул медицинский лабораторный СМ;
- стул-табурет медицинский лабораторный СМТ,

производства ООО научно- производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973) - 2 шт.

19. Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями, производства ООО «Гелиокс», Россия (РЗН 2013/1292) - 2 шт. (при необходимости).

Кабинет «Стоматология»:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131246

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 13

1. Ванны ультразвуковые электромеханические однокамерные для дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских инструментов "Ультразвук" по ТУ 9451-008-56755207-2009, модель: "Ультразвук-М" УВ-3, производства ЗАО "Геософт Дент", Россия (ФСР 2007/00048) - 1 шт. (при необходимости).
2. Стерилизатор мелких стоматологических инструментов электрический со стеклянными шариками СС-01 "ТермоЭст" по ТУ 9451-001-56755207-2005, модель: - "ТермоЭст", производства ЗАО "Геософт Дент", Россия (ФСР 2010/08560) - 1 шт. (при необходимости).
3. Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С, производства АО "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585) - 1 шт. (при необходимости).
4. Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КФ-3, КФ-6, КФ-9, КФ-12, КФ-18, по ТУ 9451-018-07614107-2002 и сменные части: фильтры, исполнение: КФ-3, Производство: АО "Досчатинский завод медицинского оборудования", Россия (ФСР 2010/07067) - 1 шт. (при необходимости).
5. Компрессор воздушный поршневой стоматологический КС-60-01 "Стомэл" по ТУ 9452-003-26502549-00, производства ООО "СТОМАЭЛ-К", Россия (ФСР 2009/05060) - 1 шт. (при необходимости).
6. Установка стоматологическая - не менее 1 шт. в исполнении:
6.1. Установка стоматологическая STOMADENT HARMONY с принадлежностями, производства "СТОМАДЕНТ СК с.р.о.", Словакия (ФСЗ 2008/02141) - 1 шт. (при необходимости) или Установка стоматологическая STOMADENT IMPULS с принадлежностями, производства «СТОМАДЕНТ СК с.р.о», Словакия. (ФСЗ 2008/02142) - 1 шт. (при необходимости).
7. Датчик цифровой дентальный интраоральный RIOSensor модель Ris500, производства "Рэй Ко., Лтд.", Корея (РЗН 2018/7470) - 1 шт. (при необходимости).
8. Аппарат рентгеновский стоматологический Evolution X3000 2C/1 с принадлежностями, производства "Нью Лайф Радиолоджи С.р.Л", Италия (ФСЗ 2008/02002) - 1 шт. (при необходимости).
9. Камеры бактерицидные для хранения простерилизованных медицинских инструментов- "СПДС" по ТУ 9452-001-75620370-2010, исполнение: "СПДС-3-К", производства ООО "СПДС", Россия (ФСР 2010/09347) - 1 шт. (при необходимости).
10. Аппарат рентгеновский дентальный MAX 70 HF/DC с принадлежностями, производства "ЦСН Индастри С.р.л.", Италия (РЗН 2017/5415) - 1 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131247

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 14

12. Визиограф стоматологический Rx 2 с принадлежностями, производство "ЦСН Индастри С.р.л.", Италия (РЗН 2017/5414) - 1 шт. (при необходимости).
11. Аппараты для локализации апикального сужения корневого канала зуба по ТУ 9452-005- 56755207-2016, вариант исполнения: «ЭндоЭст-3Д», производства ЗАО "Геософт Дент", Россия (ФСР 2007/00078) - 1 шт. - (при необходимости).
12. Установка предстерилизационной очистки и смазки стоматологических наконечников: Assistina 301 Plus, с принадлежностями, производства "Ви унд Ха Дентал Верк Бюрмоос ГмбХ", Австрия (РЗН 2017/5826) - 1 шт. (при необходимости).
13. Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СНУ, ГП-20 СНУ по ТУ 9451-013-00141798-2005, исполнение: ГП-20 СНУ, производства ОАО "Смоленское СКТБ СНУ", Россия (ФСР 2010/07332) - 1 шт. (при необходимости).
14. Холодильники фармацевтические ХФ-250 "ПОЗИС", ХФ-250-1 "ПОЗИС", ХФ-250-2 "ПОЗИС", ХФ-250-3 "ПОЗИС", ХФ-400 "ПОЗИС", ХФ-400-1 "ПОЗИС", ХФ-400-2 "ПОЗИС", ХФ-400-3 "ПОЗИС", ХФ-140 "ПОЗИС", ХФ-140-1 "ПОЗИС" по ТУ 9452-168-07503307-2004, модель: ХФ-140 "ПОЗИС" - 1шт. (при необходимости).
17. Облучатели-рециркуляторы воздуха не менее 1 шт. в исполнениях:
- 17.1 Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ», производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/11388) - 1 шт. (при необходимости) или Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003, производства АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2012/13836) - 1 шт. (при необходимости) или Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), производства АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2012/13836) -1 шт. (при необходимости).
15. Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях:
- стул медицинский лабораторный СМ;
 - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ;
 - стул медицинский стационарный СМС;
 - стул медицинский для врача СМВ;
 - стул медицинский секционный СМС;
 - стул медицинский стоматологический для врача СМСв;
 - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа;
- Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131248

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 15

- стул медицинский лабораторный СМ;
- стул-табурет медицинский лабораторный СМТ,
производства ООО научно- производственная фирма Костромская медтехника, Россия
(ФСР 2008/03973) - 2 шт.

16. Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах
исполнения, принадлежностями, производства ООО "Гелиокс", Россия
(РЗН 2013/1292) - 2 шт. (при необходимости).

Кабинет «Лаборатория»:

1. Облучатели-рециркуляторы воздуха не менее 1 шт. в исполнениях:

1.1 Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-
«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-
«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-
«КРОНТ», производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/11388) - 1 шт. (при
необходимости) или Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный
ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003, производства АО «КРОНТ-М»,
Россия (ФСР 2012/13836) - 1 шт. (при необходимости) или Рециркуляторы
бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях:
РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС"
("POZIS"), производства АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2012/13836) - 1 шт. (при
необходимости).

2. Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для
предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских
изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в следующих исполнениях: -
КДС-1; - КДС-3; - КДС-5; - КДС-6; - КДС-6Л-1К; - КДС-6Л-2К; - КДС-10; - КДС-11; -
КДС-20; - КДС-30; - КДС-35; - КДС-0,1; - КДС-0,2, исполнение КДС-1, производства АО
«КРОНТ-М», Россия (ФСР 2009/06144) - 1 шт. (при необходимости).

3. Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ» по ТУ 9452-037-11769436-2010,
производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/10034) - 1 шт. (при необходимости).

4. Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и
предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-
24320270- 2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С, производства АО "Елатомский
приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585) - 1 шт. (при необходимости).

5. Анализаторы гематологические - не менее 1 шт. в исполнениях:

5.1. Анализатор крови биохимический портативный, модели: CardioChek, CardioChek PA,
с принадлежностями, модель: CardioChek PA, производства "Полимер Технолоджи
Системе, Инк.", США (РЗН 2015/2693) - 1 шт. (при необходимости), или Анализаторы

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131249

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 16

биохимические "ТОРУС" по ТУ 9443-013-74487176-2007, производства ООО "ДИКСИОН", Россия (ФСР 2007/00674) - 1 шт. (при необходимости) или Анализаторы гематологические автоматические "ГЕМАЛАЙТ" по ТУ 9443-011-74487176-2007, производства ООО "ДИКСИОН", Россия (ФСР 2007/00675) - 1 шт. (при необходимости) или Анализаторы гематологические автоматические "ГЕМАЛАЙТ" по ТУ 9443-011-74487176-2007, производства ООО "ДИКСИОН", Россия (ФСР 2007/00675) - 1 шт. (при необходимости) или Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in, производства "Биокемикал Система Интернэйшнл Срл", Италия (ФСЗ 2011/10072) - 1 шт. (при необходимости) или Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для определения уровня сахара в крови "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active) с принадлежностями, производства "Рош Диабете Кеа ЕмбХ", Германия (ФСЗ 2007/00817) - 1 шт. (при необходимости) или Анализаторы мочи CL-50 Plus, CL-500 с принадлежностями, модель: CL-50 Plus, производства "Хай Текнолоджи, Инк.", США (РЗН 2016/3986) - 1 шт. (при необходимости) или Анализатор гематологический MicroCC с принадлежностями, вариант исполнения: MicroCC-20Plus, производства "Хай Текнолоджи, Инк.", США (ФСЗ 2010/07756) - 1 шт. (при необходимости) или Анализатор осадка мочи автоматический UriSed mini (УриСед мини) Производство: 77 Электроника Кфт, Венгрия (РЗН 2019/9342) - 1 шт. (при необходимости) или Анализатор гематологический V-Counter (В-Каунтер) с принадлежностями Производство: Вест Медика Продукционс- унд Хайдельс-ГмбХ, Австрия (РЗН 2017/5740) - 1 шт. (при необходимости).

6. Пробирки для взятия крови "Проба", вариант исполнения: Пробирки с активатором свертывания, производства «Ченгду Рич Сайенс Индастри Ко., Лтд.», Китай (ФСЗ 2010/06301) - 1 к-т. (при необходимости).

13. Центрифуга лабораторная медицинская настольная "Armed" производства "Зенит Лаб (Цзянсу) Ко., Лтд.", Китай (РЗН 2020/10939) - 1 шт. (при необходимости).

7. Анализатор измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) CUBE 30 Touch (КУБ 30 ТАЧ), с принадлежностями Производство: «Диессе Диагностика Сенезе С.п.А.», Италия (РЗН 2019/9149) - 1 шт. (при необходимости).

8. Стерилизаторы воздушные ГП-5 МО, ГП-10 МО, ГП-20 МО, ГП-40 МО, ГП-80 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011, модель: ГП-10 МО, производства АО "Государственный Рязанский приборный завод", Россия (ФСР 2011/10267) - 1 шт. (при необходимости).

9. Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131250

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 17

и В, одноразовая 1,5 л. - «РЕСПЕКТ», производства ООО "ГК "Респект", Россия (РЗН 2013/1089) - 1 шт. (при необходимости).

10. Холодильники фармацевтические ХФ-250 "ПОЗИС", ХФ-250-1 "ПОЗИС", ХФ-250-2 "ПОЗИС", ХФ-250-3 "ПОЗИС", ХФ-400 "ПОЗИС", ХФ-400-1 "ПОЗИС", ХФ-400-2 "ПОЗИС", ХФ-400-3 "ПОЗИС", ХФ-140 "ПОЗИС", ХФ-140-1 "ПОЗИС" по ТУ 9452-168-07503307-2004, модель: ХФ-140 "ПОЗИС" - 1 шт. (при необходимости).

11. Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях:

- стул медицинский лабораторный СМ;
- стул-табурет медицинский лабораторный СМТ;
- стул медицинский стационарный СМС;
- стул медицинский для врача СМВ;
- стул медицинский секционный СМС;
- стул медицинский стоматологический для врача СМСв;
- стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа;
- стул медицинский лабораторный СМ;
- стул-табурет медицинский лабораторный СМТ,

производства ООО научно- производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973) - 2 шт.

12. Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями, производства ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292) - 2 шт. (при необходимости).

Кабинет «Маммография»:

1. Облучатели-рециркуляторы - не менее 1 шт. в исполнениях:

1.1. Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ», производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/11388) - 1 шт. (при необходимости) или Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003, производства АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2012/13836) - 1 шт. (при необходимости) или Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), производства АО "ПОЗис", Россия (ФСР 2012/13836) - 1 шт. (при необходимости).

2. Комплекс рентгеновский маммографический цифровой МАДИС по ТУ У 33.1-

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131251

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 18

14309534- 118-2003, с принадлежностями, производства Фирма "Радмир" ДП АО НИИРИ, Украина (РЗН 2014/2046) - 1 шт. (при необходимости).

3. Маммограф рентгеновский- не менее 1 шт. в исполнениях:

3.1. Маммограф рентгеновский «Маммо-4-«МТ» по ТУ 9442-036-47245915-2011 с принадлежностями, производства ЗАО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд", Россия (ФСР 2008/02328) - 1 шт. (при необходимости) или Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016 Производство: ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия (РЗН 2017/5930) - 1 шт. (при необходимости).

4. Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях:

- стул медицинский лабораторный СМ;
- стул-табурет медицинский лабораторный СМТ;
- стул медицинский стационарный СМС;
- стул медицинский для врача СМВ;
- стул медицинский секционный СМС;
- стул медицинский стоматологический для врача СМСв;
- стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения
- стул медицинский лабораторный СМ;
- стул-табурет медицинский лабораторный СМТ,

производства ООО научно- производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973) - 2 шт.

5. Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, принадлежностями, производства ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292) - 2 шт. (при необходимости).

Кабинет «Рентгенодиагностика»:

1. Облучатели-рециркуляторы- не менее 1 шт. в исполнениях:

1.1 Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ», производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/11388) - 1 шт. (при необходимости) или Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003, производства АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2012/13836) - 1 шт. (при необходимости) или Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), производства АО "ПОЗис", Россия (ФСР-2012/13836) - 1 шт. (при

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131252

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 19

необходимости).

2. Рентгенодиагностические аппараты- не менее 1 шт. в исполнениях:

2.1 Флюорограф цифровой малодозовый "ФЦМ-Альфа" по ТУ 9442-022-17459079-2009, исполнение: "ФЦМ-Альфа 2К", производства ЗАО "Приборы и оборудование для научных исследований", Россия (ФСР 2009/05372) - 1 шт. (при необходимости) или Аппарат рентгеновский палатный передвижной «МобиРен-4МТ-А» по ТУ 9442-054-47245915-2016, исполнение: «МобиРен-4МТ-А»-02, производства Акционерное общество "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд", Россия (РЗН 2017/6074) - 1 шт. (при необходимости) или Аппарат рентгеновский цифровой палатный передвижной «Р-500 «Мобикомпакт» по ТУ 9442-053-47245915-2016 Производство: Акционерное общество "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд", Россия (РЗН 2017/6289) - 1 шт. (при необходимости).

3. Ширма рентгенозащитная цельнометаллическая свинцовая по ТУ 9452-009-17459079-2002, исполнение: ШРБ1-"ПОНИ", производства ЗАО "ПОНИ", Россия (ФСР 2011/11811) - 1 шт. (при необходимости).

4. Комплект индивидуальных поливинилхлоридно-свинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-"РЕНЕКС" по ТУ 9398-010- 21009821-2004 Производство: ЗАО "РЕНЕКС", Россия (ФСР 2008/03184) - 6 шт. (при необходимости).

5. Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях:

- стул медицинский лабораторный СМ;
- стул-табурет медицинский лабораторный СМТ;
- стул медицинский стационарный СМС;
- стул медицинский для врача СМВ;
- стул медицинский секционный СМС;
- стул медицинский стоматологический для врача СМСв;
- стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения
- стул медицинский лабораторный СМ;
- стул-табурет медицинский лабораторный СМТ,

производства ООО научно- производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973) - 2 шт.

10. Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями, производства ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292) - 2 шт. (при необходимости).

III. Транспортное средство не менее 1 шт. в исполнениях:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131253

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 20

1. АМС-49415Н, производства ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», Россия - 1 шт. (при необходимости).
2. ПМК-48415Н Производство: ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», Россия - 1 шт. (при необходимости).
3. 972200, производства ООО «ТТМ ЦЕНТР», Россия - 1 шт. (при необходимости).
4. АЛ-59860С-2, производства ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», Россия - 1 шт. (при необходимости).
5. АФ-47434А, производства ООО «ТТМ ЦЕНТР», Россия - 1 шт. (при необходимости).
6. АФ-371703, производства ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», Россия - 1 шт. (при необходимости).
7. НМК-48415К Производство: ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», Россия - 1 шт. (при необходимости).
8. VFM6АО, производства ООО «РусКомТранс», Россия - 1 шт. (при необходимости).
9. 878913, производства ООО «Форвард», Россия - 1 шт. (при необходимости).
10. 185514, производства ООО «Форвард», Россия - 1 шт. (при необходимости).
11. 692732, производства ООО «КОМЗ», Россия - 1 шт. (при необходимости).
12. 385527, производства ООО «Форвард», Россия - 1 шт. (при необходимости).

IV. Специальное оборудование:

1. Независимый воздушный и жидкостный отопитель Air Top EVO 55, производства «Webasto Thermo & Comfort SE», Германия - не более 2 шт. (при необходимости).
2. Воздушный отопитель модели: Airtronic D4, производства Eberspacher Climat Control Systems GmbH & Co. KG., Германия - не более 2 шт. (при необходимости).
3. Воздушный отопитель модели: Airtronic D4 Производство: Eberspacher Climat Control Systems GmbH & Co. KG., Германия - не более 2 шт. (при необходимости).
4. Промышленная воздушная завеса, модель: МЗ, производства ООО «ТРОПИК ЛАЙН», Россия - не более 2 шт. (при необходимости)
5. Воздушная завеса Арктос Мини-3, производства ООО "Арктос", Россия - не более 2 шт. (при необходимости).
6. Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель MSMB, производства "MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO.PTE.LTD.", Сингапур - не более 2 шт. (при необходимости).
7. Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель MSMAAU-07HRDN1 / MOBA03-07HFN1 Производство: Midea Group, Китай - не более 2 шт. (при необходимости).
8. Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131254

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 21

блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель M30G-21HFN8-Q Производство: Midea Group, Китай - не более 2 шт. (при необходимости).

9. Сплит-система т.м. «Dometic», производства "Dometic Italy S.p.a.", Италия - 1 шт. (при необходимости).

10. Мульти-сплит система Royal Clima 3RGR-24HN/OUT + 3 Производство: «Royal Clima», Китай - не более 2 шт. (при необходимости).

11. Мульти-сплит система Haier 3U19FS1ERA(N) Производство: «Haier» Китай - не более 2 шт. (при необходимости).

12. Мульти-сплит система HAIER 4U75S2SR5FA Производство: «Haier» Китай - не более 2 шт. (при необходимости).

13. Мульти-сплит система HISENSE AMW4-28U4SAC Производство: «Hisense» Китай - не более 2 шт. (при необходимости).

14. Мульти-сплит система HISENSE AMW2-14U4SRE Производство: «Hisense» Китай - не более 2 шт. (при необходимости).

15. Мульти-сплит система Royal Clima 3RFM-14HN Производство: «Royal Clima», Китай - не более 2 шт. (при необходимости).

16. Мульти-сплит система HAIER 2U40S2SM1FA Производство: «Haier» Китай - не более 2 шт. (при необходимости).

17. Мульти-сплит-система, Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA ER1*3 / MXZ-3HJ50VA ER1 Производство: Mitsubishi Electric Corporation, Тайланд - не более 2 шт. (при необходимости).

18. Накрышный кондиционер Webasto cool top trail, производства «Webasto Thermo & Comfort SE», Германия - 1 шт. (при необходимости).

19. Электрический кондиционер Autoclima, производства AUTOCEIMA, Италия - 1 шт. (при необходимости).

20. Электрические аппараты бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: сплит-системы, серия (тип): GC, универсальные блоки, серии (тип) GU производства «General Climate LTD», Китай - не более 2 шт. (при необходимости).

21. Система кондиционирования Mitsubishi Electric в составе наружный блок MXZ + Внутренний блок MSZ производства Mitsubishi Electric Corporation, Япония - не более 2 шт. (при необходимости).

22. Электрогенераторная установка с маркировкой «ELEMACH», модели: SH6500EX, SH11000, SH7600EX, производства «SAWAFUJI ELECTRIC Co., LTD», Япония - 1 шт. (при необходимости).

23. Дизель-генератор, т.м. «Kubota», модель: Л16, производства «Kubota Corporation»,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131255

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 22

- Япония - 1 шт. (при необходимости).
24. Дизельный генератор «TOYO», модель TKV-20SPC Производство: «TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD» Япония - 1 шт. (при необходимости).
25. Генератор бензиновый инверторный ЗИГ-3500 Производство: ЗАО -Зубр ОВК-, Россия - 1 шт. (при необходимости).
26. Генератор Fubag TI 4300, производства "Fubag", Германия - 1 шт. (при необходимости).
27. Бензиновый генератор Denzel GT-26001 (2300 Вт), производства "MATRIZE Handels GmbH", Германия. - 1 шт. (при необходимости).
28. Бензиновый генератор «Energo», Модели: EB7.0/230-YLE, EB7.0/230-HLE, EB 14.0/230- YLE Производство: «Energo» Россия - 1 шт. (при необходимости).
29. Бензиновый генератор Briggs&Stratton модель: Elite 8500EA Производство: «Briggs & Stratton» США - 1 шт. (при необходимости).
30. Бензиновый генератор Yamaha Модель: EF 7200 E Производство: «Yamaha», Китай, Япония - 1 шт. (при необходимости).
31. Бензиновый генератор ZONGSHEN модели: PB 7000 E, KB 7000 E, KB 9000 E, PB 12000E, PB 15000 E Производитель: «ZONGSHEN INDUSTRIAL GROUP CO., LTD», Китай - 1 шт. (при необходимости).
32. Обогреватель электрический бытовой конвекционного типа, т.м. «Noirot», модель Spot E- 4, производства «Noirot S.A.S.», Франция - не более 8 шт. (при необходимости).
33. Электрический конвектор «Kalashnikov» модели: KVCH-E10E-11, KVCH-E10M-11 Производство: ООО «Ижевский завод тепловой техники», Россия - не более 8 шт. (при необходимости).
34. Электрический конвектор «Ballu», модели: BEC/EVE-1000, Enzo BEC/EZER-1000, Ettore BEC/ETER-1000, BEC/SEM-1000, BEC/HMM1000 Производство: ООО «Ижевский завод тепловой техники», Россия - не более 8 шт. (при необходимости).
35. Электрооборудование для обогрева помещений: тепловая завеса электрическая стационарная, т.м. «Ballu», модель ВНС-L08-T03, ВНС-L05S02-S Производство: ООО «Ижевский завод тепловой техники», Россия - не более 2 шт. (при необходимости).
36. Прибор приемно-контрольный охранный, модель Кварц вариант 2 Производство: ООО НПО «Сибирский Арсенал», Россия - 1 шт., (при необходимости);
37. Прибор Приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный радиоканальный «Версет», модели: ВС-ПК ВЕКТОР-116, ВС-ПК ВЕКТОР-120 Производство: ООО «Версет», Россия - 1 шт., (при необходимости);
38. Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-12000Н/1-Ц Производство: «Ресанта», Китай - 1 шт., (при необходимости);

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131256

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 23

39. Многофункциональный автономный преобразователь энергии МАП SINE, модель PRO Производство: ООО «МикроАрт», Россия - 1 шт., (при необходимости);
40. Установка вентиляционная, модель Breezart Производство: ООО «КЛИМАТСОФТ», Россия - 1 шт., (при необходимости);
41. Вентилятор промышленный, модель VANVENT Производство: ООО «ВАНВЕНТ», Россия - 1 шт., (при необходимости);
42. Окно рентгенозащитное «TISSA» TY BY 600091320/003-2006 Производство: ООО «ТИССА», Республика Беларусь - не более 2 шт., (при необходимости);
43. Биотуалет Thetford Porta Potti Производство: -Thetford-, Нидерланды - не более 2 шт., (при необходимости);
44. Независимый воздушный и жидкостный отопитель Air Top EVO 55 Производство: «Webasto Thermo & Comfort SE», Германия - 1 шт., (при необходимости);
45. Воздушный отопитель модели: Airtronic D4 Производство: Eberspacher Climat Control Systems GmbH & Co. KG., Германия - 1 шт., (при необходимости);
46. Промышленная воздушная завеса, модель: МЗ Производство: ООО «ТРОПИК ЛАЙН», Россия - не более 2 шт., (при необходимости);
47. Воздушная завеса Арктос Мини-3 Производство: ООО -Арктос-, Россия - не более 2 шт., (при необходимости);
48. Холодильник BBK, RF-068 Производство: BBK Electronics LTD, КНР - не более 2 шт., (при необходимости);
49. Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель MSMB Производство: -MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO.PTE.LTD.-, Сингапур - 1 шт., (при необходимости);
50. Сплит-система т.м. «Dometic» Производство: -Dometic Italy S.p.a.-, Италия - 1 шт., (при необходимости);
51. Накрышный кондиционер Webasto cool top trail Производство: «Webasto Thermo & Comfort SE», Германия - 1 шт., (при необходимости);
52. Электрический кондиционер Autoclima Производство: AUTOCLIMA, Италия - 1 шт., (при необходимости);
53. Электрические аппараты бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: сплит-системы, серия (тип): GC, универсальные блоки, серии (тип) GU Производство: «General Climate LTD», Китай - 1 шт., (при необходимости);
54. Система кондиционирования Mitsubishi Electric в составе наружный блок MXZ - Внутренний блок MSZ Производство: Mitsubishi Electric Corporation, Япония - Не
- Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131257

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 24

более 2 шт., (при необходимости);

55. Электрогенераторная установка с маркировкой «ELEMАХ», модели: SH6500EX, SH11000 Производство: «SAWAFUJI ELECTRIC Co., LTD», Япония - 1 шт., (при необходимости);

V. Встраиваемая мебель:

1) Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Диспансеризация» на базе транспортного средства АМС-49415Н или VFM6AO или ПМК-48415Н:

- Столешница для крепления к стенам БСП161060970 - 1 шт., (при необходимости);

- БСП16600600 - 1 шт., (при необходимости);

- БСП1616850600 - не более 3 шт., (при необходимости);

- Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161520600М - 1 шт., (при необходимости);

- Умывальник УД 16400400 - не более 2 шт., (при необходимости);

- Шкаф настенный НШР800500300 - не более 4 шт. (при необходимости);

- Кушетка-рундук КР1800600550 - не более 3 шт. (при необходимости).

2) Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Профосмотр» на базе транспортного средства 972200:

- Столешница для крепления к стенам БСП161000900 - 1 шт., (при необходимости);

- БСП161500700 - не более 2 шт., (при необходимости);

- БСП16300300 - 1 шт., (при необходимости);

- БСП 16800400 - 1 шт., (при необходимости);

- БСП 16900500 - не более 4 шт., (при необходимости);

- БСП 16450450 - 1 шт. (при необходимости);

- Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161540400М - 1 шт., (при необходимости);

- БСП161300500М - 1 шт. (при необходимости);

- Умывальник УД 16400400 - не более 2 шт. (при необходимости);

- Шкаф настенный НШР800500300 - не более 8 шт. (при необходимости);

- Кушетка-рундук КР 1800600550 - 2 шт. (при необходимости).

3) Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Лучевая диагностика» на базе транспортного средства АЛ-59860С-2:

- Столешница для крепления к стенам БСП 161500400 - не более 2 шт. (при необходимости);

- Шкаф настенный НШР800500300 - не более 2 шт. (при необходимости);

- Умывальник УД16400400 - 1 шт. (при необходимости).

4) Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Стоматология» на

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0131258

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 25

базе транспортного средства АФ-47434А:

- Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161300500М - 2 шт., (при необходимости);

- БСП161140500М - 1 шт. (при необходимости);

- Столешница для крепления к стенам БСП 16850600 - 1 шт. (при необходимости);

- Умывальник УД 16400400 - 1 шт. (при необходимости);

- Шкаф настенный НШР800500300 - 4 шт. (при необходимости).

5) Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Офтальмология» на базе транспортного средства АФ-371703:

- Столешница для крепления к стенам БСП 16900500 - 2 шт., (при необходимости);

- БСП161350400 - 1 шт. (при необходимости);

- Умывальник УД 16400400 - 1 шт. (при необходимости);

- Шкаф настенный НШР675400300 - 4 шт. (при необходимости);

- Шкаф напольный для одежды ШОР 1900800500 - 1 шт. (при необходимости).

6) Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Фельдшерско-акушерский пункт» на базе транспортного средства 878913, 185514 или 692732:

- Столешница для крепления к стенам БСП 16900500 - не более 4 шт. (при необходимости);

- Столешница для крепления к стенам БСП 16800400 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Столешница для крепления к стенам БСП 16300300 - 1 шт. (при необходимости);

- Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161140500М - не более 2 шт. (при необходимости);

- Кушетка-рундук КР 1800600 - не более 2 шт. (при необходимости);

- Умывальник УД 16400400 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Шкаф настенный НШР800500300 - не более 3 шт. (при необходимости).

7) Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Флюорография» на базе транспортного средства 385527 или ПМК-48415К:

- Столешница для крепления к стенам БСП 16600600 - не более 2 шт. (при необходимости);

- Столешница для крепления к стенам БСП 16900500 - 1 шт. (при необходимости);

- Столешница для крепления к стенам БСП161500400 - 1 шт. (при необходимости);

- Шкаф настенный НШР800500300 - не более 2 шт. (при необходимости);

- Кушетка-рундук КР1800600550 - 1 шт. (при необходимости);

- Умывальник УД 16400400 - 1 шт. (при необходимости).

8) Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Маммография» на

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131259

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2019/8280

Лист 26

- базе транспортного средства ПМК-48415К - не более 2 шт. (при необходимости);
- Столешница для крепления к стенам БСП16600600- 1 шт. (при необходимости);
 - Столешница для крепления к стенам БСП16900500 - 1 шт. (при необходимости);
 - Столешница для крепления к стенам БСП161500400 - 1 шт. (при необходимости);
 - Шкаф настенный НШР800500300- не более 2 шт. (при необходимости);
 - Кушетка-рундук КР 1800600550 - 1 шт. (при необходимости);
 - Умывальник УД 16400400- 1 шт. (при необходимости);

VI. Эксплуатационная документация:

- Руководство по эксплуатации;
- Паспорт;
- Эксплуатационные документы на покупные части.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0131260