



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 ноября 2023 года № РЗН 2023/21471

На медицинское изделие

**Инструмент для обработки костной ткани ААИ-5**

по ТУ 32.50.13-007-23433902-2022 с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Закрытое акционерное общество "Ассоциация аэрокосмических инженеров"  
(ЗАО "ААИ"), Россия,

141070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 4

Производитель

Закрытое акционерное общество "Ассоциация аэрокосмических инженеров"  
(ЗАО "ААИ"), Россия,

141070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 4

Место производства медицинского изделия

ЗАО "ААИ", Россия, 141070, Московская область, г. Королев, ул. Фрунзе,  
д. 1А, пом. III, офис 411, 412, 413, 414, 415

Номер регистрационного досье № РД-57244/60765 от 02.08.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 9 листах

приказом Росздравнадзора от 02 ноября 2023 года № 7738  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0074455

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 ноября 2023 года № РЗН 2023/21471

Лист 1

На медицинское изделие

**Инструмент для обработки костной ткани ААИ-5  
по ТУ 32.50.13-007-23433902-2022 с принадлежностями,**  
варианты исполнения:

I. Дрель ААИ-5, варианты исполнения:

1. Дрель большая канюлированная ААИ-5, в составе:

1.1. Дрель большая канюлированная ААИ-5, арт. 11100 - 1 шт.

1.2. Контейнер стерилизационный, арт. 10105, арт. 10106 - не более 3 шт.

(при необходимости).

1.3. Зарядное устройство ЗУ-5.1, арт. 10101 - не более 2 шт. (при необходимости).

1.4. Аккумулятор АКБ-5.1, арт. 10102 - не более 6 шт. (при необходимости).

1.5. Бокс асептический, арт. 10104 - не более 6 шт. (при необходимости).

1.6. Переходник асептический ПА-5.1, арт. 10103 - не более 2 шт. (при необходимости).

1.7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- патрон бесключевой, арт. 10001, арт. 10002, арт. 10003 - не более 5 шт.;

- патрон кулачковый, арт. 10004, арт. 10005 - не более 4 шт.;

- патрон цанга, арт. 10006, арт. 10007, арт. 10008, арт. 10009 - не более 5 шт.;

- патрон автоматический для спиц, арт. 10010, арт. 10011, арт. 10012 - не более 5 шт.;

- патрон для спиц Киршнера, арт. 10013, арт. 10014, арт. 10015,

арт. 10016 - не более 3 шт.;

- патрон с быстрозажимным разъемом, арт. 10017, арт. 10018, арт. 10019, арт. 10020,

арт. 10021, арт. 10022 - не более 10 шт.;

- патрон фреза перфоратор, арт. 10023, арт. 10024, арт. 10025, арт. 10026, арт. 10027,

арт. 10028 - не более 12 шт.

2. Дрель большая ример ААИ-5, в составе:

2.1. Дрель большая ример ААИ-5, арт. 11200 - 1 шт.

2.2. Контейнер стерилизационный, арт. 10105, арт. 10106 - не более 3 шт.

(при необходимости).

2.3. Зарядное устройство ЗУ-5.1, арт. 10101 - не более 2 шт. (при необходимости).

2.4. Аккумулятор АКБ-5.1, арт. 10102 - не более 6 шт. (при необходимости).

2.5. Бокс асептический, арт. 10104 - не более 6 шт. (при необходимости).

2.6. Переходник асептический ПА-5.1, арт. 10103 - не более 2 шт. (при необходимости).

2.7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.


Принадлежности:

- патрон бесключевой, арт. 10001, арт. 10002, арт. 10003 - не более 5 шт.;

- патрон кулачковый, арт. 10004, арт. 10005 - не более 4 шт.;

- патрон цанга, арт. 10006, арт. 10007, арт. 10008, арт. 10009 - не более 5 шт.;

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0128087**


**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 ноября 2023 года № РЗН 2023/21471

Лист 2

- патрон автоматический для спиц, арт. 10010, арт. 10011, арт. 10012 - не более 5 шт.;
- патрон для спиц Киршнера, арт. 10013, арт. 10014, арт. 10015, арт. 10016 - не более 3 шт.;
- патрон с быстрозажимным разъемом, арт. 10017, арт. 10018, арт. 10019, арт. 10020, арт. 10021, арт. 10022 - не более 10 шт.;
- патрон фреза перфоратор, арт. 10023, арт. 10024, арт. 10025, арт. 10026, арт. 10027, арт. 10028 - не более 12 шт.
- 3. Дрель малая канюлированная ААИ-5, в составе:
  - 3.1. Дрель малая канюлированная ААИ-5, арт. 12100 - 1 шт.
  - 3.2. Контейнер стерилизационный, арт. 10105, арт. 10106 - не более 3 шт. (при необходимости).
  - 3.3. Зарядное устройство ЗУ-5.2, арт. 10201 - не более 2 шт. (при необходимости).
  - 3.4. Аккумулятор АКБ-5.2, арт. 10202 - не более 6 шт. (при необходимости).
  - 3.5. Переходник асептический ПА-5.2, арт. 10203 - не более 2 шт. (при необходимости).
  - 3.6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 4. Дрель малая ример ААИ-5, в составе:
  - 4.1. Дрель малая ример ААИ-5, арт. 12200 - 1 шт.
  - 4.2. Контейнер стерилизационный, арт. 10105, арт. 10106 - не более 3 шт. (при необходимости).
  - 4.3. Зарядное устройство ЗУ-5.2, арт. 10201 - не более 2 шт. (при необходимости).
  - 4.4. Аккумулятор АКБ-5.2, арт. 10202 - не более 6 шт. (при необходимости).
  - 4.5. Переходник асептический ПА-5.2, арт. 10203 - не более 2 шт. (при необходимости).
  - 4.6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
  - патрон бесключевой, арт. 10001, арт. 10002, арт. 10003 - не более 5 шт.;
  - патрон кулачковый, арт. 10004, арт. 10005 - не более 4 шт.;
  - патрон цанга, арт. 10006, арт. 10007, арт. 10008, арт. 10009 - не более 5 шт.;
  - патрон автоматический для спиц, арт. 10010, арт. 10011, арт. 10012 - не более 5 шт.;
  - патрон для спиц Киршнера, арт. 10013, арт. 10014, арт. 10015, арт. 10016 - не более 3 шт.;
  - патрон с быстрозажимным разъемом, арт. 10017, арт. 10018, арт. 10019, арт. 10020, арт. 10021, арт. 10022 - не более 10 шт.;
  - патрон фреза перфоратор, арт. 10023, арт. 10024, арт. 10025, арт. 10026, арт. 10027, арт. 10028 - не более 12 шт.
- 5. Дрель малая краниотомная ААИ-5, в составе:
  - 5.1. Дрель малая краниотомная ААИ-5, арт. 13300 - 1 шт.
  - 5.2. Контейнер стерилизационный, арт. 10105, арт. 10106 - не более 3 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**  
0128088

## ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 ноября 2023 года № РЗН 2023/21471

Лист 3

- 5.3. Зарядное устройство ЗУ-5.2, арт. 10201 - не более 2 шт. (при необходимости).  
5.4. Аккумулятор АКБ-5.2, арт. 10202 - не более 6 шт. (при необходимости).  
5.5. Переходник асептический ПА-5.2, арт. 10203 - не более 2 шт. (при необходимости).  
5.6. Бур краниотомный, арт. 10231, арт. 10232, арт. 10233, арт. 10234 - 12 шт.  
5.7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
6. Дрель мини канюлированная ААИ-5, в составе:  
6.1. Дрель мини канюлированная ААИ-5, арт.13100 - 1 шт.  
6.2. Контейнер стерилизационный, арт. 10105, арт.10106 - не более 3 шт.  
(при необходимости).  
6.3. Зарядное устройство ЗУ-5.3, арт. 10301 - не более 2 шт. (при необходимости).  
6.4. Аккумулятор АКБ-5.3, арт. 10302 - не более 6 шт. (при необходимости).  
6.5. Переходник асептический ПА-5.3, арт. 10303 - не более 2 шт. (при необходимости).  
6.6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

### Принадлежности:

- патрон бесключевой, арт.10001, арт.10002, арт.10003 - не более 5 шт.;
- патрон кулачковый, арт.10004, арт.10005 - не более 4 шт.;
- патрон цанга, арт.10006, арт. 10007, арт. 10008, арт. 10009 - не более 5 шт.;
- патрон автоматический для спиц, арт. 10010, арт. 10011, арт. 10012 - не более 5 шт.;
- патрон для спиц Киршнера, арт. 10013, арт. 10014, арт. 10015, арт. 10016 - не более 3 шт.;
- патрон с быстрозажимным разъемом, арт. 10017, арт. 10018, арт. 10019, арт. 10020, арт. 10021, арт. 10022 - не более 10 шт.;
- патрон фреза перфоратор, арт. 10023, арт. 10024, арт.10025, арт. 10026, арт.10027, арт.10028 - не более 12 шт.

### II. Пила ААИ-5, варианты исполнения:

#### 1. Пила большая сагиттальная ААИ-5, в составе:

##### 1.1. Пила большая сагиттальная ААИ-5, арт.21100 - 1 шт.

1.2. Лезвие пилы сагиттальной, размеры: 45x8x0,6 мм, 50x20x0,6 мм, 65x13x0,8 мм, 65x24x1,2 мм, 85x13x0,8 мм, 65x19x0,8 мм, 85x19x0,8 мм, 65x22x0,8 мм, 85x22x0,8 мм, 65x13x1,0 мм, 85x13x1,0 мм, 90x13x1,0 мм, 65x19x1,0 мм, 85x19x1,0 мм, 65x22x1,0 мм, 85x22x1,0 мм, 95x22x1,0 мм, 65x33x1,0 мм, 65x13x1,2 мм, 85x13x1,2 мм, 65x19x1,2 мм, 85x19x1,2 мм, 95x19x1,2 мм, 65x22x1,2 мм, 85x22x1,2 мм, 95x22x1,2 мм, 95x24x1,2 мм, 65x33x1,2 мм, 75x13x1,2 мм, 75x19x1,2 мм, 75x19x1,27 мм, 75x22x1,0 мм, 80x12x0,8 мм, 90x19x1,2 мм, 85x13x1,27 мм, 95x13x1,27 мм, 85x19x1,27 мм, 95x19x1,27 мм, 97x19x1,27 мм, 85x22x1,27 мм, 95x22x1,27 мм, 85x24x1,27 мм, 95x24x1,27 мм, 85x25x1,27 мм, 95x25x1,27 мм, 85x19x1,37 мм, 95x19x1,37 мм, 85x19x1,4 мм, 95x19x1,4 мм, 85x19x1,47 мм, 95x19x1,47 мм, 85x22x1,37 мм, 95x22x1,37 мм, 85x22x1,4 мм, 95x22x1,4 мм, 85x22x1,47 мм, 95x22x1,47 мм.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0128089

## ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 ноября 2023 года № РЗН 2023/21471

Лист 4

30x82x0,6 мм, 30x53x0,6 мм, 25x14x0,6 мм - не более 200 шт. (при необходимости).

1.3. Контейнер стерилизационный, арт. 10105, арт.10106 - не более 2 шт.  
(при необходимости).

1.4. Зарядное устройство ЗУ-5.1, арт. 10101 - не более 2 шт. (при необходимости).

1.5. Аккумулятор АКБ-5.1, арт. 10102 - не более 6 шт. (при необходимости).

1.6. Бокс асептический, арт. 10104 - не более 6 шт. (при необходимости).

1.7. Переходник асептический ПА-5.1, арт. 10103 - не более 2 шт. (при необходимости).

1.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

2. Пила большая реципрокная ААИ-5, в составе:

2.1. Пила большая реципрокная ААИ-5, арт. 21200 - 1 шт.

2.2. Лезвие пилы реципрокной, размеры: 40x6x1,0 мм, 50x6x1,0 мм, 70x6x1,0 мм,

75x6x1,0 мм, 70x10x1,0 мм, 77x12,5x1,0 мм, 70x10x1,2 мм, 70x12,5x1,2 мм,

80x12,5x1,2 мм, 90x12,5x1,2 мм, 77x12,5x1,2 мм, 70x12x1,7 мм, 80x12x1,7 мм,

50x12x0,6 мм, 40x8x0,7 мм, 50x10x0,7 мм, 70x13x0,7 мм, 40x10x0,8 мм, 50x10x0,8 мм,

70x10x0,8 мм, 40x12x0,8 мм, 50x12x0,8 мм, 60x12x0,8 мм, 70x12x0,8 мм,

77x13,5x0,9 мм, 40x10x1,0 мм, 50x10x1,0 мм, 60x10x1,0 мм, 80x10x1,0 мм,

90x10x1,0 мм, 50x12x1,0 мм, 60x12x1,0 мм, 70x12x1,0 мм, 80x12x1,0 мм, 90x12x1,0 мм,

60x10x1,2 мм, 80x10x1,2 мм, 90x10x1,2 мм, 80x12x1,2 мм, 90x12x1,2 мм,

77x13,5x1,2 мм, 70x12x1,27 мм, 80x12x1,27 мм, 90x12x1,27 мм, 80x10x1,5 мм,

90x10x1,5 мм, 70x12x1,5 мм, 80x12x1,5 мм, 90x12x1,5 мм,

30x6x1,0 мм - не более 200 шт. (при необходимости).

2.3. Контейнер стерилизационный, арт. 10105, арт.10106 - не более 2 шт.  
(при необходимости).

2.4. Зарядное устройство ЗУ-5.1, арт. 10101 - не более 2 шт. (при необходимости).

2.5. Аккумулятор АКБ-5.1, арт. 10102 - не более 6 шт. (при необходимости).

2.6. Бокс асептический, арт. 10104 - не более 6 шт. (при необходимости).

2.7. Переходник асептический ПА-5.1, арт. 10103 - не более 2 шт. (при необходимости).

2.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

3. Пила большая стернатом ААИ-5, в составе:

3.1. Пила большая стернатом ААИ-5 арт. 21300 - 1 шт.

3.2. Лезвие пилы реципрокной, размеры: 40x6x1,0 мм, 50x6x1,0 мм, 70x6x1,0 мм,

75x6x1,0 мм, 70x10x1,0 мм, 77x12,5x1,0 мм, 70x10x1,2 мм, 70x12,5x1,2 мм,

80x12,5x1,2 мм, 90x12,5x1,2 мм, 77x12,5x1,2 мм, 70x12x1,7 мм, 80x12x1,7 мм,

50x12x0,6 мм, 40x8x0,7 мм, 50x10x0,7 мм, 70x13x0,7 мм, 40x10x0,8 мм, 50x10x0,8 мм,


70x10x0,8 мм, 40x12x0,8 мм, 50x12x0,8 мм, 60x12x0,8 мм, 70x12x0,8 мм,

77x13,5x0,9 мм, 40x10x1,0 мм, 50x10x1,0 мм, 60x10x1,0 мм, 80x10x1,0 мм,

90x10x1,0 мм, 50x12x1,0 мм, 60x12x1,0 мм, 70x12x1,0 мм, 80x12x1,0 мм, 90x12x1,0 мм,

60x10x1,2 мм, 80x10x1,2 мм, 90x10x1,2 мм, 80x12x1,2 мм, 90x12x1,2 мм,

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0128090

## ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 ноября 2023 года № РЗН 2023/21471

Лист 5

77x13,5x1,2 мм, 70x12x1,27 мм, 80x12x1,27 мм, 90x12x1,27 мм, 80x10x1,5 мм,  
90x10x1,5 мм, 70x12x1,5 мм, 80x12x1,5 мм, 90x12x1,5 мм,  
30x6x1,0 мм - не более 200 шт. (при необходимости).

3.3. Контейнер стерилизационный, арт. 10105, арт. 10106 - не более 2 шт.  
(при необходимости).

3.4. Зарядное устройство ЗУ-5.1, арт. 10101 - не более 2 шт. (при необходимости).

3.5. Аккумулятор АКБ-5.1, арт. 10102 - не более 6 шт. (при необходимости).

3.6. Бокс асептический, арт. 10104 - не более 6 шт. (при необходимости).

3.7. Переходник асептический ПА-5.1, арт. 10103 - не более 2 шт. (при необходимости).

3.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. Пила малая сагиттальная ААИ-5, в составе:

4.1. Пила малая сагиттальная ААИ-5, арт. 22100 - 1 шт.

4.2. Лезвие пилы сагиттальной, размеры: 45x8x0,6 мм, 50x20x0,6 мм, 65x13x0,8 мм,  
65x24x1,2 мм, 85x13x0,8 мм, 65x19x0,8 мм, 85x19x0,8 мм, 65x22x0,8 мм, 85x22x0,8 мм,  
65x13x1,0 мм, 85x13x1,0 мм, 90x13x1,0 мм, 65x19x1,0 мм, 85x19x1,0 мм, 65x22x1,0 мм,  
85x22x1,0 мм, 95x22x1,0 мм, 65x33x1,0 мм, 65x13x1,2 мм, 85x13x1,2 мм, 65x19x1,2 мм,  
85x19x1,2 мм, 95x19x1,2 мм, 65x22x1,2 мм, 85x22x1,2 мм, 95x22x1,2 мм, 95x24x1,2 мм,  
65x33x1,2 мм, 75x13x1,2 мм, 75x19x1,2 мм, 75x19x1,27 мм, 75x22x1,0 мм,  
80x12x0,8 мм, 90x19x1,2 мм, 85x13x1,27 мм, 95x13x1,27 мм, 85x19x1,27 мм,  
95x19x1,27 мм, 97x19x1,27 мм, 85x22x1,27 мм, 95x22x1,27 мм, 85x24x1,27 мм,  
95x24x1,27 мм, 85x25x1,27 мм, 95x25x1,27 мм, 85x19x1,37 мм, 95x19x1,37 мм,  
85x19x1,4 мм, 95x19x1,4 мм, 85x19x1,47 мм, 95x19x1,47 мм, 85x22x1,37 мм,  
95x22x1,37 мм, 85x22x1,4 мм, 95x22x1,4 мм, 85x22x1,47 мм, 95x22x1,47 мм,  
30x82x0,6 мм, 30x53x0,6 мм, 25x14x0,6 мм - не более 200 шт. (при необходимости).

4.3. Контейнер стерилизационный, арт. 10105, арт. 10106 - не более 2 шт.  
(при необходимости).

4.4. Зарядное устройство ЗУ-5.2, арт. 10201 - не более 2 шт. (при необходимости).

4.5. Аккумулятор АКБ-5.2, арт. 10202 - не более 6 шт. (при необходимости).

4.6. Переходник асептический ПА-5.2, арт. 10203 - не более 2 шт. (при необходимости).

4.7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Пила малая реципрокная ААИ-5, в составе:

5.1. Пила малая реципрокная ААИ-5, арт. 22200 - 1 шт.

5.2. Лезвие пилы реципрокной, размеры: 40x6x1,0 мм, 50x6x1,0 мм, 70x6x1,0 мм,  
75x6x1,0 мм, 70x10x1,0 мм, 77x12,5x1,0 мм, 70x10x1,2 мм, 70x12,5x1,2 мм,  
80x12,5x1,2 мм, 90x12,5x1,2 мм, 77x12,5x1,2 мм, 70x12x1,7 мм, 80x12x1,7 мм,  
50x12x0,6 мм, 40x8x0,7 мм, 50x10x0,7 мм, 70x13x0,7 мм, 40x10x0,8 мм, 50x10x0,8 мм,  
70x10x0,8 мм, 40x12x0,8 мм, 50x12x0,8 мм, 60x12x0,8 мм, 70x12x0,8 мм,  
77x13,5x0,9 мм, 40x10x1,0 мм, 50x10x1,0 мм, 60x10x1,0 мм, 80x10x1,0 мм,

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0128091

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 ноября 2023 года № РЗН 2023/21471

Лист 6

90x10x1,0 мм, 50x12x1,0 мм, 60x12x1,0 мм, 70x12x1,0 мм, 80x12x1,0 мм, 90x12x1,0 мм,  
60x10x1,2 мм, 80x10x1,2 мм, 90x10x1,2 мм, 80x12x1,2 мм, 90x12x1,2 мм,  
77x13,5x1,2 мм, 70x12x1,27 мм, 80x12x1,27 мм, 90x12x1,27 мм, 80x10x1,5 мм,  
90x10x1,5 мм, 70x12x1,5 мм, 80x12x1,5 мм, 90x12x1,5 мм,  
30x6x1,0 мм - не более 200 шт. (при необходимости).

5.3. Контейнер стерилизационный, арт. 10105, арт.10106 - не более 2 шт.  
(при необходимости).

5.4. Зарядное устройство ЗУ-5.2, арт. 10201 - не более 2 шт. (при необходимости).

5.5. Аккумулятор АКБ-5.2, арт. 10202 - не более 6 шт. (при необходимости).

5.6. Переходник асептический ПА-5.2, арт. 10203 - не более 2 шт. (при необходимости).

5.7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

6. Пила малая стернотом ААИ-5, в составе:

6.1. Пила малая стернотом ААИ-5, арт. 22300 - 1 шт.

6.2. Лезвие пилы реципрокной, размеры: 40x6x1,0 мм, 50x6x1,0 мм, 70x6x1,0 мм,

75x6x1,0 мм, 70x10x1,0 мм, 77x12,5x1,0 мм, 70x10x1,2 мм, 70x12,5x1,2 мм,

80x12,5x1,2 мм, 90x12,5x1,2 мм, 77x12,5x1,2 мм, 70x12x1,7 мм, 80x12x1,7 мм,

50x12x0,6 мм, 40x8x0,7 мм, 50x10x0,7 мм, 70x13x0,7 мм, 40x10x0,8 мм, 50x10x0,8 мм,

70x10x0,8 мм, 40x12x0,8 мм, 50x12x0,8 мм, 60x12x0,8 мм, 70x12x0,8 мм,

77x13,5x0,9 мм, 40x10x1,0 мм, 50x10x1,0 мм, 60x10x1,0 мм, 80x10x1,0 мм,

90x10x1,0 мм, 50x12x1,0 мм, 60x12x1,0 мм, 70x12x1,0 мм, 80x12x1,0 мм, 90x12x1,0 мм,

60x10x1,2 мм, 80x10x1,2 мм, 90x10x1,2 мм, 80x12x1,2 мм, 90x12x1,2 мм,

77x13,5x1,2 мм, 70x12x1,27 мм, 80x12x1,27 мм, 90x12x1,27 мм, 80x10x1,5 мм,

90x10x1,5 мм, 70x12x1,5 мм, 80x12x1,5 мм, 90x12x1,5 мм,

30x6x1,0 мм - не более 200 шт. (при необходимости).

6.3. Контейнер стерилизационный, арт. 10105, арт.10106 - не более 2 шт.  
(при необходимости).

6.4. Зарядное устройство ЗУ-5.2, арт. 10201 - не более 2 шт. (при необходимости).

6.5. Аккумулятор АКБ-5.2, арт. 10202 - не более 6 шт. (при необходимости).

6.6. Переходник асептический ПА-5.2, арт. 10203 - не более 2 шт. (при необходимости).


6.7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Пила мини сагиттальная ААИ-5, в составе:

7.1. Пила мини сагиттальная ААИ-5, арт.23100 - 1 шт.

7.2. Лезвие пилы сагиттальной мини, размеры: 18x4x0,3 мм, 20x4x0,3 мм, 13x6x0,3 мм,  
15x6x0,3 мм, 22x8x0,3 мм, 25x8x0,3 мм, 30x10x0,3 мм, 32x10x0,3 мм, 25x5x0,6 мм,  
25x8x0,6 мм, 45x5x0,6 мм, 25x10x0,6 мм, 32x10x0,6 мм, 35x10x0,6 мм, 45x8x0,6 мм,  
35x9,5x0,6 мм, 45x10x0,6 мм, 35x10x0,8 мм, 45x10x0,8 мм, 50x10x0,8 мм, 35x13x0,8 мм,  
45x13x0,8 мм, 25x14x0,6 мм, 25x15x0,8 мм, 45x15x0,8 мм, 50x15x0,8 мм, 50x20x0,8 мм,  
45x12x0,6 мм - не более 200 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0128092**

## ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 ноября 2023 года № РЗН 2023/21471

Лист 7

- 7.3. Контейнер стерилизационный, арт. 10105, арт.10106 - не более 2 шт.  
(при необходимости).
- 7.4. Зарядное устройство ЗУ-5.3, арт. 10301 - не более 2 шт. (при необходимости).
- 7.5. Аккумулятор АКБ-5.3, арт. 10302 - не более 6 шт. (при необходимости).
- 7.6. Переходник асептический ПА-5.3, арт. 10303 - не более 2 шт. (при необходимости).
- 7.7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- III. Рукоятка многофункциональная ААИ-5, варианты исполнения:
1. Рукоятка большая многофункциональная ААИ-5, в составе:
- 1.1. Рукоятка большая многофункциональная ААИ-5, арт. 31000 - 1 шт.
- 1.2. Лезвие пилы сагиттальной, размеры: 45x8x0,6 мм, 50x20x0,6 мм, 65x13x0,8мм, 65x24x1,2 мм, 85x13x0,8 мм, 65x19x0,8 мм, 85x19x0,8 мм, 65x22x0,8 мм, 85x22x0,8 мм, 65x13x1,0 мм, 85x13x1,0 мм, 90x13x1,0 мм, 65x19x1,0 мм, 85x19x1,0 мм, 65x22x1,0 мм, 85x22x1,0 мм, 95x22x1,0 мм, 65x33x1,0 мм, 65x13x1,2 мм, 85x13x1,2 мм, 65x19x1,2 мм, 85x19x1,2 мм, 95x19x1,2 мм, 65x22x1,2 мм, 85x22x1,2 мм, 95x22x1,2 мм, 95x24x1,2 мм, 65x33x1,2 мм, 75x13x1,2 мм, 75x19x1,2 мм, 75x19x1,27 мм, 75x22x1,0 мм, 80x12x0,8 мм, 90x19x1,2 мм, 85x13x1,27 мм, 95x13x1,27 мм, 85x19x1,27 мм, 95x19x1,27 мм, 97x19x1,27 мм, 85x22x1,27 мм, 95x22x1,27 мм, 85x24x1,27 мм, 95x24x1,27 мм, 85x25x1,27 мм, 95x25x1,27 мм, 85x19x1,37 мм, 95x19x1,37 мм, 85x19x1,4 мм, 95x19x1,4 мм, 85x19x1,47 мм, 95x19x1,47 мм, 85x22x1,37 мм, 95x22x1,37 мм, 85x22x1,4 мм, 95x22x1,4 мм, 85x22x1,47 мм, 95x22x1,47 мм, 30x82x0,6 мм, 30x53x0,6 мм, 25x14x0,6 мм - не более 200 шт. (при необходимости).
- 1.3. Лезвие пилы реципрокной, размеры: 40x6x1,0 мм, 50x6x1,0 мм, 70x6x1,0 мм, 75x6x1,0 мм, 70x10x1,0 мм, 77x12,5x1,0 мм, 70x10x1,2 мм, 70x12,5x1,2 мм, 80x12,5x1,2 мм, 90x12,5x1,2 мм, 77x12,5x1,2 мм, 70x12x1,7 мм, 80x12x1,7 мм, 50x12x0,6 мм, 40x8x0,7 мм, 50x10x0,7 мм, 70x13x0,7 мм, 40x10x0,8 мм, 50x10x0,8 мм, 70x10x0,8 мм, 40x12x0,8 мм, 50x12x0,8 мм, 60x12x0,8 мм, 70x12x0,8 мм, 77x13,5x0,9 мм, 40x10x1,0 мм, 50x10x1,0 мм, 60x10x1,0 мм, 80x10x1,0 мм, 90x10x1,0 мм, 50x12x1,0 мм, 60x12x1,0 мм, 70x12x1,0 мм, 80x12x1,0 мм, 90x12x1,0 мм, 60x10x1,2 мм, 80x10x1,2 мм, 90x10x1,2 мм, 80x12x1,2 мм, 90x12x1,2 мм, 77x13,5x1,2 мм, 70x12x1,27 мм, 80x12x1,27 мм, 90x12x1,27 мм, 80x10x1,5 мм, 90x10x1,5 мм, 70x12x1,5 мм, 80x12x1,5 мм, 90x12x1,5 мм, 30x6x1,0 мм - не более 200 шт. (при необходимости).
- 1.4. Бур краниотомный, арт. 10231, арт. 10232, арт. 10233, арт. 10234 - 12 шт.  
(при необходимости).
- 1.5. Контейнер стерилизационный, арт. 10105, арт.10106 - не более 2 шт.  
(при необходимости).
- 1.6. Зарядное устройство ЗУ-5.2, арт. 10201 - не более 2 шт. (при необходимости).
- 1.7. Аккумулятор АКБ-5.2, арт. 10202 - не более 6 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0128093

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 ноября 2023 года № РЗН 2023/21471

Лист 8

1.8. Переходник асептический ПА-5.2, арт. 10203 - не более 2 шт. (при необходимости).

1.9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- патрон-адаптер большой высокоскоростная дрель, арт. 30101, арт. 30102, арт. 30103, арт. 30104, арт. 30105, арт. 30106, арт. 30107 - не более 7 шт.;
- патрон-адаптер большой канюлированная дрель, арт. 30108, арт. 30109, арт. 30110, арт. 30111, арт. 30112, арт. 30113, арт. 30114 - не более 7 шт.;
- патрон-адаптер большой ример дрель, арт. 30115, арт. 30116, арт. 30117, арт. 30118, арт. 30119, арт. 30120, арт. 30121 - не более 7 шт.;
- патрон-адаптер большой краниотомная дрель, арт. 30122 - не более 2 шт.;
- патрон-адаптер большой для спиц Киршнера, арт. 30123, арт. 30124, арт. 30125 - не более 3 шт.;
- патрон-адаптер большой пила сагиттальная, арт. 30126 - не более 2 шт.;
- патрон-адаптер большой пила реципрокная, арт. 30127 - не более 2 шт.;
- патрон-адаптер большой пила стернотом, арт. 30128 - не более 2 шт.;
- патрон бесключевой, арт. 10001, арт. 10002, арт. 10003 - не более 5 шт.;
- патрон кулачковый, арт. 10004, арт. 10005 - не более 4 шт.;
- патрон цанга, арт. 10006, арт. 10007, арт. 10008, арт. 10009 - не более 5 шт.;
- патрон автоматический для спиц, арт. 10010, арт. 10011, арт. 10012 - не более 5 шт.;
- патрон с быстрозажимным разъемом, арт. 10017, арт. 10018, арт. 10019, арт. 10020, арт. 10021, арт. 10022 - не более 10 шт.;
- патрон-адаптер большой перфоратор арт. 30129 - 1 шт.;
- патрон фреза перфоратор, арт. 30130, арт. 30131, арт. 30132, арт. 30133, арт. 30134 - не более 12 шт.

2. Рукоятка малая многофункциональная ААИ-5, в составе:

2.1. Рукоятка малая многофункциональная ААИ-5, арт. 32000 - 1 шт.

2.2. Лезвие пилы сагиттальной мини, размеры: 18x4x0,3 мм, 20x4x0,3 мм, 13x6x0,3 мм, 15x6x0,3 мм, 22x8x0,3 мм, 25x8x0,3 мм, 30x10x0,3 мм, 32x10x0,3 мм, 25x5x0,6 мм, 25x8x0,6 мм, 45x5x0,6 мм, 25x10x0,6 мм, 32x10x0,6 мм, 35x10x0,6 мм, 45x8x0,6 мм, 35x9,5x0,6 мм, 45x10x0,6 мм, 35x10x0,8 мм, 45x10x0,8 мм, 50x10x0,8 мм, 35x13x0,8 мм, 45x13x0,8 мм, 25x14x0,6 мм, 25x15x0,8 мм, 45x15x0,8 мм, 50x15x0,8 мм, 50x20x0,8 мм, 45x12x0,6 мм - не более 200 шт. (при необходимости).

2.3. Лезвие пилы реципрокной, размеры: 40x6x1,0 мм, 50x6x1,0 мм, 70x6x1,0 мм, 75x6x1,0 мм, 70x10x1,0 мм, 50x12x0,6 мм, 40x8x0,7 мм, 50x10x0,7 мм, 70x13x0,7 мм, 40x10x0,8 мм, 50x10x0,8 мм, 70x10x0,8 мм, 40x12x0,8 мм, 50x12x0,8 мм, 60x12x0,8 мм, 70x12x0,8 мм, 40x10x1,0 мм, 50x10x1,0 мм, 60x10x1,0 мм, 90x10x1,0 мм, 50x12x1,0 мм, 60x12x1,0 мм, 70x12x1,0 мм, 60x10x1,2 мм, 70x10x1,2 мм, 30x6x1,0 мм - не более 200 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0128094

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 ноября 2023 года № РЗН 2023/21471

Лист 9

- 2.4. Бур краниотомный, арт. 10231, арт. 10232, арт. 10233, арт. 10234 - 12 шт.  
2.5. Контейнер стерилизационный, арт. 10105, арт. 10106 - не более 2 шт.  
(при необходимости).  
2.6. Зарядное устройство ЗУ-5.3, арт. 10301 - не более 2 шт. (при необходимости).  
2.7. Аккумулятор АКБ-5.3, арт. 10302 - не более 6 шт. (при необходимости).  
2.8. Переходник асептический ПА-5.3, арт. 10303 - не более 2 шт. (при необходимости).  
2.9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- патрон-адаптер малый высокоскоростная дрель, арт. 30204, арт. 30205 - не более 2 шт.;
- патрон-адаптер малый ример дрель, арт. 30206 - не более 2 шт.;
- патрон-адаптер малый краниотомная дрель, арт. 30207 - не более 2 шт.;
- патрон-адаптер малый для спиц Киршнера, арт. 30208, арт. 30209 - не более 2 шт.;
- патрон-адаптер малый пила сагиттальная, арт. 30210 - не более 2 шт.;
- патрон-адаптер малый пила реципрокная, арт. 30211 - не более 2 шт.;
- патрон бесключевой, арт. 10001, арт. 10002, арт. 10003 - не более 5 шт.;
- патрон кулачковый, арт. 10004 арт. 10005 - не более 4 шт.;
- патрон цанга, арт. 10006, арт. 10007, арт. 10008, арт. 10009 - не более 5 шт.;
- патрон автоматический для спиц, арт. 10010, арт. 10011, арт. 10012 - не более 5 шт.;
- патрон с быстрозажимным разъемом, арт. 10017, арт. 10018, арт. 10019, арт. 10020, арт. 10021, арт. 10022 - не более 10 шт.;
- патрон фреза перфоратор, арт. 10023, арт. 10024, арт. 10025, арт. 10026, арт. 10027, арт. 10028 - не более 12 шт.

W

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0128095