

**Фотографии общего вида
медицинского изделия:**

**«Система имплантатов для чрескостного остеосинтеза»
производства**

Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ “Политехник”, Республика Беларусь

Спица для скелетного вытяжения прямая. Ø0.8 мм. Длина 150 мм.

Спица для скелетного вытяжения прямая, Ø0,8 мм; длина 150 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское независимое унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехпарк», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфин Групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Ровинская, дом 4, Э 3
ПОСМ I К в ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 01.01.150-01-10-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования и хранения инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:


- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Спица с упорной площадкой. Ø1.5 мм. Длина 250 мм.



Спица реперная. Ø1.8 мм. Длина 180 мм.



Стержень Шанца. Ø6.0 мм. Длина 120 мм.



Стержень Шанца, Ø6,0 мм; длина 120 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ
«Политехника», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Ропшинская, дом 4, ЭЗ
ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.09.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 04.01.120-01-09-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:


- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Стержень метафизарный. Ø5.0 мм. Длина 120 мм.



Стержень метафизарный, Ø5,0 мм; длина 120 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан группа», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рождонская, дом 4, ЭЗ ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.11.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 05.01.120-01-11-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Стержень диафизарный. Ø5.0 мм. Длина 90 мм.



Стержень диафизарный, Ø5,0 мм; длина 90 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, 93
ПОМ 1 К В ОФ 42А

Дата изготовления: 01.11.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 06.01.090-01-11-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования и хранения инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:


- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Стержень квадратного сечения. размер основания 3.0 мм. Длина 160 мм.



Стержень квадратного сечения, размер основания 3,0 мм; длина 160 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.07.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 07.03.160-01-07-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Титан»

Стержень прямой (для АВФ). Ø3.5 мм. Длина 200 мм.



Стержень прямой (для АВФ), Ø3,5 мм; длина 200 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.07.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 08.02.200-01-07-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Стержень конический (для АВФ), Ø6.0 мм. Длина 160 мм.



Стержень конический (для АВФ), Ø6.0 мм; длина 160 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан группа», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ
ИОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.07.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 09.07.160-01-07-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
 - относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.
- Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:
- температура от +5 до +35°C;
 - относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Стержень пяточный (для АВФ). диаметр резьбовой части Ø6.0 мм. Длина 200 мм.



Стержень пяточный (для АВФ), диаметр резьбовой части Ø6,0 мм; длина 200 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, ЭЗ ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.03.2021 Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 10.07.200-01-03-21 РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.

«Нержавеющая сталь»

Проволока для серкляжного шва. Ø0,6 мм. Длина 2,0 м/п.



Пластина прямая с компрессионными отверстиями (ДСР) узкая. Количество отверстий 5.



Пластина прямая с компрессионными отверстиями (ДСР) узкая, количество отверстий 5 (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, Э 3
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.07.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 12.04.001-01-07-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
 - относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.
- Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:
- температура от +5 до +35°C;
 - относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Пластина прямая с компрессионными отверстиями (DCP) широкая. Количество отверстий 7.



Пластина прямая с компрессионными отверстиями (DCP) широкая, количество отверстий 7 (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехпарк», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошвинская, дом 4, ЭЗ ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.07.2021 Срок годности (хранения): 5 лет
Серийный номер: 13.04.001-01-07-21 РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.
Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:
- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.
Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:
- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.

«Нержавеющая сталь»

Пластина прямая с компрессионными отверстиями (DCP) для малых фрагментов. Количество отверстий 6.



Пластина прямая ограниченного контакта с компрессионными отверстиями (LC-DCP) широкая. Количество отверстий 11.



Пластина прямая ограниченного контакта с компрессионными отверстиями (LC-DCP) широкая, количество отверстий 11 (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфей Групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Ропшинская, дом 4, ЭЗ ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.07.2021 Срок годности (хранения): 5 лет
Серийный номер: 16.08.001-01-07-21 РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.
Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:
- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.
Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:
- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.

«Нержавеющая сталь»

Пластина прямая ограниченного контакта с компрессионными отверстиями (LC-DCP) для малых фрагментов. Количество отверстий 8.



Пластина прямая полутрубчатая. Количество отверстий 8.



Пластина прямая полутрубчатая, количество отверстий 8 (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.09.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 18.07.001-01-09-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
 - относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.
- Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (II) по ГОСТ 15150:
- температура от +5 до +35°C;
 - относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Пластина прямая третьетрубчатая. Количество отверстий 6.



Пластина прямая третьетрубчатая, количество отверстий 6 (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, ЭЗ ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.09.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 19.03.001-01-09-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Пластина прямая реконструкционная. Количество отверстий 11.



Пластина прямая реконструкционная мини. Количество отверстий 10.



Пластина фигурная Т-образная. Количество отверстий 3.



Пластина фигурная Т-образная, количество отверстий 3 (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, ЭЗ ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.06.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 22.01.001-01-06-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (СЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения I (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Пластина фигурная L-образная. Левая. Количество отверстий 3.



Пластина фигурная L-образная, левая, количество отверстий 3 (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.06.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 23.01.001L-01-06-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (П) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Пластина фигурная L-образная. Правая. Количество отверстий 3.



Пластина фигурная L-образная, правая, количество отверстий 3 (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, ЭЗ ПОМ 1 К 8 ОФ 42А


Дата изготовления: 01.06.2021 Срок годности (хранения): 5 лет
Серийный номер: 23.01.001R-01-06-21 РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.
Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:
- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.
Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:
- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.

«Нержавеющая сталь»

Пластина фигурная Y-образная. Левая. Количество отверстий 4.



Пластина фигурная Y-образная, левая, количество отверстий 4 (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, Э 3
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.11.2021
Срок годности (хранения): 5 лет
Серийный номер: 24.02.001L-01-11-21
РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.
Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:
- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.
Условия хранения инструментов для условий хранения I (Л) по ГОСТ 15150:
- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.

«Титан»

Пластина фигурная Y-образная. Правая. Количество отверстий 4.



Пластина фигурная Y-образная, правая, количество отверстий 4 (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БИТУ «Биомеханикс», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан Групп», Россия, 115191, г. Москва, ул. 2-я Рощинская, дом 4, ЭЗ ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.11.2021
Срок годности (хранения): 5 лет
Серийный номер: 24.02.001R-01-11-21
РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.
Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:
- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.
Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (I) по ГОСТ 15150:
- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Титан»

Пластина фигурная опорно-мышечковая. Левая. Количество отверстий 5.



Пластина фигурная опорно-мышечковая. Правая. Количество отверстий 5.



Пластина фигурная опорно-мышечковая, правая, количество отверстий 5 (1 шт.)

Производитель: Республиканское государственное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, п.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфей» группа, Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ ПОМ / К в ОФ 42А

Дата изготовления: 01.06.2021 Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 25.03.001R-01-66-21 РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Д) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.

«Нержавеющая сталь»


Пластина фигурная L-образная реконструктивная мини. Количество отверстий 4.



Пластина фигурная Т-образная реконструктивная мини. Количество отверстий 3.



Пластина фигурная Y-образная реконструктивная мини. Количество отверстий 3.




Пластина фигурная Y-образная реконструктивная мини, количество отверстий 3 (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан группа», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рождинская, дом 4, 33
ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.04.2021
Серийный номер: 28.02.001-01-04-21

Срок годности (хранения): 5 лет
РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.
Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:
- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.
Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:
- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Титан»

Пластина фигурная лист Клевера. Количество отверстий 3.



Пластина фигурная лист Клевера, количество отверстий 3 (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г Москва, улица 2-я Ропшинская, дом 4, ЭЗ 3
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 29.01.001-01-06-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:


- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C;

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Титан»

Винт кортикальный самонарезающийся. Ø2.7 мм. Длина 10 мм. с полной резьбой.

Винт кортикальный самонарезающийся, Ø2,7 мм; длина 10 мм; с полной резьбой (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Ропшинская, дом 4, ЭЗ ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.09.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 30.03.010-01-09-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Д) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Винт спонгиозный самонарезающийся. Ø4.0 мм. Длина 55 мм. с неполной резьбой. Длина резьбы 16мм.



Винт спонгиозный самонарезающийся, Ø4,0 мм; длина 55 мм; с неполной резьбой; длина резьбы 16мм
(1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ
«Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г Москва, улица 2-я Рошинская, пом 4, Э 3
ПОМ I К в ОФ 42А

Дата изготовления: 01.09.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 31.12.055-01-09-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖА) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Титан»

Винт маллеолярный. Ø4,5 мм. Длина 35 мм.



Винт маллеолярный, Ø4,5 мм; длина 35 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Срфел групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, ЭЗ ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.09.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 32.01.035-01-09-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (И) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Винт-стяжка 80 мм



Винт-стяжка 80 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, ул. 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ
ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.05.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 34.01.080-01-05-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Винт-стяжка для крестцово-подвздошного сочленения 100 мм



Винт-стяжка для крестцово-подвздошного сочленения 100 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, 3-3
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.06.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 37.01.100-01-06-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;


- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Транспортная упаковка





Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 40 лист(-а,-ов)

Генеральный директор ООО «Орфан групп»

Беляков Д.В.

