

Фотографические изображения
медицинского изделия

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI[®], в вариантах исполнения

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КЛС»



Смирнов Э.А.

«15»

Июля

2023 г.

Вариант исполнения 1
(REF 21060726) в составе:





21060726
21060624
130210000101
130210000201

Инструкция по применению

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®, в вариантах исполнения.

1. ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Медицинское изделие используется как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro и предназначено для сбора отходов во время работы полностью автоматизированного тестирования иммунохемилюминесцентного анализа на анализаторах MAGLUMI®.

2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®, в вариантах исполнения:

Вариант исполнения 1 (REF 21060726)

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®

В коробке по 50 шт.

Инструкция по применению

1 шт.

Вариант исполнения 2 (REF 21060624)

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®,

для В коробке по 50 шт.

Инструкция по применению

1 шт.

Вариант исполнения 3 (REF 130210000101)

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®

В коробке по 50 шт.

Инструкция по применению

1 шт.

Вариант исполнения 4 (REF 130210000201)

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®

В коробке по 50 шт.

Инструкция по применению

1 шт.

3. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®, в вариантах исполнения.

4. НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

5. Материал	№ПУ/REF
Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный MAGLUMI®, с принадлежностями	РЗН 2021/15740
Набор реагентов in vitro для автоматических анализаторов MAGLUMI®	Индивидуально
Реакционные модули (Reaction Module) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14862
Наконечник (Tip) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	130208000201
Реакционные чашечки (Reaction Cup) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	130105000101
Контроль измерений люминесценции (Light Check) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14861
Концентрат для очистки (Wash Concentrate) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14863
Раствор для очистки системы пробирок (System Tubing Cleaning Solution) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14881
Набор реагентов Starter (Starter 1, Starter 2) для автоматических	РЗН 2021/14858

Вариант исполнения 2
(REF 21060624) в составе:





21060726
21060624
130210000101
130210000201

Инструкция по применению

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®, в вариантах исполнения.

1. ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Медицинское изделие используется как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro и предназначено для сбора отходов во время работы полностью автоматизированного тестирования иммунохемилюминесцентного анализа на анализаторах MAGLUMI®.

2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®, в вариантах исполнения:

Вариант исполнения 1 (REF 21060726)

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®
Инструкция по применению

В коробке по 50 шт.
1 шт.

Вариант исполнения 2 (REF 21060624)

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®,
Инструкция по применению

для В коробке по 50 шт.
1 шт.

Вариант исполнения 3 (REF 130210000101)

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®
Инструкция по применению

В коробке по 50 шт.
1 шт.

Вариант исполнения 4 (REF 130210000201)

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®
Инструкция по применению

В коробке по 50 шт.
1 шт.

3. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ


Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®, в вариантах исполнения.

4. НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

5. Материал	№ПУ/REF
Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный MAGLUMI®, с принадлежностями	РЗН 2021/15740
Набор реагентов in vitro для автоматических анализаторов MAGLUMI®	Индивидуально
Реакционные модули (Reaction Module) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14862
Наконечник (Tip) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	130208000201
Реакционные чашечки (Reaction Cup) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	130105000101
Контроль измерений люминесценции (Light Check) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14861
Концентрат для очистки (Wash Concentrate) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14863
Раствор для очистки системы пробирок (System Tubing Cleaning Solution) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14881
Набор реагентов Starter (Starter 1, Starter 2) для автоматических	РЗН 2021/14858

Вариант исполнения 3
(REF 130210000101) в составе:





21060726
21060624
130210000101
130210000201

Инструкция по применению

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®, в вариантах исполнения.

1. ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Медицинское изделие используется как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro и предназначено для сбора отходов во время работы полностью автоматизированного тестирования иммунохемилюминесцентного анализа на анализаторах MAGLUMI®.

2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®, в вариантах исполнения:

Вариант исполнения 1 (REF 21060726)

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®
Инструкция по применению

В коробке по 50 шт.
1 шт.

Вариант исполнения 2 (REF 21060624)

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®,
Инструкция по применению

для В коробке по 50 шт.
1 шт.

Вариант исполнения 3 (REF 130210000101)

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®
Инструкция по применению

В коробке по 50 шт.
1 шт.

Вариант исполнения 4 (REF 130210000201)

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®
Инструкция по применению

В коробке по 50 шт.
1 шт.

3. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®, в вариантах исполнения.

4. НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

5. Материал	№ПУ/REF
Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный MAGLUMI®, с принадлежностями	РЗН 2021/15740
Набор реагентов in vitro для автоматических анализаторов MAGLUMI®	Индивидуально
Реакционные модули (Reaction Module) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14862
Наконечник (Tip) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	130208000201
Реакционные чашечки (Reaction Cup) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	130105000101
Контроль измерений люминесценции (Light Check) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14861
Концентрат для очистки (Wash Concentrate) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14863
Раствор для очистки системы пробирок (System Tubing Cleaning Solution) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14881
Набор реагентов Starter (Starter 1, Starter 2) для автоматических	РЗН 2021/14858

Вариант исполнения 4
(REF 130210000201) в составе:





21060726
21060624
130210000101
130210000201

Инструкция по применению

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®, в вариантах исполнения.

1. ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Медицинское изделие используется как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro и предназначено для сбора отходов во время работы полностью автоматизированного тестирования иммунохемилюминесцентного анализа на анализаторах MAGLUMI®.

2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®, в вариантах исполнения:

Вариант исполнения 1 (REF 21060726)

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI® В коробке по 50 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

Вариант исполнения 2 (REF 21060624)

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®, для В коробке по 50 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

Вариант исполнения 3 (REF 130210000101)

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI® В коробке по 50 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

Вариант исполнения 4 (REF 130210000201)

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI® В коробке по 50 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

3. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®, в вариантах исполнения.

4. НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

5. Материал	№ПУ/REF
Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный MAGLUMI®, с принадлежностями	РЗН 2021/15740
Набор реагентов in vitro для автоматических анализаторов MAGLUMI®	Индивидуально
Реакционные модули (Reaction Module) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14862
Наконечник (Tip) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	130208000201
Реакционные чашечки (Reaction Cup) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	130105000101
Контроль измерений люминесценции (Light Check) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14861
Концентрат для очистки (Wash Concentrate) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14863
Раствор для очистки системы пробирок (System Tubing Cleaning Solution) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14881
Набор реагентов Starter (Starter 1, Starter 2) для автоматических	РЗН 2021/14858

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СМИРНОВ Э.А.

ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО 14 ЛИСТОВ

