



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 сентября 2023 года № ФСР 2011/11182

На медицинское изделие

**Калибратор для определения белка в моче и спинномозговой жидкости
(КАЛИБРАТОР ОБЩИЙ БЕЛОК ПГК ДДС) по ТУ 9398-028-48813770-2010**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Акционерное общество "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС"), Россия,
142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а**

Производитель

**Акционерное общество "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС"), Россия,
142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а**

Место производства медицинского изделия

**АО "ДИАКОН-ДС", Россия, 142290, Московская область, г. Пушкино,
ул. Грузовая, д. 1а**

Номер регистрационного досье № РД-57439/64990 от 16.08.2023


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 21.20.23.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 22 сентября 2023 года № 6449
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0067692

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 сентября 2023 года № ФСР 2011/11182

Лист 1

На медицинское изделие

**Калибратор для определения белка в моче и спинномозговой жидкости
(КАЛИБРАТОР ОБЩИЙ БЕЛОК ПКГ ДДС) по ТУ 9398-028-48813770-2010,**
варианты исполнения:

1. Вариант 1:


1.1. Калибратор 1: калибровочный раствор общего белка, 200 мг/л (0,2 г/л),
в следующих комплектациях:

- 1) Калибратор 1: 1 флакон (1,0 мл).
- 2) Калибратор 1: 1 флакон (3,0 мл).
- 3) Калибратор 1: 1 флакон (100 мл).

2. Вариант 2:

2.1. Калибратор 2: калибровочный раствор общего белка, 1000 мг/л (1,0 г/л),
в следующих комплектациях:

- 1) Калибратор 2: 1 флакон (1,0 мл).
- 2) Калибратор 2: 1 флакон (3,0 мл).
- 3) Калибратор 2: 1 флакон (100 мл).



Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0128605