



Фотографические изображения
медицинского изделия

Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

подразделения средств диагностики диабета


ООО «Эбботт Лэбораториз»


Тямаева Л.А.


2023 г.




Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2, в составе: 1. Датчик FreeStyle Libre 2 - 1 шт.







Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2, в составе: 2. Футляр датчика FreeStyle Libre 2 - 1 шт.




Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2, в составе: 3. Аппликатор датчика FreeStyle Libre 2 - 1 шт.



Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2, в составе: 3. Аппликатор датчика FreeStyle Libre 2 - 1 шт.



Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2, в составе: 3. Аппликатор датчика FreeStyle Libre 2 - 1 шт.



FreeStyle Libre 2

СИСТЕМА FLASH МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ

Инструкция по применению медицинского изделия Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2


НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Система Flash Мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2, в составе:

- Датчик FreeStyle Libre 2 - 1 шт.*
- Футляр датчика FreeStyle Libre 2 - 1 шт.
- Аппликатор датчика FreeStyle Libre 2 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Приложение FreeStyle Libre 2 (при необходимости)
- Программное обеспечение LibreView (при необходимости)
- Приложение LibreLinkUp (при необходимости)

* Датчик собирается из компонентов, содержащихся внутри футляра датчика и аппликатора датчика.

Далее по тексту: «Медицинское изделие, система FreeStyle Libre 2 или система».





Version (3.13.12)[adc_preprod_ru]

LibreView


Пациентам

Специалистам

Зарегистрироваться

Единая система | Достоверные отчеты |
Простой обмен данными

LibreView представляет собой надежную облачную систему наблюдения за больными диабетом, которая предоставляет медицинским работникам и пациентам простые и наглядные отчеты на основе данных с совместимых устройств мониторинга глюкозы FreeStyle.



 Вход в качестве члена
медицинского учреждения

Адрес электронной почты

Пароль

Вход в систему


Я забыл(-а) пароль


Зарегистрироваться


ООО ЦИРМИ


INFO@CIRMI.RU

WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU









Уполномоченный представитель/импортер в РФ:

ООО «Зелл Лэбораториз»
125171, г. Москва,
Ленинградское шоссе,
д. 16 А, стр. 1,
телефон 8-800-100-88-07

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2022/16406 от 24.01.2022



REF 72003-01

IP27



10% 90%

4°C 25°C

Производитель:
«Эбботт Дайабитис Кэре Лтд.»
Abbott Diabetes Care Ltd.
Rangle Road
Wiltney, Oxon
OX29 0YL, UK (Соединенное Королевство)



FreeStyle, Libre, and related brand marks are marks of Abbott.
© 2020-2023 Abbott ART42366-006 Rev. A 05/23
Патент: <https://www.abbott.com/patents>



42366-006A



FreeStyle *Libre 2*

СИСТЕМА FLASH МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ

ДАТЧИК

Для получения показателей глюкозы сканируйте датчик
в течение 1 секунды



Для применения со сканером FreeStyle Libre 2 и приложением FreeStyle Libre 2





доставлено в формулировке 19
(гидрокарбонат) и т.д.
Присоединение гидрокарбоната
к этому вопросу является
делом "Зеленый Азот" и т.д.

Трудовой 1

