

Фотографические изображения

Реагенты для количественного определения каталитической активности миокардиального изофермента креатинкиназы (КК-МВ) в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, в вариантах исполнения


Реагенты для количественного определения каталитической активности миокардиального изофермента креатинкиназы (КК-MB) в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения

1. Реагенты в кассете (CKMB/Creatine Kinase-MB Cobas Integra/cobas c systems).




Реагенты для количественного определения каталитической активности миокардиального изофермента креатинкиназы (КК-MB) в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения

1. Реагенты в кассете (CKMB/Creatine Kinase-MB Cobas Integra/cobas c systems).



Реагенты для количественного определения каталитической активности миокардиального изофермента креатинкиназы (КК-МВ) в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, в вариантах исполнения:

1. Реагенты в кассете (CKMB/Creatine Kinase-MB Cobas Integra/cobas c systems).



Реагенты для количественного определения каталитической активности миокардиального изофермента креатинкиназы (КК-MB) в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, в вариантах исполнения:

1. Реагенты в кассете (CKMB/Creatine Kinase-MB Cobas Integra/cobas c systems).

(маркировка на русском языке)

Реагенты для количественного определения каталитической активности миокардиального изофермента креатинкиназы (КК-MB) в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения

1. Реагенты в кассете (CKMB/Creatine Kinase-MB Cobas Integra/cobas c systems)

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7461 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 07190808190

Реагенты для количественного определения каталитической активности миокардиального изофермента креатинкиназы (КК-MB) в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения

2. Реагенты во флаконах (CKMB/ Creatine Kinase-MB cobas c 111), в составе:

1. Реагент R1 во флаконе, 2 шт.
2. Реагент SR во флаконе, 2 шт.
3. Инструкция по применению.

(Общий вид)



Реагенты для количественного определения каталитической активности миокардиального изофермента креатинкиназы (КК-MB) в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения:

2. Реагенты во флаконах (CKMB/ Creatine Kinase-MB cobas c 111), в составе:

1. Реагент R1 во флаконе, 2 шт.
2. Реагент SR во флаконе, 2 шт.
3. Инструкция по применению.



Реагенты для количественного определения каталитической активности миокардиального изофермента креатинкиназы (КК-MB) в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, в вариантах исполнения:

2. Реагенты во флаконах (СКМВ/Creatine Kinase-MB cobas c 111), в составе:

1. Реагент R1 во флаконе, 2 шт.
2. Реагент SR во флаконе, 2 шт.
3. Инструкция по применению.

СКМВ

REF (240)07442050190

GTIN (01)04015630940837

LOT

(10)73046801

UDI

 2024-02-29

 2023-04-04



04



Реагенты для количественного определения каталитической активности миокардиального изофермента креатинкиназы (КК-MB) в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, в вариантах исполнения:

2. Реагенты во флаконах (CKMB/Creatine Kinase-MB cobas c 111), в составе:

1. Реагент R1 во флаконе, 2 шт.
2. Реагент SR во флаконе, 2 шт.
3. Инструкция по применению.

For USA:

CONTENT

07442050 190

- R1** Imidazole buffer 123 mmol/L, pH 6.5; EDTA 2.46 mmol/L; Mg^{2+} 12.3 mmol/L; ADP 2.46 mmol/L; AMP 6.14 mmol/L; diadenosine pentaphosphate 19 μ mol/L; NADP (yeast) 2.46 mmol/L; N-acetylcysteine 24.6 mmol/L; HK (yeast) ≥ 36.7 μ kat/L; G6P-DH (E.coli) ≥ 23.4 μ kat/L;
- SR** CAPSO buffer 20 mmol/L, pH 8.8; glucose 120 mmol/L; EDTA 2.46 mmol/L; creatine phosphate 184 mmol/L; 4 monoclonal anti-CK-M antibodies (mouse), inhibiting capacity > 99.6% up to 66.8 μ kat/L CK-M subunit

Rx only




001



Реагенты для количественного определения каталитической активности миокардиального изофермента креатинкиназы (КК-MB) в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, в вариантах исполнения:

2. Реагенты во флаконах (CKMB/Creatine Kinase-MB cobas c 111), в составе:


1. Реагент R1 во флаконе, 2 шт.



Реагенты для количественного определения каталитической активности миокардиального изофермента креатинкиназы (КК-МВ) в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, в вариантах исполнения:

2. Реагенты во флаконах (CKMB/Creatine Kinase-MB cobas c 111), в составе:


1. Реагент R1 во флаконе, 2 шт.



Реагенты для количественного определения каталитической активности миокардиального изофермента креатинкиназы (КК-MB) в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, в вариантах исполнения:

2. Реагенты во флаконах (CKMB/Creatine Kinase-MB cobas c 111), в составе:



2. Реагент SR во флаконе, 2 шт.



Реагенты для количественного определения каталитической активности миокардиального изофермента креатинкиназы (КК-MB) в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, в вариантах исполнения:

2. Реагенты во флаконах (CKMB/Creatine Kinase-MB cobas c 111), в составе:

2. Реагент SR во флаконе, 2 шт.



Реагенты для количественного определения каталитической активности миокардиального изофермента креатинкиназы (КК-МВ) в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, в вариантах исполнения:

2. Реагенты во флаконах (СКМВ/Creatine Kinase-MB cobas c 111), в составе:

1. Реагент R1 во флаконе, 2 шт.
2. Реагент SR во флаконе, 2 шт.
3. Инструкция по применению.

(маркировка на русском языке)

Реагенты для количественного определения каталитической активности миокардиального изофермента креатинкиназы (КК-МВ) в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения
2. Реагенты во флаконах (СКМВ/ Creatine Kinase-MB cobas c 111), в составе:

1. Реагент R1 во флаконе, 2 шт.
2. Реагент SR во флаконе, 2 шт.
3. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № PЗН 2018/7461 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики *in vitro*

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 07442050190


Реагенты для количественного определения каталитической активности миокардиального изофермента креатинкиназы (КК-MB) в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, в вариантах исполнения:

3. Реагенты в кассете (CKMB/Creatine Kinase-MB Cobas c systems).



Реагенты для количественного определения каталитической активности миокардиального изофермента креатинкиназы (КК-MB) в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, в вариантах исполнения:

3. Реагенты в кассете (СКМВ/Creatine Kinase-MB Cobas c systems).



Реагенты для количественного определения каталитической активности миокардиального изофермента креатинкиназы (КК-МВ) в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, в вариантах исполнения:

3. Реагенты в кассете (CKMB/Creatine Kinase-MB Cobas c systems).



Реагенты для количественного определения каталитической активности миокардиального изофермента креатинкиназы (КК-MB) в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, в вариантах исполнения:

3. Реагенты в кассете (CKMB/Creatine Kinase-MB Cobas c systems).

(маркировка на русском языке)

Реагенты для количественного определения каталитической активности миокардиального изофермента креатинкиназы (КК-MB) в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения

3. Реагенты в кассете (CKMB/Creatine Kinase-MB Cobas c systems).

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7461 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики *in vitro*

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 08057486190



Иванова А.С.

по доверенности
от 30.01.2023 г.