

**Фотографические изображения медицинского изделия:
«Концентратор кислорода «Armed» в вариантах исполнения»,
производство: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd., Китай**

- I. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 9F-5B, в составе (см. Приложение).**
- II. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 9F-5BW, в составе (см. Приложение).**
- III. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 8F-10, в составе (см. Приложение).**
- IV. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 8F-10W, в составе (см. Приложение).**
- V. Макет шильда (см. Приложение).**
- VI. Макет упаковки (см. Приложение).**

Генеральный директор
(должность)



(подпись и печать)

(Р.С. Жуков)
(И.О. Фамилия)

от имени Общества с ограниченной ответственностью «ОПОРА» (ООО «ОПОРА»)

(наименование организации-заявителя)

Приложение


I. Концентратор кислорода «Armed», вариант исполнения 9F-5B, в составе:




Рис. 1 – Концентратор кислорода




Рис. 2 – Канюля назальная большая


















Рис. 10 – Концентратор кислорода








Рис. 13 – Диффузор (2 шт.)



Рис. 14 – Увлажнитель





Рис. 16 – Пульт ДУ














Рис. 21 – Канюля назальная большая














Рис. 26 – Концентратор кислорода














Концентратор кислорода "Armed", вариант исполнения 9F-5BW

РУ № _____ ОТ _____ Г.

Производитель: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd., 1 Baisheng Road, Development Zone, Danyang City, Jiangsu Province, China (Джиангсу Юю Медикал Эквипмент Энд Сапплай Ко., Лтд., 1 Байшенг Роуд, Девелопмент Зон, Даньянг Сити, Джиангсу Провинс, Китай).

Импортер: ООО «ОПОРА», 630501, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Северная, д. 5, пом. 1

Номинальная концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси (при потоке 2 л/мин): 92,9 % $\pm$ 3%

Напряжение сети: 230 В $\pm$ 10%

Частота тока: 50 Гц $\pm$ 2%

Потребляемая мощность: не более 400 ВА


Дата выпуска: 08.2022

Заводской номер: YY20220800004

IP21




www.artmed.ru



Концентратор
кислорода "Artmed" **9F-5BW**

9F-5BW

Концентратор
кислорода "Armed"
в вариантах исполнения



Гарантия
3 года



Высокая производительность
до 5 л/мин

7
лет

Срок
службы

Гарантийный срок хранения: 48 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации: 36 месяцев со дня отгрузки потребителю или со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 42 месяцев со дня изготовления.

Срок службы концентратора: 7 лет

Дата упаковывания:

Произведено: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd., 1 Baisheng Road, Development Zone, Danyang City, Jiangsu Province, China

(Джянгсу Юю Медикал Эквипмент Энд Салплай Ко., Лтд., 1 Байшенг Роуд, Девелопмент Зон, Даньянг Сити, Джянгсу Провинс, Китай).

Импортер: ООО "ОПОРА", Россия, 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Северная, д. 5, пом. 1

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № РЗН _____ от _____ г.


**ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ
И ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ РУКОВОДСТВО.**



Транспортировка концентратора кислорода производится только в ВЕРТИКАЛЬНОМ положении

9F-5BW

Концентратор
кислорода "Armed"
в вариантах исполнения



Удобная панель
управления



Устройство для
ингаляций в комплекте



Пульт для
дистанционного
управления

Предназначен для проведения кислородной (кислородно-воздушной) терапии пациентам с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Дополнительно может использоваться для аэрозольной ингаляции жидкими лекарственными препаратами с профилактической и лечебной целью.

Применяется в условиях различных медицинских учреждений, а также для индивидуального использования, как в стационаре, так и в домашних условиях

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № РЗН _____ от _____ г.

**ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ
И ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ РУКОВОДСТВО.**



Транспортировка концентратора кислорода производится толь

вертикальном положении

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 37
Генеральный директор
ООО «ОПОРА»
Жуков Р.С.

