«УТВЕРЖДАЮ»
ООО «Медэл+»
_____ А.Н. Еремеева
«__» _____ 2014 г.
МП

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мешки патологоанатомические по ТУ 9398-003-40684652-2014

г.Казань, 2014 г.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Содержание

I.Описание и работа:
1.1.Назначение изделия..... стр.3
1.2. Технические характеристики..... стр.3
1.3. Состав и устройства изделия..... стр.4
1.4. Маркировка..... стр.4
1.5. Упаковка..... стр.5
II. Показания к применению..... стр.5
III. Противопоказания к применению..... стр.5
IV. Использование по назначению..... стр.5
4.1. Эксплуатационные ограничения..... стр.5
4.2. Подготовка изделия к работе..... стр.5
4.3. Использование изделия..... стр.5
V. Техническое обслуживание..... стр.6
VI. Хранение:
6.1. Условия хранения..... стр.6
6.2. Гарантийные сроки хранения..... стр.6
VII. Транспортирование..... стр.6
VIII. Утилизация..... стр.6
IX. Контактные данные производителя..... стр.6

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Настоящее руководство по эксплуатации устанавливает эксплуатационные характеристики на мешки патологоанатомические (далее мешки) – применяются в медицинской практике для транспортирования и временного хранения тел.

I. Описание и работа.

1.1. Назначение изделия.

Мешки разового использования предназначены для транспортирования и временного хранения тел. Область применения лечебно-профилактические учреждения.

1.2. Технические характеристики.

Мешки отличаются друг от друга габаритными размерами, материалом изготовления и наличием ручек. В таблицу №1 представлены основные технические характеристики.

Таблица № 1

Мешки представлены в следующих исполнениях

Артикул	Тип мешка	Размер (ШхД), мм
МППРМ-01	Мешок патологоанатомический из ПВД с ручками и молнией	700х2000
МППРМ-02		700х2100
МППРМ-03		700х2200
МППРМ-04		800х2000
МППРМ-05		800х2100
МППРМ-06		800х2200
МППРМ-07		900х2200
МППБРМ-01	Мешок патологоанатомический из ПВД без ручек и с молнией	700х2000
МППБРМ-02		700х2100
МППБРМ-03		700х2200
МППБРМ-04		800х2000
МППБРМ-05		800х2100
МППБРМ-06		800х2200
МППБРМ-07		900х2200
МПСРМ-01	Мешок патологоанатомический из Спанбонда с ручками и молнией	700х2000
МПСРМ-02		700х2100
МПСРМ-03		700х2200
МПСРМ-04		800х2000
МПСРМ-05		800х2100
МПСРМ-06		800х2200
МПСРМ-07		900х2200
МПСБРМ-01	Мешок патологоанатомический из Спанбонда без ручек и с молнией	700х2000
МПСБРМ-02		700х2100
МПСБРМ-03		700х2200
МПСБРМ-04		800х2000
МПСБРМ-05		800х2100
МПСБРМ-06		800х2200
МПСБРМ-07		900х2200

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Все мешки из ПВД имеют вес не более 2 кг, все мешки из Спанбонда - не более 1,5 кг. Грузоподъемность мешков не менее 170 кг. Все мешки черного цвета.

1.3. Состав и устройство изделия.

В качестве основного материала используется полиэтилен высокого давления (ПВД) и влагонепроницаемый нетканый материал (Спанбонд). Мешки из Спанбонда имеют гидрофобное покрытие, способствующее отталкиванию воды.

- Мешок патологоанатомический из ПВД с ручками и молнией и мешок патологоанатомический из Спанбонда с ручками и молнией имеют одну вшитую молнию-застежку с лицевой стороны по центру во всю длину. Мешки иметь по 2 ручки, пришитые к каждой короткой стороне (всего 4 ручки).
- Мешок патологоанатомический из ПВД без ручек и с молнией и мешок патологоанатомический из Спанбонда без ручек и с молнией имеет одну вшитую молнию-застежку по периметру мешка с 3-х сторон (1 по длине и 2 по ширине).
- Мешки (мешок патологоанатомический из ПВД с ручками и молнией и мешок патологоанатомический из Спанбонда с ручками и молнией) должны иметь по 2 ручки пришитых к каждой короткой стороне мешка(всего 4 ручки).

Застежка-молния изготовлена из коррозионностойких материалов или защищена от коррозии защитными или защитно-декоративным покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301.

1.4. Маркировка.

Маркировка выполнена на самом изделии, пришивается к кромке мешка на бирке и/или вкладывается в виде информационного листа в упаковочную тару и содержит следующую информацию:

-товарный знак предприятия-изготовителя (при наличие);

-наименование типа мешка;

-артикул;

-год изготовления (или две последние цифры);

-обозначение настоящих технических условий;

-для однократного применения.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Также допускается указывание в маркировке других дополнительных сведений (например, масса нетто, сведения о сертификации и др.).

1.5. Упаковка.

Мешки упакованы в пакет полиэтилена

II. Показания к применению.

Мешки применяются в медицинской практике для транспортирования и временного хранения тел.

II. Противопоказания к применению.

Мешки не имеет противопоказаний к применению.

IV. Использование по назначению.

4.1. **Эксплуатационные ограничения:**

- мешки нельзя использовать, если на них видны механические повреждения (отслаивания ткани, не прошитые края и т.д.);
- мешок может быть использован только один раз;
- в мешках нельзя переносить груз, выше указанного (180 кг);
- оберегать мешки от остро-режущих предметов, открытого огня;
- мешок, после использования подлежит утилизации в установленном порядке;

4.2. **Подготовка изделия к использованию:**

- открыть упаковку, достать мешок;
- визуально проверить отсутствие дефектов;
- расправить по краям на твердой поверхности.

4.3. **Использование изделия:**

- расстегнуть затежки-молнию;
- положить объект в мешок;
- закрыть застежки-молнии;
- переместить мешок в нужное место, взявшись за ручки (при наличии), либо другим удобным способом.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

V. Техническое обслуживание

Мешки являются одноразовыми и не подлежат техническому обслуживанию, после использования утилизируется.

VI. Хранение

6.1. **Условия хранения:**

- хранить мешки в чистом и сухом месте;
- хранение мешков осуществляться в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.2790.

6.2. **Гарантийные сроки хранения:**

- изготовитель гарантирует соответствие мешков требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями;
- гарантийный срок - 6 месяцев;
- по истечении гарантийного срока хранения перед применением мешки проверяются на соответствие требованиям настоящих ТУ.

VII. Транспортирование.

Мешки транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

VIII. Утилизация.

Мешки, после использования, подлежат утилизации в установленном порядке, согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10.

XI. Контактные данные производителя.

Производитель: ООО "Медэл+"

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Юридический адрес: 420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Урицкого, 31/53, офис 108..

Адрес производства: Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Чебоксары, ул. Заводская, д.1

тел/факс +7 (800) 775-17-69

E-mail: al.erem5@gmail.com

Адрес в сети интернет: http://meshkipaketi.ru

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 7 (семь) листа (ов)
Директор
ООО «Медэл+» _____
А.Н. Еремеева

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU