



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

На медицинское изделие

**Светильники операционные LEDVISION в вариантах исполнения
с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"КАРЛ ШТОРЦ СЕ и Ко. КГ", Германия,

KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Germany

Производитель

"КАРЛ ШТОРЦ СЕ и Ко. КГ", Германия,

KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Germany

Место производства медицинского изделия

см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-58215/78837 от 04.10.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 33 листах

приказом Росздравнадзора от 25 декабря 2023 года № 9643
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0074013

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 1

На медицинское изделие

Светильники операционные LEDVISION в вариантах исполнения с принадлежностями:

I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS, в составе:

1. Лампа LEDVISION 203, варианты исполнения

1.1. Лампа LEDVISION 203 для карданного подвеса - 1 шт.

1.2. Лампа LEDVISION 203 для полукарданного подвеса - 1 шт.

1.3. Лампа LEDVISION 203 для карданного подвеса, с HD/SD видео-модулем - 1 шт.

1.4. Лампа LEDVISION 203 для полукарданного подвеса с HD/SD видео-модулем - 1 шт.

2. Межпотолочный каркас, типоразмеры:

2.1. Межпотолочный каркас 300 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.2. Межпотолочный каркас 400 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.3. Межпотолочный каркас 500 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.4. Межпотолочный каркас 600 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.5. Межпотолочный каркас 700 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.6. Межпотолочный каркас 800 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.7. Межпотолочный каркас 900 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.8. Межпотолочный каркас 1000 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.9. Межпотолочный каркас 1100 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.10. Межпотолочный каркас 1200 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.11. Межпотолочный каркас 1300 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.12. Межпотолочный каркас 1400 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.13. Межпотолочный каркас 1500 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.14. Межпотолочный каркас 1600 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.15. Межпотолочный каркас 1700 мм - 1 комплект (при необходимости)

3. Анкерная пластина, типоразмеры:

3.1. Анкерная пластина, 3 распорные трубки, 800 мм - 1 шт. (при необходимости)

3.2. Анкерная пластина, 6 распорных трубок, 1100 мм - 1 шт. (при необходимости)

4. Система сквозного крепления для анкерных пластин - 1 шт. (при необходимости)

5. Интерфейсная пластина с резьбовыми стержнями M16x330 - 1 шт. (при необходимости)

6. Интерфейсная пластина для потолочной трубы Ø125 мм - 1 шт. (при необходимости)

7. Анкер-шпилька для потолочного монтажа - не более 12 шт. (при необходимости)

8. Потолочная труба, типоразмеры:

8.1. Потолочная труба Ø70 x 200 мм - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0135720

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 2

- 8.2. Потолочная труба Ø70 x 300 мм - 1 шт.
- 8.3. Потолочная труба Ø70 x 400 мм - 1 шт.
- 8.4. Потолочная труба Ø70 x 500 мм - 1 шт.
- 8.5. Потолочная труба Ø70 x 600 мм - 1 шт.
- 8.6. Потолочная труба Ø70 x 700 мм - 1 шт.
- 8.7. Потолочная труба Ø70 x 800 мм - 1 шт.
- 8.8. Потолочная труба Ø70 x 900 мм - 1 шт.
- 8.9. Потолочная труба Ø70 x 1000 мм - 1 шт.
- 8.10. Потолочная труба Ø70 x 1100 мм - 1 шт.
- 8.11. Потолочная труба Ø70 x 1200 мм - 1 шт.
- 8.12. Потолочная труба Ø70 x 1500 мм - 1 шт.
- 8.13. Потолочная труба Ø125 x 200 мм - 1 шт.
- 8.14. Потолочная труба Ø125 x 300 мм - 1 шт.
- 8.15. Потолочная труба Ø125 x 400 мм - 1 шт.
- 8.16. Потолочная труба Ø125 x 500 мм - 1 шт.
- 8.17. Потолочная труба Ø125 x 600 мм - 1 шт.
- 8.18. Потолочная труба Ø125 x 700 мм - 1 шт.
- 8.19. Потолочная труба Ø125 x 800 мм - 1 шт.
- 8.20. Потолочная труба Ø125 x 900 мм - 1 шт.
- 8.21. Потолочная труба Ø125 x 1000 мм - 1 шт.
- 8.22. Потолочная труба Ø125 x 1100 мм - 1 шт.
- 8.23. Потолочная труба Ø125 x 1200 мм - 1 шт.
- 8.24. Потолочная труба Ø125 x 1300 мм - 1 шт.
- 8.25. Потолочная труба Ø125 x 1400 мм - 1 шт.
- 8.26. Потолочная труба Ø125 x 1500 мм - 1 шт.
- 8.27. Потолочная труба Ø110 x 200 мм - 1 шт.
- 8.28. Потолочная труба Ø110 x 300 мм - 1 шт.
- 8.29. Потолочная труба Ø110 x 400 мм - 1 шт.
- 8.30. Потолочная труба Ø110 x 500 мм - 1 шт.
- 8.31. Потолочная труба Ø110 x 600 мм - 1 шт.
- 8.32. Потолочная труба Ø110 x 700 мм - 1 шт.
- 8.33. Потолочная труба Ø110 x 800 мм - 1 шт.
- 8.34. Потолочная труба Ø110 x 900 мм - 1 шт.
- 8.35. Потолочная труба Ø110 x 1000 мм - 1 шт.
- 8.36. Потолочная труба Ø110 x 1100 мм - 1 шт.
- 8.37. Потолочная труба Ø110 x 1200 мм - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0135721

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 3

9. Потолочная крышка, варианты исполнения:

9.1. Потолочная крышка, 300/50 мм - 1 шт.

9.2. Потолочная крышка, 600/50 мм - 1 шт.

9.3. Потолочная крышка под потолочную трубу Ø110, размер 600x4 мм или 600x52 мм или 600x152 мм - 1 шт.

9.4. Потолочная крышка 360x124 мм под потолочную трубу Ø110 мм - 1 шт.

9.5. Потолочная крышка для потолочной трубы Ø70 мм - 1 шт.

9.6. Потолочная крышка для потолочной трубы Ø125 мм - 1 шт.

10. Центральная ось, варианты исполнения:

10.1. Центральная ось с одной консолью 900 мм - 1 шт.

10.2. Центральная ось с одной консолью 1050 мм - 1 шт.

10.3. Центральная ось с одной консолью 1200 мм - 1 шт.

10.4. Центральная ось с одной консолью 1500 мм - 1 шт.

10.5. Центральная ось с одной консолью 1650 мм - 1 шт.

10.6. Центральная ось с одной консолью 2100 мм - 1 шт.

10.7. Центральная ось с одной консолью 2250 мм - 1 шт.

10.8. Центральная ось с одной консолью для потолочной трубы Ø 125 мм - 1 шт.

10.9. Центральная ось с одной консолью 800 мм для труб диаметром 70 мм - 1 шт.

10.10. Центральная ось с двумя консолями 900 и 1050 мм - 1 шт.

10.11. Центральная ось с двумя консолями 1050 и 1200 мм - 1 шт.

10.12. Центральная ось с двумя консолями 1500 и 1650 мм - 1 шт.

10.13. Центральная ось с двумя консолями 2100 и 2250 мм - 1 шт.

10.14. Центральная ось с двумя консолями для потолочной трубы Ø 125 мм - 1 шт.

10.15. Центральная ось с тремя консолями 900/1050/1200 мм - 1 шт.

10.16. Центральная ось с тремя консолями для потолочной трубы Ø 125 мм - 1 шт.

11. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, варианты исполнения

11.1 Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 800 мм - не более 3 шт. (при необходимости)

11.2 Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 925 мм - не более 3 шт. (при необходимости)

11.3 Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1050 мм - не более 3 шт. (при необходимости)

11.4 Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1175 мм - не более 3 шт. (при необходимости)

11.5 Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1300 мм - не более 3 шт. (при необходимости)

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0135722

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 4

11.6 Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1400 мм - не более 3 шт. (при необходимости)

11.7 Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1500 мм - не более 3 шт. (при необходимости)

11.8 Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1600 мм - не более 3 шт. (при необходимости)

12. Подпружиненный кронштейн, варианты исполнения

12.1. Подпружиненный кронштейн, длина 910 мм - не более 3 шт.

12.2. Подпружиненный кронштейн, длина 920 мм - не более 3 шт.

12.3. Подпружиненный кронштейн, длина 735 мм - не более 3 шт.

13. Блок питания, варианты исполнения:

13.1. Блок питания LEDVISION 101/203/202, крепление на фланце - 1 шт.

13.2. Блок питания для светильника LEDVISION 101/202/203, крепление на стене - 1 шт.

Принадлежности:

1. Держатель монитора, варианты исполнения:

1.1. Держатель SGW Technik GmbH для одного монитора диагональю до 32", или 42" - не более 2 шт.

1.2. Держатель SGW Technik GmbH для двух мониторов диагональю до 32", или 42" - не более 2 шт.

1.3. Держатель для одного или двух мониторов диагональю до 32", или 42", с рукояткой - не более 2 шт.

2. Камера, варианты исполнения:

2.1. HD видеокамера с частотой 20 кГц - не более 3 шт.

2.2. Беспроводная HD видеокамера с частотой 20 кГц - не более 3 шт.

3. Держатель камеры на подпружиненном кронштейне - не более 2 шт.

4. Панель управления камерой, варианты исполнения:

4.1. Панель управления камерой встраиваемая, 100/240В, 50/60Гц - 1 шт.

4.2. Панель управления камерой дистанционная, для открытого настенного монтажа, 100-240В переменного тока - 1 шт.

4.3. Панель управления камерой дистанционная, для открытого настенного монтажа, 24В постоянного тока 1 шт.

4.4. Панель управления камерой дистанционная, для встраиваемого монтажа, 24В постоянного тока - 1 шт.

5. Панель управления светильником, варианты исполнения:

5.1. Панель управления настенная, 100/240 В 50/60 Гц, для светильников LEDVISION

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков


0135723

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 5

- 100/200/300 серий - 1 шт.
- 5.2. Панель управления настенная, 24 В постоянного тока 50/60 Гц, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - 1 шт.
- 5.3. Панель управления дистанционная, 100/240В 50/60 Гц, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - 1 шт.
- 5.4. Панель управления дистанционная, 24 В постоянного тока, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий 1 шт.
6. Кабель управления RS232, 5 м - не более 20 шт.
7. Стерилизуемая рукоятка, варианты исполнения:
- 7.1. Стандартная многоразовая рукоятка LEDVISION 5 шт./уп.
- 7.2. Стандартная многоразовая рукоятка LEDVISION - не более 4 шт.
- 7.3. Рукоятка многоразовая для LEDVISION с видео модулем - не более 4 шт.
8. Крепление для многоразовой рукоятки LEDVISION, варианты исполнения:
- 8.1. Крепление для многоразовой рукоятки LEDVISION без видео модуля - не более 4 шт.
- 8.2. Крепление для многоразовой рукоятки LEDVISION с видео модулем - не более 4 шт.
9. Бокс для установки на держателях мониторов для хранения различных аксессуаров - не более 2 шт.
10. Настенное крепление для беспроводной видеокамеры для беспроводной передачи сигналов с модуля на камеру - не более 2 шт.
11. Модуль для беспроводной HD-видеокамеры светильника LEDVISION серии WL20x - не более 2 шт.
12. Адаптер для рукоятки держателя монитора - не более 2 шт.
13. Блок питания с функцией переключения на аварийный режим, варианты исполнения:
- 13.1. Блок питания, 24 В, для 1 светильника - 1 шт.
- 13.2. Блок питания, 24 В, для 1 светильника (монтаж в стене) - 1 шт.
- 13.3. Автономный источник аварийного питания для одного светильника LEDVISION 2H - 1 шт.
- 13.4. Блок питания с перекл. 100-240В/24В - 1 шт.
- 13.5. Блок питания с перекл. 24В/100-240В - 1 шт.
- 13.6. Блок питания для светильника LEDVISION W, 24В - 1 шт.
14. Монтажный короб для установки настенной панели управления - 1 шт.
- II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS, в составе:
1. Лампа LEDVISION 202, варианты исполнения:
- Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0135724

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 6

- 1.1. Лампа LEDVISION 202 для карданного подвеса - 1 шт.
- 1.2. Лампа LEDVISION 202 для полукарданного подвеса - 1 шт.
- 1.3. Лампа LEDVISION 202 для карданного подвеса, с HD/SD видео-модулем - 1 шт.
- 1.4. Лампа LEDVISION 202 для полукарданного подвеса с HD/SD видео-модулем - 1 шт.
2. Межпотолочный каркас, типоразмеры:
 - 2.1. Межпотолочный каркас 300 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.2. Межпотолочный каркас 400 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.3. Межпотолочный каркас 500 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.4. Межпотолочный каркас 600 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.5. Межпотолочный каркас 700 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.6. Межпотолочный каркас 800 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.7. Межпотолочный каркас 900 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.8. Межпотолочный каркас 1000 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.9. Межпотолочный каркас 1100 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.10. Межпотолочный каркас 1200 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.11. Межпотолочный каркас 1300 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.12. Межпотолочный каркас 1400 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.13. Межпотолочный каркас 1500 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.14. Межпотолочный каркас 1600 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.15. Межпотолочный каркас 1700 мм - 1 комплект (при необходимости)
3. Анкерная пластина, типоразмеры:
 - 3.1. Анкерная пластина, 3 распорные трубки, 800 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 3.2. Анкерная пластина, 6 распорных трубок, 1100 мм - 1 шт. (при необходимости)
4. Система сквозного крепления для анкерных пластин - 1 шт. (при необходимости)
5. Интерфейсная пластина с резьбовыми стержнями M16x330 - 1 шт. (при необходимости)
6. Интерфейсная пластина для потолочной трубы Ø125 мм - 1 шт. (при необходимости)
7. Анкер-шпилька для потолочного монтажа - не более 12 шт. (при необходимости)
8. Потолочная труба, типоразмеры:
 - 8.1. Потолочная труба Ø70 x 200 мм - 1 шт.
 - 8.2. Потолочная труба Ø70 x 300 мм - 1 шт.
 - 8.3. Потолочная труба Ø70 x 400 мм - 1 шт.
 - 8.4. Потолочная труба Ø70 x 500 мм - 1 шт.
 - 8.5. Потолочная труба Ø70 x 600 мм - 1 шт.
 - 8.6. Потолочная труба Ø70 x 700 мм - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0135725

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 7

- 8.7. Потолочная труба Ø70 x 800 мм - 1 шт.
- 8.8. Потолочная труба Ø70 x 900 мм - 1 шт.
- 8.9. Потолочная труба Ø70 x 1000 мм - 1 шт.
- 8.10. Потолочная труба Ø70 x 1100 мм - 1 шт.
- 8.11. Потолочная труба Ø70 x 1200 мм - 1 шт.
- 8.12. Потолочная труба Ø70 x 1500 мм - 1 шт.
- 8.13. Потолочная труба Ø125 x 200 мм - 1 шт.
- 8.14. Потолочная труба Ø125 x 300 мм - 1 шт.
- 8.15. Потолочная труба Ø125 x 400 мм - 1 шт.
- 8.16. Потолочная труба Ø125 x 500 мм - 1 шт.
- 8.17. Потолочная труба Ø125 x 600 мм - 1 шт.
- 8.18. Потолочная труба Ø125 x 700 мм - 1 шт.
- 8.19. Потолочная труба Ø125 x 800 мм - 1 шт.
- 8.20. Потолочная труба Ø125 x 900 мм - 1 шт.
- 8.21. Потолочная труба Ø125 x 1000 мм - 1 шт.
- 8.22. Потолочная труба Ø125 x 1100 мм - 1 шт.
- 8.23. Потолочная труба Ø125 x 1200 мм - 1 шт.
- 8.24. Потолочная труба Ø125 x 1300 мм - 1 шт.
- 8.25. Потолочная труба Ø125 x 1400 мм - 1 шт.
- 8.26. Потолочная труба Ø125 x 1500 мм - 1 шт.
- 8.27. Потолочная труба Ø110 x 200 мм - 1 шт.
- 8.28. Потолочная труба Ø110 x 300 мм - 1 шт.
- 8.29. Потолочная труба Ø110 x 400 мм - 1 шт.
- 8.30. Потолочная труба Ø110 x 500 мм - 1 шт.
- 8.31. Потолочная труба Ø110 x 600 мм - 1 шт.
- 8.32. Потолочная труба Ø110 x 700 мм - 1 шт.
- 8.33. Потолочная труба Ø110 x 800 мм - 1 шт.
- 8.34. Потолочная труба Ø110 x 900 мм - 1 шт.
- 8.35. Потолочная труба Ø110 x 1000 мм - 1 шт.
- 8.36. Потолочная труба Ø110 x 1100 мм - 1 шт.
- 8.37. Потолочная труба Ø110 x 1200 мм - 1 шт.
- 9. Потолочная крышка, варианты исполнения:
 - 9.1. Потолочная крышка, 300/50 мм - 1 шт.
 - 9.2. Потолочная крышка, 600/50 мм - 1 шт.
 - 9.3. Потолочная крышка под потолочную трубу Ø110, размер 600x4 мм или 600x52 мм или 600x152 мм - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0135726

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 8

- 9.4. Потолочная крышка 360x124 мм под потолочную трубу Ø110 мм - 1 шт.
9.5. Потолочная крышка для потолочной трубы Ø70 мм, - 1 шт.
9.6. Потолочная крышка для потолочной трубы Ø125 мм - 1 шт.
10. Центральная ось, варианты исполнения
10.1. Центральная ось с одной консолью 900 мм - 1 шт.
10.2. Центральная ось с одной консолью 1050 мм - 1 шт.
10.3. Центральная ось с одной консолью 1200 мм - 1 шт.
10.4. Центральная ось с одной консолью 1500 мм - 1 шт.
10.5. Центральная ось с одной консолью 1650 мм - 1 шт.
10.6. Центральная ось с одной консолью 2100 мм - 1 шт.
10.7. Центральная ось с одной консолью 2250 мм - 1 шт.
10.8. Центральная ось с одной консолью для потолочной трубы Ø 125 мм - 1 шт.
10.9. Центральная ось с одной консолью 800 мм для труб диаметром 70 мм - 1 шт.
10.10. Центральная ось с двумя консолями 900 и 1050 мм - 1 шт.
10.11. Центральная ось с двумя консолями 1050 и 1200 мм - 1 шт.
10.12. Центральная ось с двумя консолями 1500 и 1650 мм - 1 шт.
10.13. Центральная ось с двумя консолями 2100 и 2250 мм - 1 шт.
10.14. Центральная ось с двумя консолями для потолочной трубы Ø 125 мм - 1 шт.
10.15. Центральная ось с тремя консолями 900/1050/1200 мм - 1 шт.
10.16. Центральная ось с тремя консолями для потолочной трубы Ø 125 мм - 1 шт.
11. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, варианты исполнения:
11.1 Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 800 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
11.2 Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 925 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
11.3 Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1050 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
11.4 Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1175 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
11.5 Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1300 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
11.6 Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1400 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
11.7 Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1500 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
11.8 Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1600 мм - не

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0135727

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 9

более 3 шт. (при необходимости)

12. Подпружиненный кронштейн, варианты исполнения

12.1 Подпружиненный кронштейн, длина 910 мм - не более 3 шт.

12.2 Подпружиненный кронштейн, длина 920 мм - не более 3 шт.

12.3 Подпружиненный кронштейн, длина 735 мм - не более 3 шт.

13. Блок питания, варианты исполнения:

13.1. Блок питания LEDVISION 101/203/202, крепление на фланце - 1 шт.

13.2. Блок питания для светильника LEDVISION 101/202/203, крепление на стене - 1 шт.

Принадлежности:

1. Держатель монитора, варианты исполнения:

1.1. Держатель SGW Technik GmbH для одного монитора диагональю до 32", или 42" - не более 2 шт.

1.2. Держатель SGW Technik GmbH для двух мониторов диагональю до 32", или 42" - не более 2 шт.

1.3. Держатель для одного или двух мониторов диагональю до 32", или 42", с рукояткой - не более 2 шт.

2. Камера, варианты исполнения:

2.1. HD видеокамера с частотой 20кГц - не более 3 шт.

2.2. Беспроводная HD видеокамера с частотой 20 кГц - не более 3 шт.

3. Держатель камеры на подпружиненном кронштейне - не более 2 шт.

4. Панель управления камерой, варианты исполнения:

4.1. Панель управления камерой встраиваемая, 100/240В, 50/60Гц - 1 шт.

4.2. Панель управления камерой дистанционная, для открытого настенного монтажа, 100-240В переменного тока - 1 шт.

4.3. Панель управления камерой дистанционная, для открытого настенного монтажа, 24В постоянного тока - 1 шт.

4.4. Панель управления камерой дистанционная, для встраиваемого монтажа, 24В постоянного тока - 1 шт.

5. Панель управления светильником, варианты исполнения:

5.1. Панель управления настенная, 100/240 В 50/60 Гц, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - 1 шт.

5.2. Панель управления настенная, 24 В постоянного тока 50/60 Гц, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - 1 шт.

5.3. Панель управления дистанционная, 100/240В 50/60 Гц, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0135728

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 10

- 5.4. Панель управления дистанционная, 24 В постоянного тока, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - 1 шт.
6. Кабель управления RS232, 5 м - не более 20 шт.
7. Стерилизуемая рукоятка, варианты исполнения:
- 7.1. Стандартная многоцветная рукоятка LEDVISION 5 шт./уп.
- 7.2. Стандартная многоцветная рукоятка LEDVISION - не более 4 шт.
- 7.3. Рукоятка многоцветная для LEDVISION с видео модулем - не более 4 шт.
8. Крепление для многоцветной рукоятки LEDVISION, варианты исполнения:
- 8.1. Крепление для многоцветной рукоятки LEDVISION без видео модуля - не более 4 шт.
- 8.2. Крепление для многоцветной рукоятки LEDVISION с видео модулем - не более 4 шт.
9. Блок питания с функцией переключения на аварийный режим, варианты исполнения:
- 9.1. Блок питания, 24 В, для 1 светильника - 1 шт.
- 9.2. Блок питания, 24 В, для 1 светильника (монтаж в стене) - 1 шт.
- 9.3. Автономный источник аварийного питания для одного светильника LEDVISION 2Н - 1 шт.
- 9.4. Блок питания с переключением 100-240В/24В - 1 шт.
- 9.5. Блок питания с переключением 24В/100-240В - 1 шт.
- 9.6. Блок питания для светильника LEDVISION W, 24В - 1 шт.
10. Бокс для установки на держателях мониторов для хранения различных аксессуаров - не более 2 шт.
11. Адаптер для рукоятки держателя монитора - не более 2 шт.
12. Модуль для беспроводной HD-видеокамеры светильника LEDVISION серии WL20x - не более 2 шт.
13. Настенное крепление для беспроводной видеокамеры для беспроводной передачи сигналов с модуля на камеру - не более 2 шт.
14. Монтажный короб для установки настенной панели управления - 1 шт.
- III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202, в составе:
1. Лампа LEDVISION 203, варианты исполнения:
- 1.1. Лампа LEDVISION 203 для карданного подвеса - 1 шт.
- 1.2. Лампа LEDVISION 203 для полукарданного подвеса - 1 шт.
- 1.3. Лампа LEDVISION 203 для карданного подвеса, с HD/SD видео-модулем - 1 шт.
- 1.4. Лампа LEDVISION 203 для полукарданного подвеса с HD/SD видео-модулем - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0135729

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 11

2. Лампа LEDVISION 202, варианты исполнения:

2.1. Лампа LEDVISION 202 для карданного подвеса - не более 2 шт.

2.2. Лампа LEDVISION 202 для полукарданного подвеса - не более 2 шт.

2.3. Лампа LEDVISION 202 для карданного подвеса, с HD/SD видео-модулем - не более 2 шт.

2.4. Лампа LEDVISION 202 для полукарданного подвеса с HD/SD видео-модулем - не более 2 шт.

3. Межпотолочный каркас, типоразмеры:

3.1. Межпотолочный каркас 300 мм - 1 комплект (при необходимости)

3.2. Межпотолочный каркас 400 мм - 1 комплект (при необходимости)

3.3. Межпотолочный каркас 500 мм - 1 комплект (при необходимости)

3.4. Межпотолочный каркас 600 мм - 1 комплект (при необходимости)

3.5. Межпотолочный каркас 700 мм - 1 комплект (при необходимости)

3.6. Межпотолочный каркас 800 мм - 1 комплект (при необходимости)

3.7. Межпотолочный каркас 900 мм - 1 комплект (при необходимости)

3.8. Межпотолочный каркас 1000 мм - 1 комплект (при необходимости)

3.9. Межпотолочный каркас 1100 мм - 1 комплект (при необходимости)

3.10. Межпотолочный каркас 1200 мм - 1 комплект (при необходимости)

3.11. Межпотолочный каркас 1300 мм - 1 комплект (при необходимости)

3.12. Межпотолочный каркас 1400 мм - 1 комплект (при необходимости)

3.13. Межпотолочный каркас 1500 мм - 1 комплект (при необходимости)

3.14. Межпотолочный каркас 1600 мм - 1 комплект (при необходимости)

3.15. Межпотолочный каркас 1700 мм - 1 комплект (при необходимости)

4. Анкерная пластина, типоразмеры:

4.1. Анкерная пластина, 3 распорные трубки, 800 мм - 1 шт. (при необходимости)

4.2. Анкерная пластина, 6 распорных трубок, 1100 мм - 1 шт. (при необходимости)

5. Система сквозного крепления для анкерных пластин - 1 шт. (при необходимости)

6. Интерфейсная пластина с резьбовыми стержнями M16x330 - 1 шт. (при необходимости)

7. Интерфейсная пластина для потолочной трубы Ø125 мм - 1 шт. (при необходимости)

8. Анкер-шпилька для потолочного монтажа - не более 12 шт. (при необходимости)

9. Потолочная труба, типоразмеры:

9.1. Потолочная труба Ø110 x 200 мм - 1 шт.

9.2. Потолочная труба Ø110 x 300 мм - 1 шт.

9.3. Потолочная труба Ø110 x 400 мм - 1 шт.

9.4. Потолочная труба Ø110 x 500 мм - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0135730

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 12

- 9.5. Потолочная труба Ø110 x 600 мм - 1 шт.
- 9.6. Потолочная труба Ø110 x 700 мм - 1 шт.
- 9.7. Потолочная труба Ø110 x 800 мм - 1 шт.
- 9.8. Потолочная труба Ø110 x 900 мм - 1 шт.
- 9.9. Потолочная труба Ø110 x 1000 мм - 1 шт.
- 9.10. Потолочная труба Ø110 x 1100 мм - 1 шт.
- 9.11. Потолочная труба Ø110 x 1200 мм - 1 шт.
- 9.12. Потолочная труба Ø125 x 200 мм - 1 шт.
- 9.13. Потолочная труба Ø125 x 300 мм - 1 шт.
- 9.14. Потолочная труба Ø125 x 400 мм - 1 шт.
- 9.15. Потолочная труба Ø125 x 500 мм - 1 шт.
- 9.16. Потолочная труба Ø125 x 600 мм - 1 шт.
- 9.17. Потолочная труба Ø125 x 700 мм - 1 шт.
- 9.18. Потолочная труба Ø125 x 800 мм - 1 шт.
- 9.19. Потолочная труба Ø125 x 900 мм - 1 шт.
- 9.20. Потолочная труба Ø125 x 1000 мм - 1 шт.
- 9.21. Потолочная труба Ø125 x 1100 мм - 1 шт.
- 9.22. Потолочная труба Ø125 x 1200 мм - 1 шт.
- 9.23. Потолочная труба Ø125 x 1300 мм - 1 шт.
- 9.24. Потолочная труба Ø125 x 1400 мм - 1 шт.
- 9.25. Потолочная труба Ø125 x 1500 мм - 1 шт.
- 10. Потолочная крышка, варианты исполнения:
 - 10.1. Потолочная крышка, 300/50 мм - 1 шт.
 - 10.2. Потолочная крышка, 600/50 мм - 1 шт.
 - 10.3. Потолочная крышка под потолочную трубу Ø110, размер 600x4 мм или 600x52 мм или 600x152 мм - 1 шт.
 - 10.4. Потолочная крышка 360x124 мм под потолочную трубу Ø110 мм - 1 шт.
 - 10.5. Потолочная крышка для потолочной трубы Ø70 мм - 1 шт.
 - 10.6. Потолочная крышка для потолочной трубы Ø125 мм - 1 шт.
- 11. Центральная ось с тремя консолями, варианты исполнения:
 - 11.1. Центральная ось с тремя консолями 900/1050/1200 мм - 1 шт.
 - 11.2. Центральная ось с тремя консолями для потолочной трубы Ø125 мм - 1 шт.
- 12. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, варианты исполнения:
 - 12.1. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 800 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
 - 12.2. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 925 мм - не

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0135731

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 13

более 3 шт. (при необходимости)

12.3. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1050 мм - не более 3 шт. (при необходимости)

12.4. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1175 мм - не более 3 шт. (при необходимости)

12.5. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1300 мм - не более 3 шт. (при необходимости)

12.6. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1400 мм - не более 3 шт. (при необходимости)

12.7. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1500 мм - не более 3 шт. (при необходимости)

12.8. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1600 мм - не более 3 шт. (при необходимости)

13. Подпружиненный кронштейн, варианты исполнения:

13.1. Подпружиненный кронштейн, длина 910 мм - не более 3 шт.

13.2. Подпружиненный кронштейн, длина 920 мм - не более 3 шт.

13.3. Подпружиненный кронштейн, длина 735 мм - не более 3 шт.

14. Блок питания, варианты исполнения:

14.1. Блок питания LEDVISION 101/203/202 (фланец) - не более 3 шт.

14.2. Блок питания для двух светильников LEDVISION 203/202, монтаж в стене - не более 1 шт.

14.3. Блок питания для одного светильника LEDVISION 101/202/203, монтаж в стене - не более 3 шт.

Принадлежности:

1. Камера, варианты исполнения:

1.1. HD видеокамера с частотой 20кГц - не более 3 шт.

1.2. Беспроводная HD видеокамера с частотой 20кГц - не более 3 шт.

2. Панель управления камерой, варианты исполнения:

2.1. Панель управления камерой встраиваемая, 100/240В, 50/60Гц - не более 3 шт.

2.2. Панель управления камерой дистанционная, для открытого настенного монтажа, 100-240В переменного тока - не более 3 шт.

2.3. Панель управления камерой дистанционная, для открытого настенного монтажа, 24В постоянного тока - не более 3 шт.

2.4. Панель управления камерой дистанционная, для встраиваемого монтажа, 24В постоянного тока - не более 3 шт.

3. Панель управления светильником, варианты исполнения:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0135732

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 14

- 3.1. Панель управления настенная, 100/240 В 50/60 Гц, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - не более 3 шт.
- 3.2. Панель управления настенная, 24 В постоянного тока 50/60 Гц, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - не более 3 шт.
- 3.3. Панель управления дистанционная, 100/240В 50/60 Гц, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - не более 3 шт.
- 3.4. Панель управления дистанционная, 24 В постоянного тока, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - не более 3 шт.
- 4. Кабель управления RS232, 5 м - не более 20 шт.
- 5. Стерилизуемая рукоятка, варианты исполнения:
 - 5.1. Стандартная многоразовая рукоятка LEDVISION 5 шт./уп.
 - 5.2. Стандартная многоразовая рукоятка LEDVISION - не более 12 шт.
 - 5.3. Рукоятка многоразовая для LEDVISION с видео модулем - не более 12 шт.
- 6. Крепление для многоразовой рукоятки LEDVISION, варианты исполнения:
 - 6.1. Крепление для многоразовой рукоятки LEDVISION без видео модуля - не более 4 шт.
 - 6.2. Крепление для многоразовой рукоятки LEDVISION с видео модулем - не более 4 шт.
- 7. Блок питания с функцией переключения на аварийный режим, варианты исполнения:
 - 7.1. Блок питания, 24 В, для 1 светильника - не более 3 шт.
 - 7.2. Блок питания, 24 В, для 2 светильников - не более 1 шт.
 - 7.3. Блок питания, 24 В, для 1 светильника (монтаж в стене) - не более 3 шт.
 - 7.4. Автономный источник аварийного питания для одного светильника LEDVISION 2Н - не более 3 шт.
 - 7.5. Автономный источник аварийного питания для двух светильников LEDVISION 2U - не более 3 шт.
 - 7.6. Блок питания с переключением 100-240В/24В - не более 3 шт.
 - 7.7. Блок питания с переключением 24В/100-240В - не более 3 шт.
 - 7.8. Блок питания для светильника LEDVISION W, 24В - не более 3 шт.
- 8. Модуль для беспроводной HD-видеокамеры светильника LEDVISION серии WL20x - не более 3 шт.
- 9. Настенное крепление для беспроводной видеокамеры для беспроводной передачи сигналов с модуля на камеру - не более 3 шт.
- 10. Монтажный короб для установки настенной панели управления - 3 шт.
- IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0135733

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 15

1. Лампа LEDVISION 203, варианты исполнения:
 - 1.1. Лампа LEDVISION 203 для карданного подвеса - 1 шт.
 - 1.2. Лампа LEDVISION 203 для полукарданного подвеса - 1 шт.
 - 1.3. Лампа LEDVISION 203 для карданного подвеса, с HD/SD видео-модулем - 1 шт.
 - 1.4. Лампа LEDVISION 203 для полукарданного подвеса с HD/SD видео-модулем - 1 шт.
2. Лампа LEDVISION 202, варианты исполнения:
 - 2.1. Лампа LEDVISION 202 для карданного подвеса - 1 шт.
 - 2.2. Лампа LEDVISION 202 для полукарданного подвеса - 1 шт.
 - 2.3. Лампа LEDVISION 202 для карданного подвеса, с HD/SD видео-модулем - 1 шт.
 - 2.4. Лампа LEDVISION 202 для полукарданного подвеса с HD/SD видео-модулем - 1 шт.
3. Межпотолочный каркас, типоразмеры:
 - 3.1. Межпотолочный каркас 300 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 3.2. Межпотолочный каркас 400 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 3.3. Межпотолочный каркас 500 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 3.4. Межпотолочный каркас 600 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 3.5. Межпотолочный каркас 700 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 3.6. Межпотолочный каркас 800 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 3.7. Межпотолочный каркас 900 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 3.8. Межпотолочный каркас 1000 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 3.9. Межпотолочный каркас 1100 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 3.10. Межпотолочный каркас 1200 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 3.11. Межпотолочный каркас 1300 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 3.12. Межпотолочный каркас 1400 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 3.13. Межпотолочный каркас 1500 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 3.14. Межпотолочный каркас 1600 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 3.15. Межпотолочный каркас 1700 мм - 1 комплект (при необходимости)
4. Анкерная пластина, типоразмеры:
 - 4.1. Анкерная пластина, 3 распорные трубки, 800 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 4.2. Анкерная пластина, 6 распорных трубок, 1100 мм - 1 шт. (при необходимости)
5. Система сквозного крепления для анкерных пластин - 1 шт. (при необходимости) (W31916)
6. Интерфейсная пластина с резьбовыми соединениями M16x330 - 1 шт. (при необходимости)
7. Интерфейсная пластина для потолочной трубы Ø125 мм - 1 шт. (при необходимости)

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0135734

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 16

8. Анкер-шпилька для потолочного монтажа - не более 12 шт. (при необходимости)
9. Потолочная труба, типоразмеры:
- 9.1. Потолочная труба Ø110 x 200 мм - 1 шт.
 - 9.2. Потолочная труба Ø110 x 300 мм - 1 шт.
 - 9.3. Потолочная труба Ø110 x 400 мм - 1 шт.
 - 9.4. Потолочная труба Ø110 x 500 мм - 1 шт.
 - 9.5. Потолочная труба Ø110 x 600 мм - 1 шт.
 - 9.6. Потолочная труба Ø110 x 700 мм - 1 шт.
 - 9.7. Потолочная труба Ø110 x 800 мм - 1 шт.
 - 9.8. Потолочная труба Ø110 x 900 мм - 1 шт.
 - 9.9. Потолочная труба Ø110 x 1000 мм - 1 шт.
 - 9.10. Потолочная труба Ø110 x 1100 мм - 1 шт.
 - 9.11. Потолочная труба Ø110 x 1200 мм - 1 шт.
 - 9.12. Потолочная труба Ø125 x 200 мм - 1 шт.
 - 9.13. Потолочная труба Ø125 x 300 мм - 1 шт.
 - 9.14. Потолочная труба Ø125 x 400 мм - 1 шт.
 - 9.15. Потолочная труба Ø125 x 500 мм - 1 шт.
 - 9.16. Потолочная труба Ø125 x 600 мм - 1 шт.
 - 9.17. Потолочная труба Ø125 x 700 мм - 1 шт.
 - 9.18. Потолочная труба Ø125 x 800 мм - 1 шт.
 - 9.19. Потолочная труба Ø125 x 900 мм - 1 шт.
 - 9.20. Потолочная труба Ø125 x 1000 мм - 1 шт.
 - 9.21. Потолочная труба Ø125 x 1100 мм - 1 шт.
 - 9.22. Потолочная труба Ø125 x 1200 мм - 1 шт.
 - 9.23. Потолочная труба Ø125 x 1300 мм - 1 шт.
 - 9.24. Потолочная труба Ø125 x 1400 мм - 1 шт.
 - 9.25. Потолочная труба Ø125 x 1500 мм - 1 шт.
10. Потолочная крышка, варианты исполнения:
- 10.1. Потолочная крышка, 300/50 мм - 1 шт.
 - 10.2. Потолочная крышка, 600/50 мм - 1 шт.
 - 10.3. Потолочная крышка под потолочную трубу Ø110, размер 600x4 мм или 600x52 мм или 600x152 мм - 1 шт.
 - 10.4. Потолочная крышка 360x124 мм под потолочную трубу Ø110 мм - 1 шт.
 - 10.5. Потолочная крышка для потолочной трубы Ø70 мм - 1 шт.
 - 10.6. Потолочная крышка для потолочной трубы Ø125 мм - 1 шт.
11. Центральная ось, варианты исполнения:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0135735

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 17

- 11.1. Центральная ось с двумя консолями 900 и 1050 мм - 1 шт.
- 11.2. Центральная ось с двумя консолями 1050 и 1200 мм - 1 шт.
- 11.3. Центральная ось с двумя консолями 1500 и 1650 мм - 1 шт.
- 11.4. Центральная ось с двумя консолями 2100 и 2250 мм - 1 шт.
- 11.5. Центральная ось с двумя консолями для потолочной трубы Ø 125 мм - 1 шт.
- 11.6. Центральная ось с тремя консолями 900/1050/1200 мм - 1 шт.
- 11.7. Центральная ось с тремя консолями для потолочной трубы Ø 125 мм - 1 шт.
- 11.8. Центральная ось с четырьмя консолями 1200/1050/900/750 мм - 1 шт.
- 11.9. Центральная ось с четырьмя консолями для потолочной трубы Ø125 мм - 1 шт.
- 12. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø 125 мм, варианты исполнения:
 - 12.1. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 800 мм - не более 4 шт. (при необходимости)
 - 12.2. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 925 мм - не более 4 шт. (при необходимости)
 - 12.3. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1050 мм - не более 4 шт. (при необходимости)
 - 12.4. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1175 мм - не более 4 шт. (при необходимости)
 - 12.5. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1300 мм - не более 4 шт. (при необходимости)
 - 12.6. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1400 мм - не более 4 шт. (при необходимости)
 - 12.7. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1500 мм - не более 4 шт. (при необходимости)
 - 12.8. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1600 мм - не более 4 шт. (при необходимости)
- 13. Подпружиненный кронштейн, варианты исполнения:
 - 13.1. Подпружиненный кронштейн, длина 910 мм - не более 4 шт.
 - 13.2. Подпружиненный кронштейн, длина 920 мм - не более 4 шт.
 - 13.3. Подпружиненный кронштейн, длина 735 мм - не более 4 шт.
- 14. Блок питания, варианты исполнения:
 - 14.1. Блок питания LEDVISION 101/203/202 (фланец) - не более 2 шт.
 - 14.2. Блок питания для двух светильников LEDVISION 203/202, монтаж в стене - не более 2 шт.
 - 14.3. Блок питания для одного светильника LEDVISION 101/202/203, монтаж в стене - не более 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0135736

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 18

Принадлежности:

1. Держатель монитора, варианты исполнения:

1.1. Держатель SGW Technik GmbH для одного монитора диагональю до 32", или 42" - не более 2 шт.

1.2. Держатель SGW Technik GmbH для двух мониторов диагональю до 32", или 42" - не более 2 шт.

1.3. Держатель для одного или двух мониторов диагональю до 32", или 42", с рукояткой - не более 2 шт.

2. Камера, варианты исполнения:

2.1. HD видеокамера с частотой 20кГц - не более 4 шт.

2.2. Беспроводная HD видеокамера с частотой 20кГц - не более 4 шт.

3. Держатель камеры на подпружиненном кронштейне - не более 2 шт.

4. Панель управления камерой, варианты исполнения:

4.1. Панель управления камерой встраиваемая, 100/240В, 50/60Гц - не более 3 шт.

4.2. Панель управления камерой дистанционная, для открытого настенного монтажа, 100-240В переменного тока - не более 3 шт.

4.3. Панель управления камерой дистанционная, для открытого настенного монтажа, 24В постоянного тока - не более 3 шт.

4.4. Панель управления камерой дистанционная, для встраиваемого монтажа, 24В постоянного тока - не более 3 шт.

5. Панель управления светильником, варианты исполнения:

5.1. Панель управления настенная, 100/240 В 50/60 Гц, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - не более 3 шт.

5.2. Панель управления настенная, 24 В постоянного тока 50/60 Гц, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - не более 3 шт.

5.3. Панель управления дистанционная, 100/240В 50/60 Гц, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - не более 3 шт.

5.4. Панель управления дистанционная, 24 В постоянного тока, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - не более 3 шт.

6. Кабель управления RS232, 5 м - не более 20 шт.

7. Стерилизуемая рукоятка, варианты исполнения:

7.1. Стандартная многоцветная рукоятка LEDVISION 5 шт./уп.

7.2. Стандартная многоцветная рукоятка LEDVISION - не более 12 шт.

7.3. Рукоятка многоцветная для LEDVISION с видео модулем - не более 12 шт.

8. Крепление для многоцветной рукоятки LEDVISION, варианты исполнения:

8.1. Крепление для многоцветной рукоятки LEDVISION без видео модуля - не

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0135737

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 19

более 4 шт.

8.2. Крепление для многоразовой рукоятки LEDVISION с видео модулем - не более 4 шт.

9. Бокс для установки на держателях мониторов для хранения различных аксессуаров - не более 2 шт.

10. Блок питания с функцией переключения на аварийный режим варианты исполнения:

10.1. Блок питания, 24 В, для 1 светильника - не более 3 шт.

10.2. Блок питания, 24 В, для 2 светильников - не более 1 шт.

10.3. Блок питания, 24 В, для 1 светильника (монтаж в стене) - не более 3 шт.

10.4. Автономный источник аварийного питания для одного светильника LEDVISION 2Н - не более 3 шт.

10.5. Автономный источник аварийного питания для двух светильников LEDVISION 2U - не более 3 шт.

10.6. Блок питания с перекл. 100-240В/24В - не более 3 шт.

10.7. Блок питания с перекл. 24В/100-240В - не более 3 шт.

10.8. Блок питания для светильника LEDVISION W, 24В - не более 3 шт.

11. Модуль для беспроводной HD-видеокамеры светильника LEDVISION серии WL20x - не более 2 шт.

12. Адаптер для рукоятки держателя монитора - не более 2 шт.

13. Настенное крепление для беспроводной видеокамеры для беспроводной передачи сигналов с модуля на камеру - не более 2 шт.

14. Монтажный короб для установки настенной панели управления - 3 шт.

V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101, в составе:

1. Лампа LEDVISION 101, варианты исполнения:

1.1. Лампа LEDVISION 101 для карданного подвеса - не более 3 шт.

1.2. Лампа LEDVISION 101 для полукарданного подвеса - не более 3 шт.

2. Межпотолочный каркас, типоразмеры:

2.1. Межпотолочный каркас 300 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.2. Межпотолочный каркас 400 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.3. Межпотолочный каркас 500 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.4. Межпотолочный каркас 600 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.5. Межпотолочный каркас 700 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.6. Межпотолочный каркас 800 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.7. Межпотолочный каркас 900 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.8. Межпотолочный каркас 1000 мм - 1 комплект (при необходимости)

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0135738

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 20

- 2.9. Межпотолочный каркас 1100 мм - 1 комплект (при необходимости)
- 2.10. Межпотолочный каркас 1200 мм - 1 комплект (при необходимости)
- 2.11. Межпотолочный каркас 1300 мм - 1 комплект (при необходимости)
- 2.12. Межпотолочный каркас 1400 мм - 1 комплект (при необходимости)
- 2.13. Межпотолочный каркас 1500 мм - 1 комплект (при необходимости)
- 2.14. Межпотолочный каркас 1600 мм - 1 комплект (при необходимости)
- 2.15. Межпотолочный каркас 1700 мм - 1 комплект (при необходимости)
- 3. Анкерная пластина, типоразмеры:
 - 3.1. Анкерная пластина, 3 распорные трубки, 800 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 3.2. Анкерная пластина, 6 распорных трубок, 1100 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 4. Система сквозного крепления для анкерных пластин - 1 шт. (при необходимости)
- 5. Интерфейсная пластина с резьбовыми стержнями M16x330 - 1 шт. (при необходимости)
- 6. Интерфейсная пластина для потолочной трубы Ø125 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 7. Анкер-шпилька для потолочного монтажа - не более 12 шт. (при необходимости)
- 8. Потолочная труба, типоразмеры:
 - 8.1. Потолочная труба Ø125 x 200 мм - 1 шт.
 - 8.2. Потолочная труба Ø125 x 300 мм - 1 шт.
 - 8.3. Потолочная труба Ø125 x 400 мм - 1 шт.
 - 8.4. Потолочная труба Ø125 x 500 мм - 1 шт.
 - 8.5. Потолочная труба Ø125 x 600 мм - 1 шт.
 - 8.6. Потолочная труба Ø125 x 700 мм - 1 шт.
 - 8.7. Потолочная труба Ø125 x 800 мм - 1 шт.
 - 8.8. Потолочная труба Ø125 x 900 мм - 1 шт.
 - 8.9. Потолочная труба Ø125 x 1000 мм - 1 шт.
 - 8.10. Потолочная труба Ø125 x 1100 мм - 1 шт.
 - 8.11. Потолочная труба Ø125 x 1200 мм - 1 шт.
 - 8.12. Потолочная труба Ø125 x 1300 мм - 1 шт.
 - 8.13. Потолочная труба Ø125 x 1400 мм - 1 шт.
 - 8.14. Потолочная труба Ø125 x 1500 мм - 1 шт.
 - 8.15. Потолочная труба Ø110 x 200 мм - 1 шт.
 - 8.16. Потолочная труба Ø110 x 300 мм - 1 шт.
 - 8.17. Потолочная труба Ø110 x 400 мм - 1 шт.
 - 8.18. Потолочная труба Ø110 x 500 мм - 1 шт.
 - 8.19. Потолочная труба Ø110 x 600 мм - 1 шт.
 - 8.20. Потолочная труба Ø110 x 700 мм - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0135739

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 21

- 8.21. Потолочная труба Ø110 x 800 мм - 1 шт.
- 8.22. Потолочная труба Ø110 x 900 мм - 1 шт.
- 8.23. Потолочная труба Ø110 x 1000 мм - 1 шт.
- 8.24. Потолочная труба Ø110 x 1100 мм - 1 шт.
- 8.25. Потолочная труба Ø110 x 1200 мм - 1 шт.
- 9. Потолочная крышка, варианты исполнения:
 - 9.1. Потолочная крышка, 300/50 мм - 1 шт.
 - 9.2. Потолочная крышка, 600/50 мм - 1 шт.
 - 9.3. Потолочная крышка под потолочную трубу Ø110, размер 600x4 мм или 600x52 мм или 600x152 мм - 1 шт.
 - 9.4. Потолочная крышка 360x124 мм под потолочную трубу Ø110 мм - 1 шт.
 - 9.5. Потолочная крышка для потолочной трубы Ø70 мм - 1 шт.
 - 9.6. Потолочная крышка для потолочной трубы Ø125 мм - 1 шт.
- 10. Центральная ось с тремя консолями, варианты исполнения:
 - 10.1. Центральная ось с тремя консолями 900/1050/1200 мм - 1 шт.
 - 10.2. Центральная ось с тремя консолями для потолочной трубы 125 мм - 1 шт.
- 11. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, варианты исполнения:
 - 11.1. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 800 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
 - 11.2. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 925 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
 - 11.3. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1050 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
 - 11.4. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1175 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
 - 11.5. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1300 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
 - 11.6. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1400 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
 - 11.7. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1500 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
 - 11.8. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1600 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
- 12. Подпружиненный кронштейн, варианты исполнения:
 - 12.1. Подпружиненный кронштейн, длина 910 мм - не более 3 шт.
 - 12.2. Подпружиненный кронштейн, длина 920 мм - не более 3 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0135740

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 22

- 12.3. Подпружиненный кронштейн, длина 735 мм - не более 3 шт.
13. Блок питания, варианты исполнения:
- 13.1. Блок питания LEDVISION 101/203/202 (фланец) - не более 3 шт.
- 13.2. Блок питания для одного светильника LEDVISION 101/202/203, монтаж в стене - не более 3 шт.
- Принадлежности:
1. Камера, варианты исполнения:
- 1.1. HD видекамера с частотой 20кГц - не более 3 шт.
- 1.2. Беспроводная HD видекамера с частотой 20 кГц - не более 3 шт.
2. Держатель камеры на подпружиненном кронштейне - не более 2 шт.
3. Панель управления камерой, варианты исполнения:
- 3.1. Панель управления камерой встраиваемая, 100/240В, 50/60Гц - не более 3 шт.
- 3.2. Панель управления камерой дистанционная, для открытого настенного монтажа, 100-240В переменного тока - не более 3 шт.
- 3.3. Панель управления камерой дистанционная, для открытого настенного монтажа, 24В постоянного тока - не более 3 шт.
- 3.4. Панель управления камерой дистанционная, для встраиваемого монтажа, 24В постоянного тока - не более 3 шт.
4. Панель управления светильником, варианты исполнения:
- 4.1. Панель управления настенная, 100/240 В 50/60 Гц, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - не более 3 шт.
- 4.2. Панель управления настенная, 24 В постоянного тока 50/60 Гц, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - не более 3 шт.
- 4.3. Панель управления дистанционная, 100/240В 50/60 Гц, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - 1 шт.
- 4.4. Панель управления дистанционная, 24 В постоянного тока, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - 1 шт.
5. Кабель управления RS232, 5 м - не более 20 шт.
6. Стерилизуемая рукоятка, варианты исполнения:
- 6.1. Стандартная многоцветная рукоятка LEDVISION 5 шт./уп.
- 6.2. Стандартная многоцветная рукоятка LEDVISION - не более 12 шт.
- 6.3. Рукоятка многоцветная для LEDVISION с видео модулем - не более 12 шт.
7. Крепление для многоцветной рукоятки LEDVISION, варианты исполнения:
- 7.1. Крепление для многоцветной рукоятки LEDVISION без видео модуля - не более 4 шт.
- 7.2. Крепление для многоцветной рукоятки LEDVISION с видео модулем - не более 4 шт.
- Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0135741

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 23

более 4 шт.

8. Мобильная стойка с предустановленным блоком питания в составе:

8.1. Мобильная стойка с блоком питания для LEDVISION 101 со штекером Schuko

8.2. Подпружиненный кронштейн для мобильной стойки

9. Блок питания с функцией переключения в аварийный режим, варианты исполнения:

9.1. Блок питания, 24 В, для 1 светильника - не более 3 шт.

9.2. Блок питания, 24 В, для 2 светильников - не более 1 шт.

9.3. Блок питания, 24 В, для 1 светильника (монтаж в стене) - не более 3 шт.

9.4. Автономный источник аварийного питания для одного светильника LEDVISION 2H - не более 3 шт.

9.5. Автономный источник аварийного питания для двух светильников LEDVISION 2U - не более 3 шт.

9.6. Блок питания с перекл. 100-240В/24В - не более 3 шт.

9.7. Блок питания с перекл. 24В/100-240В - не более 3 шт.

9.8. Блок питания для светильника LEDVISION W, 24В - не более 3 шт.

10. Модуль для видеокамеры светильника LEDVISION 101 - не более 3 шт.

11. Настенное крепление для беспроводной видеокамеры для беспроводной передачи сигналов модуля на камеру - не более 3 шт.

12. Монтажный короб для установки настенной панели управления - 1 шт.

VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS, в составе:

1. Лампа LEDVISION 101, варианты исполнения:

1.1. Лампа LEDVISION 101 для карданного подвеса - 1 шт.

1.2. Лампа LEDVISION 101 для полукарданного подвеса - 1 шт.

2. Межпотолочный каркас, типоразмеры:

2.1. Межпотолочный каркас 300 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.2. Межпотолочный каркас 400 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.3. Межпотолочный каркас 500 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.4. Межпотолочный каркас 600 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.5. Межпотолочный каркас 700 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.6. Межпотолочный каркас 800 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.7. Межпотолочный каркас 900 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.8. Межпотолочный каркас 1000 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.9. Межпотолочный каркас 1100 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.10. Межпотолочный каркас 1200 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.11. Межпотолочный каркас 1300 мм - 1 комплект (при необходимости)

2.12. Межпотолочный каркас 1400 мм - 1 комплект (при необходимости)

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0135742

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 24

- 2.13. Межпотолочный каркас 1500 мм - 1 комплект (при необходимости)
- 2.14. Межпотолочный каркас 1600 мм - 1 комплект (при необходимости)
- 2.15. Межпотолочный каркас 1700 мм - 1 комплект (при необходимости)
- 3. Анкерная пластина, типоразмеры:
 - 3.1. Анкерная пластина, 3 распорные трубки, 800 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 3.2. Анкерная пластина, 6 распорных трубок, 1100 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 4. Система сквозного крепления для анкерных пластин - 1 шт. (при необходимости)
- 5. Интерфейсная пластина с резьбовыми стержнями М16х330 - 1 шт. (при необходимости)
- 6. Интерфейсная пластина для потолочной трубы Ø125 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 7. Анкер-шпилька для потолочного монтажа - не более 12 шт. (при необходимости)
- 8. Потолочная труба, типоразмеры:
 - 8.1. Потолочная труба Ø125 x 200 мм - 1 шт.
 - 8.2. Потолочная труба Ø125 x 300 мм - 1 шт.
 - 8.3. Потолочная труба Ø125 x 400 мм - 1 шт.
 - 8.4. Потолочная труба Ø125 x 500 мм - 1 шт.
 - 8.5. Потолочная труба Ø125 x 600 мм - 1 шт.
 - 8.6. Потолочная труба Ø125 x 700 мм - 1 шт.
 - 8.7. Потолочная труба Ø125 x 800 мм - 1 шт.
 - 8.8. Потолочная труба Ø125 x 900 мм - 1 шт.
 - 8.9. Потолочная труба Ø125 x 1000 мм - 1 шт.
 - 8.10. Потолочная труба Ø125 x 1100 мм - 1 шт.
 - 8.11. Потолочная труба Ø125 x 1200 мм - 1 шт.
 - 8.12. Потолочная труба Ø125 x 1300 мм - 1 шт.
 - 8.13. Потолочная труба Ø125 x 1400 мм - 1 шт.
 - 8.14. Потолочная труба Ø125 x 1500 мм - 1 шт.
 - 8.15. Потолочная труба 70 x 200 мм - 1 шт.
 - 8.16. Потолочная труба 70 x 300 мм - 1 шт.
 - 8.17. Потолочная труба 70 x 400 мм - 1 шт.
 - 8.18. Потолочная труба 70 x 500 мм - 1 шт.
 - 8.19. Потолочная труба 70 x 600 мм - 1 шт.
 - 8.20. Потолочная труба 70 x 700 мм - 1 шт.
 - 8.21. Потолочная труба 70 x 800 мм - 1 шт.
 - 8.22. Потолочная труба 70 x 900 мм - 1 шт.
 - 8.23. Потолочная труба 70 x 1000 мм - 1 шт.
 - 8.24. Потолочная труба 70 x 1100 мм - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0135743

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 25

- 8.25. Потолочная труба 70 x 1200 мм - 1 шт.
- 8.26. Потолочная труба 70 x 1500 мм - 1 шт.
- 8.27. Потолочная труба Ø110 x 200 мм - 1 шт.
- 8.28. Потолочная труба Ø110 x 300 мм - 1 шт.
- 8.29. Потолочная труба Ø110 x 400 мм - 1 шт.
- 8.30. Потолочная труба Ø110 x 500 мм - 1 шт.
- 8.31. Потолочная труба Ø110 x 600 мм - 1 шт.
- 8.32. Потолочная труба Ø110 x 700 мм - 1 шт.
- 8.33. Потолочная труба Ø110 x 800 мм - 1 шт.
- 8.34. Потолочная труба Ø110 x 900 мм - 1 шт.
- 8.35. Потолочная труба Ø110 x 1000 мм - 1 шт.
- 8.36. Потолочная труба Ø110 x 1100 мм - 1 шт.
- 8.37. Потолочная труба Ø110 x 1200 мм - 1 шт.
- 9. Потолочная крышка, варианты исполнения
- 9.1. Потолочная крышка, 300/50 мм - 1 шт.
- 9.2. Потолочная крышка, 600/50 мм - 1 шт.
- 9.3. Потолочная крышка под потолочную трубу Ø110, размер 600x4 мм или 600x52 мм или 600x152 мм - 1 шт.
- 9.4. Потолочная крышка 360x124 мм под потолочную трубу Ø110 мм - 1 шт.
- 9.5. Потолочная крышка для потолочной трубы Ø70 мм - 1 шт.
- 9.6. Потолочная крышка для потолочной трубы Ø125 мм - 1 шт.
- 10. Центральная ось, варианты исполнения:
- 10.1. Центральная ось с одной консолью 900 мм - 1 шт.
- 10.2. Центральная ось с одной консолью 1050 мм - 1 шт.
- 10.3. Центральная ось с одной консолью 1200 мм - 1 шт.
- 10.4. Центральная ось с одной консолью 1500 мм - 1 шт.
- 10.5. Центральная ось с одной консолью 1650 мм - 1 шт.
- 10.6. Центральная ось с одной консолью 2100 мм - 1 шт.
- 10.7. Центральная ось с одной консолью 2250 мм - 1 шт.
- 10.8. Центральная ось с одной консолью для потолочной трубы 125 мм - 1 шт.
- 10.9. Центральная ось с одной консолью 800 мм для труб диаметром 70 мм - 1 шт.
- 10.10. Центральная ось с двумя консолями 900 и 1050 мм - 1 шт.
- 10.11. Центральная ось с двумя консолями 1050 и 1200 мм - 1 шт.
- 10.12. Центральная ось с двумя консолями 1500 и 1650 мм - 1 шт.
- 10.13. Центральная ось с двумя консолями 2100 и 2250 мм - 1 шт.
- 10.14. Центральная ось с двумя консолями для потолочной трубы 125 мм - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0135744

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 26

- 10.15. Центральная ось с тремя консолями 900/1050/1200 мм - 1 шт.
10.16. Центральная ось с тремя консолями для потолочной трубы 125 мм - 1 шт.
11. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, варианты исполнения:
11.1. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 800 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
11.2. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 925 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
11.3. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1050 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
11.4. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1175 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
11.5. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1300 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
11.6. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1400 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
11.7. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1500 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
11.8. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1600 мм - не более 3 шт. (при необходимости)
12. Подпружиненный кронштейн, варианты исполнения:
12.1. Подпружиненный кронштейн, длина 910 мм - не более 3 шт.
12.2. Подпружиненный кронштейн, длина 920 мм - не более 3 шт.
12.3. Подпружиненный кронштейн, длина 735 мм - не более 3 шт.
13. Блок питания, варианты исполнения:
13.1. Блок питания LEDVISION 101/203/202 (фланец) - не более 3 шт.
13.2. Блок питания для одного светильника LEDVISION 101/202/203, монтаж в стене - не более 3 шт.

Принадлежности:

1. Держатель монитора, варианты исполнения:
1.1. Держатель SGW Technik GmbH для одного монитора диагональю до 32", или 42" - не более 2 шт.
1.2. Держатель SGW Technik GmbH для двух мониторов диагональю до 32", или 42" - не более 2 шт.
1.3. Держатель для одного или двух мониторов диагональю до 32", или 42", с рукояткой - не более 2 шт.
2. Камера, варианты исполнения:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0135745

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 27

- 2.1. HD видеокамера с частотой 20кГц - не более 3 шт.
- 2.2. Беспроводная HD видеокамера с частотой 20кГц - не более 3 шт.
3. Держатель камеры на подпружиненном кронштейне - не более 2 шт.
4. Панель управления камерой, варианты исполнения:
 - 4.1. Панель управления камерой встраиваемая, 100/240В, 50/60Гц - не более 3 шт.
 - 4.2. Панель управления камерой дистанционная, для открытого настенного монтажа, 100-240В переменного тока - не более 3 шт.
 - 4.3. Панель управления камерой дистанционная, для открытого настенного монтажа, 24В постоянного тока - не более 3 шт.
 - 4.4. Панель управления камерой дистанционная, для встраиваемого монтажа, 24В постоянного тока - не более 3 шт.
5. Панель управления светильником, варианты исполнения:
 - 5.1. Панель управления настенная, 100/240 В 50/60 Гц, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - 1 шт.
 - 5.2. Панель управления настенная, 24 В постоянного тока 50/60 Гц, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - 1 шт.
 - 5.3. Панель управления дистанционная, 100/240В 50/60 Гц, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - 1 шт.
 - 5.4. Панель управления дистанционная, 24 В постоянного тока, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - 1 шт.
6. Кабель управления RS232, 5 м - не более 20 шт.
7. Стерилизуемая рукоятка, варианты исполнения:
 - 7.1. Стандартная многоразовая рукоятка LEDVISION 5 шт./уп.
 - 7.2. Стандартная многоразовая рукоятка LEDVISION - не более 5 шт.
 - 7.3. Рукоятка многоразовая для LEDVISION с видео модулем - не более 5 шт.
8. Крепление для многоразовой рукоятки LEDVISION, варианты исполнения:
 - 8.1. Крепление для многоразовой рукоятки LEDVISION без видео модуля - не более 4 шт.
 - 8.2. Крепление для многоразовой рукоятки LEDVISION с видео модулем - не более 4 шт.
9. Боке для установки на держателях мониторов для хранения различных аксессуаров - не более 2 шт.
10. Мобильная стойка с предустановленным блоком питания, в составе:
 - 10.1. Мобильная стойка с блоком питания для LEDVISION 101 (SCHUKO разъем)
 - 10.2. Подпружиненный кронштейн для мобильной стойки
11. Блок питания с функцией переключения на аварийный режим, варианты

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0135746

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 28

исполнения:

- 11.1. Блок питания, 24 В, для 1 светильника - не более 1 шт.
- 11.2. Блок питания, 24 В, для 1 светильника (монтаж в стене) - не более 1 шт.
- 11.3. Автономный источник аварийного питания для одного светильника LEDVISION 2H - не более 1 шт.
- 11.4. Блок питания с перекл. 100-240В/24В - не более 1 шт.
- 11.5. Блок питания с перекл. 24В/100-240В - не более 1 шт.
- 11.6. Блок питания для светильника LEDVISION W, 24В - не более 1 шт.
12. Адаптер для рукоятки держателя монитора - не более 2 шт.
13. Модуль для видеокamеры светильника LEDVISION 101 - 1 шт.
14. Настенное крепление для беспроводной видеокamеры для беспроводной передачи сигналов с ресивера модуля на камеру - 1 шт.
15. Монтажный короб для установки настенной панели управления - 1 шт.
- VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS, в составе:
 1. Лампа LEDVISION 101, варианты исполнения:
 - 1.1. Лампа LEDVISION 101 для карданного подвеса - не более 2 шт.
 - 1.2. Лампа LEDVISION 101 для полукарданного подвеса - не более 2 шт.
 2. Межпотолочный каркас, типоразмеры:
 - 2.1. Межпотолочный каркас 300 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.2. Межпотолочный каркас 400 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.3. Межпотолочный каркас 500 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.4. Межпотолочный каркас 600 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.5. Межпотолочный каркас 700 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.6. Межпотолочный каркас 800 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.7. Межпотолочный каркас 900 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.8. Межпотолочный каркас 1000 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.9. Межпотолочный каркас 1100 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.10. Межпотолочный каркас 1200 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.11. Межпотолочный каркас 1300 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.12. Межпотолочный каркас 1400 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.13. Межпотолочный каркас 1500 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.14. Межпотолочный каркас 1600 мм - 1 комплект (при необходимости)
 - 2.15. Межпотолочный каркас 1700 мм - 1 комплект (при необходимости)
 3. Анкерная пластина, типоразмеры:
 - 3.1. Анкерная пластина, 3 распорные трубки, 800 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 3.2. Анкерная пластина, 6 распорных трубок, 1100 мм - 1 шт. (при необходимости)

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0135747

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 29

4. Система сквозного крепления для анкерных пластин - 1 шт. (при необходимости)
5. Интерфейсная пластина с резьбовыми стержнями M16x330 - 1 шт. (при необходимости)
6. Интерфейсная пластина для потолочной трубы Ø125 мм - 1 шт. (при необходимости)
7. Анкер-шпилька для потолочного монтажа - не более 12 шт. (при необходимости)
8. Потолочная труба, варианты исполнения:
 - 8.1. Потолочная труба Ø125 x 200 мм - 1 шт.
 - 8.2. Потолочная труба Ø125 x 300 мм - 1 шт.
 - 8.3. Потолочная труба Ø125 x 400 мм - 1 шт.
 - 8.4. Потолочная труба Ø125 x 500 мм - 1 шт.
 - 8.5. Потолочная труба Ø125 x 600 мм - 1 шт.
 - 8.6. Потолочная труба Ø125 x 700 мм - 1 шт.
 - 8.7. Потолочная труба Ø125 x 800 мм - 1 шт.
 - 8.8. Потолочная труба Ø125 x 900 мм - 1 шт.
 - 8.9. Потолочная труба Ø125 x 1000 мм - 1 шт.
 - 8.10. Потолочная труба Ø125 x 1100 мм - 1 шт.
 - 8.11. Потолочная труба Ø125 x 1200 мм - 1 шт.
 - 8.12. Потолочная труба Ø125 x 1300 мм - 1 шт.
 - 8.13. Потолочная труба Ø125 x 1400 мм - 1 шт.
 - 8.14. Потолочная труба Ø125 x 1500 мм - 1 шт.
 - 8.15. Потолочная труба Ø110 x 200 мм - 1 шт.
 - 8.16. Потолочная труба Ø110 x 300 мм - 1 шт.
 - 8.17. Потолочная труба Ø110 x 400 мм - 1 шт.
 - 8.18. Потолочная труба Ø110 x 500 мм - 1 шт.
 - 8.19. Потолочная труба Ø110 x 600 мм - 1 шт.
 - 8.20. Потолочная труба Ø110 x 700 мм - 1 шт.
 - 8.21. Потолочная труба Ø110 x 800 мм - 1 шт.
 - 8.22. Потолочная труба Ø110 x 900 мм - 1 шт.
 - 8.23. Потолочная труба Ø110 x 1000 мм - 1 шт.
 - 8.24. Потолочная труба Ø110 x 1100 мм - 1 шт.
 - 8.25. Потолочная труба Ø110 x 1200 мм - 1 шт.
9. Потолочная крышка, варианты исполнения:
 - 9.1. Потолочная крышка, 300/50 мм - 1 шт.
 - 9.2. Потолочная крышка, 600/50 мм - 1 шт.
 - 9.3. Потолочная крышка под потолочную трубу Ø110, размер 600x4 мм или 600x52 мм или 600x152 мм - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0135748

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 30

- 9.4. Потолочная крышка 360x124 мм под потолочную трубу Ø110 мм - 1 шт.
9.5. Потолочная крышка для потолочной трубы Ø70 мм - 1 шт.
9.6. Потолочная крышка для потолочной трубы Ø125 мм - 1 шт.
10. Центральная ось, варианты исполнения:
10.1. Центральная ось с двумя консолями 900 и 1050 мм - 1 шт.
10.2. Центральная ось с двумя консолями 1050 и 1200 мм - 1 шт.
10.3. Центральная ось с двумя консолями 1500 и 1650 мм - 1 шт.
10.4. Центральная ось с двумя консолями 2100 и 2250 мм - 1 шт.
10.5. Центральная ось с двумя консолями для потолочной трубы 125 мм - 1 шт.
10.6. Центральная ось с тремя консолями 900/1050/1200 мм - 1 шт.
10.7. Центральная ось с тремя консолями для потолочной трубы 125 мм - 1 шт.
10.8. Центральная ось с четырьмя консолями 1200/1050/900/750 мм - 1 шт.
10.9. Центральная ось с четырьмя консолями для потолочной трубы Ø125 мм - 1 шт.
11. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, варианты исполнения:
11.1. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 800 мм - не более 4 шт. (при необходимости)
11.2. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 925 мм - не более 4 шт. (при необходимости)
11.3. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1050 мм - не более 4 шт. (при необходимости)
11.4. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1175 мм - не более 4 шт. (при необходимости)
11.5. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1300 мм - не более 4 шт. (при необходимости)
11.6. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1400 мм - не более 4 шт. (при необходимости)
11.7. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1500 мм - не более 4 шт. (при необходимости)
11.8. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1600 мм - не более 4 шт. (при необходимости)
12. Подпружиненный кронштейн, варианты исполнения:
12.1. Подпружиненный кронштейн, длина 910 мм - 4 шт.
12.2. Подпружиненный кронштейн, длина 920 мм - 4 шт.
12.3. Подпружиненный кронштейн, длина 735 мм - 4 шт.
13. Блок питания, варианты исполнения:
13.1. Блок питания LEDVISION 101/203/202 (фланец) - 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0135749

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 31

13.2. Блок питания для одного светильника LEDVISION 101/202/203, монтаж в стене - 2 шт.

Принадлежности:

1. Держатель монитора, варианты исполнения:

1.1. Держатель SGW Technik GmbH для одного монитора диагональю до 32", или 42" - 2 шт.

1.2. Держатель SGW Technik GmbH для двух мониторов диагональю до 32", или 42" - 2 шт.

1.3. Держатель для одного или двух мониторов диагональю до 32", или 42", с рукояткой - 2 шт.

2. Камера, варианты исполнения:

2.1. HD видеокамера с частотой 20кГц - 4 шт.

2.2. Беспроводная HD видеокамера с частотой 20кГц - 4 шт.

3. Держатель камеры на подпружиненном кронштейне - не более 2 шт.

4. Панель управления камерой, варианты исполнения:

4.1. Панель управления камерой встраиваемая, 100/240В, 50/60Гц - 4 шт.

4.2. Панель управления камерой дистанционная, для открытого настенного монтажа, 100-240В переменного тока - 4 шт.

4.3. Панель управления камерой дистанционная, для открытого настенного монтажа, 24В постоянного тока - 4 шт.

4.4. Панель управления камерой дистанционная, для встраиваемого монтажа, 24В постоянного тока - 4 шт.

5. Панель управления светильником, варианты исполнения:

5.1. Панель управления настенная, 100/240 В 50/60 Гц, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - 2 шт.

5.2. Панель управления настенная, 24 В постоянного тока 50/60 Гц, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - 2 шт.

5.3. Панель управления дистанционная, 100/240В 50/60 Гц, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - 2 шт.

5.4. Панель управления дистанционная, 24 В постоянного тока, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий - 2 шт.

6. Кабель управления RS232, 5 м - не более 20 шт.

7. Стерилизуемая рукоятка, варианты исполнения:

7.1. Стандартная многоцветная рукоятка LEDVISION - 5 шт./уп.

7.2. Стандартная многоцветная рукоятка LEDVISION - не более 8 шт.

7.3. Рукоятка многоцветная для LEDVISION с видео модулем - не более 8 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0135750

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 32

8. Крепление для многоразовой рукоятки LEDVISION, варианты исполнения:
- 8.1. Крепление для многоразовой рукоятки LEDVISION без видео модуля - не более 8 шт.
- 8.2. Крепление для многоразовой рукоятки LEDVISION с видео модулем - не более 8 шт.
9. Блок питания с функцией переключения на аварийный режим, варианты исполнения:
- 9.1. Блок питания, 24 В, для 1 светильника - не более 1 шт.
- 9.2. Блок питания, 24 В, для 2 светильников - не более 1 шт.
- 9.3. Блок питания, 24 В, для 1 светильника (монтаж в стене) - не более 1 шт.
- 9.4. Автономный источник аварийного питания для одного светильника LEDVISION 2H - не более 1 шт.
- 9.5. Автономный источник аварийного питания для двух светильников LEDVISION 2U - не более 1 шт.
- 9.6. Блок питания с перекл. 100-240В/24В - не более 1 шт.
- 9.7. Блок питания с перекл. 24В/100-240В - не более 1 шт.
- 9.8. Блок питания для светильника LEDVISION W, 24В - не более 1 шт.
10. Бокс для установки на держателях мониторов для хранения различных аксессуаров - не более 2 шт.
11. Адаптер для рукоятки держателя монитора - не более 2 шт.
12. Модуль для видеоканеры светильника LEDVISION 101 - 2 шт.
13. Настенное крепление для беспроводной видеоканеры для беспроводной передачи сигналов с модуля на камеру - 2 шт.
14. Монтажный короб для установки настенной панели управления - 1 шт.
- VIII. Светильник операционный LEDVISION 65, в составе:
1. Лампа LEDVISION 65, одного исполнения - 1 шт., варианты исполнения:
- 1.1. Лампа LEDVISION 65 для полукарданного подвеса - 1 шт.
- 1.2. Лампа LEDVISION 65+ для полукарданного подвеса с максимальной силой освещения 90000 люкс - 1 шт.
2. Потолочная конструкция - 1 комплект (при необходимости)
3. Потолочная труба, варианты исполнения:
- 3.1. Потолочная труба 200 мм, вместе с крышкой - 1 шт.
- 3.2. Потолочная труба 400 мм, вместе с крышкой - 1 шт.
- 3.3. Потолочная труба 600 мм, вместе с крышкой - 1 шт.
- 3.4. Потолочная труба 800 мм, вместе с крышкой - 1 шт.
- 3.5. Потолочная труба 1000 мм, вместе с крышкой - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0135751

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № РЗН 2016/4243

Лист 33

4. Потолочная крышка, варианты исполнения:
- 4.1. Потолочная крышка 360 мм - 1 шт.
 - 4.2. Потолочная крышка 600x50 мм - 1 шт.
 - 4.3. Потолочная крышка 600x150 мм - 1 шт.
5. Консоль с подпружиненным кронштейном для настенного и потолочного монтажа - 1 шт. (при необходимости)
6. Мобильная стойка с блоком питания, в составе (при необходимости):
- 6.1. Мобильная стойка - 1 шт.
 - 6.2. Подпружиненный кронштейн с блоком питания со штекером Schuko - 1 шт.
7. Блок питания, варианты исполнения:
- 7.1. Блок питания для LEDVISION 65, настенное крепление - 1 шт.
 - 7.2. Блок питания для LEDVISION 65, крепление на фланце - 1 шт.
- Принадлежности:
- 1. Стерилизуемая рукоятка, варианты исполнения:
 - 1.1. Стандартная многоцветная рукоятка LEDVISION 5 шт./уп.
 - 1.2. Стандартная многоцветная рукоятка LEDVISION - 4 шт.
 - 1.3. Крепление для многоцветной рукоятки LEDVISION без видео модуля - 1 шт.
- Место производства:
- 1. Ondal Medical Systems GmbH, Wellstraße 6, 36088 Hünfeld, Germany.
 - 2. SURGIRIS SAS, 80 Rue de la Gare - 59170 - Croix, France.
 - 3. evonos GmbH & Co. KG, Stockacher Str. 134, 78532 Tuttlingen, Germany.

2

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0135752