

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынцева Д.Г.
«28» 08 2023 г.



Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA PAPP-A», по ТУ 21.20.23-678-98539446-2023»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA PAPP-A», по ТУ 21.20.23-678-98539446-2023

Кат. № 1370201 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.





ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA PAPP-A», по ТУ 21.20.23-678-98539446-2023»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA RAPP-A», по ТУ 21.20.23-678-98539446-2023

Кат. № 1370201 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.





ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA RAPP-A», по ТУ 21.20.23-678-98539446-2023

Кат. № 1370201 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA RAPP-A», по ТУ 21.20.23-678-98539446-2023

Кат. № 1370205 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Соответст:



Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA RAPP-A»,
по ТУ 21.20.23-678-98539446-2023

Комплект поставки:

Контроль 1	5 фл.
Контроль 2	5 фл.
Инструкция	1 шт.
Паспорт	1 шт.

ТУ 21.20.23-678-98539446-2023
РУ № XXXXXXXXXX

LOT E004

REF 1370205

IVD



2023-03-20



2024-03-20



100



Готово к использованию
Для профессионального применения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики *in vitro*

«Набор реагентов для контроля качества анализа

«Контроли MagnoLIA RAPP-A», по ТУ 21.20.23-678-98539446-2023»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA RAPP-A», по ТУ 21.20.23-678-98539446-2023


Кат. № 1370205 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Соответст-

Контроли MagnoLIA RAPP-A

LOT E004  2024-03-20
REF 1370205  +2^{°C}

 ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA RAPP-A», по ТУ 21.20.23-678-98539446-2023

Кат. № 1370205 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Соответст-



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA RAPP-A», по ТУ 21.20.23-678-98539446-2023

Кат. № 1370210 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.



Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA RAPP-A»,
по ТУ 21.20.23-678-98539446-2023

Комплект поставки:

Контроль 1	10 фл.
Контроль 2	10 фл.
Инструкция	1 шт.
Паспорт	1 шт.

LOT E004

2023-03-20



REF 1370210

2024-03-20



IVD



ТУ 21.20.23-678-98539446-2023
PU № XXXXXXXXXX

Готово к использованию.
Для профессионального применения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA RAPP-A», по ТУ 21.20.23-678-98539446-2023»





ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроль Magnolia RAPP-A», по ТУ 21.20.23-678-98539446-2023

Кат. № 1370210 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.





Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

12 (9744000000) лист 20

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полынцев



«УТВЕРЖДАЮ»



Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA PAPP-A», по ТУ 21.20.23-678-98539446-2023»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA PAPP-A», по ТУ 21.20.23-678-98539446-2023»

Макет этикеток



Вариант исполнения 1

Кат. № 1370201

На коробку:

винченеиинди олончланоисофори yulj
оинивовочлони х овоогоj



Набор реагентов для контроля
качества анализа
«Контроли MagnoLIA PAPP-A»,
по ТУ 21.20.23-678-98539446-2023

Комплект поставки:

Контроль 1	1 фл.
Контроль 2	1 фл.
Инструкция	1 шт.
Паспорт	1 шт.

LOT E004 2023-03-20 2024-03-20

REF 1370201

IVD

ТУ 21.20.23-678-98539446-2023
РУ №XXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:

Контроли
MagnoLIA
PAPP-A
Контроль 1
объем 1 мл
+2⁺8⁺1⁺С
000 "Компания Алкор Био"



Контроли
MagnoLIA
PAPP-A
Контроль 2
объем 1 мл
+2⁺8⁺1⁺С
000 "Компания Алкор Био"



«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA RAPP-A», по ТУ 21.20.23-678-98539446-2023»

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 1370205

На коробку:



ООО «Компания Алкор Био»,
182144, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
телефакс: +7(812)6787776, 8772182
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

Контроли MagnoLIA RAPP-A

LOT E004

REF 1370205

IVD

2024-03-20

+2/+8 °C



Комплект поставки:

Контроль 1	5 фл.
Контроль 2	5 фл.
Инструкция	1 шт.
Паспорт	1 шт.

ТУ 21.20.23-678-98539446-2023
РУ № XXXXXXXXXXXX

**Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA RAPP-A»,
по ТУ 21.20.23-678-98539446-2023**

LOT E004

REF 1370205

IVD

2023-03-20

2024-03-20

100

+2/+8 °C

Биобезопасность

**Готово к использованию
Для профессионального применения**



На флаконы:

Контроли MagnoLIA RAPP-A

Контроль 1

объем 1 мл

+2/+8 °C

Биобезопасность

ООО «Компания Алкор Био»

-5 шт.

Контроли MagnoLIA RAPP-A

Контроль 2

объем 1 мл

+2/+8 °C

Биобезопасность

ООО «Компания Алкор Био»

-5 шт.

«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA RAPP-A», по ТУ 21.20.23-678-98539446-2023»

Макет этикеток



Вариант исполнения 3

Кат. № 1370210

На коробку:



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

4 (четыре) лист 0

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

_____ Д.И. Полинцев

