



Научно-производственная фирма «ЭлеПС»

420095, Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ город Казань,
г. Казань, территория Химград, д. 156, офис 14
тел. (843),) 203-58-38, 200-08-91, 212-05-98 e-mail:info@eleps.ru, <http://www.eleps.ru>


**«Видеокамера эндоскопическая
ЭВК.2 HD- «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023»**

Фотографии изделия.




Видеокамера эндоскопическая ЭВК.2 HD- «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

Видеокамера ЭВК-007 Full HD-«ЭлеПС» ТУ 26.60.12-058-12966357-2023. Вид спереди.



Видеокамера эндоскопическая ЭВК.2 HD- «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

Блок управления видеокамеры ЭВК-008 4К- «ЭлеПС». Вид спереди.



Видеокамера эндоскопическая ЭВК.2 HD– «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023



Видеокамера эндоскопическая ЭВК.2 HD– «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

Кабель сигнальный BNC-BNC (1,5 - 2) м



Видеокамера эндоскопическая ЭВК.2 HD– «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

Кабель сигнальный DVI-D - DVI-D (1,5 - 2) м



Видеокамера эндоскопическая ЭВК.2 HD- «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023



Видеокамера эндоскопическая ЭВК.2 HD– «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023



Видеокамера эндоскопическая ЭВК.2 HD– «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023



Видеокамера эндоскопическая
 ЭВК.2 HD- «ЭлеПС»
 по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023
 Камерная головка
 (исполнение 2)
 1 шт

Видеокамера эндоскопическая ЭВК.2 HD- «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

Камерная головка (исполнение 2)



Видеокамера эндоскопическая ЭВК.2 HD– «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

Камерная головка (исполнение 3)



Видеокамера эндоскопическая ЭВК.2 HD– «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023


Камерная головка (исполнение 4)



Видеокамера эндоскопическая
ЭВК.2 HD – «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023
Камерная головка
(исполнение 5)
1 шт

Видеокамера эндоскопическая ЭВК.2 HD– «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

Камерная головка (исполнение 5)



Видеокамера эндоскопическая ЭВК.2 HD– «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

Кабельная сборка POAG-НК4/KBT6-EC/KBT6-EC



Видеокамера эндоскопическая ЭВК.2 HD- «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

USB-Flash накопитель



Видеокамера эндоскопическая ЭВК.2 HD– «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

Видеокамера ЭВК-007 Full HD -»ЭлеПС». Упаковка в потребительскую тару.



Видеокамера эндоскопическая ЭВК.2 HD– «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

Видеокамера ЭВК-008 4К -»ЭлеПС». Упаковка в потребительскую тару.

т/

№ 1

11

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

17/ссылка листов

Зам. директора

В. П. Кашин





**Научно-производственная фирма
«ЭлеПС»**

420095, Республика Татарстан (Татарстан), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г. КАЗАНЬ,
ТЕР. ХИМГРАД, Д. 156, ОФИС 14.
тел. (843) 203-58-38, 200-08-91, 212-05-98 e-mail:info@elepst.ru, <http://www.eleps.ru>

**ВИДЕОКАМЕРА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ
ЭВК.2 HD - «ЭлеПС»**

по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

**Маркировка составных частей и принадлежностей.
Этикетки**

Маркировка блока управления видеокамеры эндоскопической ЭВК-007 Full HD – «ЭлеПС».

Передняя панель.

- ♦ товарный знак предприятия-изготовителя **ELEPS**;
- ♦ символ классификации «Изделие с рабочей частью типа BF» по ГОСТ Р МЭК 60601-1.

Задняя панель

- ♦ наименование видеокамеры «Видеокамера эндоскопическая ЭВК-007 Full HD – «ЭлеПС»;
- ♦ обозначение технических условий «ТУ 26.60.12-058-12966357-2023»;
- ♦ серийный номер;
- ♦ месяц и год выпуска;
- ♦ номинальная частота и напряжение питания «220/230 В 50 Гц»;
- ♦ потребляемая мощность «20 ВА»;
- ♦ марка и количество вставок плавких «ВП1-1, 3.15 А 250 В (2 шт.)»;

Маркировка блока управления видеокамеры эндоскопической ЭВК-008 4К – «ЭлеПС».

Передняя панель.

- ♦ товарный знак предприятия-изготовителя **ELEPS**;
- ♦ символ классификации «Изделие с рабочей частью типа BF» по ГОСТ Р МЭК 60601-1.

Задняя панель

- ♦ наименование видеокамеры «Видеокамера эндоскопическая ЭВК-ЭВК-008 4К – «ЭлеПС»;
- ♦ обозначение технических условий «ТУ 26.60.12-058-12966357-2023»;
- ♦ серийный номер;
- ♦ месяц и год выпуска;
- ♦ номинальная частота и напряжение питания «220/230 В 50 Гц»;
- ♦ потребляемая мощность «20 ВА»;
- ♦ марка и количество вставок плавких «ВП1-1, 3.15 А 250 В (2 шт.)»;

Этикетки составных частей и принадлежностей

Видеокамера эндоскопическая
ЭВК.2 HD – «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

**Камерная головка
(исполнение 1)
(1 шт)**

Видеокамера эндоскопическая
ЭВК.2 HD – «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

**Камерная головка
(исполнение 2)
(1 шт)**

Видеокамера эндоскопическая
ЭВК.2 HD – «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

**Камерная головка
(исполнение 3)
(1 шт)**

Видеокамера эндоскопическая
ЭВК.2 HD – «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

**Камерная головка
(исполнение 4)
(1 шт)**

Видеокамера эндоскопическая
ЭВК.2 HD – «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

**Кабель сетевой, прямой SCZ-1
(1 шт.)**

Видеокамера эндоскопическая
ЭВК.2 HD – «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

**Камерная головка
(исполнение 5)
(1 шт)**

Видеокамера эндоскопическая
ЭВК.2 HD – «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

**USB-Flash накопитель)
(1 шт.)**

Видеокамера эндоскопическая
ЭВК.2 HD – «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

**Кабель сигнальный DVI-D -
DVI-D (1 шт.)**

Видеокамера эндоскопическая
ЭВК.2 HD – «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

**Кабель сигнальный BNC - BNC
(1 шт.)**

Видеокамера эндоскопическая
ЭВК.2 HD – «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

**Кабель сигнальный
HDMI - HDMI
(1 шт.)**

Видеокамера эндоскопическая
ЭВК.2 HD – «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

**Кабельная сборка
POAG-НК4/КВТ6-ЕС/КВТ6-ЕС
(1 шт)**

Видеокамера эндоскопическая
ЭВК.2 HD – «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

**Вставка плавкая ВП1-1, 1 А
(2 шт)**

Видеокамера эндоскопическая
ЭВК.2 HD – «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

Винт М4х10 (4 шт)

Видеокамера эндоскопическая
ЭВК.2 HD – «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

Шайба У4 (4 шт)

**Этикетка упаковочной тары видеокамеры эндоскопической
ЭВК-007 Full HD – «ЭлеПС».**

Видеокамера эндоскопическая ЭВК.2 HD - «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

**Видеокамера эндоскопическая
ЭВК 007 Full HD-«ЭлеПС»
ТУ 26.60.12-058-12966357-2023**



ООО НПФ «ЭлеПС»
420095, Российская Федерация,
Республика Татарстан, городской округ город Казань,
г. Казань, территория Химград, д. 156, помещение 1000



2023.01

REF

ЭВК-007 Full HD-«ЭлеПС»

SN


23201

Масса 5 кг.

Дата консервации _____

Срок защиты в условиях хранения - 2 года.

Транспортирование
Хранение



**Этикетка упаковочной тары видеокамеры эндоскопической
ЭВК-008 4К – «ЭлеПС».**

Видеокамера эндоскопическая ЭВК.2 HD - «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-058-12966357-2023

**Видеокамера эндоскопическая
ЭВК 008 4К-«ЭлеПС»
ТУ 26.60.12-058-12966357-2023**



ООО НПФ «ЭлеПС»
420095, Российская Федерация,
Республика Татарстан, городской округ город Казань,
г. Казань, территория Химград, д. 156, помещение 1000



2023.01

REF

ЭВК-008 4К -«ЭлеПС»

SN


23206

Масса 5 кг.

Дата консервации _____.

Срок защиты в условиях хранения - 2 года.

Транспортирование
Хранение



5/кз ЛИСТОВ

Зам. директор