

«СОГЛАСОВАНО»

Директор центра постгеномных технологий Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)

Г.А. Шипулин

2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для выявления РНК вирусов кори, краснухи и
эпидемического паротита методом полимеразной цепной реакции

«АмплиТест® Детские вирусы»



Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства
(ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)


Набор реагентов для выявления РНК вирусов кори, краснухи и
эпидемического паротита методом полимеразной цепной реакции

«АмплиТест® Детские вирусы»

«РИБО-преп» вариант 50 - комплект реагентов для
экстракции РНК/ДНК из биологического материала

«ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F - комплект реагентов для
обратной транскрипции РНК и амплификации фрагментов
кДНК вирусов кори, краснухи и эпидемического паротита в
режиме «реального времени»





Применять согласно прилагаемой инструкции
При получении разукладывать в соответствии с указанными условиями хранения

REF T-V033-FRT

LOT 0302

2023-03-24

2024-03-24

ТУ 21.20.23-033-01897400-2022
Регистрационный номер:

119121, Российская Федерация, г. Москва, Подольский ул., д. 18 стр. 1
тел: +7(495) 245-03-24, факс: +7(495) 245-03-24, e-mail: info@amplitest.ru, сайт: www.amplitest.ru

Фотография после вскрытия внешней упаковки набора реагентов «АмплиТест® Детские вирусы»

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и управления радиобиологическими рисками» Федерального научного центра «ФЭБ РАН»
119121, Москва, ул. Погодинская, д. 10, стр. 1, тел: (495) 540-61-71, факс: (495) 540-61-74, e-mail: info@fcb.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
набор реагентов для выявления РНК вируса кори, краснухи и эпидемического паротита
методом полимеразной цепной реакции
«АмплиТест® Детские вирусы»

LOT 0302
2023-03-24
2024-03-24

ФЭБ РАН «ЦСТ» ФЭБ РАН
ВОЛГАДЫШ
к набору реагентов «АмплиТест® Детские вирусы»
Комплекты реагентов «РИКО-проба» вариант 10 и «ПЦР-комплект» вариант РНТ-50 F
РЕГ T-V033-FRT
LOT 0302

Настройка для приборов автоматизированной системы (Rotor-Gene 6000, Rotor-Gene Q)

Канал	Calibrate / Optimize / Opt. уравнивание	Dynamic / Динамический	Spore Contact / Взаимодействие	Threshold / Порог	Move Settings / Настройка перемещения
FAM	от 8 до 10 FI	включена	включена	0,05	10-15 %
ROX	от 8 до 10 FI	включена	включена	0,05	10-15 %
HEX	от 8 до 10 FI	включена	включена	0,05	10-15 %

Объем реакционной смеси – 25 мкл

Настройка для приборов автоматизированной системы (Rotor-Gene 6000, Rotor-Gene Q)

Канал	Threshold / Порог	Spore Contact / Взаимодействие	Dynamic / Динамический	Calibrate / Optimize / Opt. уравнивание
FAM	от максимального уровня флуоресценции, полученного для образца ЮЮ в последних циклах амплификации	включена	включена	от 8 до 10 FI
HEX	от максимального уровня флуоресценции, полученного для образца «П» в последних циклах амплификации	включена	включена	от 8 до 10 FI

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
набора реагентов для выявления РНК
вируса кори, краснухи и эпидемического паротита
методом полимеразной цепной реакции
«АмплиТест® Детские вирусы»

ФЭБ РАН «ЦСТ» ФЭБ РАН
ВОЛГАДЫШ
к набору реагентов «АмплиТест® Детские вирусы»
Комплекты реагентов «РИКО-проба» вариант 10 и «ПЦР-комплект» вариант РНТ-50 F
РЕГ T-V033-FRT
LOT 0302
2023-03-24
2024-03-24

ФЭБ РАН «ЦСТ» ФЭБ РАН
ВОЛГАДЫШ
к набору реагентов «АмплиТест® Детские вирусы»
Комплекты реагентов «РИКО-проба» вариант 10 и «ПЦР-комплект» вариант РНТ-50 F
РЕГ T-V033-FRT
LOT 0302
2023-03-24
2024-03-24

**Фотография реагентов комплекта «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F набора реагентов
«АмплиТест® Детские вирусы»**



Фотография реагентов комплекта «РИБО-преп» вариант 50 набора реагентов «АмплиТест® Детские вирусы»

119121, Российская Федерация,
г. Москва, Подольский ул., д. 1, стр. 1
т. факс: +7(499) 248-38-24 факс: +7(499) 245-03-14
e-mail: promlab@promlab.ru, сайт: www.amplitest.ru

ФГБУ «ЦСП» ФМБА России

«АмплиТест® Детские вирусы»

Набор реагентов для выявления РНК вирусов кори, краснухи и
эпидемического паротита методом полимеразной цепной реакции

«РИБО-преп» вариант 50


Состав комплекта:

Раствор для лизиса	15,0 мл x 1	РНК-буфер	1,2 мл x 4
Раствор для преципитации	20,0 мл x 1	ПКО РНК ММР	0,15 мл x 1
Раствор для отмывки 3	25,0 мл x 1	ВКО IC-R1	0,6 мл x 1
Раствор для отмывки 4	10,0 мл x 1	ОКО	1,2 мл x 1

REF T V033-FRT LOT 0302 2023-03-24 2024-03-24

TV 21.20.23-033-01897400-2022

Регистрационный номер:



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено

печатью

лист 46

Директор центра постгеномных технологий ФГБУ
НИИ ГИ ФМБА России

Г.А. Шипулин

