

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынцев Д.Г.
20 23 г.



Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA HE4»,
по ТУ 21.20.23-692-98539446-2023»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA HE4»,
по ТУ 21.20.23-692-98539446-2023
Кат. № 1430101 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA HE4»,
по ТУ 21.20.23-692-98539446-2023»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA HE4»,
по ТУ 21.20.23-692-98539446-2023

Кат. № 1430101 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E003

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA HE4»,
по ТУ 21.20.23-692-98539446-2023
Кат. № 1430101 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA HE4»,
по ТУ 21.20.23-692-98539446-2023
Кат. № 1430105 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA HE4»,
по ТУ 21.20.23-692-98539446-2023

Комплект поставки:

Калибратор 1	5 фл.
Калибратор 2	5 фл.
Калибратор 3	5 фл.
Калибратор 4	5 фл.
Инструкция	1 шт.
Паспорт	1 шт.

LOT E003

2023-04-24



REF 1430105

2024-04-24



IVD




ТУ 21.20.23-692-98539446-2023
РУ № XXXXXXXXXX


Готово к использованию.
Для профессионального применения.





ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA HE4»,
по ТУ 21.20.23-692-98539446-2023»














Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

1 (одиннадцать) лист

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полынцев



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Полынцев Д.Г.

2023 г.



Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA HE4»,
по ТУ 21.20.23-692-98539446-2023»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1

Кат. № 1430101

На коробку:



Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA HE4»,
по ТУ 21.20.23-692-98539446-2023

Комплект поставки:

Калибратор 1	1 фл.
Калибратор 2	1 фл.
Калибратор 3	1 фл.
Калибратор 4	1 фл.
Инструкция	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Готово к использованию
Для профессионального применения.



ТУ 21.20.23-692-98539446-2023
РУ № XXXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:

Калибраторы
MagnoLIA
HE4
Калибратор 1
объем 0,5 мл
+2[°]C
000 «Компания Алкор Био»

Калибраторы
MagnoLIA
HE4
Калибратор 2
объем 0,25 мл
+2[°]C
000 «Компания Алкор Био»

Калибраторы
MagnoLIA
HE4
Калибратор 3
объем 0,25 мл
+2[°]C
000 «Компания Алкор Био»

Калибраторы
MagnoLIA
HE4
Калибратор 4
объем 0,5 мл
+2[°]C
000 «Компания Алкор Био»

«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA HE4»,
по ТУ 21.20.23-692-98539446-2023»

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 1430105

На коробку:

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)678779, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

REF 1430105
LOT E003
2024-04-24
+2⁺8⁺°C

Калибраторы MagnoLIA HE4



Комплект поставки:

Калибратор 1	5 фл.
Калибратор 2	5 фл.
Калибратор 3	5 фл.
Калибратор 4	5 фл.
Инструкция	1 шт.
Паспорт	1 шт.

ТУ 21.20.23-692-98539446-2023
ПУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

LOT E003

2023-04-24

+2⁺8⁺°C



REF 1430105

2024-04-24



IVD

50



Готово к использованию.
Для профессионального применения.

На флаконы:

Калибраторы
MagnoLIA
HE4

Калибратор 1
объем 0,5 мл

+2⁺8⁺°C
ООО «Компания Алкор Био»



-5шт.

Калибраторы
MagnoLIA
HE4

Калибратор 2
объем 0,25 мл

+2⁺8⁺°C
ООО «Компания Алкор Био»



-5шт.

Калибраторы
MagnoLIA
HE4

Калибратор 3
объем 0,25 мл

+2⁺8⁺°C
ООО «Компания Алкор Био»



-5шт.

Калибраторы
MagnoLIA
HE4

Калибратор 4
объем 0,5 мл

+2⁺8⁺°C
ООО «Компания Алкор Био»



-5шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 (111) лист 2

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев

