




Научно-производственная фирма «ЭлеПС»

420095, Республика Татарстан (Татарстан), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ,

ТЕР. ХИМГРАД, Д. 156, ОФИС 14.

тел. (843),) 203-58-38, 200-08-91, 212-05-98 e-mail:info@eleps.ru, <http://www.eleps.ru>

**«Риноскоп "ЭлеПС"
по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023»
Фотографии**




Риноскоп «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023

Риноскоп ТО1-014-110-00 «ЭлеПС» ТУ 26.60.12-057-12966357-2023 (исполнение 1)



Риноскоп «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023

Блок питания БП01 «ЭлеПС» ТУ 26.60.12-057-12966357-2023



Риноскоп «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023

Блок питания БП01 «ЭлеПС» ТУ 26.60.12-057-12966357-2023. Вид на батарейный отсек



Риноскоп «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023

Батарея щелочная пальчиковая типоразмера AA




Риноскоп «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023

Аккумуляторы пальчиковые типоразмера АА



Риноскоп «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023

Зарядное устройство



Риноскоп "ЭлеПС" по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023
Блок питания БП02 "ЭлеПС" ТУ 26.60.12-057-12966357-2023. Вид спереди

ELEPS

220В 50Гц 20ВА




БЛОК ПИТАНИЯ
БП-02
ТУ 26.60.12-057-12966357-2023

№ 22765 12.2022г.



СЕТЬ



Режим работы
непродолжительный
с циклом 10 мин
(5 мин - включено, 5 мин - выключено)

**Сделано в
России**

Риноскоп "ЭлеПС" по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023
Блок питания БП02 "ЭлеПС" ТУ 26.60.12-057-12966357-2023. Вид сзади




Риноскоп "ЭлеПС" по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023
Блок питания БП02 "ЭлеПС" ТУ 26.60.12-057-12966357-2023 в упаковочной таре.



Риноскоп «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023

Кабель сетевой, прямой SCZ-1 длиной 1,8 м




Риноскоп «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023

Вставки плавкие ВП1-3,15 А-250




Риноскоп «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023

Источник света СД15 «ЭлеПС» ТУ 26.60.12-057-12966357-2023




Риноскоп «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023

Кабель соединительный



Риноскоп «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023

Переходник




Риноскоп «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023

Переходник кабельный



Риноскоп «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023

Переходник для установки видеокамеры



Риноскоп «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023

Риноскоп ТО2-027-174-30 «ЭлеПС» ТУ 26.60.12-057-12966357-2023 (исполнение 2)

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

20 листов

Зам. директора

В. П. Кашин





Научно-производственная фирма «ЭлеПС»

420095, Республика Татарстан (Татарстан), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ,
ТЕР. ХИМГРАД, Д. 156, ОФИС 14.

тел. (843)) 203-58-38, 200-08-91, 212-05-98 e-mail:info@eleps.ru, <http://www.eleps.ru>

**«Риноскоп «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023»
Маркировка составных частей, принадлежностей,
упаковки.**

Маркировка риноскопа

Маркировка на корпусе:

- ♦ товарный знак предприятия-изготовителя **ELEPS**
- ♦ заводской номер изделия xxxxx
- ♦ артикул xxxxxxxx
- ♦ угол направления наблюдения xx°

Маркировка в паспорте:

- ♦ обозначение ТУ 26.60.12-057-12966357-2023
- ♦ наименование модели «Риноскоп ТО х-xxx-xxx-xx «ЭлеПС»
- ♦ месяц и год производства xx.xxxx
- ♦ обозначение классификации степени защиты от проникания воды и твердых частиц IPX7
- ♦ надпись «Режим работы непродолжительный с циклом 10 мин (5 мин-включено, 5 мин-выключено) для риноскопа исполнения 2.

Маркировка источника света СД15

Маркировка на корпусе:

- ♦ товарный знак предприятия-изготовителя **ELEPS**
- ♦ наименование модели – СД15
- ♦ заводской номер изделия xxxxx

Маркировка в паспорте:

- ♦ обозначение ТУ 26.60.12-057-12966357-2023
- ♦ наименование модели – СД15
- ♦ месяц и год производства xx.xxxx
- ♦ обозначение классификации степени защиты от проникания воды и твердых частиц IPX7
- ♦ надпись «Режим работы непродолжительный с циклом 10 мин (5 мин-включено, 5 мин-выключено)

Примечание. Обозначение xxxxx является переменным параметром и присваивается изделию при его поставке.

Маркировка блока питания БП01



Маркировка блока питания БП02



Этикетка потребительской тары риноскопа



Этикетка потребительской тары блока питания БП01



Этикетка потребительской тары блока питания БП02



**Этикетка упаковки батареей
щелочной**

Риноскоп «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023
Батарея щелочная пальчиковая
типоразмера АА
4 шт.

**Этикетка упаковки
аккумуляторов**

Риноскоп «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023
Аккумулятор пальчиковый
типоразмера АА
4 шт.

Этикетка кабеля сетевого

Риноскоп «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023
Кабель сетевой, прямой
SCZ-1, длиной 1,8 м.
1 шт.

**Этикетка кабеля
присоединительного**

Риноскоп «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023
Кабель присоединительный
1 шт.

Этикетка зарядного устройства

Риноскоп «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023
Зарядное устройство
1 шт.

Этикетка переходника кабельного

Риноскоп «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023
Переходник кабельный
1 шт.

Этикетка переходника

Риноскоп «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023
Переходник
1 шт.

**Этикетка переходника для
установки видеокамеры**

Риноскоп «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023
Переходник для установки
видеокамеры
1 шт.

Этикетка чехла-трубки 196 мм

Риноскоп «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023
Чехол-трубка 196 мм.
1 шт.

Этикетка вставок плавких

Риноскоп «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023
Вставка плавкая ВП1-3.15 А
2 шт.

Этикетка источника света СД15

Риноскоп «ЭлеПС»
по ТУ 26.60.12-057-12966357-2023
Источник света СД15
1 шт.

Маркировка транспортной тары изделия

Образец маркировки транспортной тары



Маркировка транспортной тары включает в себя манипуляционные знаки:




Хрупкое. Осторожно



Беречь от влаги




Верх



Ограничение количества ярусов в штабеле



Температура условий хранения



Температура условий
транспортирования

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
5/10976 листов

Зам. директора

В. П. Кашин

