

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Осипова В.В.

«29» *сентября* 2023 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

общего вида медицинского изделия

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK

1.1. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK в составе: I. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL013015 (игла 30 G, глубина прокола 1,5 мм, цвет: желтый) - 100 шт./уп. II. Инструкция по применению - 1 шт.



1.2. Фотографическое изображение маркировки медицинского изделия:

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK в составе: I. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL013015 (игла 30 G, глубина прокола 1,5 мм, цвет: желтый) - 100 шт./уп. II. Инструкция по применению - 1 шт.

Открывать здесь



Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK

PRIMESTIK®

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK в составе:

I. Варианты исполнения:



SL013015

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL013015 (игла 30 G, глубина прокола 1,5 мм, цвет: желтый) - 100 шт./уп.



SL012818

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп.



SL012618

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012618 (игла 26 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: оранжевый) - 100 шт./уп.



SL012518

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012518 (игла 25 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: темно-синий) - 100 шт./уп.



SL012322

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012322 (игла 23 G, глубина прокола 2,2 мм, цвет: розовый) - 100 шт./уп.



SL012122

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012122 (игла 21 G, глубина прокола 2,2 мм, цвет: зеленый) - 100 шт./уп.



SL011818

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL011818 (игла 18 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: фиолетовый) - 100 шт./уп.

II. Инструкция по применению - 1 шт.




Suzhou Kyuan Medical Apparatus Co., LTD.
Beiqiao Town, Suzhou City, 215144 Jiangsu, P.R China
www.medi-kyuan.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Колыцово,
РП Колыцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещение 2.
Тел.: 8(800)600-90-77, 8(383)209-34-54 Эл. почта: info@imbian.ru Сайт: www.imbian.ru

Регистрационное удостоверение № от

Стерильно, асепригенно, нетоксично



PRIMESTIK®

PRIMESTIK®

Стерильность наконечника ланцета сохраняется до тех пор, пока не будет снят защитный колпачок

LOT 211201
Date of production 12-2021
Expiry date 11-2026

Порядок применения:

PRIMESTIK®

1. Протрите место прокола спиртовой салфеткой.
2. Снимите защитный колпачок ланцета, путем поворота по часовой стрелке. Внимание! Не тяните защитный колпачок!



3. Плотно приложите ланцет к предполагаемому месту прокола и нажмите ланцетом на место прокола.



4. С помощью пробирки или капилляра соберите необходимое количество крови.
5. Утилизируйте изделие в соответствии с требованиями законодательства



2.1. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:
Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK в составе: I. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп. II. Инструкция по применению - 1 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK

1. Назначение изделия
Изделие предназначено для безопасного и быстрого проведения процедуры пункции.
2. Описание изделия
2.1. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп.
2.2. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп.
2.3. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп.
2.4. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп.
2.5. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп.
2.6. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп.
2.7. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп.
2.8. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп.
2.9. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп.
2.10. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп.
3. Состав изделия
3.1. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп.
3.2. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп.
3.3. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп.
3.4. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп.
3.5. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп.
3.6. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп.
3.7. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп.
3.8. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп.
3.9. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп.
3.10. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп.
4. Инструкция по применению
4.1. Подготовка к применению
4.2. Применение
4.3. Утилизация
4.4. Хранение
4.5. Срок годности
4.6. Дата изготовления
4.7. Место изготовления
4.8. Страна происхождения
4.9. Контактная информация
4.10. Адрес
4.11. Телефон
4.12. E-mail
4.13. Сайт
4.14. Логотип
4.15. Сертификат
4.16. Декларация
4.17. Сертификат
4.18. Декларация
4.19. Сертификат
4.20. Декларация
4.21. Сертификат
4.22. Декларация
4.23. Сертификат
4.24. Декларация
4.25. Сертификат
4.26. Декларация
4.27. Сертификат
4.28. Декларация
4.29. Сертификат
4.30. Декларация
4.31. Сертификат
4.32. Декларация
4.33. Сертификат
4.34. Декларация
4.35. Сертификат
4.36. Декларация
4.37. Сертификат
4.38. Декларация
4.39. Сертификат
4.40. Декларация
4.41. Сертификат
4.42. Декларация
4.43. Сертификат
4.44. Декларация
4.45. Сертификат
4.46. Декларация
4.47. Сертификат
4.48. Декларация
4.49. Сертификат
4.50. Декларация
4.51. Сертификат
4.52. Декларация
4.53. Сертификат
4.54. Декларация
4.55. Сертификат
4.56. Декларация
4.57. Сертификат
4.58. Декларация
4.59. Сертификат
4.60. Декларация
4.61. Сертификат
4.62. Декларация
4.63. Сертификат
4.64. Декларация
4.65. Сертификат
4.66. Декларация
4.67. Сертификат
4.68. Декларация
4.69. Сертификат
4.70. Декларация
4.71. Сертификат
4.72. Декларация
4.73. Сертификат
4.74. Декларация
4.75. Сертификат
4.76. Декларация
4.77. Сертификат
4.78. Декларация
4.79. Сертификат
4.80. Декларация
4.81. Сертификат
4.82. Декларация
4.83. Сертификат
4.84. Декларация
4.85. Сертификат
4.86. Декларация
4.87. Сертификат
4.88. Декларация
4.89. Сертификат
4.90. Декларация
4.91. Сертификат
4.92. Декларация
4.93. Сертификат
4.94. Декларация
4.95. Сертификат
4.96. Декларация
4.97. Сертификат
4.98. Декларация
4.99. Сертификат
5.00. Декларация

2.2. Фотографическое изображение маркировки медицинского изделия:

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK в составе: I. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп. II. Инструкция по применению - 1 шт.



3.1. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:
Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK в составе: Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012618 (игла 26 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: оранжевый) - 100 шт./уп. II. Инструкция по применению - 1 шт.



3.2. Фотографическое изображение маркировки медицинского изделия:

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK в составе: Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012618 (игла 26 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: оранжевый) - 100 шт./уп. II. Инструкция по применению - 1 шт.



4.1. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:
Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK в составе: I. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012518 (игла 25 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: темно-синий) - 100 шт./уп. II. Инструкция по применению - 1 шт.



4.2. Фотографическое изображение маркировки медицинского изделия:

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK в составе: I. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012518 (игла 25 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: темно-синий) - 100 шт./уп. II. Инструкция по применению - 1 шт.

Открывать здесь



Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK

PRIMESTIK®

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK в составе:

I. Варианты исполнения:



SL013015

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL013015 (игла 30 G, глубина прокола 1,5 мм, цвет: желтый) - 100 шт./уп.



SL012818

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп.



SL012618

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012618 (игла 26 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: оранжевый) - 100 шт./уп.



SL012518

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012518 (игла 25 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: темно-синий) - 100 шт./уп.



SL012322

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012322 (игла 23 G, глубина прокола 2,2 мм, цвет: розовый) - 100 шт./уп.



SL012122

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012122 (игла 21 G, глубина прокола 2,2 мм, цвет: зеленый) - 100 шт./уп.



SL011818

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL011818 (игла 18 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: фиолетовый) - 100 шт./уп.

II. Инструкция по применению - 1 шт.



Suzhou Kyuan Medical Apparatus Co., LTD.
Beiqiao Town, Suzhou City, 215144 Jiangsu, P.R China
www.medi-kyuan.com

PRIMESTIK®

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Новосибирская область, т.е. рабочий поселок Колызово,
РП Колызово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещение 2.

Тел.: 8(800)600-90-77, 8(383)209-34-54 Эл. почта: info@imbian.ru Сайт: www.imbian.ru

Регистрационное удостоверение № от

Стерильно, апиrogenно, нетоксично



ISO 13485

STERILE R

PRIMESTIK®

Стерильность наконечника ланцета сохраняется до тех пор, пока не будет снят защитный колпачок

LOT

Lot number

211201

EXP

Expiry date

12-2021

EXP

Expiry date

11-2026

Порядок применения:

PRIMESTIK®

1. Протрите место прокола спиртовой салфеткой.

2. Снимите защитный колпачок ланцета, путем поворота по часовой стрелке. Внимание! Не тяните защитный колпачок!



3. Плотно приложите ланцет к предполагаемому месту прокола и нажмите ланцетом на место прокола.



4. С помощью пробирки или капилляра соберите необходимое количество крови.



5. Утилизируйте изделие в соответствии с требованиями законодательства

5.1. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK в составе: I. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012322 (игла 23 G, глубина прокола 2,2 мм, цвет: розовый) - 100 шт./уп. II. Инструкция по применению - 1 шт.



5.2. Фотографическое изображение маркировки медицинского изделия:

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK в составе: I. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012322 (игла 23 G, глубина прокола 2,2 мм, цвет: розовый) - 100 шт./уп. II. Инструкция по применению - 1 шт.

Открывать здесь



Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK

PRIMESTIK®

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK в составе:

I. Варианты исполнения:

- | | | |
|-------------------------------------|----------|--|
| ☐ | SL013015 | Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL013015 (игла 30 G, глубина прокола 1,5 мм, цвет: желтый) - 100 шт./уп. |
| ☐ | SL012818 | Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп. |
| ☐ | SL012618 | Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012618 (игла 26 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: оранжевый) - 100 шт./уп. |
| ☐ | SL012518 | Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012518 (игла 25 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: темно-синий) - 100 шт./уп. |
| ☒ | SL012322 | Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012322 (игла 23 G, глубина прокола 2,2 мм, цвет: розовый) - 100 шт./уп. |
| ☐ | SL012122 | Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012122 (игла 21 G, глубина прокола 2,2 мм, цвет: зеленый) - 100 шт./уп. |
| ☐ | SL011818 | Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL011818 (игла 18 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: фиолетовый) - 100 шт./уп. |

II. Инструкция по применению - 1 шт.




Suzhou Kyuan Medical Apparatus Co., LTD.
Beiqiao Town, Suzhou City, 215144 Jiangsu, P.R China
www.medi-kyuan.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Колдцово,
РП Колдцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещение 2.
Тел.: 8(800)600-90-77, 8(383)209-34-54 Эл. почта: info@imbian.ru Сайт: www.imbian.ru

Регистрационное удостоверение № 01

Стерильно, апиrogenно, нетоксично



PRIMESTIK®

PRIMESTIK®

Стерильность наконечника ланцета сохраняется до тех пор, пока не будет снят защитный колпачок

LOT	211201
Date of production	12-2021
Exp. date	11-2026

Порядок применения:

PRIMESTIK®

1. Протрите место прокола спиртовой салфеткой.
2. Снимите защитный колпачок ланцета, путем поворота по часовой стрелке. Внимание! Не тяните защитный колпачок!




3. Плотно приложите ланцет к предполагаемому месту прокола и нажмите ланцетом на место прокола.



4. С помощью пробирки или капилляра соберите необходимое количество крови.
5. Утилизируйте изделие в соответствии с требованиями законодательства



6.1. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:
Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK в составе: I. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012122 (игла 21 G, глубина прокола 2,2 мм, цвет: зеленый) - 100 шт./уп. II. Инструкция по применению - 1 шт.



6.2. Фотографическое изображение маркировки медицинского изделия:

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK в составе: I. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012122 (игла 21 G, глубина прокола 2,2 мм, цвет: зеленый) - 100 шт./уп. II. Инструкция по применению - 1 шт.

Открывать здесь



Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK

PRIMESTIK®

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK в составе:

I. Варианты исполнения:

☐ SL013015

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL013015 (игла 30 G, глубина прокола 1,5 мм, цвет: желтый) - 100 шт./уп.

☐ SL012818

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп.

☐ SL012618

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012618 (игла 26 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: оранжевый) - 100 шт./уп.

☐ SL012518

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012518 (игла 25 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: темно-синий) - 100 шт./уп.

☐ SL012322

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012322 (игла 23 G, глубина прокола 2,2 мм, цвет: розовый) - 100 шт./уп.

☒ SL012122

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012122 (игла 21 G, глубина прокола 2,2 мм, цвет: зеленый) - 100 шт./уп.

☐ SL011818

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL011818 (игла 18 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: фиолетовый) - 100 шт./уп.

II. Инструкция по применению - 1 шт.




Suzhou Kyuan Medical Apparatus Co., LTD.
Beiqiao Town, Suzhou City, 215144 Jiangsu, P.R China
www.medi-kyuan.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Колызово,
РП Колызово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещение 2.
Тел.: 8(800)600-90-77, 8(383)209-34-54 Эл. почта: info@imbian.ru Сайт: www.imbian.ru

Регистрационное удостоверение № от

Стерильно, апиrogenно, нетоксично



PRIMESTIK®

PRIMESTIK®

Стерильность наконечника ланцеты сохраняется до тех пор, пока не будет снят защитный колпачок

LOT	Lot number	211201
Date of production	12-2021	
Expiry date	11-2026	

Порядок применения:

PRIMESTIK®


1. Протрите место прокола спиртовой салфеткой.
2. Снимите защитный колпачок ланцеты, путем поворота по часовой стрелке. Внимание! Не тяните защитный колпачок!



3. Плотно приложите ланцет к предполагаемому месту прокола и нажмите ланцетом на место прокола.



4. С помощью пробирки или капилляра соберите необходимое количество крови.
5. Утилизируйте изделие в соответствии с требованиями законодательства



7.1. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK в составе: I. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL011818 (лезвие 18 G, глубина прокола 1.8 мм, цвет: фиолетовый) - 100 шт./уп. II. Инструкция по применению - 1 шт.



7.2. Фотографическое изображение маркировки медицинского изделия:
Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK в составе: I. Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL011818 (лезвие 18 G, глубина прокола 1.8 мм, цвет: фиолетовый) - 100 шт./уп. II. Инструкция по применению - 1 шт.



Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK в составе:

I. Варианты исполнения:

- | | | |
|-------------------------------------|----------|---|
| ☐ | SL013015 | Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL013015 (игла 30 G, глубина прокола 1,5 мм, цвет: желтый) - 100 шт./уп. |
| ☐ | SL012818 | Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп. |
| ☐ | SL012618 | Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012618 (игла 26 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: оранжевый) - 100 шт./уп. |
| ☐ | SL012518 | Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012518 (игла 25 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: темно-синий) - 100 шт./уп. |
| ☐ | SL012322 | Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012322 (игла 23 G, глубина прокола 2,2 мм, цвет: розовый) - 100 шт./уп. |
| ☐ | SL012122 | Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012122 (игла 21 G, глубина прокола 2,2 мм, цвет: желтый) - 100 шт./уп. |
| ☒ | SL011818 | Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL011818 (лезвие 18 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: фиолетовый) - 100 шт./уп. |


II. Инструкция по применению - 1 шт.

Suzhou Kyuan Medical Apparatus Co., LTD.
Beiqiao Town, Suzhou City, 215144 Jiangsu, P.R China
www.medi-kyuan.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Новосибирская область, т.о. рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещение 2.
Тел.: 8(800)600-90-77, 8(383)209-34-54 Эл. почта: info@imbian.ru Сайт: www.imbian.ru

Регистрационное удостоверение № от

Стерильно, апиrogenно, нетоксично



PRIMESTIK®

Стерильность наконечника ланцеты сохраняется до тех пор, пока не будет снят защитный колпачок

LOT Lot number 211201
Date of production 12-2021
Exp. date 11-2026

Порядок применения:

1. Протрите место прокола спиртовой салфеткой.
2. Снимите защитный колпачок ланцеты, путем поворота по часовой стрелке. Внимание! Не тяните защитный колпачок!




3. Плотно приложите ланцет к предполагаемому месту прокола и нажмите ланцетом на место прокола.



4. С помощью пробирки или капилляра соберите необходимое количество крови.
5. Утилизируйте изделие в соответствии с требованиями законодательства





Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK

PRIMESTIK®

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK в составе:

I. Варианты исполнения:

- | | | |
|--------------------------|----------|---|
| ☐ | SL013015 | Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL013015 (игла 30 G, глубина прокола 1,5 мм, цвет: желтый) - 100 шт./уп. |
| ☐ | SL012818 | Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012818 (игла 28 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: голубой) - 100 шт./уп. |
| ☐ | SL012618 | Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012618 (игла 26 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: оранжевый) - 100 шт./уп. |
| ☐ | SL012518 | Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012518 (игла 25 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: темно-синий) - 100 шт./уп. |
| ☐ | SL012322 | Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012322 (игла 23 G, глубина прокола 2,2 мм, цвет: розовый) - 100 шт./уп. |
| ☐ | SL012122 | Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL012122 (игла 21 G, глубина прокола 2,2 мм, цвет: зеленый) - 100 шт./уп. |
| ☐ | SL011818 | Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK SL011818 (лезвие 18 G, глубина прокола 1,8 мм, цвет: фиолетовый) - 100 шт./уп. |

II. Инструкция по применению - 1 шт.

PRIMESTIK®

Порядок применения:

1. Протрите место прокола спиртовой салфеткой.
2. Снимите защитный колпачок ланцета, путем поворота по часовой стрелке.
Внимание! Не тяните защитный колпачок!
3. Плотно приложите ланцет к предполагаемому месту прокола и нажмите ланцетом на место прокола.
4. С помощью пробирки или капилляра соберите необходимое количество крови.
5. Утилизируйте изделие в соответствии с требованиями законодательства



Стерильность наконечника ланцета сохраняется до тех пор, пока не будет снят защитный колпачок.

Ланцеты автоматические безопасные одноразовые стерильные PRIMESTIK

PRIMESTIK®

100 шт./уп.



PRIMESTIK®



Suzhou Kyuan Medical Apparatus Co., LTD.
Beiqiao Town, Suzhou City, 215144 Jiangsu, P.R China
www.medi-kyuan.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Новосибирская область, т.о. рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещение 2.
Тел.: 8(800)600-90-77, 8(383)209-34-54 Эл. почта: info@imbian.ru Сайт: www.imbian.ru

Регистрационное удостоверение № от


Стерильно, апиrogenно, нетоксично

ISO 13485 STERILE R

LOT



Макет маркировки транспортной упаковки в соответствии с требованиями РФ





Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

18 лист об

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

18 декабря 2023 г.