



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 декабря 2023 года № РЗН 2023/21735

На медицинское изделие

**Имплантат для остеосинтеза рассасывающийся стерильный
по ТУ 32.50.22-021-52318770-2022**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Медин-Н"

(ООО "Медин-Н"), Россия,

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. М.-Сибирияка, 145-2

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Медин-Н"

(ООО "Медин-Н"), Россия,

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. М.-Сибирияка, 145-2

Место производства медицинского изделия

**ООО "Медин-Н", Россия, 620043, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Начдива Васильева, 1/4**

Номер регистрационного досье № РД-59109/87997 от 21.11.2023


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.22.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 19 декабря 2023 года № 9367
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0068368

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 декабря 2023 года № РЗН 2023/21735

Лист 1

На медицинское изделие

Имплантат для остеосинтеза рассасывающийся стерильный
по ТУ 32.50.22-021-52318770-2022, в составе:

I. Варианты исполнения:

1. Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2x20 мм, стерильный - Пин 2x20.
2. Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2x30 мм, стерильный - Пин 2x30.
3. Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2x40 мм, стерильный - Пин 2x40.
4. Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2x50 мм, стерильный - Пин 2x50.
5. Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2x60 мм, стерильный - Пин 2x60.

II. Инструкция по применению.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0135827