



Фотографическое изображение медицинского изделия

Набор калибраторов VITROS Фолат (VITROS Folate Calibrators) для калибровки анализаторов серии VITROS при количественном иммунодиагностическом определении фолевой кислоты методом усиленной хемилюминесценции



131 1075

Набор калибраторов VITROS Фолат (VITROS Folate Calibrators) для калибровки анализаторов серии VITROS при количественном

иммунодиагностическом определении фолиевой кислоты методом усиленной хемилюминесценции, в составе 1. Калибратор 1 - 1 флакон, 2,1 мл. 2.

Калибратор 2 - 1 флакон, 2,1 мл. 3. Калибратор 3 - 1 флакон, 2,1 мл. 4. Калибровочная карта (для использования с реагентами в кассете 1) - 1 шт.

5. Дополнительная идентификационная карта (для использования с реагентом в кассете 2) - 1 шт. 6.

Протокол карта - 1 шт. 7. Этикетки со штрих-кодом калибраторов - по 8 шт. на каждый уровень калибратора.

Назначение: Для калибровки анализаторов серии VITROS (VITROS ECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600, VITROS XT 7600) при количественном иммунодиагностическом определении фолиевой кислоты методом усиленной хемилюминесценции в сыворотке, плазме (с гепарином) и цельной крови (содержание фолиевой кислоты в эритроцитах) человека.

Регистрационное удостоверение в РФ: _____

Уполномоченная организация на территории РФ:
ООО «Орто-Клиникал Диагностикс», Россия, 143026,
Московская область, г.о. Одинцовский, дер.
Сколково, ул. Новая, дом. 100, стр. 9

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Версия _____



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО

ВСЕГО 4 листа

" " 20__ г.

Генеральный директор

ООО "Орто-Клиникал Диагностикс"

В.К. Сергеенко

