

Фотографическое изображение медицинского изделия

Реагенты VITROS Фолат в эритроцитах (VITROS Red Cell Folate Pack) для подготовки образцов цельной крови к количественному определению содержания фолиевой кислоты в эритроцитах с помощью теста VITROS Фолат



110 7804

Реагенты VITROS Фолат в эритроцитах (VITROS Red Cell Folate Pack) для подготовки образцов цельной крови к количественному определению содержания фолиевой кислоты в эритроцитах с помощью теста VITROS Фолат, в составе: 1. Реагент VITROS Фолат в эритроцитах - 2 флакона, 27 мл. 2. Таблетка с аскорбиновой кислотой - 2 шт, 54 мг/таблетку, каждая таблетка в индивидуальной упаковке. 3. Протокол карта для определения содержания фолата в эритроцитах – 1 шт.

Назначение: Для подготовки образцов цельной крови к количественному определению содержания фолиевой кислоты в эритроцитах с помощью теста VITROS Фолат на анализаторах серии VITROS (VITROS ECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600, VITROS XT 7600).


Регистрационное удостоверение в РФ: _____

Уполномоченная организация на территории РФ:
ООО «Орто-Клиникал Диагностикс», Россия, 143026,
Московская область, г.о. Одинцовский, дер.
Сколково, ул. Новая, дом. 100, стр. 9



Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Версия_

Реагенты VITROS Фолат в эритроцитах. Флаконы Реагента VITROS Фолат в эритроцитах.



Реагенты VITROS Фолат в эритроцитах. Таблетки с аскорбиновой кислотой в индивидуальной упаковке.



ПРОШИТО. ПРОНУМЕРОВАНО

ВСЕГО 5 лист 08

" " 20__ г.

Генеральный директор

ООО "Орто-Клиникал Диагностикс"

В.К. Сергеенко

