


Фотографическое изображение медицинского изделия

Набор калибраторов VITROS Витамин B12 (VITROS Vitamin B12 Calibrators) для калибровки анализаторов серии VITROS при количественном иммунодиагностическом определении витамина B12 методом усиленной хемилюминесценции



154 0525

Набор калибраторов VITROS Витамин B12 (VITROS Vitamin B12 Calibrators) для калибровки анализаторов серии VITROS при количественном иммунодиагностическом определении витамина B12 методом усиленной хемилюминесценции, в составе:

1. Калибратор 1 - 1 флакон, 2,0 мл.
2. Калибратор 2 - 1 флакон, 2,0 мл.
3. Калибровочная карта (для использования с реагентами в кассете 1) - 1 шт.
4. Дополнительная идентификационная карта (для использования с реагентом в кассете 2) - 1 шт.
5. Протокол карта - 1 шт.
6. Этикетки со штрих-кодом калибраторов - по 8 шт. на каждый уровень калибратора.


Назначение: Для калибровки анализаторов серии VITROS (VITROS ECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600, VITROS XT 7600) при количественном иммунодиагностическом определении витамина B12 методом усиленной хемилюминесценции в человеческой сыворотке и плазме (с ЭДТА или гепарином).

Регистрационное удостоверение в РФ: _____

Уполномоченная организация на территории РФ:
ООО «Орто-Клиникал Диагностикс», Россия, 143026,
Московская область, г.о. Одинцовский, дер.
Сколково, ул. Новая, дом. 100, стр. 9

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Версия



ПРОШИТО. ПРОНУМЕРОВАНО

ВСЕГО 4 лист а

"18" сентября 2023 г.

Генеральный директор

ООО "Орто-Клиникал-Диагностикс"

В.К. Сергеенко

