

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «С.Р.ГЕЛПИК»



Абрамов В.В.

2020 г.

Фотографии медицинского изделия:

**«Комплекс рентгенодиагностический цифровой со столом-штативом поворотным КРД
Т20/Т2000- «РЕНЕКС» по ТУ 9442-020-54839165-2002»,
производства общества с ограниченной ответственностью «С.П.ГЕЛПИК», 117837, Россия г.
Москва, ул. Профсоюзная, 86 стр. 2**

Рис. 1. - Устройство рентгеновское питающее производства фирмы «С.П.ГЕЛПИК», Россия;

Рис. 2. - Рентгеновский генератор моделей O-G500IQ или O-G650IQ или O-G800IQ, производства фирмы «GMM», Италия, в составе:

Рис. 2.1. - блок электроники с высоковольтным трансформатором;

Рис. 2.2. - пульт управления.

Рис. 3. - Рентгеновский генератор моделей Indico IQ или Indico IQ SP или Indico 100 в составе: - блок электроники с высоковольтным трансформатором; - пульт управления, производства фирмы «CPI», Канада

Рис. 3.1. - блок электроники с высоковольтным трансформатором;

Рис. 3.2. - пульт управления.

Рис. 4. - Стол-штатив поворотный - «Телеуправляемый штатив «РЕНЕКС Т20с»», производства фирмы «GMM» Италия;

Рис. 5. - «Рентгенодиагностический штатив «ОПЕРА Т30», производства фирмы «GMM» Италия;

Рис. 6. - «Рентгенодиагностический штатив «ОПЕРА Т90»», производства фирмы «GMM» Италия,;

Рис. 7. - «Рентгенодиагностический штатив «ОПЕРА Т90 Sharp»», производства фирмы «GMM» Италия;

Рис. 8. - Стол снимков - «РЕНЕКС Т2000», производства фирмы «GMM», Италия;

Рис. 9. - Стойка снимков – устройство-приставка для флюорографии с вертикальным перемещением штатива и подъемником с механическим актуатором и газовой пружиной «Флюоро-01-Ренекс», производства фирмы «С.П.ГЕЛПИК»;

Рис. 10. - Стойка снимков, производства фирмы «С.П.ГЕЛПИК»;

Рис. 11. - Усилитель рентгеновского изображения УРИ-216/160/120;

Рис. 12. - Усилитель рентгеновского изображения УРИ-"РЕНЕКС" с принадлежностями по ТУ 9442-039-54839165-2011

Рис. 13. - приемник цифровой PIXIUM RF 4343, производства фирмы THALES ELECTRON DEVICES, Франция;

Рис. 14. - приемник цифровой FXDD-0909GA, производства фирмы «Вьюворкс Ко., Лтд», Республика Корея;

Рис. 15. - приемник цифровой FXDD-1212GA, производства фирмы «Вьюворкс Ко., Лтд», Республика Корея;

Рис. 16. - приемник цифровой FXDD-1717GA, производства фирмы «Вьюворкс Ко., Лтд», Республика Корея;

Рис. 17. - приемник цифровой PaxScan 4343DXV производства фирмы «Varex Imaging Corporation», США

Рис. 18. - Детектор цифровой плоскопанельный рентгеновский Pixium 2430, производства фирмы «THALES ELECTRON DEVICES», Франция;

Рис. 19. - Детектор цифровой плоскопанельный рентгеновский Pixium 3543, производства фирмы «THALES ELECTRON DEVICES», Франция;

Рис. 20. - детектор рентгеновский плоскопанельный серии FDX с принадлежностями (ПУ № РЗН 2013/915);

Рис. 21. - детектор рентгеновский плоскопанельный PaxScan 4336W производства фирмы «Varex Imaging Corporation»

Рис. 22. - детектор рентгеновский плоскопанельный PaxScan 2530W производства фирмы

Рис. 23. - Излучатель рентгеновский РИД с трубкой «DR 154/30/50 OE-102S»; производства фирмы «Siemens», Германия;

Рис. 24. - излучатель рентгеновский модели RTM101/C100 производства фирмы «I.A.E. INDUSTRIA APPLICAZIONI ELECTTRONICHE S.P.A.», Италия;

Рис. 25. - Излучатель рентгеновский модели RTC700/C100 производства фирмы «I.A.E. INDUSTRIA APPLICAZIONI ELECTTRONICHE S.P.A.», Италия;

Рис. 26. - Излучатель рентгеновский модели RTC1000/C100 производства фирмы «I.A.E. INDUSTRIA APPLICAZIONI ELECTTRONICHE S.P.A.», Италия;

Рис. 27. - Излучатель рентгеновский модели G292/B130 производства фирмы «Varex Imaging Corporation», США.

Рис. 28. - Излучатель рентгеновский модели SG096/B199 производства фирмы «Varex Imaging Corporation», США

Рис. 29. - АРМ на базе РС компьютера

Рис. 30. - Профессиональный жидкокристаллический LCD монитор

Рис. 31. - руководство по эксплуатации на медицинское изделие «Комплекс рентгенодиагностический цифровой со столом-штативом поворотным КРДЦ-Т20/Т2000-«ПЕНЕКС» по ТУ 9442-020-54839165-2002»

Рис. 32. - Фотографическое изображение маркировки медицинского изделия:

Рис. 33. - Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия.

Рис. 1






Рис.2.1



Рис.2.2




Рис.3.1





Рис.3.2

Рис. 4






Рис. 6





Рис. 7







Рис.8






Рис. 10




Рис. 11



Рис.12




рис.13




Рис.14




Рис.15





рис.16



Рис.17






Рис. 19




Рис.20




Рис.21




Рис.22




Рис. 23




Рис. 24




Рис.25




Рис.26



Рис.27






Рис.29




Рис.30

**«Комплекс рентгенодиагностический цифровой со столом-штативом
поворотным КРДЦ-Т20/Т2000- «РЕНЕКС» по ТУ 9442-020-54839165-
2002»**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛЖКМ.9442.020.001 РЭ

Рис. 31

ООО "С.П.ГЕЛПИК"

117837, г. Москва
ул. Профсоюзная
д. 86 стр. 2



ISO 9001
ISO 13485

Тел.: (495) 334-82-69
Факс.: (495) 334-95-09

Комплекс рентгенодиагностический цифровой
со столом-штативом поворотным
КРДЦ-Т20/Т2000-"РЕНЕКС"
по ТУ 9442-020-54839165-2002

380В 50Гц 110кВ А Общая фильтрация 5мм Al 3N ~ ⚠ ⚡

Изделие №

4165/1

Дата выпуска

09 2020

Исп.

2

В данном документе
пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью всего 37 листов
Генеральный директор
ООО "С.П.ГЕЛПИК"
Аврамов В.В.



Handwritten signature of V.V. Avramov.