



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2015/2952

На медицинское изделие

Линзы контактные мягкие корригирующие однодневные

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"КуперВижн Мануфэкчуринг Лтд.", Соединенное Королевство,
CooperVision Manufacturing Ltd., South Point, Hamble, Southampton, SO31 4RF,
United Kingdom**

Производитель

**"КуперВижн Мануфэкчуринг Лтд.", Соединенное Королевство,
CooperVision Manufacturing Ltd., South Point, Hamble, Southampton, SO31 4RF,
United Kingdom**

Место производства медицинского изделия

см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-58847/89133 от 07.11.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.41.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 10 листах

приказом Росздравнадзора от 09 апреля 2024 года № 1981

допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0075445

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2015/2952

Лист 1

На медицинское изделие

Линзы контактные мягкие корригирующие однодневные:

1. Линзы контактные мягкие корригирующие однодневные с торговым наименованием и товарным знаком MyDay® daily disposable multifocal или с торговым наименованием 54% 1 day · Silicone Hydrogel multifocal или с торговым наименованием stenfilcon A 54% 1 day multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal 100Z ONE DAY VIEW PREMIUM Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal 3Z lens 1 day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal ACULIFE EXPERT Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal AirLens 1 Day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal AirOmoist 1-DAY Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal AirVIEW 1 Day PREMIUM MULTIFOCAL или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal Airway PREMIUM 1 DAY Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal ASSOL 1 DAY PURE multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal AT FIRST SIGHT 1 DAY PREMIUM MULTIFOCAL или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal Biolens 1 Day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal Biosoft 1-DAY PREMIUM multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal cadence® deluxe 1 day multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal Citylens 1 Day Premium Multifocal или с торговым наименованием stenfilcon A 54% 1 day multifocal CL 1 DAY PREMIUM MULTIFOCAL или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal CLEARSKY 1 day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal cooperflex® SUPER 1 DAY multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal CRYSTAL LAKES 1 DAY Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal CrystaLook 1 Day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal CrystalView 1 day elite Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal DEAR Lens 1 DAY PREMIUM MULTIFOCAL или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal DINAVUE PRO 1 Day Multifocal или с торговым наименованием stenfilcon A 54% 1 day

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0137277

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


от 09 апреля 2024 года № РЗН 2015/2952

Лист 2

multifocal DL One Day Premium Multifocal или с торговым наименованием stenfilcon A 54% 1 day multifocal ExeLens 1 Day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal EyeContact 1 Day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal EYEjoy 1 day PREMIUM Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal FLEXYVIEW 1 Day Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal free eyes one day for me Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal Freeview 1 Day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal happio 1 day premium multifocal или с торговым наименованием stenfilcon A 54% 1 day multifocal HIGH TIME 1 Day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal HYDRAVIEW 1 DAY PREMIUM MULTIFOCAL или с торговым наименованием stenfilcon A 54% 1 day multifocal iWear harmony presbyopia или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal Just to see 1 Day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal LET IT SEE 1 DAY PREMIUM MULTIFOCAL или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal Likont 1 Day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal Lunelle 1 Day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal medivue® more 1 DAY multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal moraray 1 day premium multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal MyLens 1 Day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal newera 1 day premium multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal NiceDay 1 day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal NicEye 1 day PREMIUM Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal NNC 1 Day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal Novalens 1-DAY PREMIUM Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal OCHKOV.NET 1-Day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal Onelens 1 Day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal ONEVIEW PREMIUM 1 - day Multifocal или с торговым

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков



0137278


ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2015/2952

Лист 3

наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal optilook premium multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal OPTITOUCH 1 DAY Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal OptiWay 1 Day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal OXIGENFILL 1 DAY PREMIUM MULTIFOCAL или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal OXY 1 DAY Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal perfect one day premium multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal POINT OF VIEW 1 DAY PREMIUM MULTIFOCAL или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal PrimaView 1 Day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal PrizmaBio One day Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal ProAir 1 Day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal PURE LOOK 1 Day Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal PURE ONE 1 DAY PREMIUM MULTIFOCAL или с торговым наименованием stenfilcon A 54% 1 day multifocal PureWay 1 Day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal Rythmic® Ultimate 1 DAY multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal Sancylook 1 day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal SECOND SIGHT 1 DAY PREMIUM MULTIFOCAL или с торговым наименованием stenfilcon A 54% 1 day multifocal SIGHT CARE 1 DAY PREMIUM MULTIFOCAL или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal SILVER® ONCE 1 DAY multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal Spectrus 1 day PREMIUM MULTIFOCAL или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal ultraflex® opti 1 DAY multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal VettaComfort 1 day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal VIEWCARE 1 DAY PREMIUM MULTIFOCAL или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal VISIBLE EXCITE Premium Multifocal или с торговым наименованием stenfilcon A 54% 1 day multifocal VISIOSENS 1 Day PREMIUM Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal YASNO 1 DAY PREMIUM MULTIFOCAL или

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0137279

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2015/2952

Лист 4

с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal ZOLO 1 DAY PREMIUM MULTIFOCAL или с торговым наименованием stenfilcon A 54% 1 day multifocal Клио 1 Day Premium Multifocal или с торговым наименованием stenfilcon A 54% 1 day multifocal Линз-Очки На день Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal ОКТОПУС 1 Day Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day multifocal ТОЧНАЯ ОПТИКА 1 день Премиум Мультифокальные, варианты исполнения:

1. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);
2. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -11,50 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);
3. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -11,00 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);
4. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -10,50 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);
5. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -10,00 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);
6. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -9,75 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);
7. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -9,50 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);
8. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -9,25 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);
9. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -9,00 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);
10. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -8,75 D;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков



0137280

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2015/2952

Лист 5

аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

11. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -8,50 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

12. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -8,25 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

13. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -8,00 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

14. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -7,75 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

15. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -7,50 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

16. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -7,25 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

17. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -7,00 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

18. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -6,75 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

19. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -6,50 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

20. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -6,25 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

21. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -6,00 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

22. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -5,75 D;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0137281

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2015/2952

Лист 6

аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

23. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -5,50 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

24. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -5,25 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

25. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -5,00 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

26. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -4,75 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

27. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -4,50 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

28. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -4,25 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

29. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -4,00 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

30. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -3,75 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

31. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -3,50 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);


32. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -3,25 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

33. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -3,00 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

34. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -2,75 D;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0137282

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2015/2952

Лист 7

аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

35. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -2,50 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

36. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -2,25 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

37. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -2,00 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

38. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -1,75 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

39. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -1,50 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

40. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -1,25 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

41. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -1,00 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

42. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -0,75 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

43. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -0,50 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

44. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -0,25 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

45. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила 0,00 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

46. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +0,25 D;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0137283

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2015/2952

Лист 8

аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

47. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +0,50 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

48. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +0,75 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

49. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +1,00 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

50. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +1,25 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

51. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +1,50 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

52. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +1,75 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

53. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +2,00 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

54. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +2,25 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

55. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +2,50 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

56. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +2,75 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

57. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +3,00 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

58. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +3,25 D;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0137284

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года

№ РЗН 2015/2952

Лист 9

аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

59. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +3,50 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

60. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +3,75 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

61. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +4,00 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

62. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +4,25 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

63. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +4,50 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

64. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +4,75 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

65. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +5,00 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

66. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +5,25 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

67. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +5,50 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

68. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +5,75 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

69. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +6,00 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

70. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +6,25 D;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0137285

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года

№ РЗН 2015/2952

Лист 10

аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

71. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +6,50 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

72. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +6,75 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

73. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +7,00 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

74. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +7,25 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

75. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +7,50 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

76. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +7,75 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D);

77. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +8,00 D; аддидация низкая (от +0,75 D до +1,25 D) или средняя (от +1,50 D до +1,75 D) или высокая (от +2,00 D до +2,50 D).

II. Инструкция по применению - 1 шт. на партию.

Место производства:

1. CooperVision Manufacturing Ltd., South Point, Hamble, Southampton, SO31 4RF, United Kingdom.
2. CooperVision Inc, 711 North Road, Scottsville, New York, 14546, USA.
3. CooperVision Manufacturing Puerto Rico LLC, 500 Road 584, Lot 7, Amuelas Industrial Park, Juana Diaz, 00795, Puerto Rico, USA.
4. ООО "Биомедикал Дистрибьюшн Евразия", Россия, 141580, Московская обл., г. Солнечногорск, Индустриальный парк Шерризон-Норд, влд. 3, стр. 3.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0137286