

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

2023 г.


« 07 »




МИТРАХИНА Ю.Ю.
по доверенности
№ 77АД3555350

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ
«Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR»
(APT Medical Inc. («АПТ Медикал Инк.»), Китай)

2023



Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Lollipop NC



Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Lollipop NC в ободке

CONQUEROR NC PTCA Balloon Catheter



Inflation Pressure atm [kPa]		Balloon Diameter (mm)										
		2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.50	5.00
6	[608]	1.88	2.11	2.35	2.58	2.82	3.07	3.28	3.49	3.71	4.23	4.67
8	[811]	1.93	2.17	2.41	2.65	2.89	3.14	3.37	3.60	3.82	4.33	4.79
10	[1013]	1.96	2.21	2.46	2.70	2.95	3.20	3.44	3.68	3.92	4.43	4.90
12	[1216]	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.01	4.51	5.00
14	[1418]	2.03	2.29	2.54	2.80	3.05	3.30	3.56	3.82	4.08	4.59	5.11
16	[1621]	2.06	2.32	2.58	2.84	3.11	3.36	3.62	3.88	4.15	4.69	5.23
18	[1824]	2.09	2.36	2.63	2.89	3.16	3.41	3.69	3.95	4.22	4.81	5.36
20	[2027]	2.13	2.41	2.68	2.96	3.23	3.47	3.76	4.02	4.29		

NP Nominal Pressure
RBP Rated Burst Pressure

⚠ Do not exceed the rated burst pressure

Карточка шкалы растяжимости баллона катетера баллонного для ЧТКА CONQUEROR Lollipop NC



Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Lollipop NC
2.00×20 MM
Заостренный наконечник

Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Lollipop NC
2.00×20 MM
Заостренный наконечник

Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR, в варианте исполнения:
41200200 Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Lollipop NC, в составе:
- Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR - 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.

Регистрационное удостоверение: РЗН 202Х/XXXX ДЛ.ММ.ГТТ

Номинальное давление: NOM 12 атм. Номинальное давление разрыва: RBP 20 атм.

REF 41200200 LOT SP4122081601 2025-08-15 2022-08-17

Давление Атм. (кПа)	Диаметр баллона мм
5(507)	1.85
6(608)	1.88
7(709)	1.91
8(811)	1.93
9(912)	1.94
10(1013)	1.96
11(1115)	1.98
12(1216) NOM	2.00
13(1317)	2.01
14(1418)	2.03
15(1520)	2.04
16(1621)	2.06
17(1723)	2.07
18(1824)	2.09
19(1925)	2.11
20(2027) RBP	2.13

Количество 1 STERILEEO R only

APT Medical
APT Medical Inc. («АПТ Медикал Инк.»), Китай
No 009 Xiangxiang Road, Xiangxiang Economic Development
Zone, Xiangxiang City, Hunan Province, P.R. China
Телефон: +86-731-56841398
http://www.ximed.com
E-mail: info@aptmed.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «Космос-Медикал»
125085 г. Москва, Пресненский район, дом 101, стр. 1, пом. 17
ИНН: 7702138540
Телефон: +7(499)281-4768

CE 1639
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Add: Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Индивидуальная упаковка (вид спереди) катетера баллонного для ЧТКА CONQUEROR Lollipop NC




Индивидуальная упаковка (вид сзади) катетера баллонного для ЧТКА CONQUEROR Lollipop NC

Катетер баллонный для ЧТКА
CONQUEROR Lollipop NC

2.00×20MM
Затупленный наконечник

Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR, в варианте исполнения
41200200 Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Lollipop NC, в составе:
- Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR - 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.

Регистрационное удостоверение: РЗН 202X/XXXX ДД.ММ.ГГГГ



Номинальное давление

NOM 12 атм.

Номинальное давление разрыва

RBP 20 атм.

REF 41200200

LOT SP4122081601

2025-08-15

2022-08-17

Давление Атм. (кПа)	Диаметр баллона мм
5(507)	1.85
6(608)	1.88
7(709)	1.91
8(811)	1.93
9(912)	1.94
10(1013)	1.96
11(1115)	1.98
12(1216)	NOM 2.00
13(1317)	2.01
14(1418)	2.03
15(1520)	2.04
16(1621)	2.06
17(1723)	2.07
18(1824)	2.09
19(1925)	2.11
20(2027)	RBP 2.13

Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Lollipop NC
2.00 x 20 mm, 140 cm RX
(01) 0 6949450 4 1042 4 (10) SP4122081601 (17) 250815
REF 41200200 LOT SP4122081601 2025-08-15

Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Lollipop NC
2.00 x 20 mm, 140 cm RX
(01) 0 6949450 4 1042 4 (10) SP4122081601 (17) 250815
REF 41200200 LOT SP4122081601 2025-08-15

Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Lollipop NC
2.00 x 20 mm, 140 cm RX
(01) 0 6949450 4 1042 4 (10) SP4122081601 (17) 250815
REF 41200200 LOT SP4122081601 2025-08-15

Количество 1

STERILEEO R only



APT Medical

APT Medical Inc. («АПТ Медикал Инк.»), Kuzhai
No.309 Xiangyang Road, Xiangyang Economic Development
Zone, Xiangyang City, Hunan Province, P.R. China
Телефон: +86-731-56841398
http://www.apimed.com
E-mail: info@apimed.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «ГосЗдравНадзор»
120483, г. Москва, Греческий Мост, дом 101, стр. 1, пом. 17
800 772 38 5400
Телефон: +7(495)3814708


CE 1639

EE REP Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Add: Elffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Lollipop NC в потребительской упаковке (вид спереди)




Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Lollipop NC в потребительской упаковке (вид сзади)



Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Rx

CONQUEROR PTCA Balloon Catheter



Inflation Pressure atm [kPa]	Balloon Diameter (mm)															
	1.00	1.25	1.50	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.50	5.00		
2 [203]	0.86	1.18	1.34	1.80	2.11	2.33	2.53	2.73	2.93	3.21	3.47	3.72	4.24	4.72		
4 [405]	0.90	1.20	1.38	1.86	2.17	2.39	2.60	2.81	3.05	3.27	3.54	3.81	4.31	4.80		
6 [608]	0.95	1.23	1.43	1.92	2.21	2.44	2.67	2.89	3.15	3.38	3.65	3.91	4.39	4.88		
8 [811]	1.00	1.25	1.47	1.97	2.25	2.50	2.75	2.97	3.25	3.50	3.76	4.01	4.50	5.00		
10 [1013]	1.06	1.27	1.51	2.03	2.33	2.57	2.81	3.04	3.33	3.61	3.87	4.12	4.65	5.15		
12 [1216]	1.11	1.30	1.54	2.08	2.39	2.64	2.89	3.14	3.44	3.73	4.01	4.28	4.80	5.29		
14 [1418]	1.16	1.32	1.56	2.12	2.46	2.72	2.98	3.24	3.55	3.85	4.15	4.45	4.95	5.43		
16 [1621]	1.20	1.34	1.59	2.16	2.53	2.80	3.07	3.34	3.66	3.97	4.31	4.64	5.09	5.59		
18 [1824]	1.25	1.37	1.62	2.20	2.60	2.88	3.16	3.44	3.78	4.11	4.45					

NP Nominal Pressure
RBP Rated Burst Pressure

⚠ Do not exceed the rated burst pressure

Карточка шкалы растяжимости баллона катетера баллонного для ЧТКА CONQUEROR Rx



RX

RX

RX

RX

Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Rx

5.00 x 15 MM

(01) 0 6949450 41223 7 (10) SP5022090701 (17) 250906
REF 50500150 LOT SP5022090701 2025-09-06

Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR, в варианте исполнения:
50500150 Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Rx, в составе:
- Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR - 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.

Регистрационное удостоверение: РЗН 202X/XXXX ДДММГГГГ

5.00 x 15 MM

Нормальное давление: NOM 8 Атм.
Нормальное давление разрыва: RBP 12 Атм.

REF 50500150 LOT SP5022090701
2025-09-06 2022-09-08

Давление Атм. (кПа)	Диаметр баллона мм
2(203)	4.72
3(304)	4.76
4(405)	4.80
5(507)	4.85
6(608)	4.88
7(709)	4.95
8(811)	NOM 5.00
9(912)	5.09
10(1013)	5.15
11(1115)	5.22
12(1216)	RBP 5.29
13(1317)	5.36
14(1418)	5.43
15(1520)	5.51
16(1621)	5.59

Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Rx
5.00 x 15 мм, 140 см RX
(01) 0 6949450 41223 7 (10) SP5022090701 (17) 250906
REF 50500150 LOT SP5022090701 2025-09-06

Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Rx
5.00 x 15 мм, 140 см RX
(01) 0 6949450 41223 7 (10) SP5022090701 (17) 250906
REF 50500150 LOT SP5022090701 2025-09-06

Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Rx
5.00 x 15 мм, 140 см RX
(01) 0 6949450 41223 7 (10) SP5022090701 (17) 250906
REF 50500150 LOT SP5022090701 2025-09-06

КОЛИЧЕСТВО 1

STERILEEO Rx only

APT Medical Inc. («АПТ Медикал Инк.»), Китай
No. 009 Xiangxiang Road, Xiangxiang Economic Development Zone, Xiangxiang City, Hunan Province, P.R. China
Telephone: +86-731-56841398
http: www.aptned.com
E-mail: info@aptned.com

CE 1639

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «Киникон»-Будкер
129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17
H004 1722385400
Telephone: +7 (499) 241-67-68

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Add: Eifestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Ver C/D

Индивидуальная упаковка (вид спереди) катетера баллонного для ЧТКА CONQUEROR Rx




Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Rx в индивидуальной упаковке (вид сзади)

Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR, в варианте исполнения:
 50500150 Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Rx, в составе:
 - Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR – 1 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение: РЗН 202X/XXXX.ДД.ММ.ГГГГ

5.00 x 15 mm



Нормальное давление

NOM 8 Атм.

Нормальное давление разрыва

RBP 12 Атм.

REF 50500150

LOT SP5022090701

2025-09-06

2022-09-08

Давление Атм. (кПа)	Диаметр баллона мм
2(203)	4.72
3(304)	4.76
4(405)	4.80
5(507)	4.85
6(608)	4.88
7(709)	4.93
8(811) NOM	5.00
9(912)	5.09
10(1013)	5.15
11(1115)	5.22
12(1216) RBP	5.29
13(1317)	5.36
14(1418)	5.43
15(1520)	5.51
16(1621)	5.59

Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Rx
 5.00 x 15 mm, 140 cm RX



(01) 0 6949450 41223 7 (10) SP5022090701 (17) 25906
 REF 50500150 LOT SP5022090701 2025-09-06

Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Rx
 5.00 x 15 mm, 140 cm RX



(01) 0 6949450 41223 7 (10) SP5022090701 (17) 25906
 REF 50500150 LOT SP5022090701 2025-09-06

Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Rx
 5.00 x 15 mm, 140 cm RX



(01) 0 6949450 41223 7 (10) SP5022090701 (17) 25906
 REF 50500150 LOT SP5022090701 2025-09-06

Количество 1

STERILE EO R only



APT Medical

APT Medical Inc. («АПТ Медицинские Технологии») Китай
 No. 989 Xiangyang Road, Xiangyang Bioscience Development
 Zone, Xiangyang City, Henan Province, P.R. China.
 Телефон: +86-721-56441368
<http://www.aptmec.com>
 E-mail: icr@aptmec.com


CE 1639

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
 ООО «Медицина»
 129085, г. Москва, Пресненский МРП, д. 161, стр. 1, пом. 17
 ИНН 7702385440
 Телефон: +7 (495) 721 67 68

EC REP: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
 Add: Elfenstrasse 82, 20537 Hamburg, Germany

Ver. C/0

Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Rx в потребительской упаковке (вид спереди)



Катетер баллонный для ЧТКА CONQUEROR Rx в потребительской упаковке (вид сзади)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А.
М.П.

