



от 19 декабря 2023 года № РЗН 2023/20031

**Аппарат электротерапии, электростимуляции и электрофореза «ЭТЕР»
по ТУ 26.60.13-008-27139000-2021**

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная
фирма "Пульс" (ООО "НПФ "Пульс"), Россия,
344022, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького,
зд. 245, помещ. 901

Место производства медицинского изделия
ООО "НПФ "Пульс", Россия, 344022, г.о. город Ростов-на-Дону,
г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, зд. 245, помещ. 901

Номер регистрационного досье № РД-59444/90683 от 11.12.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **26.60.13.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 19 декабря 2023 года № 9409
допущено к обращению на территории Российской Федерации
**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0074738

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 декабря 2023 года № РЗН 2023/20031

Лист 1

На медицинское изделие

Аппарат электротерапии, электростимуляции и электрофореза «ЭТЕР»
по ТУ 26.60.13-008-27139000-2021, в составе:

1. Блок электронный - 1 шт.
2. Электрод физиотерапевтический с токопроводящей углеродной тканью: электрод прямоугольный размер 50x80 мм, производства ООО "МТЦ "Электротонус", Россия, РУ № РЗН 2015/3490 - 4 шт.
3. Электрод физиотерапевтический с токопроводящей углеродной тканью: электрод прямоугольный размер 40x50 мм, производства ООО "МТЦ "Электротонус", Россия, РУ № РЗН 2015/3490 - 2 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

z

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0135668