

Изображение

Фундус-камера офтальмологическая NFC-700

Производитель: Crystalvue Medical Corporation

**Фундус-камера офтальмологическая NFC-700
(Вид спереди)**



**Фундус-камера офтальмологическая NFC-700
(Вид сзади)**



Фундус-камера офтальмологическая NFC-700
(Вид сбоку)



Фундус-камера офтальмологическая NFC-700
(Вид сбоку)



Фундус-камера офтальмологическая NFC-700
(Место маркировки, в том числе маркировки на русском языке)



Адаптер для лобового упора



Защитная крышка объектива



Пылезащитный чехол



Кабель питания



NFC-700™

User Manual



CE
1639

Reading through accompanying documents is a mandatory
action before using this equipment



810-C1101-004 Ver. B

Транспортировочная коробка
(Внешняя часть)



**Транспортировочная коробка
(Внутренняя часть)**



Транспортировочная коробка
(Символы на коробке)



Транспортировочная коробка
(Этикетка)

 **Crystalvue**
Crystalvue Medical Corp.

Model: NFC-700

SERIAL NUMBER:

80025-226-001D



80025-226-001D

PART NUMBER:

700-C1101-001

Made In Taiwan

 Crystalvue Crystalvue Medical Corp.	Логотип производителя
Model: NFC-700	Наименование модели (модель: NFC-700)
SERIAL NUMBER:	Серийный номер
PART NUMBER:	Номер партии
www.crystalvue.com.tw	Сайт производителя
Made In Taiwan	Место производства: Сделано на Тайване

 **Crystalvue**

NFC-700

Voltage : 100-240V~, 50-60Hz

Current : 1.7-0.85A

SN



CE
1639



Crystalvue Medical Corporation


No.116, Ln. 956, Zhongshan Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 33072, Taiwan

Phone: +886-3-360-7711 Fax: +886-3-360-7722

http://www.crystalvue.com.tw

Made in Taiwan

Описание символов на маркировке

	Внимание, обратитесь к сопроводительным документам
	Рабочая часть класса B
  Crystalvue Medical Corporation No. 116, Ln. 956, Zhongshan Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 33072, Taiwan Phone: +886-3-360-7711 Fax: +886-3-360-7722 http://www.crystalvue.com.tw Made in Taiwan	Название компании производителя, адрес, номер телефона и происхождение прибора. (Кристалвью Медикал Корпорейшн №116, Лн. 956, Чжуншань Рд., Таююань Дистр., Таююань Сити 33072, Тайвань Телефон: +886-3-360-7711 Факс: +886-3-360-7722 http://www.crystalvue.com.tw Сделано на Тайвани)
CE 1639	Сертификация ЕС согласно директиве ЕС 93/42
 MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany	Представитель по ЕС
SN	Серийный номер
Voltage : 100-240V~, 50-60Hz	Источник питания
Current : 1.7-0.85A	Потребляемая мощность



Фундус-камера офтальмологическая

NFC-700



Сделано на Тайване



Уполномоченный представитель
производителя: ООО «АЛМАСМЕД»

Адрес: 109147, г. Москва,

вн.тер.г. муниципальный округ Таганский,
ул. Абельмановская, д.6, помещ. 2

тел./факс 8 (495) 912-79-91, 8 (495) 671-77-03

АС 100–240 В 50/60 Гц

Ток: 1,7–0,85 А



Crystalvue Medical Corporation

No.116, Ln. 956, Zhongshan Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 33072, Taiwan

Регистрационное удостоверение:

Описание символов на маркировке

	Внимание, обратитесь к сопроводительным документам
	Рабочая часть класса В
	Утилизация
	Сертификация ЕС согласно директиве ЕС 93/42
	Дата производства
 Crystalvue Medical Corporation No.116, Ln. 956, Zhongshan Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 33072, Taiwan	Название компании производителя и адрес. (Кристалвью Медикал Корпорейшн №116, Лн. 956, Чжуншань Рд., Таююань Дистр., Таююань Сити 33072, Тайвань)
Уполномоченный представитель производителя: ООО «АЛМАСМЕД» Адрес: 109147, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, – ул. Абельмановская, д.6, помещ. 2 тел./факс 8 (495) 912-79-91, 8 (495) 671-77-03	Уполномоченный представитель производителя по России
	Серийный номер
АС 100–240 В 50/60 Гц	Источник питания переменного тока
Ток: 1,7–0,85 А	Потребляемая мощность
Регистрационное удостоверение:	Номер и дата регистрационного удостоверения

Всего прошнуровано и
пронумеровано

16 листов и скреплено печатью

Генеральный директор
ООО «АлмасМед»

Спиваковская О.П.

