


Набор реагентов для количественного
выявления ДНК вируса гепатита В методом ПЦР-РВ
"НЕРА-В-тест-Q" по ТУ 21.20.23-017-97638376-2019

LOT	202210-369	Состав набора:	
	2022-10	ПЦР-буфер	1 пробирка, 480 мкл
	2023-10	Смесь олигонуклеотидов	1 пробирка, 1440 мкл
	88	ПКО	
		ОКО	1 пробирка, 50 мкл
		ВКО	1 пробирка, 1000 мкл
		КО-1	1 пробирка, 950 мкл
		КО-2	2 пробирки, по 1500 мкл
			2 пробирки, по 1500 мкл




РУ № РЗН 2022/16949 от 18.04.2022
Только для in vitro диагностики
Только для профессионального применения

Изготовитель: ООО "ТестГен"
432072, г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, д. 9, офис 13



ООО «ТестГен»
432072, Россия, г. Ульяновск,
44-й Инженерный проезд, д.9, оф.13
8 (800) 350-13-01



info@testgen.ru



ТестГен

Генетика нового поколения



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (*три*) листов

Должность: руководитель отдела сертификации
(по доверенности №38/01 от 22.08.2022 г.)

Халилова Л.М.

Л.М. Халилова






"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель отдела сертификации
ООО "ТестГен"
Халилова Л.М.
"___" декабря 2022 г.
М. П.

Макет этикеток упаковки изделия медицинского назначения
Набор реагентов для количественного выявления ДНК вируса гепатита В методом
ПЦР-РВ «НЕРА-В-тест-Q» по ТУ 21.20.23-017-97638376-2019

Макет этикеток первичной упаковки

«НЕРА-В-тест-Q»
КО-1
1500 мкл
Лот: ГТТГММ-XXX




«НЕРА-В-тест-Q»
ПЦР-буфер
480 мкл
Лот: ГТТГММ-XXX




«НЕРА-В-тест-Q»
ВКО
950 мкл
Лот: ГТТГММ-XXX




«НЕРА-В-тест-Q»
Смесь олигонуклеотидов
1440 мкл
Лот: ГТТГММ-XXX




«НЕРА-В-тест-Q»
КО-2
1500 мкл
Лот: ГТТГММ-XXX



«НЕРА-В-тест-Q»
ПКО
50 мкл
Лот: ГТТГММ-XXX




«НЕРА-В-тест-Q»
ОКО
1000 мкл
Лот: ГТТГММ-XXX



Макет этикетки вторичной (потребительской) упаковки

		
Набор реагентов для количественного выявления ДНК вируса гепатита В методом ПЦР-РВ «НЕРА-В-тест-Q» по ТУ 21.20.23-017-97638376-2019		
	202210-369	Состав набора:
	2022-10	ПЦР-буфер 1 пробирка, 480 мкл
	2023-10	Смесь олигонуклеотидов 1 пробирка, 1440 мкл
	88	ПКО 1 пробирка, 50 мкл
		ОКО 1 пробирка, 1000 мкл
		ВКО 1 пробирка, 950 мкл
		КО-1 2 пробирки, по 1500 мкл
		КО-2 2 пробирки, по 1500 мкл
 -22°C -18°C		
РУ № РЗН 2022/16949 от 18.04.2022		
Только для in vitro диагностики		
Только для профессионального применения		
Изготовитель: ООО "ТестГен"		
432072, г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, д. 9, офис 13		

Макет вторичной (потребительской) упаковки



Макет этикетки транспортной тары



Набор реагентов для количественного выявления ДНК вируса гепатита В методом ПЦР-РВ «НЕРА-В-тест-Q» по ТУ 21.20.23-017-97638376-2019

Наименование и адрес изготовителя изделия	ООО «ТестГен», г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, д. 9, офис 13
Срок годности изделия	Годен до: год _____ месяц _____
Дата изготовления изделия	год _____ месяц _____
Требования к условиям хранения и транспортирования изделия	Хранение Набор реагентов «НЕРА-В-тест-Q» в упаковке предприятия-изготовителя хранить при температуре от минус 18 до минус 22 °С в течение всего срока годности набора, допускается хранение при температуре от 2 до 8 °С не более 30 суток. Допускается заморозка/оттаивание набора «НЕРА-В-тест-Q» не более 10 раз. Набор реагентов, хранившийся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежит. Транспортирование Транспортировать набор реагентов «НЕРА-В-тест-Q» следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Транспортировать при температуре от минус 18 до минус 22 °С в течение всего срока годности набора. Допускается транспортировка при температуре от 2 до 8 °С до 30 суток, или при температуре от 15 до 25°С не более 5 суток. Атмосферное давление не контролируется, так как не влияет на качество изделия. Наборы реагентов, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.
Особые инструкции изготовителя в отношении изделия	Инструкция по применению и паспорт качества находится внутри транспортной тары
Номер партии (лот)	
Предупреждения и меры предосторожности в отношении изделия, которые необходимо исполнять, манипуляционные надписи	
Число единиц потребительской упаковки изделий в транспортной таре	
Масса нетто и масса брутто на транспортной таре	0,05 кг / 0,15 кг
Масса нетто потребительской упаковки	0,1 кг

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) листов

Должность: руководитель отдела сертификации
(по доверенности №38/01 от 27.03.2022 г.)

Халилова Л.М. 

