




ИНСТРУКЦИЯ

по применению Пакетов марлевых медицинских стерильных ГОСТ 1179-93

1. НАИМЕНОВАНИЕ

Пакеты марлевые медицинские нестерильные ГОСТ 1179-93

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пакеты могут применяться в клинических, поликлинических, полевых и в домашних условиях.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Пакеты предназначены для оказания само- и взаимопомощи при ранениях и ожогах.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пакеты состоят из подушечек (ватно-марлевых или из нетканого полотна) и фиксирующего бинта.

Пакеты перевязочные медицинские, стерильные выпускаются 3-х типов:

Тип 1 – обыкновенный;

Тип 2 – первой помощи с одной подушечкой;

Тип 3 – первой помощи с двумя подушечками.

Пакеты имеют индивидуальную упаковку, выполненную из полипропиленовой пленки по ТУ 2245-001-00072200-99 или по ТУ 2245-001-76572124-2006 или по ТУ 2245-003-70378591-2007.

Пакеты изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2. по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации при температуре до 42 °С и относительной влажности до 80 %.

Способ стерилизации пакетов радиационный.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний к применению не имеют.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Проверить целостность упаковки пакетов.

6.2 Вскрыть упаковку, использовать по назначению.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1. Пакеты могут транспортироваться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-80 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортировки по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

7.2. Пакеты должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий в соответствии с ГОСТ 7000-80.

8. СРОК ГОДНОСТИ

. Гарантийный срок годности пакетов – 5 лет со дня стерилизации .

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Использованные стерильные пакеты относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163)

В данном документе прошито
скреплено печатью на 2 листах





ИНСТРУКЦИЯ

по применению Пакетов марлевых медицинских стерильных ГОСТ 1179-93

1. НАИМЕНОВАНИЕ

Пакеты марлевые медицинские нестерильные ГОСТ 1179-93

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пакеты могут применяться в клинических, поликлинических, полевых и в домашних условиях.

3 НАЗНАЧЕНИЕ

Пакеты предназначены для оказания само- и взаимопомощи при ранениях и ожогах.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пакеты состоят из подушечек (ватно-марлевых или из нетканого полотна) и фиксирующего бинта.

Пакеты перевязочные медицинские, стерильные выпускаются 3-х типов:

Тип 1 – обыкновенный;

Тип 2 – первой помощи с одной подушечкой;

Тип 3 – первой помощи с двумя подушечками.

Пакеты имеют индивидуальную упаковку, выполненную из полипропиленовой пленки по ТУ 2245-001-00072200-99 или по ТУ 2245-001-76572124-2006 или по ТУ 2245-003-70378591-2007.

Пакеты изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2. по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации при температуре до 42 °С и относительной влажности до 80 %.

Способ стерилизации пакетов радиационный.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний к применению не имеют.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 6.1 Проверить целостность упаковки пакетов.
- 6.2 Вскрыть упаковку, использовать по назначению.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1. Пакеты могут транспортироваться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-80 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортировки по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

7.2. Пакеты должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий в соответствии с ГОСТ 7000-80.

8. СРОК ГОДНОСТИ

. Гарантийный срок годности пакетов – 5 лет со дня стерилизации .

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Использованные стерильные пакеты относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163)

В данном документе прошито
скреплено печатью на 2 листах

Л. 87 2018 Удостоверение

