



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 мая 2024 года № РЗН 2024/22734

На медицинское изделие  
Лигатор эндоскопический однократного применения  
по ТУ 32.50.13-226-89134710-2022

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
Общество с ограниченной ответственностью "Эндо Старс"  
(ООО "Эндо Старс"), Россия,  
197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 27, литер А, помещ. 12Н

Производитель  
Общество с ограниченной ответственностью "Эндо Старс"  
(ООО "Эндо Старс"), Россия,  
197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 27, литер А, помещ. 12Н

Место производства медицинского изделия  
ООО "Эндо Старс", Россия,  
197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 27, литер А, помещ. 12Н

Номер регистрационного досье № РД-59294/97764 от 01.12.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 27 мая 2024 года № 3034  
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0074829

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22734

Лист 1

На медицинское изделие

**Лигатор эндоскопический однократного применения**  
по ТУ 32.50.13-226-89134710-2022, в вариантах исполнения:

1. Лигатор эндоскопический, 10 зарядный, с возможностью применения с эндоскопами с наружными диаметрами от 8,5 до 11,5 мм, длина катетера 160 см, диаметр катетера 2,2 мм, 10 установленных колец.

Инструкция по применению.

2. Лигатор эндоскопический, 7 зарядный, с возможностью применения с эндоскопами с наружными диаметрами от 8,5 до 11,5 мм, длина катетера 160 см, диаметр катетера 2,2 мм, 7 установленных колец.

Инструкция по применению.

3. Лигатор эндоскопический, 6 зарядный, с возможностью применения с эндоскопами с наружными диаметрами от 8,5 до 11,5 мм, длина катетера 160 см, диаметр катетера 2,2 мм, 6 установленных колец.

Инструкция по применению.

4. Лигатор эндоскопический, 4 зарядный, с возможностью применения с эндоскопами с наружными диаметрами от 8,5 до 11,5 мм, длина катетера 160 см, диаметр катетера 2,2 мм, 4 установленных кольца.

Инструкция по применению.

5. Лигатор эндоскопический, 1 зарядный, с возможностью применения с эндоскопами с наружными диаметрами от 8,5 до 11,5 мм, длина катетера 160 см, диаметр катетера 2,2 мм, 1 установленное кольцо.

Инструкция по применению.

6. Лигатор эндоскопический, 10 зарядный, с возможностью применения с эндоскопами с наружными диаметрами от 8,5 до 11,5 мм, длина катетера 160 см, диаметр катетера 2,2 мм, 10 установленных колец.

Клапан биопсийный, для эндоскопов Olympus, Fujinon.

Клапан биопсийный, для эндоскопов Pentax.

Инструкция по применению.

7. Лигатор эндоскопический, 7 зарядный, с возможностью применения с эндоскопами с наружными диаметрами от 8,5 до 11,5 мм, длина катетера 160 см, диаметр катетера 2,2 мм, 7 установленных колец.

Клапан биопсийный, для эндоскопов Olympus, Fujinon.

Клапан биопсийный, для эндоскопов Pentax.

Инструкция по применению.

8. Лигатор эндоскопический, 6 зарядный, с возможностью применения с эндоскопами

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0138723**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22734

Лист 2

с наружными диаметрами от 8,5 до 11,5 мм, длина катетера 160 см, диаметр катетера 2,2 мм, 6 установленных колец.

Клапан биопсийный, для эндоскопов Olympus, Fujinon.

Клапан биопсийный, для эндоскопов Pentax.

Инструкция по применению.

9. Лигатор эндоскопический, 4 зарядный, с возможностью применения с эндоскопами с наружными диаметрами от 8,5 до 11,5 мм, длина катетера 160 см, диаметр катетера 2,2 мм, 4 установленных кольца.

Клапан биопсийный, для эндоскопов Olympus, Fujinon.

Клапан биопсийный, для эндоскопов Pentax.

Инструкция по применению.

10. Лигатор эндоскопический, 1 зарядный, с возможностью применения с эндоскопами с наружными диаметрами от 8,5 до 11,5 мм, длина катетера 160 см, диаметр катетера 2,2 мм, 1 установленное кольцо.

Клапан биопсийный, для эндоскопов Olympus, Fujinon.

Клапан биопсийный, для эндоскопов Pentax.

Инструкция по применению.

7

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0138724