



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 декабря 2023 года № РЗН 2023/21841

На медицинское изделие

Мини-имплантаты стоматологические

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Институт Штрауманн АГ", Швейцария,

Institut Straumann AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Switzerland

Производитель

"Институт Штрауманн АГ", Швейцария,

Institut Straumann AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Switzerland

Место производства медицинского изделия

ANTHOGYR S.A.S, 2237, avenue Andre Lasquin, 74700 Sallanches, France

Номер регистрационного досье № РД-59406/99822 от 07.12.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.22.194**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 29 декабря 2023 года № 9981
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0073863

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 декабря 2023 года № РЗН 2023/21841

Лист 1

На медицинское изделие

Мини-имплантаты стоматологические, в вариантах исполнения:

1. Мини-имплантат стоматологический, диаметр 2,4 мм, высота десны 2,8 мм, SLA[®], ADLC, длина 10 мм, Roxolid[®].
2. Мини-имплантат стоматологический, диаметр 2,4 мм, высота десны 2,8 мм, SLA[®], ADLC, длина 12 мм, Roxolid[®].
3. Мини-имплантат стоматологический, диаметр 2,4 мм, высота десны 2,8 мм, SLA[®], ADLC, длина 14 мм, Roxolid[®].
4. Мини-имплантат стоматологический, диаметр 2,4 мм, высота десны 3,8 мм, SLA[®], ADLC, длина 10 мм, Roxolid[®].
5. Мини-имплантат стоматологический, диаметр 2,4 мм, высота десны 3,8 мм, SLA[®], ADLC, длина 12 мм, Roxolid[®].
6. Мини-имплантат стоматологический, диаметр 2,4 мм, высота десны 4,8 мм, SLA[®], ADLC, длина 10 мм, Roxolid[®].
7. Мини-имплантат стоматологический, диаметр 2,4 мм, высота десны 4,8 мм, SLA[®], ADLC, длина 12 мм, Roxolid[®].



Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0134506