

Контакты
Телефон:
+7 495 775-15-20(22)
Факс:
+7 495 +775-15-21
Email:
info.russia@draeger.com

Подтверждаю
Генеральный директор
ООО «Дрегер»
Харитонов А.А.



«22» марта 2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия Аппарат искусственной вентиляции легких Oxylog VE300 с принадлежностями

ООО «Дрегер»
ОГРН 1027739271493
Адрес местонахождения:
107061, г. Москва, пл.
Преображенская, 8, эт. 12,
пом. LIII
Тел.: +7 495 775-15-20(22)
Факс: +7 495 775-15-21
www.draeger.ru

Адрес для корреспонденции:
Основной офис:
Преображенская площадь, д. 8
Бизнес Центр ПРЕО8, блок «Б»,
12 этаж, Москва, Россия, 107061
Сервисный центр:
Электрозаводская ул., д. 33, стр. 4
Москва, Россия, 107076

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
Почтовый адрес:
23542 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com



Рисунок 1. Аппарат искусственной вентиляции легких Oxylog VE300 с принадлежностями (общий вид Основного устройства Oxylog VE300)



Рисунок 2. Аппарат искусственной вентиляции легких Oxylog VE300 с принадлежностями (вид сверху
Основного устройства Oxylog VE300)



Рисунок 3. Аппарат искусственной вентиляции легких Oxylog VE300 с принадлежностями (вид сбоку Основного устройства Oxylog VE300)

Oxylog VE300

Dräger

REF 5790200 RI 13

Date of manufacture
2020-05-11

SN ASND-0114

CE 0123

SA[®]
C US

max 13,0 Kg

IP34

nom 10,0 Kg

For USA: Rx only



(01)04048675443643

(11)200511

(21)ASND-0114

(93)5790200-13



Contains
FCC ID: QQQWT12
IC 5123A-BGTWT12A

CE



www.draeger.com

Made in Germany



Manufacturer

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Germany

Distributed in the USA by:

Draeger, Inc
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042 USA

5790200-13

Рисунок 4. Маркировка на шильдике на изделие Аппарат искусственной вентиляции легких Oxylog VE300 с принадлежностями (Основного устройства Oxylog VE300)



Рисунок 5. Маркировка на изделие Аппарат искусственной вентиляции легких Oxylog VE300 с принадлежностями (вид снизу Основного устройства Oxylog VE300)



Рисунок 6. Батарея литий-ионная, «Oxylog VE300» (вид спереди)



Рисунок 7. Батарея литий-ионная, «Oxylog VE300» (вид сзади)



Рисунок 8. Зарядное устройство для батареек, в составе: Адаптер питания зарядного устройства; Сетевой блок питания

Battery Charger, Oxylog VE300


REF 5790223

SN 170300046



Input: 19.0 VDC $\equiv$ 5 Wmax $\rightarrow$ 
Output: 12.6 VDC $\equiv$ 0.2 Amax



 **Use only for Oxylog VE300 battery pack**
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Made in China



Manufacturer Totex Manufacturing, Inc.
2927 Lomita Blvd
Torrance, CA 90505, USA



Рисунок 9. Маркировка на изделие Зарядное устройство для батареи, в составе: Адаптер питания зарядного устройства



Рисунок 10. Маркировка на изделие Зарядное устройство для батареи, в составе: Сетевой блок питания



Рисунок 11. Блок питания постоянного тока



Рисунок 60. Блок питания переменного тока



Рисунок 13. Кабель для блока питания переменного тока «Oxylog VE300», 3 м



Рисунок 14. Датчик для измерения концентрации CO_2 в выдыхаемом воздухе MCable «Mainstream CO_2 »



Рисунок 15. Маркировка на изделие Датчик для измерения концентрации CO₂ в выдыхаемом воздухе MCable «Mainstream CO₂»



Рисунок 16. Кабель удлинительный для датчика CO2 MCable, 90 см



Рисунок 17. Кювета многоразовая для CO₂, для взрослых, «Drager»



Рисунок 18. Кювета одноразовая для CO₂, для взрослых, «Dräger»



Рисунок 19. Кювета многоразовая для CO₂, для детей, «Dräger»



Рисунок 20. Кювета одноразовая для CO₂, для детей, «Drager»




Рисунок 21. Внешний вид упаковки изделия Кювета одноразовая для CO₂, для детей, «Dräger»



Рисунок 22. Внешний вид упаковки изделия Кювета одноразовая для CO₂, для взрослых, «Dräger»



Рисунок 23. Редуктор для кислородного баллона «Alduk IV O2»



Рисунок 24. Шланг для соединения редуктора «Alduk IV O2», 0,35 м



Рисунок 25. Шланг для подачи кислорода из централизованной системы, со штекером, спиральный (1,5 м)



Рисунок 26. Шланг для подачи кислорода из централизованной системы, со штекером, спиральный (3м)



Рисунок 27. Шланг многоразовый дыхательный для взрослых «Oxylog VE300», с одной измерительной линией, 1,5 м



Рисунок 28. Шланг многоразовый дыхательный для взрослых «Oxylog VE300», с одной измерительной линией, 3 м




Рисунок 29. Шланг многоходовый дыхательный для взрослых, для семейства аппаратов Oxylog 2000, 3000 и VE300 (с опцией Plus), с двумя измерительными линиями, 1.5 м



Рисунок 30. Шланг многоразовый дыхательный для взрослых, для семейства аппаратов Oxylog 2000, 3000 и VE300 (с опцией Plus), с двумя измерительными линиями, 3 м



Рисунок 31. Контур одноразовый дыхательный для взрослых VentStar Oxylog VE300 с одной измерительной линией, 1.5 м




Рисунок 32. Контур одноразовый дыхательный для взрослых VentStar Oxylog VE300 с одной измерительной линией, 3 м




Рисунок 33. Контур одноразовый дыхательный для взрослых VentStar Oxylog 3000F, 2000p, VE300 (с опцией Plus) с двумя измерительными линиями, 1.5 м



Рисунок 34. Контур одноразовый дыхательный для взрослых VentStar Oxylog 3000F, 2000p, VE300 (с опцией Plus) с двумя измерительными линиями, 3 м



Рисунок 35. Контур одноразовый дыхательный для детей VentStar для Oxylog 3000, 3000 plus, VE300 (с опцией Pediatrics)



Рисунок 36. Коннектор для измерения давления многоразовый, для Oxylog 2000, 3000 и VE300




Рисунок 37. Датчик потока многоканальный, для Oxylog 2000, 3000 и VE300



Рисунок 38. Патрубок угловой многоразовый, для Oxylog 2000, 3000 и VE300



Рисунок 39. Клапан дыхательный многоразовый, для Oxylog 2000, 3000 и VE300

Руководство по эксплуатации
Oxylog VE300



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для надлежащего применения
этого медицинского аппарата
изучите и соблюдайте данное
руководство по эксплуатации.

**Аппарат ИВЛ для использования при
транспортировке и в экстренных
ситуациях**
Программное обеспечение 1.n

Рисунок 40. Эксплуатационный документ «Руководство по эксплуатации»




Рисунок 41. Система переноски «Dräger» стандартного размера



Рисунок 43.. Система переноски «Drager» расширенного размера



Рисунок 44. Крепление «Dräger» для аппарата на рельс, трубу



Рисунок 45. Ремень «Drager» для переноски аппарата «Oxylog VE300»




Рисунок 46. Сумка «Dräger» для аксессуаров аппарата «Oxylog VE300»




Рисунок 47. Адаптер для крепления к системе «Weinmann LIFE-BASE»




Рисунок 48. Адаптер для крепления к системе «All-round wall holder»




Рисунок 49. Держатель для основного устройства «Oxylog VE300»



Рисунок 50. Держатель для системы переноски «Dräger»



Рисунок 51. Маркировка на изделие Держатель для системы переноски «Dräger»



Рисунок 52. Держатель блока питания



Рисунок 53. Тестовое легкое, многоразовое, 1,5 л



Рисунок 54. Маркировка на упаковке изделия Датчик для измерения концентрации CO₂ в выдыхаемом воздухе MCable «Mainstream CO2»

Кювета одноразовая для CO₂, для детей, «Dräger»

Dräger

REF **MP01063**

LOT **34273694**

Представитель в РФ:
ООО "Дрегер" 107061, г. Москва, пл.
Преображенская, 8, эт. 12, пом. LIII



Дата производства:

2022-01-01



Срок годности:

2024-12-31



Производитель: Drägerwerk AG & Co.

KGaA 23558 Lubeck Moislinger Allee 53-55

Germany

CE 0123


Сделано в Германии



Количество: 10

95%
5% Влажность

570 кПа



Атмосферное
давление

1200 кПа

-20°C

Температура
хранения

+40°C



До использования изучите
Инструкцию пользователя



Внимание!



Одноразовое изделие



Не используйте если
упаковка повреждена



Не стерильно

Рисунок 55. Маркировка на изделие Кювета одноразовая для CO₂, для детей, «Dräger»

Кювета одноразовая для CO₂, для взрослых, «Dräger»

Dräger

REF **MP01062**

LOT **34290272**

Представитель в РФ:
ООО "Дрегер" 107061, г. Москва, пл.
Преображенская, 8, эт. 12, пом. LIII



Дата производства:

2022-04-01



Срок годности:

2025-03-31



Производитель: Drägerwerk AG & Co.

KGaA 23558 Lubeck Moislinger Allee 53-55

Germany

CE 0123



До использования изучите
Инструкцию пользователя



Внимание!



Одноразовое изделие



Не используйте если
упаковка повреждена



Не стерильно

-20°C
+40°C
Температура
хранения

Сделано в Германии

1200 кПа

570 кПа

Атмосферное
давление



Количество: 10

95%
5% Влажность

Рисунок 56. Маркировка на изделие Кювета одноразовая для CO₂, для взрослых, «Dräger»

Dräger

Кювета многоразовая для CO₂, для взрослых, «Dräger»

Представитель в РФ
ООО "Дрегер" 107061, г. Москва, пл.
Преображенская, 8, эт. 12, пом. LIII




Производитель:

Drägerwerk AG & Co. KGaA 23558 Lubeck

Moislinger Allee 53-55 Germany

Сделано в Германии



Количество: 1

95%
5%
Влажность

1200 гПа
570 гПа
Атмосферное
давление

+40°C
-20°C
Температура
хранения

REF 6870279

LOT 48456695



Дата производства:

2022-03-18



Срок годности:

2026-03-18



До использования изучите
Инструкцию пользователя



Внимание!



Без латекса



Не используйте если
упаковка повреждена



Беречь от прямых
солнечных лучей



Не стерильно

Рисунок 57. . Пример маркировки на изделие Кювета многоразовая для CO₂, для взрослых, «Dräger»

Кювета многоразовая для CO₂, для детей, «Dräger»

Представитель в РФ
ООО "Дрегер" 107061, г. Москва, пл.
Преображенская, 8, эт. 12, пом. LIII




Производитель:

Drägerwerk AG & Co. KGaA 23558 Lubeck

Moislinger Allee 53-55 Germany

Сделано в Германии



Количество: 1

95%
5%
Влажность

1200 гПа
570 гПа
Атмосферное
давление

+40°C
-20°C
Температура
хранения

Dräger

REF 6870280

LOT 48456695



Дата производства:
2022-03-18



Срок годности:
2026-03-18



До использования изучите
Инструкцию пользователя



Внимание!



Без латекса



Не используйте если
упаковка повреждена



Беречь от прямых
солнечных лучей



Не стерильно

Рисунок 58. Пример маркировки на изделие Кювета многоразовая для CO₂, для детей, «Dräger»

Dräger

Шланг многоразовый дыхательный для взрослых «Oxylog VE300», с одной измерительной линией, 1.5 м

REF MP01390
LOT 10061234

Представитель в РФ
ООО "Дрегер" 107061, г. Москва, пл.
Преображенская, 8, эт. 12, пом. LIII




Производитель:

Drägerwerk AG & Co. KGaA 23558 Lubeck

Moislinger Allee 53-55 Germany

Сделано в Германии



Количество: 1

95%
5%
Влажность

1200 гПа
570 гПа
Атмосферное
давление

+40°C
-20°C
Температура
хранения



Дата производства:
2022-02-20



Срок годности:
2026-02-20



До использования изучите
Инструкцию пользователя



Внимание!



Без латекса



Не используйте если
упаковка повреждена



Беречь от прямых
солнечных лучей



Не стерильно

Рисунок 59. Пример маркировки изделия Шланг многоразовый дыхательный для взрослых «Oxylog VE300», с одной измерительной линией, 1.5 м

Dräger

Шланг многоразовый дыхательный для взрослых «Oxylog VE300», с одной измерительной линией, 3 м

REF MP01391
LOT 13061734

 Дата производства:
2022-02-20

 Срок годности:
2026-02-20
 До использования изучите
Инструкцию пользователя

 Внимание!

 Без латекса

 Не используйте если
упаковка повреждена

 Беречь от прямых
солнечных лучей


 Не стерильно

Представитель в РФ
ООО "Дрегер" 107061, г. Москва, пл.
Преображенская, 8, эт. 12, пом. LIII

 Производитель:
Drägerwerk AG & Co. KGaA 23558 Lubeck

Moislinger Allee 53-55 Germany

Сделано в Германии

 0123

 Количество: 1

95%
 Влажность

1200 гПа
570 гПа
 Атмосферное
давление

+40°C
-20°C
 Температура
хранения

Рисунок 60. Пример маркировки изделия Шланг многоразовый дыхательный для взрослых «Oxylog VE300», с одной измерительной линией, 3 м

Dräger

**Шланг многоразовый дыхательный
для взрослых для семейства аппаратов
Oxylog 2000,3000 и VE300,(с опцией Plus),
с двумя измерительными линиями, 1.5 м**

REF 8412068

LOT 10035482

 Дата производства:
2022-02-18

Представитель в РФ
ООО "Дрегер" 107061, г. Москва, пл.
Преображенская, 8, эт. 12, пом. LIII

 Срок годности:
2026-02-18
 До использования изучите
Инструкцию пользователя

 **Производитель:**
Drägerwerk AG & Co. KGaA 23558 Lubeck

Moislinger Allee 53-55 Germany

Сделано в Германии

 Внимание!
 Без латекса
 Не используйте если
упаковка повреждена
 Беречь от прямых
солнечных лучей

CE 0123

 Не стерильно



Количество: 1

95%

5%
Влажность

1200 гПа

570 гПа
Атмосферное
давление

+40°C

-20°C
Температура
хранения

Рисунок 61. Пример маркировки изделия Шланг многоразовый дыхательный для взрослых, для семейства аппаратов Oxylog 2000, 3000 и VE300 (с опцией Plus), с двумя измерительными линиями, 1.5 м

Dräger

**Шланг многоразовый дыхательный
для взрослых для семейства аппаратов
Oxylog 2000,3000 и VE300,(с опцией Plus),
с двумя измерительными линиями, 3 м**

REF 8412913

LOT 10339482

 Дата производства:
2022-02-18

 Срок годности:
2026-02-18

 До использования изучите
Инструкцию пользователя

 Внимание!

 Без латекса

 Не используйте если
упаковка повреждена

 Беречь от прямых
солнечных лучей

 Не стерильно

Представитель в РФ
ООО "Дрегер" 107061, г. Москва, пл.
Преображенская, 8, эт. 12, пом. LIII

 **Производитель:**
Drägerwerk AG & Co. KGaA 23558 Lubeck

Moislinger Allee 53-55 Germany

Сделано в Германии

 0123

 Количество: 1

95%
 5%
Влажность

1200 гПа
 570 гПа
Атмосферное
давление

+40°C
 -20°C
Температура
хранения

Рисунок 62. Пример маркировки изделия Шланг многоразовый дыхательный для взрослых, для семейства аппаратов Oxylog 2000, 3000 и VE300 (с опцией Plus), с двумя измерительными линиями, 3 м

Dräger

Контур одноразовый дыхательный для взрослых VentStar Oxylog VE300, с одной измерительной линией, 1.5 м

REF MP01370

LOT 200108



Дата производства:
2022-03-06



Срок годности:
2025-03-06



До использования изучите
Инструкцию пользователя



Внимание!



Без латекса



Не используйте если
упаковка повреждена



Беречь от прямых
солнечных лучей



Одноразовое изделие



Не стерильно

Представитель в РФ: ООО "Дрегер" 1107061, г.
Москва, пл. Преображенская, 8, эт. 12, пом. LIII



Производитель:

Drägerwerk AG & Co. KGaA

23558 Lubeck Moislinger


Allee 53-55, Germany

Сделано в Германии

CE 0123




Количество: 1




Влажность

570 гПа



Атмосферное
давление



Температура
хранения

Рисунок 63. Пример маркировки изделия Контур одноразовый дыхательный для взрослых VentStar Oxylog VE300 с одной измерительной линией, 1.5 м

Dräger

**Контур одноразовый
дыхательный для взрослых
VentStar Oxylog VE300,
с одной измерительной линией,
3 м**

REF MP01371

LOT 465942



Дата производства:
2022-03-06



Срок годности:
2025-03-06



До использования изучите
Инструкцию пользователя



Внимание!



Без латекса



Не используйте если
упаковка повреждена



Беречь от прямых
солнечных лучей



Одноразовое изделие



Не стерильно



Производитель:

Drägerwerk AG & Co. KGaA

23558 Lubeck Moislinger


Allee 53-55, Germany

Сделано в Германии

CE 0123




Количество: 1




Влажность

570 гПа



Атмосферное
давление



Температура
хранения

Рисунок 64. Пример маркировки изделия Контур одноразовый дыхательный для взрослых VentStar Oxylog VE300 с одной измерительной линией, 3 м

Dräger

Контур одноразовый дыхательный для взрослых VentStar Oxylog 3000F, 2000p, VE300(с опцией Plus) с двумя измерительными линиями, 1.5 м

REF 5702871

LOT 390454



Дата производства:

2022-02-28



Срок годности:

2025-02-28



До использования изучите
Инструкцию пользователя



Внимание!



Без латекса



Не используйте если
упаковка повреждена



Беречь от прямых
солнечных лучей



Одноразовое изделие



Не стерильно



Производитель:

Drägerwerk AG & Co. KGaA


23558 Lubeck Moislinger

Allee 53-55, Germany

Сделано в Германии




Количество: 1




Влажность

570 гПа



Атмосферное
давление



Температура
хранения

Рисунок 65. Пример маркировки изделия Контур одноразовый дыхательный для взрослых VentStar Oxylog 3000F, 2000p, VE300 (с опцией Plus) с двумя измерительными линиями, 1.5 м

Dräger

**Контур одноразовый
дыхательный для взрослых
VentStar Oxylog 3000F, 2000p,
VE300(с опцией Plus) с двумя
измерительными линиями, 3 м**

Представитель в РФ: ООО "Дрегер" 1107061, г.
Москва, пл. Преображенская, 8, эт. 12, пом. LIII



Производитель:

Drägerwerk AG & Co.KGaA

23558 Lubeck Moislinger


Allee 53-55, Germany

Сделано в Германии

CE 0123




Количество: 1




Влажность

570 гПа



Атмосферное
давление



Температура
хранения

REF **MP00335**

LOT 204075



Дата производства:

2022-03-05



Срок годности:

2025-03-05



До использования изучите

Инструкцию пользователя



Внимание!



Без латекса



Не используйте если
упаковка повреждена



Беречь от прямых
солнечных лучей



Одноразовое изделие



Не стерильно

Рисунок 66. Пример маркировки изделия Контур одноразовый дыхательный для взрослых VentStar Oxylog 3000F, 2000p, VE300 (с опцией Plus) с двумя измерительными линиями, 3 м

Dräger

Контур одноразовый дыхательный для детей VentStar для Oxylog 3000, 3000 plus, VE300 (с опцией Pediatrics)

REF 5704964

LOT 6316.0412.21



Дата производства:

2023-02-04



Срок годности:

2025-02-04



До использования изучите
Инструкцию пользователя



Внимание!



Без латекса



Не используйте если
упаковка повреждена



Беречь от прямых
солнечных лучей



Одноразовое изделие



Не стерильно

1200 гПа

-20°C +40°C



Атмосферное
давление

Температура
хранения

Представитель в РФ: ООО "Дрегер" 1107061, г.
Москва, пл. Преображенская, 8, эт. 12, пом. LIII



Производитель:

Drägerwerk AG & Co.KGaA

23558 Lubeck Moislinger


Allee 53-55, Germany

Сделано в Германии

CE 0123



Количество: 1



95%

Влажность

570 гПа

Рисунок 67. Пример маркировки изделия Контур одноразовый дыхательный для детей VentStar для Oxylog 3000, 3000 plus, VE300 (с опцией Pediatrics)

Коннектор для измерения давления
многоразовый, для Oxylog 2000,
3000 и VE300

Dräger

REF **MP01372**

LOT **86986/1**

Представитель в РФ:
ООО "Дрегер" 107061, г. Москва, пл.
Преображенская, 8, эт. 12, пом. LIII



Дата производства:

2022-05-13



Срок годности:

2026-05-13



Производитель: Drägerwerk AG & Co.

KGaA 23558 Lubeck Moislinger Allee 53-55

Germany



До использования изучите
Инструкцию пользователя



Внимание!



Не используйте если
упаковка повреждена



Не стерильно

CE 0123

Сделано в Германии



Количество: 1

95%
10%
Влажность

1060 гПа
570 гПа
Атмосферное
давление

+40°C
-20°C
Температура
хранения

Рисунок 68. Пример маркировки изделия Коннектор для измерения давления многоразовый, для Oxylog 2000, 3000 и VE300

Dräger

Датчик потока многоразовый, для Oxylog 2000, 3000 и VE300

Представитель в РФ
ООО "Дрегер" 107061, г. Москва, пл.
Преображенская, 8, эт. 12, пом. LIII



Производитель:

Drägerwerk AG & Co. KGaA

23558 Lubeck Moislinger Allee 53-55

Germany

Сделано в Германии

CE 0123



Количество: 1

5% 95%
Влажность

570 гПа 1200 гПа
Атмосферное
давление

20°C +40°C
Температура
хранения

REF 8412034

LOT 165669



Дата производства:

2022-09-13



Срок годности:

2026-09-13



До использования изучите
Инструкцию пользователя



Внимание!



Без латекса



Не используйте если
упаковка повреждена



Беречь от прямых
солнечных лучей



Не стерильно

Рисунок 69. Пример маркировки изделия Датчик потока многоразовый, для Oxylog 2000, 3000 и VE300

Dräger

Патрубок угловой многоразовый, для Oxylog 2000, 3000 и VE300

REF 8412235

LOT 62003566

Представитель в РФ
ООО "Дрегер" 107061, г. Москва, пл.
Преображенская, 8, эт. 12, пом. LIII



Дата производства:

2022-09-27



Срок годности:

2026-09-27



До использования изучите
Инструкцию пользователя



Внимание!



Без латекса



Не используйте если
упаковка повреждена



Беречь от прямых
солнечных лучей



Не стерильно



Производитель:

Drägerwerk AG & Co. KGaA

23558 Lubeck Moislinger Allee 53-55

Germany

Сделано в Германии

CE 0123



Количество: 1

95%
5%
Влажность

1200 гПа
570 гПа
Атмосферное
давление

+40°C
-20°C
Температура
хранения

Рисунок 70. Пример маркировки изделия Патрубок угловой многоразовый, для Oxylog 2000, 3000 и VE300

Клапан дыхательный многоразовый для Oxylog 2000, 3000 и VE300

Dräger

REF 8412001

LOT 990663

Представитель в РФ:
ООО "Дрегер" 107061, г. Москва, пл.
Преображенская, 8, эт. 12, пом. LIII



Дата производства:

2022-09-17



Срок годности:

2026-09-17



Производитель: Drägerwerk AG & Co.
KGaA 23558 Lubeck Moislinger Allee 53-55
Germany



До использования изучите
Инструкцию пользователя



Внимание!



Без латекса



Не используйте если
упаковка повреждена



Не стерильно

CE 0123

Сделано в Германии



Количество: 1

5%



Влажность

95%

570 гПа



Атмосферное
давление

1200 гПа

-20°C



+40°C

Температура
хранения

Рисунок 71. Пример маркировки изделия Клапан дыхательный многоразовый, для Oxylog 2000, 3000 и VE300

Система переноски «Dräger» расширенного размера

Dräger

REF 5703395

LOT 122008

Представитель в РФ:
ООО "Дрегер" 107061, г. Москва, пл.
Преображенская, 8, эт. 12, пом. LIII



Дата производства:

2020-05-11



Производитель: Drägerwerk AG & Co.
KGaA 23558 Lubeck Moislinger Allee 53-55
Germany



До использования изучите
Инструкцию пользователя



Внимание!

CE 0123

Сделано в Германии



Не используйте если
упаковка повреждена



Количество: 1

5%



Влажность

95%

500 гПа



Атмосферное
давление

1060 гПа

-40°C



Температура
хранения

+60°C

Рисунок 72. Пример маркировки изделия Система переноски «Dräger» стандартного размера

Тестовое легкое, многоразовое, 1,5 л
Test lunge

Dräger

REF

8403201

RI

10

SN

20161230017




Дата
производства
2017-08-04


Температура хранения

-20°C  +40°C

Влажность(%)

5%  95%

Атмосферное давление

570hPa  1200hPa



(01) 04046675000129

(11) 170804

(21) 20161230017

(93) 8403201-10

CE 0123




Количество: 1

Качество **Dräger**

www.drager.com

Сделано в Германии



Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Germany

5790320-
20170315

Рисунок 73. Пример русскоязычной маркировки изделия Тестовое легкое, многоразовое, 1,5 л

Dräger

Certificate of Software License

Option Plus

Part number 5790520

- VC-SIMV und expiratory volume measurement

Oxylog VE300

Рисунок 74. Опция программного обеспечения «Plus»

Dräger

Certificate of Software License

Option Pressure Support

Part number 5790522

- additional feature for ventilation mode SPN-CPAP
- allows pressure support during insufficient spontaneous breathing

Oxylog VE300

Рисунок 75. Опция программного обеспечения «Pressure Support»

Dräger

Certificate of Software License

Option PC-Ventilation

Part number 5790534

- Ventilation mode: PC-BIPAP

Oxylog VE300

Рисунок 76. Опция программного обеспечения «PC-Ventilation»

Dräger

Certificate of Software License

Option Paed.-Ventilation

Part number 5790949

- Pediatric Ventilation Extends the patient

range to infants up to a minimal tidal volume of 50ml

Oxylog VE300

Рисунок 77. Опция программного обеспечения «Pediatrics Ventilation»

Dräger

Certificate of Software License

Option RT Data Export

Part number: 5790523

- wireless Bluetooth interface to transfer real-time data and patient logbook
- USB interface to transfer screenshots, patient logbook, and system test file

Oxylog VE300

Рисунок 78. Опция программного обеспечения «RT Data Export»

Dräger

Certificate of Software License

Option CO2

Part number 5790521

- software to monitor the end-tidal CO2 concentration
 - allows to display the CO2 concentration as a waveform
- CO2 sensor**
- OPC5829 opt.package CO2 incl. sensor

Oxylog VE300

Рисунок 79. Опция Капнографии CO2

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 79

свидетельств листах

