

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЛАМЕС»

Балакин А.Б.

« 6 » декабря 2023 г.



**Фотографическое изображение
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**«Набор калибраторов для количественного определения кальпротектина в кале
человека CALiaGold Calibrator»**

производитель:

**«Sentinel CH. SpA» («Сентинел ЦХ СпА»), Италия
Via Robert Koch, 2 Milano 20152, Italy
(Виа Роберт Кох 2, Милан 20152, Италия)**



**место производства: «Sentinel CH. SpA» («Сентинел ЦХ СпА»), Италия
Via Robert Koch, 2 Milano 20152, Italy
(Виа Роберт Кох 2, Милан 20152, Италия)**

2023 г.

Наименование медицинского изделия:

**Набор калибраторов для количественного определения кальпротектина в кале человека
CALiaGold Calibrator, в составе:**

1. Калибратор (Calibrator), 2 мл – 1 флакон.
2. Дилуэнт (Diluent), 15 мл – 1 флакон.
3. Лист значений параметров лота калибратора.
4. Инструкция-вкладыш по применению.



инструкция
включен в комплект

гидрометр

калибратор

лист значений
параметров для
калибратора

Настоящий сертификат предназначен для подтверждения соответствия
продукции в виде гидрометра CALiaGold Calibrator в составе

Λίστα εκδτενών παραμετρών ιοτα καμιοδρατορα

TcA	REF 1151100	LOT 20626 - 2023-10	IVD
	CALiaGold® Calibrator	CALIBRATOR: 1x2 mL DILUENT: 1x15 mL CALIBRATOR - [N1154] / DILUENT - [N1040]	CE

TcA: Assigned Concentrations Table / Tabella concentrazioni assegnate / Tabla de concentraciones asignadas / Tableau des concentrations assignées / Tabela de concentrações atribuídas / Tabelle der zugewiesenen Konzentrationen / Πίνακας καθορισμένων συγκεντρώσεων / Tabulka stanovených koncentrací / Tabeli med ásatta koncentrationer / Tabela wartości stężenia składników / Belirlenen Konsantrasyonlar Tablosu / Tabell över angivna koncentrationer

Analyte / Analita / Analito / Analyte / Analito / Analyt / Αναλύτης / Analyt / Analit / Analyt / Analit / Analyt

Method / Metodo / Método / Méthode / Methode / Metode / Μέθοδος / Method / Metod / Metoda / Metode

Standardisation / Standardizzazione / Estandarización / Standardisation / Padronização / Standardisierung / Τυποποίηση / Standardizace / Standardisering / Standaryzacja / Standardizasyon / Standardisering

Value / Valore / Valor / Valeur / Valor / Wert / Τιμή / Hodnota / Värde / Wartość / Değer / Værdi

Units / Unità / Unidades / Unités / Unidades / Einheiten / Μονάδες / Jednotky / Enheter / Jednostki / Birim / Enheder

Level / Livello / Nivel / Niveau / Nivel / Niveau / Επίπεδο / Úroveň / Nivå / Poziom / Seviye / Niveau

Analyte	Method	Standardisation	Value	Units
Level 1			0.0	µg/g
Level 2			163.0	µg/g
Level 3			328.3	µg/g
Level 4			574.0	µg/g
Level 5			1148.0	µg/g
Level 6 (CALIBRATOR) CALPROTECTIN	CALiaGold® Immunoturbidimetric	Internal Standard	2296.0	µg/g
CALPROTECTIN / CALPROTECTINA / CALPROTECTINE				

TcA_1151100-2.0/13-(20626)

SENTINEL
DIAGNOSTICS

SENTINEL CH. SpA - Ph. +39 02 3455141
Via Robert Koch, 2 Milano 20152 Italy
www.sentinel diagnostics.com

1/1

Наименование изделия на стикере считать приоритетным

**Набор калибраторов для количественного определения
кальпротектина в кале человека CALiaGold Calibrator**

В составе:

- Калибратор (Calibrator), 2 мл – 1 флакон.
- Дилуэнт (Diluent), 15 мл – 1 флакон.
- Лист значений параметров лота калибратора.
- Инструкция-вкладыш по применению.

REF

1151100

Регистрационное удостоверение № ____ от ____

Код партии, срок годности, условия хранения и графические символы
указаны на оригинальной упаковке

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения



«Sentinel CH. SpA» («Сентинел ЦХ СпА»), Италия

Via Robert Koch, 2 Milano 20152, Italy

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «ЛАМЕС», 109004, Москва, Тетеринский пер., д. 4, стр. 2, этаж
подвал, помещение 10, Тел: +7 (495) 933-21-46,

www.lames-ltd.ru e-mail: info@lames-ltd.ru

SENTINEL
DIAGNOSTICS



SENTINEL CH. SpA

Via Robert Koch, 2 - 20152 Milan - Italy

Phone: +39 02 345514.1 - Fax: +39 02 345514.64

sentinel@sentinel.it - www.sentinel diagnostics.com

www.sentinel diagnostics.com

SENTINEL
DIAGNOSTICS

SENTINEL
DIAGNOSTICS

 **SENTINEL CH. SpA**
Via Robert Koch, 2 - 20152 Milan - Italy
Phone: +39 02 345514.1 - Fax: +39 02 345514.64
sentinel@sentinel.it - www.sentinel diagnostics.com

SENTINEL
DIAGNOSTICS

www.sentinel diagnostics.com

CALiaGold Calibrator

REF 1151100

CE

Cont.

1151100 - 01/21

CALIBRATOR: 1 x 2 mL
DILUENT: 1 x 15 mL



2°C  8°C

SENTINEL CH S.p.A.
Via Robert Koch, 2
Milano (MI) 20152 Italy

LOT

20626



2023-10-28

(01)08058056682727(17)231028
(10)20626(240)1151100



SENTINEL
DIAGNOSTICS

CALiaGold Calibrator

REF 1151100




Cont.

1151100 - 01/21

CALIBRATOR: 1 x 2 mL

DILUENT: 1 x 15 mL



SENTINEL CH. S.p.A.
Via Robert Koch, 2
Milano (MI) 20152 Italy

LOT

20626



2023-10-28




(01)08058056682727(17)231028

(10)20626(240)1151100

SENTINEL
DIAGNOSTICS

www.sentinel diagnostics.com



CALiaGold Calibrator


REF 1151100 **SENTINEL**
DIAGNOSTICS

CALIBRATOR: 2 mL



ND

LOT 20626



2023-10-28


2151103 - 01/21

CALiaGold Calibrator


REF 1151100

2151104 - 01/21

SENTINEL
DIAGNOSTICS



DILUENT: 15 mL

2°C  8°C

LOT 20626

 2023-10-28

DIL: N1040




41119153432067574

CALiaGold Calibrator

REF 1151100

SENTINEL
DIAGNOSTICS

CALIBRATOR: 2 mL



LOT 20626

 2023-10-28

2151103 - 01/21

2°C  8°C

Калибратор

Quinora (Ailuent), 15 ml










4119153432068077



CALIAGold




4119153432061574



CALIA Gold

Калибры









Прошито и скреплено
печатью 27 листов

