Версия 1.1

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО "МЕТТЕХ"
Сударикова В.В.
«29» марта 2024 г.

Инструкция по применению

«Компоненты дентальные ортопедические с принадлежностями»
ТУ 32.50.11-001-71943544-2023

Производства:
ООО "МЕТТЕХ", Россия
Версия 1.1

2024

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	НАИМЕНОВАНИЕ МИ	3
2.	МОДЕЛИ	3
3.	КЛАССИФИКАЦИЯ МИ	6
4.	НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	6
5.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	6
6.	УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	6
7.	УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА	7
8.	ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	7
9.	ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ	7
10.	ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	7
11.	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ	7
12.	ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ	7
13.	ПРИНЦИП РАБОТЫ	7
14.	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	14
15.	ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ КОМБИНАЦИИ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗВЕСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ ПО СОВМЕСТНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	14
16.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ	15
17.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ВНЕШНИЙ ВИД И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ	17
18.	МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВИД КОНТАКТА	78
19.	ДАННЫЕ О МАРКИРОВКЕ МИ И ЕГО УПАКОВКЕ	79
20.	УПАКОВКА	80
21.	ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ	80
22.	КОМПЛЕКТНОСТЬ	80
23.	ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ	80
24.	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МИ	81
25.	УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУТАЦИИ	81
26.	ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ МИ	81
27.	СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНИМЫХ СТАНДАРТАХ	81
28.	ГАРАНТИИ И РЕКЛАМАЦИИ	81
29.	НАИМЕНОВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МИ	81

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Версия 1.1

НАИМЕНОВАНИЕ МИ

«Компоненты дентальные ортопедические с принадлежностями» ТУ 32.50.11-001-71943544-2023 (далее по тексту – компоненты / изделия).

МОДЕЛИ:

1. 1. Абатмент прямой, арт.: ABBS37515, ABBS4112, ABBS412540.
2. Абатмент угловой, арт.: MUNA351725, MUNa431725, MUD1725, MUO1725, MUOM1725, MUM1725, MUA351725, MUA451725, MUA301725, MUMAR1725, MUMA1725, MUX341725, MUX381725, MUX451725, MUAX1725, MUSB331725, MUSB411725, MUBS371725, MUBS411725, MUBS451725, MUA1725, MULI1725, MUNA351735, MUNa431735, MUD1735, MUO1735, MUOM1735, MUM1735, MUA351735, MUA451735, MUA301735, MUMA 1735, MUX341735, MUX381735, MUX451735, MUAX1735, MUSB331735, MUSB411735, MUBS371735, MUBS411735, MUBS451735, MUA1735, MULI1735, MUNA353035, MUNa433035, MUD3035, MUO3035, MUOM3035, MUM3035, MUA353035, MUA453035, MUA303035, MUMAR3035, MUMA3035, MUX343035, MUX383035, MUX453035, MUAX3035, MUSB333035, MUSB413035, MUBS373035, MUBS413035, MUBS453035, MUA3035, MULI3035, MUNA353040, MUNa433040, MUD3040, MUO3040, MUOM3040, MUM3040, MUA353040, MUA453040,MUA303040, MUMAR3040, MUMA 3040, MUX343040, MUX383040, MUX453040, MUAX3040, MUSB333040, MUSB413040, MUNA351745, MUNa431745, MUD1745, MUO1745, MUOM1745, MUM1745, MUA351745, MUA451745, MUA301745, MUMAR1745, MUMA1745, MUX341745, UX381745, MUX451745, MUAX1745, MUSB331745, MUSB411745, MUBS371745, MUBS411745, MUBS451745, MUA1745, MULI1745, MUBLXR1725, MUBLXR1735, MUBLXR1745, MUBLXR3035, MUBLXR3040.
3. Абатмент Multi-unit, арт.: MUNA350005, MUNa430005, MUD0005, MUO0005, MUO0010, MUO0015, MUO0020, MUO0030, MUO0035, MUOM0005, MUM0005, MUA350005, MUA450005, MUA300005, MUNR350005, MUNR430005, MUABN0005, MUMC0005, MUMAR0005, MUMAM0005, MUMA0005, MUX340005, MUX380005, MUX450005, MUAX0005, MUSB330005, MUSB410005, MUSO480005, MUSO650005, MUBS370005, MUBS410005, MUBS450005, MUN350005, MUN450005, MULI0005, MUIC0005, MUCo220005, MUCo270005, MUDR0005, MUDN0005, MUBG350005, MUBG450005, MUBG570005, MUNA350025, MUNa430025, MUD0010, MUO0025, MUOM0025, MUM0025, MUA350025, MUA450025, MUA300025, MUNR350025, MUNR430025, MUABN0025, MUMC0025, MUMAR0025, MUMAM0025, MUMA0010, MUX340025, MUX380025, MUX450025, MUAX0025, MUSB330025, MUSB410025, MUSO480025, MUSO650025, MUBS370025, MUBS410025, MUBS450025, MUN350025, MUN450025, MULI0025, MUIC0025, MUCo220025, MUCo270025, MUDR0025, MUDN0025, MUBG350025, MUBG450025, MUBG570025, MUNA350040, MUNa430040, MUD0020, MUO0040, MUOM0040, MUM0040, MUA350040, MUA450040, MUA300040, MUNR350040, MUNR430040, MUABN0040, MUMC0040, MUMAR0040, MUMAM0040, MUMA0020, MUX340040, MUX380040, MUX450040, MUAX0040, MUSB330040, MUSB410040, MUSO480040, MUSO650040, MUBS370040, MUBS410040, MUBS450040, USA2020, MUN350040, MUN450040, MULI0040, MUIC0040, MUCo220040, MUCo270040, MUDR0040, MUDN0040, MUBG350040, MUBG450040, MUBG570040, USNA352005, USNa432005, USD2005, USO2005, USOM2005, USM2005, USA352005, USA452005, USA302005, USNR352005, USNR432005, USABN2005,USMC2005, USMAR2005, USMAM2005, USMA 2005, USX342005, USX382005, USX452005, USAX2005, USSB332005, USSB412005, USSO482005, USSO652005, USBS372005, SBS412005, USBS452005, USA2010, USN352005, USN452005, USLI2005, USIC2005, USCo222005, USCo272005, USDR2005, USDN2005, USBG352005, USBG452005, USBG572005, USNA352010, USNa432010, USD2010,

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

USO2010, USOM2010, USM2010, USA352010, USA452010, USA302010, USNR352010, USNR432010, USABN2010, USMC2010, USMAR2010, USMAM2010, USMA 2010, USX342010, USX382010, USX452010, USAX2010, USSB332010, USSB412010, USSO482010, USSO652010, USBS372010, USBS412010, USBS452010, USN352010, USN452010, USLI2010, USIC2010, USCo222010, USCo272010, USDR2010, USDN2010, USBG352010, USBG452010, USBG572010, USNA352020, USNa432020, USD2020, USO2020, USOM2020, USM2020, USA352020, USA452020, USA302020, USNR352020, USNR432020, USABN2020, USMC2020, USMAR2020, USMAM2020, USMA 2020, USX342020, USX382020, USX452020, USAX2020, USSB332020, USSB412020, USSO482020, USSO652020, USBS372020, USBS412020, USBS452020, USA2005, USN352020, USN452020, USLI2020, USIC2020, USCo222020, USCo272020, USDR2020, USDN2020, USBG352020, USBG452020, USBG572020, MUBLXR0005, MUBLXR0025, MUBLXR0040, MUD4510, MUD4520, MUD4530, MUD4540, MUD4550, MUD4510, MUD4530, MUD4540, MUD4550, MUCT0022, MUCT0032, MUSB330010, MUSB330020, MUSB330030, MUA0010, MUA0020, MUA0030, MULI0030, MUD0025, MUD0030, MUD0040, MUMA0025, MUMA0030, MUMA0040.

4. Титановое основание для одиночных конструкций, арт.: NA35Z12H, Na43Z12H, DZ12H, OZ12H, OMZ12H, MZ12H, A35Z12H, A45Z12H, A30Z12H, NR35Z12H, NR43Z12H, ABNZ12H, MCZ12H, MARZ12H, MAMZ12H, MA Z12H, X34Z12H, X38Z12H, X45Z12H, AXZ12H, SB33Z12H, SB41Z12H, SO48Z12H, SO65Z12H, BS37Z12H, BS41Z12H, BS45Z12H, AZ12H, N35Z12H, N45Z12H, LIZ12H, ICZ12H, Co22Z12H, Co27Z12H, DRZ12H, DNZ12H, BG35Z12H, BG45Z12H, BG57Z12H, NA35Z20H, Na43Z20H, DZ20H, OZ20H, OMZ20H, MZ20H, A35Z20H, A45Z20H, A30Z20H, NR35Z20H, NR43Z20H, ABNZ20H, MCZ20H, MARZ20H, MAMZ20H, MA Z20H, X34Z20H, X38Z20H, X45Z20H, AXZ20H, SB33Z20H, SB41Z20H, SO48Z20H, SO65Z20H, BS37Z20H, BS41Z20H, BS45Z20H, AZ20H, N35Z20H, N45Z20H, LIZ20H, ICZ20H, Co22Z20H, Co27Z20H, DRZ20H, DNZ20H, BG35Z20H, BG45Z20H, BG57Z20H, NA35N12H, Na43N12H, DN12H, ON12H, OMN12H, MN12H, A35N12H, A45N12H, A30N12H, NR35N12H, NR43N12H, ABNN12H, MCN12H, MARN12H, MAMN12H, MA N12H, X34N12H, X38N12H, X45N12H, AXN12H, SB33N12H, SB41N12H, SO48N12H, SO65N12H, BS37N12H, BS41N12H, BS45N12H, AN12H, N35N12H, N45N12H, LIN12H, ICN12H, Co22N12H, Co27N12H, DRN12H, DNN12H, BG35N12H, BG45N12H, BG57N12H, NA35G12H, Na43G12H, DG13H, OG13H, OMG13H, MG07H, A35G13H, A45G07H, A30G13H, NR35G09H, NR43G09H, ABNG10H, MCG11H, MARG08H, MAMG13H, MA G13H, X34G08H, X38G07H, X45G55H, AXG13H, SB33G85H, SB41G30H, SO48G07H, SO65G13H, BS37G55H, BS41G55H, BS45G55H, AG13H, N35G13H, N45G13H, LIG13H, ICG13H, Co22G13H, Co27G13H, DRG13H, DNG13H, BG35G06H, BG45G06H, BG57G06H, OMG20H, MG20H, A35G20H, A45G20H, A30G20H, NR35G20H, NR43G20H, ABNG20H, MCG20H, MAMG20H, MA G20H, X34G20H, X38G20H, X45G20H, AXG20H, SB33G20H, SO48G20H, SO65G20H, BS37G20H, BS41G20H, BS45G20H, AG20H, N35G20H, N45G20H, LIG20H, ICG20H, Co22G20H, Co27G20H, DRG20H, DNG20H, BG35G20H, BG45G20H, BG57G20H, NA35G30H, Na43G30H, DG30H, OG30H, OMG30H, MG30H, A35G30H, A45G30H, A30G30H, NR35G30H, NR43G30H, ABNG30H, MCG30H, MARG12H, MAMG30H, MA G30H, X34G30H, X38G30H, X45G30H, AXG30H, SB33G30H, SB41G20H, SO48G30H, SO65G30H, BS37G30H, BS41G30H, BS45G30H, AG30H, N35G30H, N45G30H, LIG30H, ICG30H, Co22G30H, Co27G30H, DRG30H, DNG30H, BG35G30H, BG45G30H, BG57G30H, MARG20H, SB41G15H, MA G30N, MARG30H, SB41G09H, DG20H, OG20H, NA35G20H, Na43G20H, MGMSR20H, MGMSR07H, MGMSR20H, MGMSR30H, NISG12H, NISG20H, NISG30H, OG08H.

5. Титановое основание для мостовидных конструкций, арт.: SB33G85N, MARG08N, SB41G09N, MAMG13N, MAMG20N, MAMG30N, NA35Z12N, Na43Z12N,

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

DZ12N, OZ12N, OMZ12N, MZ12N, A35Z12N, A45Z12N, A30Z12N, NR35Z12N, ABNZ12N, MCZ12N, MARZ12N, MAMZ12N, MA Z12N, X34Z12N, X38Z12N, X45Z12N, AXZ12N, SB33Z12N, SB41Z12N, SO48Z12N, SO65Z12N, BS37Z12N, BS41Z12N, BS45Z12N, AZ12N, N35Z12N, N45Z12N, LIZ12N, ICZ12N, Co22Z12N, DRZ12N, DNZ12N, BG35Z12N, BG45Z12N, BG57Z12N, NA35Z20N, Co27Z12N, Na43Z20N, DZ20N, OZ20N, OMZ20N, MZ20N, A35Z20N, A45Z20N, A30Z20N, NR35Z20N, NR43Z20N, ABNZ20N, MCZ20N, MARZ20N, MAMZ20N, MA Z20N, X34Z20N, X38Z20N, X45Z20N, AXZ20N, SB33Z20N, SB41Z20N, SO48Z20N, SO65Z20N, BS37Z20N, BS41Z20N, BS45Z20N, AZ20N, N35Z20N, N45Z20N, LIZ20N, ICZ20N, Co22Z20N, Co27Z20N, DRZ20N, DNZ20N, BG45Z20N, BG57Z20N, NA35N12N, Na43N12N, DN12N, ON12N, OMN12N, MN12N, A35N12N, A45N12N, A30N12N, NR35N12N, NR43N12N, ABNN12N, MCN12N, MARN12N, MAMN12N, MA N12N, X34N12N, X38N12N, X45N12N, AXN12N, SB33N12N, SB41N12N, SO48N12N, SO65N12N, BS37N12N, BS41N12N, BS45N12N, AN12N, N35N12N, N45N12N, LIN12N, ICN12N, Co22N12N, Co27N12N, DRN12N, DNN12N, BG35N12N, BG45N12N, BG57N12N, NA35G12N, Na43G12N, DG13N, OG13N, MG07N, A35G13N, A45G07N, NR35G09N, NR43G09N, ABNG10N, MCG11N, MARG12N, MA G13N, X34G08N, X38G07N, X45G55N, AXG13N, SO48G07N, SO65G13N, BS37G55N, BS41G55N, BS45G55N, AG13N, N35G13N, N45G13N, LIG13N, ICG13N, Co22G13N, DRG13N, DNG13N, BG35G06N, BG45G06N, BG57G06N, NA35G20H, Na43G20H, DG20H, OG20H, DG20N, OG20N, MG20N, A35G20N, A45G20N, NR35G20N, NR43G20N, ABNG20N, MCG20N, Co22G20N, MA G20N, X34G20N, X38G20N, X45G20N, AXG20N, SO48G20N, SO65G20N, BS37G20N, BS41G20N, BS45G20N, AG20N, N35G20N, N45G20N, ICG20N, Co22G30N, Co27G30N, DRG20N, DNG20N, BG35G20N, BG45G20N, BG57G20N, NA35G30N, Na43G30N, DG30N, MG30N, A35G30N, A45G30N, NR35G30N, NR43G30N, ABNG30N, MCG30N, MARG20N, X34G30N, X38G30N, X45G30N, AXG30N, SB41G20N, SO48G30N, SO65G30N, BS37G30N, BS41G30N, BS45G30N, AG30N, N35G30N, N45G30N, LIG30N, ICG30N, A30G13N, Co27G13N, DRG30N, DNG30N, BG35G30N, BG45G30N, BG57G30N, OG30N, MARG30N, SB41G30N, OMG13N, OMG20N, A30G20N, A30G30N, SB33G20N, SB33G30N, OMG30N, OG08N, NR43Z12N, BG35Z20N, Na43G20N, Co27G20N, MGMSR07N, MGMSR20N, MGMSR30N, NISG12N, NISG20N, NISG30N, LIG20N.

Принадлежности:

1. Винт титановый, арт.: STBNA35, STBNA43, STBD, STBO, STBOM, STBM, STBA35, STBA45, STBA30, STBNR35, STBNR43, SSBNR16T6, STBMC, STBMAR, STBMAM, STBMA, STBX34, STBX38, STBX45, STBAX, STBSB33, STBSB41, STBSO48, STBSO65, STBBS37, STBBS41, STBBS45, STBA, STBN35, STBN45, STBLI, STBIC, STBCo22, STBCo27, STBDR, STBDN, STBBG35, STBBG45, STBBG57, SMS1812L6.9, SAA1612, SOM1612L9.1, SSBLXRL16T6, SC1813L8.6, SD2013L7.7, SOR2012L7.7, SN2014L7.7, SMS1813L6.9, SN1614L6.9, STBABN, STBSB33G, SX341612, SNIS2012.
2. Трансфер слепочный для открытой ложки, арт.:TRONA35, TRONa43, TROD, TROO, TROOM, TROM, TROA35, TROA45, TROA30, TRONR35, TRONR43, TROABN, TROMC, TROMAR, TROMAM, TROMA, TROX34, TROX38, TROX45, TROAX, TROSB33, TROSB41, TROSO48, TROSO65, TROBS37, TROBS41, TROBS45, TROA, TRON35, TRON45, TROLI, TROIC, TROCo22, TROCo27, TRODR, TRODN, TROBG35, TROBG45, TROBG57.
3. Трансфер слепочный для закрытой ложки, арт.: TRCNA35, TRCNa43, TRCD, TRCO, TRCOM, TRCM, TRCA35, TRCA45, TRCA30, TRCNR35, TRCNR43, TRCABN, TRCMC, TRCMAR, TRCMAM, TRCMA, TRCX34, TRCX38, TRCX45, TRCAX, TRCSB33, TRCSB41, TRCSO48, TRCSO65, TRCBS37, TRCBS41, TRCBS45, TRCA, TRCN35, TRCN45, TRCLI, TRCIC, TRCCo22, TRCCo27, TRCDR, TRCDN, TRCBG35,

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

TRCBG45, TRCBG57.

4. Трансфер с уровня Мультиюнит, арт.: TTBMU05Ns, TTBMU02N, TTBMU02H, TTBMU15N, TTBMU15Ns, TTBD45MU05Ns, TTBD45MU05N, TTBD45MU15N, TTBD45MU15Ns, TTBD55MU05Ns, TTBD55MU05N, TTBD55MU15N, TTBD55MU15Ns.
5. Винт мультиюнитный, арт.: SMU, SUS, SC-T, SDEN.
6. Временный колпачок, арт.: TTBMU02N, TTBMU02H, TBMUC11N, UTBS, TTBD45MU05N.
7. Колпачок, арт.: TBMU02H, TBMU02N, TBUS05N, TBC-T05N, TBD4505N.
8. Заживляющий колпачок, арт.: FMU.

КЛАССИФИКАЦИЯ МИ

В зависимости от потенциального риска применения изделие относится к классу 2а (в соответствии с приказом МЗ РФ от 6 июня 2012 г. № 4н).
Изделие одноразового использования.
Изделие не имплантируемое.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделия предназначены для изготовления и установки одно- и многокомпонентной протезной реставрации с опорой на остеоинтегрированные дентальные имплантаты.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стоматология.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- клинические «стоматологические кабинеты» (для определения ироцесса лечения, проведения необходимых измерений в ротовой полости пациента и выбора компонентов, а также проведения комплексной дентальной протезной реставрации с опорой на остеоинтегрированные дентальные имплантаты);
- лабораторные «зуботехнические лаборатории» (для изготовления необходимых для проведения комплексной дентальной протезной реставрации компонентов и конструкций).

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА

Температура от +32°С до +42°С.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Потенциальными пользователями изделия, в ходе лечения потенциальных потребителей в соответствии с показаниями к применению являются стоматологи-хирурги и стоматологи-ортопеды.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Пациенты с отсутствующим одним или всеми зубами. Рекомендуемый возраст применения от 18 до 75.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для восстановления эстетики и функциональности зубов у частично или полностью беззубых пациентов, которые уже прошли лечение зубными имплантатами.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Аллергические реакции или сверхчувствительность на химические элементы используемых материалов.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Инфекционные или воспалительные заболевания ротовой полости.
- Дефекты или нарушения целостности кости.
- Сахарный диабет.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- В очень редких случаях возможны аллергические реакции и сверхчув-ствительность в связи с использованием сплавов.
- Разные типы сплавов в ротовой полости могут привести к гальваническим реакциям в случае окклюзального или проксимального контактов (в случае если имплант и коронка изготовлены из отличных от компонентов материалов).

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Функциональное назначение каждого из компонентов и принадлежностей приведено в таблице 1.

Таблица 1

Компонент	**Функциональное назначение компонентов и принадлежностей**
Абатмент прямой	Для цементной фиксации одно- или многокомпонентной конструкции к абатменту и винтом к имплантату.
Абатмент угловой	Для цементной фиксации одно- или многокомпонентной конструкции к абатменту и винтом к имплантату.
Абатмент Multi-unit	Стандартное практическое применение без необходимости дальнейшего адаптирования к требованиям пациента. Для съёмной конструкции. Фиксация к имплантату: вкручивается или винтом.
Титановое основание для одиночных конструкций	Для изготовления однокомпонентной конструкции (циркониевого абатмента/циркониевой коронки) на титановом основании при помощи фиксации циркониевого компонента цементом к основанию. Фиксируются винтом к имплантату.
Титановое основание для мостовидных конструкций	Для изготовления многокомпонентной мостовидной конструкции из диоксида циркония при помощи фиксации циркониевой конструкции цементом к основанию. Фиксируются винтом к имплантату.
Винт титановый	Фиксация абатмента к остеоинтегрированному дентальному имплантату.
Трансфер слепочный для открытой ложки	Для снятия слепка с целью определения точного месторасположения имплантата в челюстной кости методом открытой ложки (высота, направление, позиция) в клинических условиях.
Трансфер слепочный для закрытой ложки	Для снятия слепка с целью определения точного месторасположения имплантата в челюстной кости, а также прилегающей к имплантату сформированной десны методом закрытой ложки при помощи колпачка трансфера слепочного индивидуального (высота, направление, позиция) в клинических условиях.
Трансфер с уровня Мультиюнит	Для снятия слепка с абатмента Multi-unit в клинических условиях.
Винт мультиюнитный	Фиксация многокомпонентной конструкции к

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	абатменту Multi-unit.
Временный колпачок	Моделирование временной или постоянной мостовидной конструкции, а также фиксация к абатменту в клинических и лабораторных условиях.
Колпачок	Для уменьшения внутреннего напряжения сжатия и растяжения при размещении мостовидной конструкции на абатментах в клинических условиях.
Заживляющий колпачок	Защита абатмента и его винтового канала от повреждений и загрязнений.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ

Описание техники установки компонентов:

Порядок установки абатмента прямого:

Перечень расходных материалов:

- Ортопедический динамометрический ключ с соответствующей отверткой-насадкой.
- Кисточка для нанесения цемента.
- Силиконовый полир
- Цемент для фиксации супраструктуры.
- Винт титановый.

Установка: открутите формирователь десны при помощи отвертки, которая соответствует выбранному типу имплантологической системы. Разместите абатмент в имплантате. Абатмент необходимо затянуть винтом абатмента, соответствующему выбранному типу имплатологической системе, с усилием фиксации определенным для выбранной имплантологической системы с помощью ортопедического динамометрического ключа и соответствующей отвертки-насадки. Проверьте посадку коронки на абатменте. Фиксация коронки на абатмент производится с помощью цемента. Можно использовать цементы, предназначенные для фиксации коронок на абатментах в соответствии с рекомендацией производителя цемента. Нанесите цемент на контактную часть абатмента с помощью кисточки. Установите коронку на абатмент. Тщательно удалите излишки цемента с краев супраструктуры.

Удалите остатки застывшего цемента с помощью силиконового полира.

Порядок использования мультиюнита углового:

Перечень расходных материалов:

- Держатель.
- Ортопедический динамометрический ключ с соответствующей отверткой-насадкой.
- Винт мультиюнитный.

Установка: При помощи отвертки соответствующей выбранной имплантологической системе, открутите компонент формирователя десны. Затем, с помощью держателя установите угловой мультиюнит. Угловой мультиюнит зафиксируйте винтом соответствующим выбранной имплантационной системе при помощи динамометрического ключа с соответствующей отверткой-насадкой.

Порядок использования Абатмента Multi-unit:

Перечень расходных материалов:

- Пластиковый держатель.
- Ортопедический динамометрический ключ с соответствующей отверткой-насадкой.
- Винт мультиюнитный.

Установка: При помощи отвертки соответствующей выбранной имплантологической системе, открутите компонент формирователя десны.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

С помощью пластикового держателя установите прямой мультиюнит. Затем снимите пластиковый держатель.
Прямой мультиюнит окончательно фиксируется мультиюнитным винтом соответствующим выбранной имплантологической системе при помощи динамометрического ключа с соответствующей отверткой-насадкой.

Порядок использования винта титанового:
Перечень расходных материалов:
- Ортопедический динамометрический ключ с соответствующей отверткой-насадкой.

Винт используется для фиксации с помощью динамометрического ключа с соответствующей отверткой-насадкой выбранной имплантологической системы титановых оснований, прямых абатментов, трансферов, сканмаркеров, премилл.

Порядок установки титановых оснований:
Перечень расходных материалов:
- Ортопедический динамометрический ключ с соответствующей отверткой-насадкой.
- Цемент для фиксации супраструктуры.
- Кисточка для нанесения цемента.
- Силиконовый полир.
- Оттискный материал.
- Винт титановый.

Установка: открутите формирователь десны при помощи отвертки, которая соответствует выбранному типу имплантологической системы. Сделайте оттиски, переустановите формирователь десны после снятия оттиска. В зуботехнической лаборатории после получения оттиска изготавливается индивидуальная супраструктура. После получения индивидуально фрезерованной супрастуктуры из зуботехнической лаборатории ее необходимо приклеить к титановому основанию с помощью цемента в соответствии с инструкциями производителя цемента. Перед нанесением цемента на титановую основу, необходимо выполнить пескоструйную обработку (частицами оксида алюминия 50-100 мкм с максимальным давлением 2 атм) поверхностей которые будут находиться в контакте с цементом. Перед пескоструйной обработкой установите титановое основание в аналог имплантата для защиты поверхности ортопедической платформы от повреждения. Нанесите цемент на контактную часть титанового основания с помощью кисточки. Установите супраструктуру на титановое основание. Тщательно удалите излишки цемента с краев супраструктуры. Удалите остатки застывшего цемента с помощью силиконового полира.
Установите супраструктуру на титановой основе в имплантате. Титановую основу необходимо затянуть винтом с усилием фиксации рекомендованной для выбранной имплантологической системы с помощью ортопедического динамометрического ключа и соответствующей отвертки-насадки.
Установите окончательную коронку из выбранного материала на супраструктуру титановой основы и зацементируйте в ротовой полости. При этом тщательно удалите излишки цемента с краев коронки. Удалите остатки застывшего цемента с помощью силиконового полира.

Порядок работы с трансферами:
Перечень расходных материалов
- Оттискный материал.
- Ложка для снятия слепков.
- Ортопедический динамометрический ключ с соответствующей отверткой-насадкой.
- Винт титановый.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Трансферы позволяют безошибочно определить положение имплантата по вертикали и горизонтали, а также ориентацию внутреннего соединения интерфейса для систем имплантатов, которым это необходимо. И метод закрытой ложки, и метод открытой ложки используются с соответствующими выбранной имплантационной системе компонентами и с соответствующими винтами. Для окклюзионной фиксации в трансферах предусмотрена центральная шахта винта.

Использование метода закрытой ложки.

При помощи отвертки соответствующей выбранной имплантологической системе, открутите компонент формирователя десны.

В зависимости от положения имплантата оттискный трансфер располагается в посадочном месте имплантата. Оттискный трансфер можно без труда разместить в одном из соответствующих и точных положений внутреннего соединения имплантата. Проверьте посадку оттискного трансфера. Мягкие ткани не должны быть зажаты, а должны плотно прилегать к трансферу.

Оттискный трансфер необходимо затянуть совместимым винтом с усилием фиксации соответствующим выбранной имплантологической системы с помощью ортопедического динамометрического ключа и соответствующей отвертки-насадки.

Нанесите оттискный материал вокруг оттискного трансфера. Разместите ложку, наполненную оттискным материалом, и сделайте оттиск. После затвердевания оттискного материала снимите ложку. Выверните трансфер из имплантата и вставьте в оттиск на соответствующее ему место.

Репозиционирование формирователя десны производится после снятия оттиска. Это позволяет избежать деформации ткани вокруг плеча имплантата. Установите в выбранное положение формирователь десны и затяните с усилием фиксации, соответствующим выбранной имплантологической системы, с помощью ортопедического динамометрического ключа с соответствующей отверткой-насадкой

Получив оттиск, зубной техник извлекает оттискный трансфер и соединяет его с аналогом имплантата. Затем проверяет его устойчивость и правильность посадки. После этого заворачивает внутренний фиксирующий винт. Трансфер вместе с аналогом имплантата аккуратно вводится в соответствующее ему место в оттиске. Установив аналог имплантата, убеждается, что грани трансфера совпали с их местом в оттиске. Наносит десневую маску, перекрывающую экватор имплантата не менее чем на 2-3 мм во всех направлениях. После застывания десневой маски отливается цоколь из супергипса. После застывания гипса модель открывают и выворачивают оттискный трансфер. Внутренняя поверхность аналога имплантата тщательно продувается от пылевых загрязнений. Зубной техник выбирает подходящую супраструктуру и при необходимости индивидуализирует его по профилю десны. Удалив десневую маску, зубной техник проверяет проработку поддесневого уступа. После изготовления супраструктыры зубной техник моделирует восковую композицию будущей коронки и отливает ее из металла.

Использование метода открытой ложки.

При помощи отвертки соответствующей выбранной имплантологической системе, открутите компонент формирователя десны

В зависимости от положения имплантата оттискный трансфер можно без труда с точностью разместить в одном из положений системной части имплантата.

При правильной посадке базового оттискного трансфера мягкие ткани не должны быть зажаты, а должны плотно прилегать к трансферу.

Оттискный трансфер необходимо затянуть совместимым винтом с усилием фиксации соответствующим выбранной имплантологической системы с помощью ортопедического динамометрического ключа с соответствующей отверткой-насадкой.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Перфорируйте ложку, чтобы вставить направляющий винт для метода открытой ложки. Нанесите оттискный материал вокруг оттискного трансфера. Разместите ложку, наполненную оттискным материалом, и сделайте оттиск. После затвердевания оттискного материала открутите направляющий винт для метода открытой ложки, чтобы снять ложку. Оттискный трансфер остается в оттиске без репозиционирования.
Репозиционирование формирователя десны производится после снятия оттиска. Это позволяет избежать деформации ткани вокруг плеча имплантата. Установите в выбранное положение формирователь десны и затяните с усилием фиксации, соответствующим выбранной имплантологической системы с помощью ортопедического динамометрического ключа с соответствующей отверткой-насадкой.
Получив оттиск, зубной техник фиксирует аналог имплантата к трансферу зафиксированному в оттискной массе. Затем часть аналога имплантата заливается десневой маской и отливается цоколь из супергипса. Далее с учетом наклона имплантата, имеющейся межзубной высоты, подбирают опорную часть супраструктуры. После изготовления супраструктыры зубной техник моделирует восковую композицию будущей коронки и отливает ее из металла.

Трансфер с уровня мультиюнит
Перечень расходных материалов:
- Ортопедический динамометрический ключ с соответствующей отверткой-насадкой.
- Цемент для фиксации супраструктуры.
- Кисточка для нанесения цемента.
- Силиконовый полир.

Установка: При помощи отвертки соответствующей выбранной имплантологической системе, открутите компонент формирователя десны.
В зависимости от положения имплантата оттискный трансфер располагается в посадочном месте имплантата. Оттискный трансфер можно без труда разместить в одном из соответствующих и точных положений внутреннего соединения имплантата. Проверьте посадку оттискного трансфера. Мягкие ткани не должны быть зажаты, а должны плотно прилегать к трансферу.
Оттискный трансфер необходимо затянуть совместимым винтом с усилием фиксации соответствующим выбранной имплантологической системы с помощью ортопедического динамометрического ключа и соответствующей отвертки-насадки.
Нанесите оттискный материал вокруг оттискного трансфера. Разместите ложку, наполненную оттискным материалом, и сделайте оттиск. После затвердевания оттискного материала снимите ложку. Выверните трансфер из имплантата и вставьте в оттиск на соответствующее ему место.
Репозиционирование формирователя десны производится после снятия оттиска. Это позволяет избежать деформации ткани вокруг плеча имплантата. Установите в выбранное положение формирователь десны и затяните с усилием фиксации, соответствующим выбранной имплантологической системы, с помощью ортопедического динамометрического ключа с соответствующей отверткой-насадкой
Получив оттиск, зубной техник извлекает оттискный трансфер и соединяет его с аналогом имплантата. Сначала он совмещает многогранник и плотно вставляет корпус трансфера в аналог имплантата. Затем проверяет его устойчивость и правильность посадки. После этого заворачивает внутренний фиксирующий винт. Трансфер вместе с аналогом имплантата аккуратно вводится в соответствующее ему место в оттиске. Установив аналог имплантата, убеждается, что грани трансфера совпали с их местом в оттиске. Наносит десневую маску, перекрывающую экватор имплантата не менее чем на 2-3 мм во всех направлениях. После застывания десневой маски отливается цоколь из супергипса. После застывания гипса модель открывают и выворачивают оттискный трансфер. Внутренняя поверхность аналога имплантата тщательно продувается от

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

пылевых загрязнений. Зубной техник выбирает подходящую супраструктуру и при необходимости индивидуализирует его по профилю десны. Удалив десневую маску, зубной техник проверяет проработку поддесневого уступа. После изготовления супраструктыры зубной техник моделирует восковую композицию будущей коронки и отливает ее из металла.

Порядок использования винта мультиюнитного:
Перечень расходных материалов:
- Ортопедический динамометрический ключ с соответствующей отверткой-насадкой.
Винт используется для фиксации выбранной имплантологической системы прямых мультиюнитов, угловых мультиюнитах Трансферов с уровня Мультиюнит, сканмарекров с уровня Мультиюнит, временных колпачков, колпачков, заживляющих колпачков.

Порядок использования временного колпачка
Перечень расходных материалов:
- Ортопедический динамометрический ключ с соответствующей отверткой-насадкой.
- Цемент для фиксации супраструктуры.
- Кисточка для нанесения цемента.
- Силиконовый полир.
- Оттискный материал.
- Винт титановый.

Установка: открутите формирователь десны при помощи отвертки, которая соответствует выбранному типу имплантологической системы. Сделайте оттиски, переустановите формирователь десны после снятия оттиска. В зуботехнической лаборатории после получения оттиска изготавливается индивидуальная супраструктура. После получения индивидуально фрезерованной супрастуктуры из зуботехнической лаборатории ее необходимо приклеить к временному колпачку с помощью цемента в соответствии с инструкциями производителя цемента. Перед нанесением цемента на временный колпачок, необходимо выполнить пескоструйную обработку (частицами оксида алюминия 50-100 мкм с максимальным давлением 2 атм) поверхностей которые будут находиться в контакте с цементом. Нанесите цемент на контактную часть временного колпачка с помощью кисточки. Установите супраструктуру на временный колпачок. Тщательно удалите излишки цемента с краев супраструктуры. Удалите остатки застывшего цемента с помощью силиконового полира.
Установите супраструктуру на временном колпачке на мультиюнит, закрепленный в импланте. Временный колпачок необходимо затянуть винтом с усилием фиксации рекомендованной для выбранной имплантологической системы с помощью ортопедического динамометрического ключа и соответствующей отвертки-насадки.
Установите коронку из выбранного материала на супраструктуру временного колпачка и зацементируйте в ротовой полости. При этом тщательно удалите излишки цемента с краев коронки. Удалите остатки застывшего цемента с помощью силиконового полира.

Порядок использования колпачка:
Перечень расходных материалов:
- Ортопедический динамометрический ключ с соответствующей отверткой-насадкой.
- Цемент для фиксации супраструктуры.
- Кисточка для нанесения цемента.
- Силиконовый полир.
- Оттискный материал.
- Винт титановый.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Установка: открутите формирователь десны при помощи отвертки, которая соответствует выбранному типу имплантологической системы. Сделайте оттиски, переустановите формирователь десны после снятия оттиска. В зуботехнической лаборатории после получения оттиска изготавливается индивидуальная супраструктура. После получения индивидуально фрезерованной супрастуктуры из зуботехнической лаборатории ее необходимо приклеить к колпачку с помощью цемента в соответствии с инструкциями производителя цемента. Перед нанесением цемента на колпачок, необходимо выполнить пескоструйную обработку (частицами оксида алюминия 50-100 мкм с максимальным давлением 2 атм) поверхностей которые будут находиться в контакте с цементом. Нанесите цемент на контактную часть колпачка с помощью кисточки. Установите супраструктуру на колпачок. Тщательно удалите излишки цемента с краев супраструктуры. Удалите остатки застывшего цемента с помощью силиконового полира.
Установите супраструктуру на колпачке на мультиюнит, закрепленный в импланте. Колпачок необходимо затянуть винтом с усилием фиксации рекомендованной для выбранной имплантологической системы с помощью ортопедического динамометрического ключа и соответствующей отвертки-насадки.
Установите коронку из выбранного материала на супраструктуру колпачка и зацементируйте в ротовой полости. При этом тщательно удалите излишки цемента с краев коронки. Удалите остатки застывшего цемента с помощью силиконового полира.

Порядок использования заживляющего колпачка:
Перечень расходных материалов:
- Пластиковый держатель.
-Ортопедический динамометрический ключ с соответствующей отверткой-насадкой.
-Винт мультиюнитный.
Установка: При помощи отвертки соответствующей выбранной имплантологической системе, открутите компонент формирователя десны.
С помощью пластикового держателя установите прямой мультиюнит. Затем снимите пластиковый держатель.
Прямой мультиюнит фиксируется мультиюнитным винтом соответствующим выбранной имплантологической системе при помощи динамометрического ключа с соответствующей отверткой-насадкой.
С помощью динамометрического ключа с отверткой устанавливается заживляющий колпачок на прямой мультиюнит.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• При вскрытии упаковки соблюдать осторожность.
• Вынуть изделие из упаковки, осмотреть, проверить на наличие чистоты и отсутствие трещин, коррозии.
• В случае обнаружения повреждений или коррозии – заменить изделие на другое, надлежащего качества.
• Изделие не может быть повторно использовано.
• После стерилизации использовать в соответствии с инструкцией.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ КОМБИНАЦИИ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗВЕСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ ПО СОВМЕСТНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ

- Имплантаты стоматологические Alpha-Bio, РУ № ФСЗ 2011/10259.
- Имплантаты дентальные ANKYLOS C/X с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2010/07373.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Имплантаты стоматологические с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2010/08073.
- Компоненты вспомогательные для стоматологического протезирования системы ASTRA TECH Implant System, варианты исполнений: EV, Profile EV, TX одноразовые, РУ № рзн 2019/8460.
- Система изделий протетических к имплантату стоматологическому BEGO Semados® вариантов исполнения S-Line, RI-Line, Mini-Line, RSX-Line, RS-Line, SC-Line, SCX-Line, PI-Line, РУ № РЗН 2021/13614.
- Компоненты ортопедические для дентальной имплантации производства BioHorizons в отдельных упаковках с принадлежностями, РУ № РЗН 2017/6583.
- Имплантаты стоматологические с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2011/10469.
- Имплантат дентальный винтовой в комплекте "ЛИКО-М" по ТУ 9398-001-84884228-2009, РУ № ФСР 2010/06772.
- Набор имплантатов дентальных титановых стерильных, приспособлений для протезирования и инструментов для их установки, ИДПИ-02-"КОНМЕТ" по ТУ 9437-019-11458417-2013, РУ № РЗН 2016/3636.
- Система дентальной имплантации UF (II) (Dental Implant System UF (II)), РУ № РЗН 2018/6868.
- Имплантаты дентальные титановые ICX templant с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/11594.
- Имплантаты стоматологические с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2011/10469.
- Изделия AnyRidge для дентальной имплантации с принадлежностями, РУ № РЗН 2013/323.
- Абатменты и принадлежности для ортопедических конструкций стома-тологических имплантатов MINI, РУ № РЗН 2018/7430.
- Имплантаты дентальные AnyOne® с внутренним соединением РУ № РЗН 2018/6784.
- Имплантаты стоматологические с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/12280.
- Имплантаты стоматологические с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2009/05042.
- Имплантаты стоматологические Alpha-Bio, РУ № ФСЗ 2011/10259.
- Имплантаты дентальные AnyOne® с внутренним соединением РУ № РЗН 2018/6784.
- Система стоматологических имплантатов "НИКО" с принадлежностями, РУ № от ФСЗ 2012/13444.
- Имплантаты, инструменты и приспособления для двухэтапного восста-новления дефектов зубного ряда, РУ № РЗН 2015/2323.
- Система дентальных имплантатов NobelReplace® Conical Connection, РУ № РЗН 2013/261.
- Система стоматологических имплантатов TS, РУ № ФСЗ 2012/11504.
- Имплантаты дентальные Straumann, РУ № ФСЗ 2010/06855.
- Ортопедические элементы Straumann для дентальной имплантации и зубного протезирования, РУ № ФСЗ 2010/06856.
- Имплантаты дентальные Straumann, РУ № РЗН 2020/11651.
- Имплантаты дентальные Xive® с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2008/02570.
- Имплантаты дентальные AnyOne® с внутренним соединением, РУ № РЗН 2018/6784.
- Компоненты ортопедические для дентальной имплантации, РУ № РЗН 2021/14214.

ПЕЧЕРЕНЬ ИЗДЕЛИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ МЕДИЦИНСКИМИ, НО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОМБИНАЦИИ С ЗАЯВЛЕННЫМ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ

- Ортопедический динамометрический ключ с соответствующей отверткой-насадкой.
- Кисточка для нанесения цемента.
- Силиконовый полир.
- Цемент для фиксации супраструктуры.
- Держатель.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Пластиковый держатель.
- Оттискный материал.
- Ложка для снятия слепков.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ВНЕШНИЙ ВИД И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ

Техническое описание, внешний вид и основные характеристики компонентов представлены в таблицах 2 – 27.

Таблица 2 - Абатмент прямой

Внешний вид	**Функциональное описание**
	L – длина изделия H1 – высота десневой части малая H2 – высота десневой части большая h – размер шестигранника d1 – диаметр отверстия под винт d2 - диаметр отверстия под винт

Таблица 3

Система	**Платформа**	**Тип абатмента**	**L, ±0,05 мм**	**H1, ±0,03 мм**	**H2, ±0,05 мм**	**h, 0,01, мм**	**-d1,+0,05, мм**	**d2, +0,05, мм**	**Наименование совместимого винта**	**Артикул**
Bego	3.75	эстетический	9,45	1	2	2,4	2,5	1,85	STBBS37	ABBS37515
Bego	4.1	эстетический	9,60	1	2	2,4	2,5	1,85	STBBS37	ABBS4112
Bego	4.1	эстетический	11,40	2,5	4	2,4	2,5	1,85	STBBS37	ABBS412540

Таблица 4 - Абатмент угловой

Внешний вид	**Функциональное описание**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



L1 – длина погружения в имплант
L2 – высота верхней части
L3 – высота десневой части
D – диаметр
A – угол
h – размер шестигранника
d1 – диаметр отверстия под винт
d2 - диаметр отверстия под винт

Таблица 5.1

Система	**Подсистема**	**Платформа**	**Дизайн верхушки мультиюнита**	**Размерность импланта**	**Наименование совместимого мультиюнитного винта**	**Крутящий момент (Т), Н*см**	**Артикул**
Nobel	Active	NP	Омитек	3.5/3.75	SMU	25	MUNA351725
Nobel	Active	RP	Омитек	4.3/5.0	SMU	35	MUNa431725
Dentium		-	Омитек	3.8/4.3/4.8	SMU	35	MUD1725
Osstem	TS	RP	Омитек	3.5	SMU	35	MUO1725
Osstem	TS	mini	Омитек	4.0/4.3	SMU	25	MUOM1725
Alpha Bio		IH	Омитек	3.75/4.2	SMU	30	MUM1725
Astra	Osseospeed	3.5	Омитек	3.5/4.0	SMU	25	MUA351725
Astra	Osseospeed	4.5	Омитек	4.5/5.0	SMU	35	MUA451725
Astra	Osseospeed	3.0	Омитек	3.0	SMU	20	MUA301725
Megagen	AnyRidge	-	Омитек	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SMU	30	MUMAR1725
Megagen	AnyOne	-	Омитек	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SMU	35	MUMA 1725
Xive		3.4	Омитек	3.4	SMU	25	MUX341725

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Дизайн верхушки мультиюнита	Размерность импланта	Наименование совместимого мультиюнитного винта	Крутящий момент (Т), Н*см	Артикул
Xive		3.8	Омитек	3.8	SMU	25	MUX381725
Xive		4.5	Омитек	4.5	SMU	25	MUX451725
Ankylos		-	Омитек	3.5/4.5/5.5/7.0	SMU	25	MUAX1725
Straumann	Bonelevel	NC	Омитек	3.3	SMU	25	MUSB331725
Straumann	Bonelevel	RC	Омитек	4.1/4.8	SMU	25	MUSB411725
Bego		3.75	Омитек	3.75	SMU	30	MUBS371725
Bego		4.1	Омитек	4.1	SMU	30	MUBS411725
Bego		4.5	Омитек	4.5	SMU	30	MUBS451725
Antogyr	Axiom	-	Омитек	2.8/3.4/4.0/4.6/5.2	SMU	25	MUA1725
Iris Liko-M		-	Омитек	3.5/4.0/4.5	SMU	30	MULI1725
Nobel	Active	NP	Омитек	3.5/3.75	SMU	25	MUNA351735
Nobel	Active	RP	Омитек	4.3/5.0	SMU	35	MUNa431735
Dentium		-	Омитек	3.8/4.3/4.8	SMU	35	MUD1735
Ossten	TS	RP	Омитек	3.5	SMU	35	MUO1735
Ossten	TS	mini	Омитек	4.0/4.3	SMU	25	MUOM1735
Alpha Bio		IH	Омитек	3.75/4.2	SMU	30	MUM1735
Astra	Osseospeed	3.5	Омитек	3.5/4.0	SMU	25	MUA351735
Astra	Osseospeed	4.5	Омитек	4.5/5.0	SMU	35	MUA451735
Astra	Osseospeed	3.0	Омитек	3.0	SMU	20	MUA301735
Megagen	AnyOne	-	Омитек	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SMU	35	MUMA 1735
Xive		3.4	Омитек	3.4	SMU	25	MUX341735
Xive		3.8	Омитек	3.8	SMU	25	MUX381735
Xive		4.5	Омитек	4.5	SMU	25	MUX451735
Ankylos		-	Омитек	3.5/4.5/5.5/7.0	SMU	25	MUAX1735
Straumann	Bonelevel	NC	Омитек	3.3	SMU	25	MUSB331735
Straumann	Bonelevel	RC	Омитек	4.1/4.8	SMU	25	MUSB411735

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Дизайн верхушки мультиюнита	Размерность импланта	Наименование совместимого мультиюнитного винта	Крутящий момент (Т), Н*см	Артикул
Bego		3.75	Омитек	3.75	SMU	30	MUBS371735
Bego		4.1	Омитек	4.1	SMU	30	MUBS411735
Bego		4.5	Омитек	4.5	SMU	30	MUBS451735
Antogyr	Axiom	-	Омитек	2.8/3.4/4.0/4.6/5.2	SMU	25	MUA1735
Iris Liko-M		-	Омитек	3.5/4.0/4.5	SMU	30	MULI1735
Nobel	Active	NP	Омитек	3.5/3.75	SMU	25	MUNA353035
Nobel	Active	RP	Омитек	4.3/5.0	SMU	35	MUNa433035
Dentium		-	Омитек	3.8/4.3/4.8	SMU	35	MUD3035
Osstem	TS	RP	Омитек	3.5	SMU	35	MUO3035
Osstem	TS	mini	Омитек	4.0/4.3	SMU	25	MUOM3035
Alpha Bio		IH	Омитек	3.75/4.2	SMU	30	MUM3035
Astra	Osseospeed	3.5	Омитек	3.5/4.0	SMU	25	MUA353035
Astra	Osseospeed	4.5	Омитек	4.5/5.0	SMU	35	MUA453035
Astra	Osseospeed	3.0	Омитек	3.0	SMU	20	MUA303035
Megagen	AnyRidge	-	Омитек	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SMU	30	MUMAR3035
Megagen	AnyOne	-	Омитек	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SMU	35	MUMA 3035
Xive		3.4	Омитек	3.4	SMU	25	MUX343035
Xive		3.8	Омитек	3.8	SMU	25	MUX383035
Xive		4.5	Омитек	4.5	SMU	25	MUX453035
Ankylos		-	Омитек	3.5/4.5/5.5/7.0	SMU	25	MUAX3035
Straumann	Bonelevel	NC	Омитек	3.3	SMU	25	MUSB333035
Straumann	Bonelevel	RC	Омитек	4.1/4.8	SMU	25	MUSB413035
Bego		3.75	Омитек	3.75	SMU	30	MUBS373035
Bego		4.1	Омитек	4.1	SMU	30	MUBS413035
Bego		4.5	Омитек	4.5	SMU	30	MUBS453035
Antogyr	Axiom	-	Омитек	2.8/3.4/4.0/4.6/5.2	SMU	25	MUA3035

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Дизайн верхушки мультиюнита	Размерность импланта	Наименование совместимого мультиюнитного винта	Крутящий момент (Т), Н*см	Артикул
Iris Liko-M		-	Омитек	3.5/4.0/4.5	SMU	30	MULI3035
Nobel	Active	NP	Омитек	3.5/3.75	SMU	25	MUNA353040
Nobel	Active	RP	Омитек	4.3/5.0	SMU	35	MUNa433040
Dentium		-	Омитек	3.8/4.3/4.8	SMU	35	MUD3040
Osstem	TS	RP	Омитек	3.5	SMU	35	MUO3040
Osstem	TS	mini	Омитек	4.0/4.3	SMU	25	MUOM3040
Alpha Bio		IH	Омитек	3.75/4.2	SMU	30	MUM3040
Astra	Osseospeed	3.5	Омитек	3.5/4.0	SMU	25	MUA353040
Astra	Osseospeed	4.5	Омитек	4.5/5.0	SMU	35	MUA453040
Astra	Osseospeed	3.0	Омитек	3.0	SMU	20	MUA303040
Megagen	AnyRidge	-	Омитек	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SMU	30	MUMAR3040
Megagen	AnyOne	-	Омитек	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SMU	35	MUMA 3040
Xive		3.4	Омитек	3.4	SMU	25	MUX343040
Xive		3.8	Омитек	3.8	SMU	25	MUX383040
Xive		4.5	Омитек	4.5	SMU	25	MUX453040
Ankylos		-	Омитек	3.5/4.5/5.5/7.0	SMU	25	MUAX3040
Straumann	Bonelevel	NC	Омитек	3.3	SMU	25	MUSB333040
Straumann	Bonelevel	RC	Омитек	4.1/4.8	SMU	25	MUSB413040
Nobel	Active	NP	Омитек	3.5/3.75	SMU	25	MUNA351745
Nobel	Active	RP	Омитек	4.3/5.0	SMU	35	MUNa431745
Dentium		-	Омитек	3.8/4.3/4.8	SMU	35	MUD1745
Osstem	TS	RP	Омитек	3.5	SMU	35	MUO1745
Osstem	TS	mini	Омитек	4.0/4.3	SMU	25	MUOM1745
Alpha Bio		IH	Омитек	3.75/4.2	SMU	30	MUM1745
Astra	Osseos	3.5	Омитек	3.5/4.0	SMU	25	MUA351745

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Дизайн верхушки мультиюнита	Размерность импланта	Наименование совместимого мультиюнитного винта	Крутящий момент (Т), Н*см	Артикул
	peed						
Astra	Osseospeed	4.5	Омитек	4.5/5.0	SMU	35	MUA451745
Astra	Osseospeed	3.0	Омитек	3.0	SMU	20	MUA301745
Megagen	AnyRidge	-	Омитек	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SMU	30	MUMAR1745
Megagen	AnyOne	-	Омитек	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SMU	35	MUMA 1745
Xive		3.4	Омитек	3.4	SMU	25	MUX341745
Xive		3.8	Омитек	3.8	SMU	25	MUX381745
Xive		4.5	Омитек	4.5	SMU	25	MUX451745
Ankylos		-	Омитек	3.5/4.5/5.5/7.0	SMU	25	MUAX1745
Straumann	Bonelevel	NC	Омитек	3.3	SMU	25	MUSB331745
Straumann	Bonelevel	RC	Омитек	4.1/4.8	SMU	25	MUSB411745
Bego		3.75	Омитек	3.75	SMU	30	MUBS371745
Bego		4.1	Омитек	4.1	SMU	30	MUBS411745
Bego		4.5	Омитек	4.5	SMU	30	MUBS451745
Antogyr	Axiom	-	Омитек	2.8/3.4/4.0/4.6/5.2	SMU	25	MUA1745
Iris Liko-M		-	Омитек	3.5/4.0/4.5	SMU	30	MULI1745
Straumann	BLX	RB	Омитек	3.5/3.75/4.0/4.5	SMU	25	MUBLXR1725
Straumann	BLX	RB	Омитек	3.5/3.75/4.0/4.5	SMU	25	MUBLXR1735
Straumann	BLX	RB	Омитек	3.5/3.75/4.0/4.5	SMU	25	MUBLXR1745
Straumann	BLX	RB	Омитек	3.5/3.75/4.0/4.5	SMU	25	MUBLXR3035
Straumann	BLX	RB	Омитек	3.5/3.75/4.0/4.5	SMU	25	MUBLXR3040

Таблица 5.2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диаметр D, -0,03мм	Длина погружения в имлпант L1 , -0,1 мм	Высота десневой части L3, ±0,05 мм	Высота верхней части L2, ±0,03 мм	Угол, A, ±0,01°	d2, +0,05 мм	d1, +0,05 мм	h, -0,01 мм	Наименование совместимого винта титанового	Артикул	Масса, г, ±2 %
4,8	2,3	2,5	2,35	17	2	1,65	2,255	SN1614L6.9	MUNA351725	0,17
4,8	2,3	2,5	2,35	17	2	2	2,65	SN2014L7.7	MUNa431725	0,17
4,8	2,75	2,5	2,35	17	2	2	2,5	SD2013L7.7	MUD1725	0,17
4,8	2,6	2,5	2,35	17	2	2	2,49	SOR2012L7.7	MUO1725	0,17
4,8	2,6	2,5	2,35	17	2	1,65	2,09	SOM1612L9.1	MUOM1725	0,17
4,8	2	2,5	2,35	17	2	1,85	2,1	SMS1813L6.9	MUM1725	0,17
4,8	2,45	2,5	2,35	17	2	1,65	2,1	STBABN	MUA351725	0,17
4,8	3,8	2,5	2,35	17	2	2	2,5	SD2013L7.7	MUA451725	0,17
4,8	1,95	2,5	2,35	17	2	1,45	1,69	STBA30	MUA301725	0,17
4,8	2,4	2,5	2,35	17	2	1,85	2,3	SMS1812L6.9	MUMAR1725	0,17
4,8	2,65	2,5	2,35	17	2	2	2,65	SOR2012L7.7	MUMA 1725	0,17
4,8	3,4	2,5	2,35	17	2	1,65	2,193	SX341612	MUX341725	0,17
4,8	3,35	2,5	2,35	17	2	1,65	2,485	SX341612	MUX381725	0,17
4,8	3,35	2,5	2,35	17	2	1,65	2,485	SX341612	MUX451725	0,17
4,8	2,8	2,5	2,35	17	1,85	1,65	1,8	STBAXL6.9	MUAX1725	0,17
4,8	2,7	2,5	2,35	17	2	1,65	2	SSBNR16T6	MUSB331725	0,17
4,8	4,4	2,5	2,35	17	2	1,65	2,4	SSBNR16T6	MUSB411725	0,17
4,8	1,8	2,5	2,35	17	2	1,8	2,4	SMS1813L6.9	MUBS371725	0,17
4,8	2	2,5	2,35	17	2	1,8	2,4	SMS1813L6.9	MUBS411725	0,17
4,8	2,2	2,5	2,35	17	2	1,8	2,4	SMS1813L6.9	MUBS451725	0,17

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диаметр D, -0,03мм	Длина погружения в имлпант L1 , -0,1 мм	Высота десневой части L3, ±0,05 мм	Высота верхней части L2, ±0,03 мм	Угол, A, ±0,01°	d2, +0,05 мм	d1, +0,05 мм	h, -0,01 мм	Наименование совместимого винта титанового	Артикул	Масса, г, ±2 %
4,8	2,65	2,5	2,35	17	1,95	1,55	2,12	SAA1612	MUA1725	0,17
4,8	2,75	2,5	2,35	17	2	1,8	2,4	SC1813L8.6	MULI1725	0,17
4,8	2,3	3,5	2,35	17	2,255	1,65	2	SN1614L6.9	MUNA351735	0,19
4,8	2,3	3,5	2,35	17	2	2	2,65	SN2014L7.7	MUNa431735	0,19
4,8	2,75	3,5	2,35	17	2	2	2,5	SOR2012L7.7	MUD1735	0,19
4,8	2,6	3,5	2,35	17	2	2	2,49	SOR2012L7.7	MUO1735	0,19
4,8	2,6	3,5	2,35	17	2	1,65	2,09	SOM1612L9.1	MUOM1735	0,19
4,8	2	3,5	2,35	17	2	1,85	2,1	SMS1813L6.9	MUM1735	0,19
4,8	2,45	3,5	2,35	17	2	1,65	2,1	STBABN	MUA351735	0,19
4,8	3,8	3,5	2,35	17	2	2	2,5	SD2013L7.7	MUA451735	0,19
4,8	1,95	3,5	2,35	17	2	1,45	1,69	STBA30	MUA301735	0,19
4,8	2,65	3,5	2,35	17	2	2	2,49	SOR2012L7.7	MUMA 1735	0,19
4,8	3,4	3,5	2,35	17	2	1,65	2,193	SX341612	MUX341735	0,19
4,8	3,35	3,5	2,35	17	2	1,65	2,485	SX341612	MUX381735	0,19
4,8	3,35	3,5	2,35	17	2	1,65	2,485	SX341612	MUX451735	0,19
4,8	2,8	3,5	2,35	17	1,85	1,65	1,8	STBAXL6.9	MUAX1735	0,19
4,8	2,7	3,5	2,35	17	2	1,65	2	SSBNR16T6	MUSB331735	0,19
4,8	4,4	3,5	2,35	17	2	1,65	2,4	SSBNR16T6	MUSB411735	0,19
4,8	1,8	3,5	2,35	17	2	1,8	2,4	SMS1813L6.9	MUBS371735	0,19
4,8	2	3,5	2,35	17	2	1,8	2,4	SMS1813L6.9	MUBS411735	0,19
4,8	2,2	3,5	2,35	17	2	1,8	2,4	SMS18	MUBS451735	0,19

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диаметр D, -0,03мм	Длина погружения в имлпант L1 , -0,1 мм	Высота десневой части L3, ±0,05 мм	Высота верхней части L2, ±0,03 мм	Угол, A, ±0,01°	d2, +0,05 мм	d1, +0,05 мм	h, -0,01 мм	Наименование совместимого винта титанового	Артикул	Масса, г, ±2 %
								13L6.9		
4,8	2,65	3,5	2,35	17	1,95	1,55	2,12	SAA1612	MUA1735	0,19
4,8	2,75	3,5	2,35	17	2	1,85	2,4	SC1813L8.6	MULI1735	0,19
4,8	2,3	3,5	2,35	30	2	1,65	2,255	SN1614L6.9	MUNA353035	0,19
4,8	2,3	3,5	2,35	30	2	2	2,65	SN2014L7.7	MUNa433035	0,19
4,8	2,75	3,5	2,35	30	2	2	2,5	SD2013L7.7	MUD3035	0,19
4,8	2,6	3,5	2,35	30	2	2	2,49	SOR2012L7.7	MUO3035	0,19
4,8	2,6	3,5	2,35	30	2	1,65	2,09	SOM1612L9.1	MUOM3035	0,19
4,8	2	3,5	2,35	30	2	1,85	2,28	SMS1813L6.9	MUM3035	0,19
4,8	2,45	3,5	2,35	30	2	1,65	2,1	STBABN	MUA353035	0,19
4,8	3,8	3,5	2,35	30	2	2	2,5	SD2013L7.7	MUA453035	0,19
4,8	1,95	3,5	2,35	30	2	1,45	1,69	STBA30	MUA303035	0,19
4,8	2,4	3,5	2,35	30	2	1,85	2,3	SMS1812L6.9	MUMAR3035	0,19
4,8	2,65	3,5	2,35	30	2	2	2,49	SOR2012L7.7	MUMA 3035	0,19
4,8	3,4	3,5	2,35	30	2	1,65	2,193	SX341612	MUX343035	0,19
4,8	3,35	3,5	2,35	30	2	1,65	2,485	SX341612	MUX383035	0,19
4,8	3,35	3,5	2,35	30	2	1,65	2,485	SX341612	MUX453035	0,19
4,8	2,8	3,5	2,35	30	1,85	1,65	1,8	STBAXL6.9	MUAX3035	0,19
4,8	2,7	3,5	2,35	30	2	1,65	2	SSBNR16T6	MUSB333035	0,19
4,8	4,4	3,5	2,35	30	2	1,65	2,4	SSBNR16T6	MUSB413035	0,19
4,8	1,8	3,5	2,35	30	2	1,8	2,4	SMS1813L6.9	MUBS373035	0,19
4,8	2	3,5	2,35	30	2	1,8	2,4	SMS1813L6.9	MUBS413035	0,19

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Версия 1.1

Диаметр D, -0,03мм	Длина погружения в имплпант L1 , -0,1 мм	Высота десневой части L3, ±0,05 мм	Высота верхней части L2, ±0,03 мм	Угол, A, ±0,01°	d2, +0,05 мм	d1, +0,05 мм	h, -0,01 мм	Наименование совместимого винта титанового	Артикул	Масса, г, ±2 %
4,8	2,2	3,5	2,35	30	2	1,8	2,4	SMS1813L6.9	MUBS453035	0,19
4,8	2,65	3,5	2,35	30	1,95	1,55	2,12	SAA1612	MUA3035	0,19
4,8	2,75	3,5	2,35	30	2	1,85	2,4	SC1813L8.6	MULI3035	0,19
4,8	2,3	4,5	2,35	30	2	1,65	2,255	SN1614L6.9	MUNA353040	0,19
4,8	2,3	4,5	2,35	30	2	2	2,65	SN2014L7.7	MUNa433040	0,19
4,8	2,75	4,5	2,35	30	2	2	2,5	SD2013L7.7	MUD3040	0,19
4,8	2,6	4,5	2,35	30	2	2	2,49	SOR2012L7.7	MUO3040	0,19
4,8	2,6	4,5	2,35	30	2	1,65	2,09	SOM1612L9.1	MUOM3040	0,19
4,8	2	4,5	2,35	30	2	1,85	2,28	SMS1813L6.9	MUM3040	0,19
4,8	2,45	4,5	2,35	30	2	1,65	2,1	STBABN	MUA353040	0,19
4,8	3,8	4,5	2,35	30	2	2	2,5	SD2013L7.7	MUA453040	0,19
4,8	1,95	4,5	2,35	30	2	1,45	1,69	STBA30	MUA303040	0,19
4,8	2,4	4,5	2,35	30	2	1,85	2,3	SMS1812L6.9	MUMAR3040	0,19
4,8	2,65	4,5	2,35	30	2	2	2,49	SOR2012L7.7	MUMA 3040	0,19
4,8	3,4	4,5	2,35	30	2	1,65	2,193	SX341612	MUX343040	0,19
4,8	3,35	4,5	2,35	30	2	1,65	2,485	SX341612	MUX383040	0,19
4,8	3,35	4,5	2,35	30	2	1,65	2,485	SX341612	MUX453040	0,19
4,8	2,8	4,5	2,35	30	1,85	1,65	1,8	STBAXL6.9	MUAX3040	0,19
4,8	2,7	4,5	2,35	30	2	1,65	2	SSBNR16T6	MUSB333040	0,19
4,8	4,4	4,5	2,35	30	2	1,65	2,4	SSBNR16T6	MUSB413040	0,19

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диаметр D, -0,03мм	Длина погружения в имлпант L1 , -0,1 мм	Высота десневой части L3, ±0,05 мм	Высота верхней части L2, ±0,03 мм	Угол, A, ±0,01°	d2, +0,05 мм	d1, +0,05 мм	h, -0,01 мм	Наименование совместимого винта титанового	Артикул	Масса, г, ±2 %
4,8	2,3	4,5	2,35	17	2	1,65	2,255	SN1614L6.9	MUNA351745	0,19
4,8	2,3	4,5	2,35	17	2	2	2,65	SN2014L7.7	MUNa431745	0,19
4,8	2,75	4,5	2,35	17	2	2	2,5	SD2013L7.7	MUD1745	0,19
4,8	2,6	4,5	2,35	17	2	2	2,49	SOR2012L7.7	MUO1745	0,19
4,8	2,6	4,5	2,35	17	2	1,65	2,09	SOM1612L9.1	MUOM1745	0,19
4,8	2	4,5	2,35	17	2	1,85	2,1	SMS1813L6.9	MUM1745	0,19
4,8	2,45	4,5	2,35	17	2	1,65	2,1	STBABN	MUA351745	0,19
4,8	3,8	4,5	2,35	17	2	2	2,5	SD2013L7.7	MUA451745	0,19
4,8	1,95	4,5	2,35	17	2	1,45	1,69	STBA30	MUA301745	0,19
4,8	2,4	4,5	2,35	17	2	1,85	2,3	SMS1812L6.9	MUMAR1745	0,19
4,8	2,65	4,5	2,35	17	2	2	2,49	SOR2012L7.7	MUMA 1745	0,19
4,8	3,4	4,5	2,35	17	2	1,65	2,193	SX341612	MUX341745	0,19
4,8	3,35	4,5	2,35	17	2	1,65	2,485	SX341612	MUX381745	0,19
4,8	3,35	4,5	2,35	17	2	1,65	2,485	SX341612	MUX451745	0,19
4,8	2,8	4,5	2,35	17	1,85	1,65	1,8	STBAXL6.9	MUAX1745	0,19
4,8	2,7	4,5	2,35	17	2	1,65	2	SSBNR16T6	MUSB331745	0,19
4,8	4,4	4,5	2,35	17	2	1,65	2,4	SSBNR16T6	MUSB411745	0,19
4,8	1,8	4,5	2,35	17	2	1,8	2,4	SMS1813L6.9	MUBS371745	0,19
4,8	2	4,5	2,35	17	2	1,8	2,4	SMS1813L6.9	MUBS411745	0,19
4,8	2,2	4,5	2,35	17	2	1,8	2,4	SMS1813L6.9	MUBS451745	0,19
4,8	2,65	4,5	2,35	17	1,95	1,55	2,12	SAA1612	MUA1745	0,19
4,8	2,75	4,5	2,35	17	2	1,85	2,4	SC1813	MULI1745	0,19

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диаметр D, -0,03мм	Длина погружения в имплпант L1 , -0,1 мм	Высота десневой части L3, ±0,05 мм	Высота верхней части L2, ±0,03 мм	Угол, A, ±0,01°	d2, +0,05 мм	d1, +0,05 мм	h, -0,01 мм	Наименование совместимого винта титанового	Артикул	Масса, г, ±2 %
								L8.6		
4,8	2,55	2,5	2,35	17	2	1,65	1,87	SSBLXRL16T6	MUBLXR1725	0,17
4,8	2,55	3,5	2,35	17	2	1,65	1,87	SSBLXRL16T6	MUBLXR1735	0,19
4,8	2,55	4,5	2,35	17	2	1,65	1,87	SSBLXRL16T6	MUBLXR1745	0,25
4,8	2,55	3,5	2,35	30	2	1,65	1,87	SSBLXRL16T6	MUBLXR3035	0,19
4,8	2,55	4,5	2,35	30	2	1,65	1,87	SSBLXRL16T6	MUBLXR3040	0,25

Таблица 6 - Абатмент Multi-unit

Внешний вид	Функциональное описание
	L – длина изделия L1 – длина погружения в имплант L2 – высота десневой части L3 – высота верхней части L4 – длина резьбы D – диаметр d – диаметр резьбы h – размер шестигранника

Таблица 7.1

Система	Подсистема	Платформа	Дизайн верхушки мультиюнита	Размерность импланта	Наименование совместимого винта	Крутящий момент (Т), Н*см	Артикул

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Дизайн верхушки и мультиюнита	Размерность импланта	Наименование совместимого винта	Крутящий момент (Т), Н*см	Артикул
Nobel	Active	NP	Омитек	3.5/3.75	SMU	25	MUNA350005
Nobel	Active	RP	Омитек	4.3/5.0	SMU	35	MUNa430005
Dentium	-	-	Омитек	3.8/4.3/4.8	SMU	35	MUD0005
Osstem	TS	RP	Омитек	3.5	SMU	35	MUO0005
Osstem	TS	mini	Омитек	4.0/4.3	SMU	25	MUOM0005
Alpha Bio	-	IH	Омитек	3.75/4.2	SMU	30	MUM0005
Mis	seven	SP	Омитек	3.75/4.2	SMU	30	MUM0010
Astra	Osseospeed	3.5	Омитек	3.5/4.0	SMU	25	MUA350005
Astra	Osseospeed	4.5	Омитек	4.5/5.0	SMU	35	MUA450005
Astra	Osseospeed	3.0	Омитек	3.0	SMU	20	MUA300005
Nobel	Replace	NP	Омитек	3.5	SMU	30	MUNR350005
Nobel	Replace	RP	Омитек	4.0/4.3	SMU	35	MUNR430005
Alpha Bio	-	CHC	Омитек	3.2/3.5	SMU	25	MUABN0005
Mis	C1	SP	Омитек	3.75/4.2	SMU	30	MUMC0005
Megagen	AnyRidge	-	Омитек	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SMU	30	MUMAR0005
Megagen	mini	-	Омитек	3.0/3.25	SMU	20	MUMAM0005
Megagen	AnyOne	-	Омитек	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SMU	35	MUMA0005
Xive	-	3.4	Омитек	3.4	SMU	25	MUX340005
Xive	-	3.8	Омитек	3.8	SMU	25	MUX380005
Xive	-	4.5	Омитек	4.5	SMU	25	MUX450005
Ankylos	-	-	Омитек	3.5/4.5/5.5/7.0	SMU	25	MUAX0005
Straumann	Bonelevel	NC	Омитек	3.3	SMU	25	MUSB330005
Straumann	Bonelevel	RC	Омитек	4.1/4.8	SMU	25	MUSB410005

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Дизайн верхушки мультиюнита	Размерность импланта	Наименование совместимого винта	Крутящий момент (Т), Н*см	Артикул
Straumann	SynOcta	RN	Омитек	3.3/4.1/4.8	SMU	35	MUSO480005
Straumann	SynOcta	WN	Омитек	4.8	SMU	35	MUSO650005
Bego	-	3.75	Омитек	3.75	SMU	30	MUBS370005
Bego	-	4.1	Омитек	4.1	SMU	30	MUBS410005
Bego	-	4.5	Омитек	4.5	SMU	30	MUBS450005
Niko	-	3.5	Омитек	3.5/3.6/4.0	SMU	30	MUN350005
Niko	-	4.5	Омитек	4.5-6.0	SMU	35	MUN450005
Iris Liko-M	-	-	Омитек	3.5/4.0/4.5	SMU	30	MULI0005
ICX	-	3.45-4.8	Омитек	3.45/3.75/4.1/4.8	SMU	25	MUIC0005
Conmet	-	2.2	Омитек	3.4/3.5/4.0	SMU	25	MUCo220005
Conmet	-	2.7	Омитек	3.8/4.5/5.0/5.5	SMU	30	MUCo270005
Dio	UF	RP	Омитек	3.8/4.0/4.5/5.0/5.5	SMU	35	MUDR0005
Dio	UF	NP	Омитек	3.0/3.3	SMU	20	MUDN0005
Biohorizont	-	3.5	Омитек	3.5	SMU	30	MUBG350005
Biohorizont	-	4.5	Омитек	4.5	SMU	30	MUBG450005
Biohorizont	-	5.7	Омитек	5.7	SMU	30	MUBG570005
Nobel	Active	NP	Омитек	3.5/3.75	SMU	25	MUNA350025
Nobel	Active	RP	Омитек	4.3/5.0	SMU	35	MUNa430025
Dentium	-	-	Омитек	3.8/4.3/4.8	SMU	35	MUD0010
Osstem	TS	RP	Омитек	3.5	SMU	35	MUO0025
Osstem	TS	mini	Омитек	4.0/4.3	SMU	25	MUOM0025
Alpha Bio	-	IH	Омитек	3.75/4.2	SMU	30	MUM0025
Astra	Osseosp	3.5	Омитек	3.5/4.0	SMU	25	MUA350

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Дизайн верхушки мультиюнита	Размерность импланта	Наименование совместимого винта	Крутящий момент (Т), Н*см	Артикул
	eed						025
Astra	Osseospeed	4.5	Омитек	4.5/5.0	SMU	35	MUA450025
Astra	Osseospeed	3.0	Омитек	3.0	SMU	20	MUA300025
Astra	Osseospeed	3.0	Омитек	3.0	SMU	20	MUA300015
Nobel	Replace	NP	Омитек	3.5	SMU	30	MUNR350025
Nobel	Replace	RP	Омитек	4.0/4.3	SMU	35	MUNR430025
Alpha Bio	-	CHC	Омитек	3.2/3.5	SMU	25	MUABN0025
Mis	C1	SP	Омитек	3.75/4.2	SMU	30	MUMC0025
Megagen	AnyRidge	-	Омитек	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SMU	30	MUMAR0025
Megagen	mini	-	Омитек	3.0/3.25	SMU	20	MUMAM0025
Megagen	AnyOne	-	Омитек	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.1	SMU	35	MUMA0010
Xive	-	3.4	Омитек	3.4	SMU	25	MUX340025
Xive	-	3.8	Омитек	3.8	SMU	25	MUX380025
Xive	-	4.5	Омитек	4.5	SMU	25	MUX450025
Ankylos	-	-	Омитек	3.5/4.5/5.5/7.0	SMU	25	MUAX0025
Straumann	Bonelevel	NC	Омитек	3.3	SMU	25	MUSB330025
Straumann	Bonelevel	RC	Омитек	4.1/4.8	SMU	25	MUSB410025
Straumann	SynOcta	RN	Омитек	3.3/4.1/4.8	SMU	35	MUSO480025
Straumann	SynOcta	WN	Омитек	4.8	SMU	35	MUSO650025
Bego	-	3.75	Омитек	3.75	SMU	30	MUBS370025
Bego	-	4.1	Омитек	4.1	SMU	30	MUBS410025
Bego	-	4.5	Омитек	4.5	SMU	30	MUBS450025
Niko	-	3.5	Омитек	3.5/3.6/4.0	SMU	30	MUN350025
Niko	-	4.5	Омитек	4.5-6.0	SMU	35	MUN450

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Дизайн верхушки мультиюнита	Размерность импланта	Наименование совместимого винта	Крутящий момент (Т), Н*см	Артикул
							025
Iris Liko-M	-	-	Омитек	3.5/4.0/4.5	SMU	30	MULI0025
ICX	-	3.45-4.8	Омитек	3.45/3.75/4.1/4.8	SMU	25	MUIC0025
Conmet	-	2.2	Омитек	3.4/3.5/4.0	SMU	25	MUCo220025
Conmet	-	2.7	Омитек	3.8/4.5/5.0/5.5	SMU	30	MUCo270025
Dio	UF	RP	Омитек	3.8/4.0/4.5/5.0/5.5	SMU	35	MUDR0025
Dio	UF	NP	Омитек	3.0/3.3	SMU	20	MUDN0025
Biohorizont	-	3.5	Омитек	3.5	SMU	30	MUBG350025
Biohorizont	-	4.5	Омитек	4.5	SMU	30	MUBG450025
Biohorizont	-	5.7	Омитек	5.7	SMU	30	MUBG570025
Nobel	Active	NP	Омитек	3.5/3.75	SMU	25	MUNA350040
Nobel	Active	RP	Омитек	4.3/5.0	SMU	35	MUNa430040
Dentium	-	-	Омитек	3.8/4.3/4.8	SMU	35	MUD0020
Osstem	TS	RP	Омитек	3.5	SMU	35	MUO0040
Osstem	TS	mini	Омитек	4.0/4.3	SMU	25	MUOM0040
Alpha Bio	-	IH	Омитек	3.75/4.2	SMU	30	MUM0040
Astra	Osseospeed	3.5	Омитек	3.5/4.0	SMU	25	MUA350040
Astra	Osseospeed	4.5	Омитек	4.5/5.0	SMU	35	MUA450040
Astra	Osseospeed	3.0	Омитек	3.0	SMU	20	MUA300040
Nobel	Replace	NP	Омитек	3.5	SMU	30	MUNR350040
Nobel	Replace	RP	Омитек	4.0/4.3	SMU	35	MUNR430040
Alpha Bio	-	CHC	Омитек	3.2/3.5	SMU	25	MUABN0040
Mis	C1	SP	Омитек	3.75/4.2	SMU	30	MUMC0040

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Дизайн верхушки мультиюнита	Размерность импланта	Наименование совместимого винта	Крутящий момент (Т), Н*см	Артикул
Megagen	AnyRidge	-	Омитек	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SMU	30	MUMAR0040
Megagen	mini	-	Омитек	3.0/3.25	SMU	20	MUMAM0040
Megagen	AnyOne	-	Омитек	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.2	SMU	35	MUMA0020
Xive	-	3.4	Омитек	3.4	SMU	25	MUX340040
Xive	-	3.8	Омитек	3.8	SMU	25	MUX380040
Xive	-	4.5	Омитек	4.5	SMU	25	MUX450040
Ankylos	-	-	Омитек	3.5/4.5/5.5/7.0	SMU	25	MUAX0040
Straumann	Bonelevel	NC	Омитек	3.3	SMU	25	MUSB330040
Straumann	Bonelevel	RC	Омитек	4.1/4.8	SMU	25	MUSB410040
Straumann	SynOcta	RN	Омитек	3.3/4.1/4.8	SMU	35	MUSO480040
Straumann	SynOcta	WN	Омитек	4.8	SMU	35	MUSO650040
Bego	-	3.75	Омитек	3.75	SMU	30	MUBS370040
Bego	-	4.1	Омитек	4.1	SMU	30	MUBS410040
Bego	-	4.5	Омитек	4.5	SMU	30	MUBS450040
Antogyr	Axiom	-	UniAB20	2.8/3.4/4.0/4.6/5.2	SUS	25	USA2020
Niko	-	3.5	Омитек	3.5/3.6/4.0	SMU	30	MUN350040
Niko	-	4.5	Омитек	4.5-6.0	SMU	35	MUN450040
Iris Liko-M	-	-	Омитек	3.5/4.0/4.5	SMU	30	MULI0040
ICX	-	3.45-4.8	Омитек	3.45/3.75/4.1/4.8	SMU	25	MUIC0040
Conmet	-	2.2	Омитек	3.4/3.5/4.0	SMU	25	MUCo220040
Conmet	-	2.7	Омитек	3.8/4.5/5.0/5.5	SMU	30	MUCo270040
Dio	UF	RP	Омитек	3.8/4.0/4.5/5.0/5.5	SMU	35	MUDR0040
Dio	UF	NP	Омитек	3.0/3.3	SMU	20	MUDN0

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Дизайн верхушки мультиюнита	Размерность импланта	Наименование совместимого винта	Крутящий момент (Т), Н*см	Артикул
							040
Biohorizont	-	3.5	Омитек	3.5	SMU	30	MUBG350040
Biohorizont	-	4.5	Омитек	4.5	SMU	30	MUBG450040
Biohorizont	-	5.7	Омитек	5.7	SMU	30	MUBG570040
Nobel	Active	NP	UniAB20	3.5/3.75	SUS	25	USNA352005
Nobel	Active	RP	UniAB20	4.3/5.0	SUS	35	USNa432005
Dentium	-	-	UniAB20	3.8/4.3/4.8	SUS	35	USD2005
Osstem	TS	RP	UniAB20	3.5	SUS	35	USO2005
Osstem	TS	mini	UniAB20	4.0/4.3	SUS	25	USOM2005
Alpha Bio	-	IH	UniAB20	3.75/4.2	SUS	30	USM2005
Astra	Osseospeed	3.5	UniAB20	3.5/4.0	SUS	25	USA352005
Astra	Osseospeed	4.5	UniAB20	4.5/5.0	SUS	35	USA452005
Astra	Osseospeed	3.0	UniAB20	3.0	SUS	20	USA302005
Nobel	Replace	NP	UniAB20	3.5	SUS	30	USNR352005
Nobel	Replace	RP	UniAB20	4.0/4.3	SUS	35	USNR432005
Alpha Bio	-	CHC	UniAB20	3.2/3.5	SUS	25	USABN2005
Mis	C1	SP	UniAB20	3.75/4.2	SUS	30	USMC2005
Megagen	AnyRidge	-	UniAB20	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SUS	30	USMAR2005
Megagen	mini	-	UniAB20	3.0/3.25	SUS	20	USMAM2005
Megagen	AnyOne	-	UniAB20	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SUS	35	USMA2005
Xive	-	3.4	UniAB20	3.4	SUS	25	USX342005
Xive	-	3.8	UniAB20	3.8	SUS	25	USX382005
Xive	-	4.5	UniAB20	4.5	SUS	25	USX452005
Ankylos	-	-	UniAB20	3.5/4.5/5.5/7.0	SUS	25	USAX2005

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Дизайн верхушки мультиюнита	Размерность импланта	Наименование совместимого винта	Крутящий момент (Т), Н*см	Артикул
Straumann	Bonelevel	NC	UniAB20	3.3	SUS	25	USSB332005
Straumann	Bonelevel	RC	UniAB20	4.1/4.8	SUS	25	USSB412005
Straumann	SynOcta	RN	UniAB20	3.3/4.1/4.8	SUS	35	USSO482005
Straumann	SynOcta	WN	UniAB20	4.8	SUS	35	USSO652005
Bego	-	3.75	UniAB20	3.75	SUS	30	USBS372005
Bego	-	4.1	UniAB20	4.1	SUS	30	USBS412005
Bego	-	4.5	UniAB20	4.5	SUS	30	USBS452005
Antogyr	Axiom	-	UniAB20	2.8/3.4/4.0/4.6/5.2	SUS	25	USA2010
Niko	-	3.5	UniAB20	3.5/3.6/4.0	SUS	30	USN352005
Niko	-	4.5	UniAB20	4.5-6.0	SUS	35	USN452005
Iris Liko-M	-	-	UniAB20	3.5/4.0/4.5	SUS	30	USLI2005
ICX	-	3.45-4.8	UniAB20	3.45/3.75/4.1/4.8	SUS	25	USIC2005
Conmet	-	2.2	UniAB20	3.4/3.5/4.0	SUS	25	USCo222005
Conmet	-	2.7	UniAB20	3.8/4.5/5.0/5.5	SUS	30	USCo272005
Dio	UF	RP	UniAB20	3.8/4.0/4.5/5.0/5.5	SUS	35	USDR2005
Dio	UF	NP	UniAB20	3.0/3.3	SUS	20	USDN2005
Biohorizont	-	3.5	UniAB20	3.5	SUS	30	USBG352005
Biohorizont	-	4.5	UniAB20	4.5	SUS	30	USBG452005
Biohorizont	-	5.7	UniAB20	5.7	SUS	30	USBG572005
Nobel	Active	NP	UniAB20	3.5/3.75	SUS	25	USNA352010
Nobel	Active	RP	UniAB20	4.3/5.0	SUS	35	USNa432010
Dentium	-	-	UniAB20	3.8/4.3/4.8	SUS	35	USD2010
Osstem	TS	RP	UniAB20	3.5	SUS	35	USO2010

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Дизайн верхушки мультиюнита	Размерность импланта	Наименование совместимого винта	Крутящий момент (Т), Н*см	Артикул
Osstem	TS	mini	UniAB20	4.0/4.3	SUS	25	USOM2010
Alpha Bio	-	IH	UniAB20	3.75/4.2	SUS	30	USM2010
Astra	Osseospeed	3.5	UniAB20	3.5/4.0	SUS	25	USA352010
Astra	Osseospeed	4.5	UniAB20	4.5/5.0	SUS	35	USA452010
Astra	Osseospeed	3.0	UniAB20	3.0	SUS	20	USA302010
Nobel	Replace	NP	UniAB20	3.5	SUS	30	USNR352010
Nobel	Replace	RP	UniAB20	4.0/4.3	SUS	35	USNR432010
Alpha Bio	-	CHC	UniAB20	3.2/3.5	SUS	25	USABN2010
Mis	C1	SP	UniAB20	3.75/4.2	SUS	30	USMC2010
Megagen	AnyRidge	-	UniAB20	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SUS	30	USMAR2010
Megagen	mini	-	UniAB20	3.0/3.25	SUS	20	USMAM2010
Megagen	AnyOne	-	UniAB20	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SUS	35	USMA2010
Xive	-	3.4	UniAB20	3.4	SUS	25	USX342010
Xive	-	3.8	UniAB20	3.8	SUS	25	USX382010
Xive	-	4.5	UniAB20	4.5	SUS	25	USX452010
Ankylos	-	-	UniAB20	3.5/4.5/5.5/7.0	SUS	25	USAX2010
Straumann	Bonelevel	NC	UniAB20	3.3	SUS	25	USSB332010
Straumann	Bonelevel	RC	UniAB20	4.1/4.8	SUS	25	USSB412010
Straumann	SynOcta	RN	UniAB20	3.3/4.1/4.8	SUS	35	USSO482010
Straumann	SynOcta	WN	UniAB20	4.8	SUS	35	USSO652010
Bego	-	3.75	UniAB20	3.75	SUS	30	USBS372010
Bego	-	4.1	UniAB20	4.1	SUS	30	USBS412010
Bego	-	4.5	UniAB20	4.5	SUS	30	USBS452010

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Дизайн верхушки мультиюнита	Размерность импланта	Наименование совместимого винта	Крутящий момент (Т), Н*см	Артикул
Niko	-	3.5	UniAB20	3.5/3.6/4.0	SUS	30	USN352010
Niko	-	4.5	UniAB20	4.5-6.0	SUS	35	USN452010
Iris Liko-M	-	-	UniAB20	3.5/4.0/4.5	SUS	30	USLI2010
ICX	-	3.45-4.8	UniAB20	3.45/3.75/4.1/4.8	SUS	25	USIC2010
Conmet	-	2.2	UniAB20	3.4/3.5/4.0	SUS	25	USCo222010
Conmet	-	2.7	UniAB20	3.8/4.5/5.0/5.5	SUS	30	USCo272010
Dio	UF	RP	UniAB20	3.8/4.0/4.5/5.0/5.5	SUS	35	USDR2010
Dio	UF	NP	UniAB20	3.0/3.3	SUS	20	USDN2010
Biohorizont	-	3.5	UniAB20	3.5	SUS	30	USBG352010
Biohorizont	-	4.5	UniAB20	4.5	SUS	30	USBG452010
Biohorizont	-	5.7	UniAB20	5.7	SUS	30	USBG572010
Nobel	Active	NP	UniAB20	3.5/3.75	SUS	25	USNA352020
Nobel	Active	RP	UniAB20	4.3/5.0	SUS	35	USNa432020
Dentium	-	-	UniAB20	3.8/4.3/4.8	SUS	35	USD2020
Osstem	TS	RP	UniAB20	3.5	SUS	35	USO2020
Osstem	TS	mini	UniAB20	4.0/4.3	SUS	25	USOM2020
Alpha Bio	-	IH	UniAB20	3.75/4.2	SUS	30	USM2020
Astra	Osseospeed	3.5	UniAB20	3.5/4.0	SUS	25	USA352020
Astra	Osseospeed	4.5	UniAB20	4.5/5.0	SUS	35	USA452020
Astra	Osseospeed	3.0	UniAB20	3.0	SUS	20	USA302020
Nobel	Replace	NP	UniAB20	3.5	SUS	30	USNR352020
Nobel	Replace	RP	UniAB20	4.0/4.3	SUS	35	USNR432020
Alpha Bio	-	CHC	UniAB20	3.2/3.5	SUS	25	USABN2020

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Дизайн верхушки мультиюнита	Размерность импланта	Наименование совместимого винта	Крутящий момент (Т), Н*см	Артикул
Mis	C1	SP	UniAB20	3.75/4.2	SUS	30	USMC2020
Megagen	AnyRidge	-	UniAB20	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SUS	30	USMAR2020
Megagen	mini	-	UniAB20	3.0/3.25	SUS	20	USMAM2020
Megagen	AnyOne	-	UniAB20	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SUS	35	USMA2020
Xive	-	3.4	UniAB20	3.4	SUS	25	USX342020
Xive	-	3.8	UniAB20	3.8	SUS	25	USX382020
Xive	-	4.5	UniAB20	4.5	SUS	25	USX452020
Ankylos	-	-	UniAB20	3.5/4.5/5.5/7.0	SUS	25	USAX2020
Straumann	Bonelevel	NC	UniAB20	3.3	SUS	25	USSB332020
Straumann	Bonelevel	RC	UniAB20	4.1/4.8	SUS	25	USSB412020
Straumann	SynOcta	RN	UniAB20	3.3/4.1/4.8	SUS	35	USSO482020
Straumann	SynOcta	WN	UniAB20	4.8	SUS	35	USSO652020
Bego	-	3.75	UniAB20	3.75	SUS	30	USBS372020
Bego	-	4.1	UniAB20	4.1	SUS	30	USBS412020
Bego	-	4.5	UniAB20	4.5	SUS	30	USBS452020
Antogyr	Axiom		UniAB20	2.8/3.4/4.0/4.6/5.2	SUS	25	USA2005
Niko	-	3.5	UniAB20	3.5/3.6/4.0	SUS	30	USN352020
Niko	-	4.5	UniAB20	4.5-6.0	SUS	35	USN452020
Iris Liko-M	-	-	UniAB20	3.5/4.0/4.5	SUS	30	USLI2020
ICX	-	3.45-4.8	UniAB20	3.45/3.75/4.1/4.8	SUS	25	USIC2020
Conmet	-	2.2	UniAB20	3.4/3.5/4.0	SUS	25	USCo222020
Conmet	-	2.7	UniAB20	3.8/4.5/5.0/5.5	SUS	30	USCo272020
Dio	UF	RP	UniAB20	3.8/4.0/4.5/5.	SUS	35	USDR20

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Дизайн верхушки мультиюнита	Размерность импланта	Наименование совместимого винта	Крутящий момент (Т), Н*см	Артикул
				0/5.5			20
Dio	UF	NP	UniAB20	3.0/3.3	SUS	20	USDN2020
Biohorizont	-	3.5	UniAB20	3.5	SUS	30	USBG352020
Biohorizont	-	4.5	UniAB20	4.5	SUS	30	USBG452020
Biohorizont	-	5.7	UniAB20	5.7	SUS	30	USBG572020
Straumann	BLX	RB	Омитек	3.5/3.75/4.0/4.5	SMU	30	MUBLXR0005
Straumann	BLX	RB	Омитек	3.5/3.75/4.0/4.5	SMU	30	MUBLXR0025
Straumann	BLX	RB	Омитек	3.5/3.75/4.0/4.5	SMU	30	MUBLXR0040
Megagen	AnyOne	-	Dentium	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SDEN	30	MUD4510
Megagen	AnyOne	-	Dentium	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SDEN	30	MUD4520
Megagen	AnyOne	-	Dentium	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SDEN	30	MUD4530
Megagen	AnyOne	-	Dentium	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SDEN	30	MUD4540
Megagen	AnyOne	-	Dentium	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SDEN	30	MUD4550
Dentium	-	-	Dentium	3.8/4.3/4.8	SDEN	30	MUD4510
Dentium	-	-	Dentium	3.8/4.3/4.8	SDEN	30	MUD4520
Dentium	-	-	Dentium	3.8/4.3/4.8	SDEN	30	MUD4530
Dentium	-	-	Dentium	3.8/4.3/4.8	SDEN	30	MUD4540
Dentium	-	-	Dentium	3.8/4.3/4.8	SDEN	30	MUD4550
C-Tech	-	-	C-Tech	3.5/4.0/4.5	SC-T	30	MUCT0022
C-Tech	-	-	C-Tech	3.5/4.0/4.5	SC-T	30	MUCT0032
Straumann	Bonelevel	NC	Омитек	3.3	SMU	25	MUSB330010
Straumann	Bonelevel	NC	Омитек	3.3	SMU	25	MUSB330020
Straumann	Bonelevel	NC	Омитек	3.3	SMU	25	MUSB330030
Antogy	Axiom	-	Омитек	2.8/3.4/4.0/4.	SMU	25	MUA001

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Дизайн верхушки мультиюнита	Размерность импланта	Наименование совместимого винта	Крутящий момент (Т), Н*см	Артикул
r				6/5.2			0
Antogyr	Axiom	-	Омитек	2.8/3.4/4.0/4.6/5.2	SMU	25	MUA0020
Antogyr	Axiom	-	Омитек	2.8/3.4/4.0/4.6/5.2	SMU	25	MUA0030
Iris Liko-M	-	-	Омитек	3.5/4.0/4.5	SMU	30	MULI0030
Dentium	-	-	Омитек	3.8/4.3/4.8	SMU	35	MUD0025
Dentium	-	-	Омитек	3.8/4.3/4.8	SMU	35	MUD0030
Dentium	-	-	Омитек	3.8/4.3/4.8	SMU	35	MUD0040
Megagen	AnyOne	-	Омитек	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SMU	35	MUMA0025
Megagen	AnyOne	-	Омитек	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.3	SMU	35	MUMA0030
Megagen	AnyOne	-	Омитек	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	SMU	35	MUMA0040
Osstem	TS	RP	Омитек	3.5	SMU	35	MUO0010
Osstem	TS	RP	Омитек	3.5	SMU	35	MUO0015
Osstem	TS	RP	Омитек	3.5	SMU	35	MUO0020
Osstem	TS	RP	Омитек	3.5	SMU	35	MUO0030
Osstem	TS	RP	Омитек	3.5	SMU	35	MUO0035

Таблица 7.2

Диаметр D, -0,03 мм	Резьба, d_x000a_6g_x000a_	Длина L, -0,1 мм	Длина погружения в имплант L1, -0,1 мм	Высота десневой части L2, ±0,05 мм	Высота верхней части L3, ±0,03 мм	Длина резьбы L4, ±0,05 мм	h, -0,03 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
4,8	M1,6	8	5,25	0,5	2,25	2,5	3,3	MUNA350005	0,19
4,8	M2	8,05	5,3	0,5	2,2	2,5	3,3	MUNa430005	0,19

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диаметр D, -0,03 мм	Резьба, d_x000a_6g_x000a_	Длина L, -0,1 мм	Длина погружения в имплант L1, -0,1 мм	Высота десневой части L2, ±0,05 мм	Высота верхней части L3, ±0,03 мм	Длина резьбы L4, ±0,05 мм	h, -0,03 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
					5				
4,8	M2	8,85	6,1	0,5	2,25	2,85	3,3	MUD0005	0,19
4,8	M1,6	8	5,25	0,5	2,25	2,05	3,3	MUO0005	0,19
4,8	M2	7,5	4,75	0,5	2,25	2,05	3,3	MUOM0005	0,19
4,8	M1,8	7,75	5	0,5	2,25	3	3,3	MUM0005	0,19
4,8	M1,8	8,25	5	1	2,25	3	3,3	MUM0010	0,23
4,8	M1,6	7,95	5,2	0,5	2,25	2,2	3,3	MUA350005	0,19
4,8	M2	10,4	7,65	0,5	2,25	2,7	3,3	MUA450005	0,19
4,8	M1,4	6,7	3,95	0,5	2,25	2	3,3	MUA300005	0,19
4,8	M1,8	8,35	5,6	0,5	2,25	2,6	3,3	MUNR350005	0,19
4,8	M2	10,25	7,5	0,5	2,25	3,8	3,3	MUNR430005	0,19
4,8	M1,6	7,65	4,9	0,5	2,25	2,7	3,3	MUABN0005	0,19
4,8	M1,8	7,75	5	0,5	2,25	3	3,3	MUMC0005	0,19
4,8	M1,8	8	5,25	0,5	2,25	2,9	3,3	MUMAR0005	0,19
4,8	M1,4	6,7	3,95	0,5	2,25	2	3,3	MUMAM0005	0,19
4,8	M2	8,85	6,1	0,5	2,25	2,85	3,3	MUMA0005	0,19
4,8	M1,6	9	6,25	0,5	2,25	3	3,3	MUX340005	0,19
4,8	M1,6	9	6,25	0,5	2,25	3	3,3	MUX380005	0,19
4,8	M1,6	9	6,25	0,5	2,25	3	3,3	MUX450005	0,19
4,8	M1,8	8,2	5,45	0,5	2,25	2,6	3,3	MUAX0005	0,19

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диаметр D, -0,03 мм	Резьба, d_x000a_6g_x000a_	Длина L, -0,1 мм	Длина погружения в имплант L1, -0,1 мм	Высота десневой части L2, ±0,05 мм	Высота верхней части L3, ±0,03 мм	Длина резьбы L4, ±0,05 мм	h, -0,03 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
4,8	M1,6	8,55	5,8	0,5	2,25	1,65	3,3	MUSB330005	0,19
4,8	M1,6	8,9	6,15	0,5	2,25	1,65	3,3	MUSB410005	0,19
4,8	M2	7,1	4,35	0,5	2,25	2,1	3,3	MUSO480005	0,19
4,8	M2	7,1	4,35	0,5	2,25	2,1	3,3	MUSO650005	0,19
4,8	M1,8	7,75	5	0,5	2,25	3	3,3	MUBS370005	0,19
4,8	M1,8	7,75	5	0,5	2,25	3	3,3	MUBS410005	0,19
4,8	M1,8	7,75	5	0,5	2,25	3	3,3	MUBS450005	0,19
4,8	M1,8	8,55	5,8	0,5	2,25	3,75	3,3	MUN350005	0,19
4,8	M2	8,55	5,8	0,5	2,25	3,75	3,3	MUN450005	0,19
4,8	M1,8	8,7	5,95	0,5	2,25	2,6	3,3	MULI0005	0,19
4,8	M1,6	8,85	6,1	0,5	2,25	2	3,3	MUIC0005	0,19
4,8	M1,6	8,5	5,75	0,5	2,25	3	3,3	MUCo220005	0,19
4,8	M1,8	9,45	6,7	0,5	2,25	3,3	3,3	MUCo270005	0,19
4,8	M2	7,85	5,1	0,5	2,25	2,3	3,3	MUDR0005	0,19
4,8	M1,4	7,05	4,3	0,5	2,25	1,9	3,3	MUDN0005	0,19
4,8	M1,8	7,75	5	0,5	2,25	3	3,3	MUBG350005	0,19
4,8	M1,8	7,35	4,6	0,5	2,25	3	3,3	MUBG450005	0,19
4,8	M1,8	7,35	4,6	0,5	2,25	3	3,3	MUBG570005	0,19
4,8	M1,6	10	5,25	2,5	2,25	2,5	3,3	MUNA350025	0,3
4,8	M2	10,0	5,3	2,5	2,2	2,5	3,3	MUNa430025	0,3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диаметр D, -0,03 мм	Резьба, d_x000a_6g_x000a_	Длина L, -0,1 мм	Длина погружения в имплант L1, -0,1 мм	Высота десневой части L2, ±0,05 мм	Высота верхней части L3, ±0,03 мм	Длина резьбы L4, ±0,05 мм	h, -0,03 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
		5			5				
4,8	M3	9,35	6,1	1	2,25	2,85	3,3	MUD0010	0,23
4,8	M1,6	10	5,25	2,5	2,25	2,05	3,3	MUO0025	0,3
4,8	M2	9,5	4,75	2,5	2,25	2,05	3,3	MUOM0025	0,3
4,8	M1,8	9,75	5	2,5	2,25	3	3,3	MUM0025	0,3
4,8	M1,6	9,95	5,2	2,5	2,25	2,2	3,3	MUA350025	0,3
4,8	M2	12,4	7,65	2,5	2,25	2,7	3,3	MUA450025	0,3
4,8	M1,4	8,7	3,95	2,5	2,25	2	3,3	MUA300025	0,3
4,8	M1,4	7,7	3,95	1,5	2,25	2	3,3	MUA300015	0,25
4,8	M1,8	10,35	5,6	2,5	2,25	2,6	3,3	MUNR350025	0,3
4,8	M2	12,25	7,5	2,5	2,25	3,8	3,3	MUNR430025	0,3
4,8	M1,6	9,65	4,9	2,5	2,25	2,7	3,3	MUABN0025	0,3
4,8	M1,8	9,75	5	2,5	2,25	3	3,3	MUMC0025	0,3
4,8	M1,8	10	5,25	2,5	2,25	2,9	3,3	MUMAR0025	0,3
4,8	M1,4	8,7	3,95	2,5	2,25	2	3,3	MUMAM0025	0,3
5,8	M3	10,35	7,1	1	2,25	2,85	3,3	MUMA0010	0,23
4,8	M1,6	11	6,25	2,5	2,25	3	3,3	MUX340025	0,3
4,8	M1,6	11	6,25	2,5	2,25	3	3,3	MUX380025	0,3
4,8	M1,6	11	6,25	2,5	2,25	3	3,3	MUX450025	0,25
4,8	M1,8	10,2	5,45	2,5	2,25	2,6	3,3	MUAX0025	0,25

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диаметр D, -0,03 мм	Резьба, d_x000a_6g_x000a_	Длина L, -0,1 мм	Длина погружения в имплант L1, -0,1 мм	Высота десневой части L2, ±0,05 мм	Высота верхней части L3, ±0,03 мм	Длина резьбы L4, ±0,05 мм	h, -0,03 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
4,8	M1,6	10,55	5,8	2,5	2,25	1,65	3,3	MUSB330025	0,25
4,8	M1,6	10,9	6,15	2,5	2,25	1,65	3,3	MUSB410025	0,25
4,8	M2	9,1	4,35	2,5	2,25	2,1	3,3	MUSO480025	0,25
4,8	M2	9,1	4,35	2,5	2,25	2,1	3,3	MUSO650025	0,25
4,8	M1,8	9,75	5	2,5	2,25	3	3,3	MUBS370025	0,25
4,8	M1,8	9,75	5	2,5	2,25	3	3,3	MUBS410025	0,25
4,8	M1,8	9,75	5	2,5	2,25	3	3,3	MUBS450025	0,25
4,8	M1,8	10,55	5,8	2,5	2,25	3,75	3,3	MUN350025	0,5
4,8	M2	10,55	5,8	2,5	2,25	3,75	3,3	MUN450025	0,25
4,8	M1,8	10,7	5,95	2,5	2,25	2,6	3,3	MULI0025	0,25
4,8	M1,6	10,85	6,1	2,5	2,25	2	3,3	MUIC0025	0,25
4,8	M1,6	10,5	5,75	2,5	2,25	3	3,3	MUCo220025	0,25
4,8	M1,8	11,45	6,7	2,5	2,25	3,3	3,3	MUCo270025	0,25
4,8	M2	9,85	5,1	2,5	2,25	2,3	3,3	MUDR0025	0,25
4,8	M1,4	9,05	4,3	2,5	2,25	1,9	3,3	MUDN0025	0,25
4,8	M1,8	9,75	5	2,5	2,25	3	3,3	MUBG350025	0,25
4,8	M1,8	9,35	4,6	2,5	2,25	3	3,3	MUBG450025	0,25
4,8	M1,8	9,35	4,6	2,5	2,25	3	3,3	MUBG570025	0,25
4,8	M1,6	11,5	5,25	4	2,25	2,5	3,3	MUNA350040	0,43
4,8	M2	11,5	5,3	4	2,2	2,5	3,3	MUNa430040	0,43

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диаметр D, -0,03 мм	Резьба, d_x000a_6g_x000a_	Длина L, -0,1 мм	Длина погружения в имплант L1, -0,1 мм	Высота десневой части L2, ±0,05 мм	Высота верхней части L3, ±0,03 мм	Длина резьбы L4, ±0,05 мм	h, -0,03 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
		5			5				
4,8	M4	10,35	6,1	2	2,25	2,85	3,3	MUD0020	0,43
4,8	M1,6	11,5	5,25	4	2,25	2,05	3,3	MUO0040	0,43
4,8	M2	11	4,75	4	2,25	2,05	3,3	MUOM0040	0,43
4,8	M1,8	11,25	5	4	2,25	3	3,3	MUM0040	0,43
4,8	M1,6	11,45	5,2	4	2,25	2,2	3,3	MUA350040	0,43
4,8	M2	13,9	7,65	4	2,25	2,7	3,3	MUA450040	0,43
4,8	M1,4	10,2	3,95	4	2,25	2	3,3	MUA300040	0,43
4,8	M1,8	11,85	5,6	4	2,25	2,6	3,3	MUNR350040	0,43
4,8	M2	13,75	7,5	4	2,25	3,8	3,3	MUNR430040	0,43
4,8	M1,6	11,15	4,9	4	2,25	2,7	3,3	MUABN0040	0,43
4,8	M1,8	11,25	5	4	2,25	3	3,3	MUMC0040	0,43
4,8	M1,8	11,5	5,25	4	2,25	2,9	3,3	MUMAR0040	0,43
4,8	M1,4	10,2	3,95	4	2,25	2	3,3	MUMAM0040	0,43
6,8	M4	12,35	8,1	2	2,25	2,85	3,3	MUMA0020	0,3
4,8	M1,6	12,5	6,25	4	2,25	3	3,3	MUX340040	0,43
4,8	M1,6	12,5	6,25	4	2,25	3	3,3	MUX380040	0,43
4,8	M1,6	12,5	6,25	4	2,25	3	3,3	MUX450040	0,43
4,8	M1,8	11,7	5,45	4	2,25	2,6	3,3	MUAX0040	0,43
4,8	M1,6	12,05	5,8	4	2,25	1,65	3,3	MUSB330040	0,43

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диаметр D, -0,03 мм	Резьба, d_x000a_6g_x000a_	Длина L, -0,1 мм	Длина погружения в имплант L1, -0,1 мм	Высота десневой части L2, ±0,05 мм	Высота верхней части L3, ±0,03 мм	Длина резьбы L4, ±0,05 мм	h, -0,03 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
4,8	M1,6	12,4	6,15	4	2,25	1,65	3,3	MUSB410040	0,43
4,8	M2	10,6	4,35	4	2,25	2,1	3,3	MUSO480040	0,43
4,8	M2	10,6	4,35	4	2,25	2,1	3,3	MUSO650040	0,43
4,8	M1,8	11,25	5	4	2,25	3	3,3	MUBS370040	0,43
4,8	M1,8	11,25	5	4	2,25	3	3,3	MUBS410040	0,43
4,8	M1,8	11,25	5	4	2,25	3	3,3	MUBS450040	0,43
3,5	M1,6	9,6	5,45	2	2,15	2,9	2,3	USA2020	0,25
4,8	M1,8	12,05	5,8	4	2,25	3,75	3,3	MUN350040	0,43
4,8	M2	12,05	5,8	4	2,25	3,75	3,3	MUN450040	0,43
4,8	M1,8	12,2	5,95	4	2,25	2,6	3,3	MULI0040	0,43
4,8	M1,6	12,35	6,1	4	2,25	2	3,3	MUIC0040	0,43
4,8	M1,6	12	5,75	4	2,25	3	3,3	MUCo220040	0,43
4,8	M1,8	12,95	6,7	4	2,25	3,3	3,3	MUCo270040	0,43
4,8	M2	11,35	5,1	4	2,25	2,3	3,3	MUDR0040	0,43
4,8	M1,4	10,55	4,3	4	2,25	1,9	3,3	MUDN0040	0,43
4,8	M1,8	11,25	5	4	2,25	3	3,3	MUBG350040	0,43
4,8	M1,8	10,85	4,6	4	2,25	3	3,3	MUBG450040	0,43
4,8	M1,8	10,85	4,6	4	2,25	3	3,3	MUBG570040	0,43
3,5	M1,6	7,9	5,25	0,5	2,15	2,5	3,3	USNA352005	0,19
3,5	M2	7,95	5,3	0,5	2,1	2,5	2,3	USNa432005	0,19

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диаметр D, -0,03 мм	Резьба, d_x000a_6g_x000a_	Длина L, -0,1 мм	Длина погружения в имплант L1, -0,1 мм	Высота десневой части L2, ±0,05 мм	Высота верхней части L3, ±0,03 мм	Длина резьбы L4, ±0,05 мм	h, -0,03 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
					5				
3,5	M2	8,75	6,1	0,5	2,15	2,85	2,3	USD2005	0,19
3,5	M1,6	7,9	5,25	0,5	2,15	2,05	2,3	USO2005	0,19
3,5	M2	7,4	4,75	0,5	2,15	2,05	2,3	USOM2005	0,19
3,5	M1,8	7,65	5	0,5	2,15	3	2,3	USM2005	0,19
3,5	M1,6	8	5,35	0,5	2,15	2,2	2,3	USA352005	0,19
3,5	M2	10,3	7,65	0,5	2,15	2,7	2,3	USA452005	0,19
3,5	M1,4	6,6	3,95	0,5	2,15	2	2,3	USA302005	0,19
3,5	M1,8	8,25	5,6	0,5	2,15	2,6	2,3	USNR352005	0,19
3,5	M2	10,15	7,5	0,5	2,15	3,8	2,3	USNR432005	0,19
3,5	M1,6	7,55	4,9	0,5	2,15	2,7	2,3	USABN2005	0,19
3,5	M1,8	7,65	5	0,5	2,15	3	2,3	USMC2005	0,19
3,5	M1,8	7,9	5,25	0,5	2,15	2,9	2,3	USMAR2005	0,19
3,5	M1,4	6,6	3,95	0,5	2,15	2	2,3	USMAM2005	0,19
3,5	M2	8,75	6,1	0,5	2,15	2,85	2,3	USMA 2005	0,19
3,5	M1,6	8,9	6,25	0,5	2,15	3	2,3	USX342005	0,19
3,5	M1,6	8,9	6,25	0,5	2,15	3	2,3	USX382005	0,19
3,5	M1,6	8,9	6,25	0,5	2,15	3	2,3	USX452005	0,19
3,5	M1,8	8,1	5,45	0,5	2,15	2,6	2,3	USAX2005	0,19
3,5	M1,6	8,45	5,8	0,5	2,15	1,65	2,3	USSB332005	0,19

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диаметр D, -0,03 мм	Резьба, d_x000a_6g_x000a_	Длина L, -0,1 мм	Длина погружения в имплант L1, -0,1 мм	Высота десневой части L2, ±0,05 мм	Высота верхней части L3, ±0,03 мм	Длина резьбы L4, ±0,05 мм	h, -0,03 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
3,5	M1,6	8,8	6,15	0,5	2,15	1,65	2,3	USSB412005	0,19
3,5	M2	7	4,35	0,5	2,15	2,1	2,3	USSO482005	0,19
3,5	M2	7	4,35	0,5	2,15	2,1	2,3	USSO652005	0,19
3,5	M1,8	7,65	5	0,5	2,15	3	2,3	USBS372005	0,19
3,5	M1,8	7,65	5	0,5	2,15	3	2,3	USBS412005	0,19
3,5	M1,8	7,65	5	0,5	2,15	3	2,3	USBS452005	0,19
3,5	M1,6	8,6	5,45	1	2,15	2,9	2,3	USA2010	0,23
3,5	M1,8	8,45	5,8	0,5	2,15	3,75	2,3	USN352005	0,19
3,5	M2	8,45	5,8	0,5	2,15	3,75	2,3	USN452005	0,19
3,5	M1,8	8,6	5,95	0,5	2,15	2,6	2,3	USLI2005	0,19
3,5	M1,6	8,75	6,1	0,5	2,15	2	2,3	USIC2005	0,19
3,5	M1,6	8,4	5,75	0,5	2,15	3	2,3	USCo222005	0,19
3,5	M1,8	9,35	6,7	0,5	2,15	3,3	2,3	USCo272005	0,19
3,5	M2	7,75	5,1	0,5	2,15	2,3	2,3	USDR2005	0,19
3,5	M1,4	6,95	4,3	0,5	2,15	1,9	2,3	USDN2005	0,19
3,5	M1,8	7,65	5	0,5	2,15	3	2,3	USBG352005	0,19
3,5	M1,8	7,25	4,6	0,5	2,15	3	2,3	USBG452005	0,19
3,5	M1,8	7,25	4,6	0,5	2,15	3	2,3	USBG572005	0,19
3,5	M1,6	8,4	5,25	1	2,15	2,5	2,3	USNA352010	0,23
3,5	M2	8,45	5,3	1	2,1	2,5	2,3	USNa432010	0,23

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диаметр D, -0,03 мм	Резьба, d_x000a_6g_x000a_	Длина L, -0,1 мм	Длина погружения в имплант L1, -0,1 мм	Высота десневой части L2, ±0,05 мм	Высота верхней части L3, ±0,03 мм	Длина резьбы L4, ±0,05 мм	h, -0,03 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
					5				
3,5	M2	9,25	6,1	1	2,15	2,85	2,3	USD2010	0,23
3,5	M1,6	8,4	5,25	1	2,15	2,05	2,3	USO2010	0,23
3,5	M2	7,9	4,75	1	2,15	2,05	2,3	USOM2010	0,23
3,5	M1,8	8,15	5	1	2,15	3	2,3	USM2010	0,23
3,5	M1,6	8,5	5,35	1	2,15	2,2	2,3	USA352010	0,23
3,5	M2	10,8	7,65	1	2,15	2,7	2,3	USA452010	0,23
3,5	M1,4	7,1	3,95	1	2,15	2	2,3	USA302010	0,23
3,5	M1,8	8,75	5,6	1	2,15	2,6	2,3	USNR352010	0,23
3,5	M2	10,65	7,5	1	2,15	3,8	2,3	USNR432010	0,23
3,5	M1,6	8,05	4,9	1	2,15	2,7	2,3	USABN2010	0,23
3,5	M1,8	8,15	5	1	2,15	3	2,3	USMC2010	0,23
3,5	M1,8	8,4	5,25	1	2,15	2,9	2,3	USMAR2010	0,23
3,5	M1,4	7,1	3,95	1	2,15	2	2,3	USMAM2010	0,23
3,5	M2	9,25	6,1	1	2,15	2,85	2,3	USMA 2010	0,23
3,5	M1,6	9,4	6,25	1	2,15	3	2,3	USX342010	0,23
3,5	M1,6	9,4	6,25	1	2,15	3	2,3	USX382010	0,23
3,5	M1,6	9,4	6,25	1	2,15	3	2,3	USX452010	0,23
3,5	M1,8	8,6	5,45	1	2,15	2,6	2,3	USAX2010	0,23
3,5	M1,6	8,95	5,8	1	2,15	1,65	2,3	USSB332010	0,23

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диаметр D, -0,03 мм	Резьба, d_x000a_6g_x000a_	Длина L, -0,1 мм	Длина погружения в имплант L1, -0,1 мм	Высота десневой части L2, ±0,05 мм	Высота верхней части L3, ±0,03 мм	Длина резьбы L4, ±0,05 мм	h, -0,03 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
3,5	M1,6	9,3	6,15	1	2,15	1,65	2,3	USSB412010	0,23
3,5	M2	7,5	4,35	1	2,15	2,1	2,3	USSO482010	0,23
3,5	M2	7,5	4,35	1	2,15	2,1	2,3	USSO652010	0,23
3,5	M1,8	8,15	5	1	2,15	3	2,3	USBS372010	0,23
3,5	M1,8	8,15	5	1	2,15	3	2,3	USBS412010	0,23
3,5	M1,8	8,15	5	1	2,15	3	2,3	USBS452010	0,23
3,5	M1,8	8,95	5,8	1	2,15	3,75	2,3	USN352010	0,23
3,5	M2	8,95	5,8	1	2,15	3,75	2,3	USN452010	0,23
3,5	M1,8	9,1	5,95	1	2,15	2,6	2,3	USLI2010	0,23
3,5	M1,6	9,25	6,1	1	2,15	2	2,3	USIC2010	0,23
3,5	M1,6	8,9	5,75	1	2,15	3	2,3	USCo222010	0,23
3,5	M1,8	9,85	6,7	1	2,15	3,3	2,3	USCo272010	0,23
3,5	M2	8,25	5,1	1	2,15	2,3	2,3	USDR2010	0,23
3,5	M1,4	7,45	4,3	1	2,15	1,9	2,3	USDN2010	0,23
3,5	M1,8	8,15	5	1	2,15	3	2,3	USBG352010	0,23
3,5	M1,8	7,75	4,6	1	2,15	3	2,3	USBG452010	0,23
3,5	M1,8	7,75	4,6	1	2,15	3	2,3	USBG572010	0,23
3,5	M1,6	9,4	5,25	2	2,15	2,5	2,3	USNA352020	0,3
3,5	M2	9,45	5,3	2	2,15	2,5	2,3	USNa432020	0,3
3,5	M2	10,2	6,1	2	2,1	2,85	2,3	USD2020	0,3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диаметр D, -0,03 мм	Резьба, d_x000a_6g_x000a_	Длина L, -0,1 мм	Длина погружения в имплант L1, -0,1 мм	Высота десневой части L2, ±0,05 мм	Высота верхней части L3, ±0,03 мм	Длина резьбы L4, ±0,05 мм	h, -0,03 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
		5			5				
3,5	M1,6	9,4	5,25	2	2,15	2,05	2,3	USO2020	0,3
3,5	M2	8,9	4,75	2	2,15	2,05	2,3	USOM2020	0,3
3,5	M1,8	9,15	5	2	2,15	3	2,3	USM2020	0,3
3,5	M1,6	9,5	5,35	2	2,15	2,2	2,3	USA352020	0,3
3,5	M2	11,8	7,65	2	2,15	2,7	2,3	USA452020	0,3
3,5	M1,4	8,1	3,95	2	2,15	2	2,3	USA302020	0,3
3,5	M1,8	9,75	5,6	2	2,15	2,6	2,3	USNR352020	0,3
3,5	M2	11,65	7,5	2	2,15	3,8	2,3	USNR432020	0,3
3,5	M1,6	9,05	4,9	2	2,15	2,7	2,3	USABN2020	0,3
3,5	M1,8	9,15	5	2	2,15	3	2,3	USMC2020	0,3
3,5	M1,8	9,4	5,25	2	2,15	2,9	2,3	USMAR2020	0,3
3,5	M1,4	8,1	3,95	2	2,15	2	2,3	USMAM2020	0,3
3,5	M2	10,25	6,1	2	2,15	2,85	2,3	USMA 2020	0,3
3,5	M1,6	10,4	6,25	2	2,15	3	2,3	USX342020	0,3
3,5	M1,6	10,4	6,25	2	2,15	3	2,3	USX382020	0,3
3,5	M1,6	10,4	6,25	2	2,15	3	2,3	USX452020	0,3
3,5	M1,8	9,6	5,45	2	2,15	2,6	2,3	USAX2020	0,3
3,5	M1,6	9,95	5,8	2	2,15	1,65	2,3	USSB332020	0,3
3,5	M1,6	10,3	6,15	2	2,15	1,65	2,3	USSB412020	0,3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Версия 1.1

Диаметр D, -0,03 мм	Резьба, d_x000a_6g_x000a_	Длина L, -0,1 мм	Длина погружения в имплант L1, -0,1 мм	Высота десневой части L2, ±0,05 мм	Высота верхней части L3, ±0,03 мм	Длина резьбы L4, ±0,05 мм	h, -0,03 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
3,5	M2	8,5	4,35	2	2,15	2,1	2,3	USSO482020	0,3
3,5	M2	8,5	4,35	2	2,15	2,1	2,3	USSO652020	0,3
3,5	M1,8	9,15	5	2	2,15	3	2,3	USBS372020	0,3
3,5	M1,8	9,15	5	2	2,15	3	2,3	USBS412020	0,3
3,5	M1,8	9,15	5	2	2,15	3	2,3	USBS452020	0,3
3,5	M1,6	8,1	5,45	0,5	2,15	2,9	2,3	USA2005	0,19
3,5	M1,8	9,95	5,8	2	2,15	3,75	2,3	USN352020	0,3
3,5	M2	9,95	5,8	2	2,15	3,75	2,3	USN452020	0,3
3,5	M1,8	10,1	5,95	2	2,15	2,6	2,3	USLI2020	0,3
3,5	M1,6	10,25	6,1	2	2,15	2	2,3	USIC2020	0,3
3,5	M1,6	9,9	5,75	2	2,15	3	2,3	USCo222020	0,3
3,5	M1,8	10,85	6,7	2	2,15	3,3	2,3	USCo272020	0,3
3,5	M2	9,25	5,1	2	2,15	2,3	2,3	USDR2020	0,3
3,5	M1,4	8,45	4,3	2	2,15	1,9	2,3	USDN2020	0,3
3,5	M1,8	9,15	5	2	2,15	3	2,3	USBG352020	0,3
3,5	M1,8	8,75	4,6	2	2,15	3	2,3	USBG452020	0,3
3,5	M1,8	8,75	4,6	2	2,15	3	2,3	USBG572020	0,3
4,8	M1,6	6,8	4,05	0,5	2,25	1,5	3,3	MUBLXR0005	0,19
4,8	M1,6	8,8	4,05	2,5	2,25	1,5	3,3	MUBLXR0025	0,33
4,8	M1,6	10,3	4,05	4	2,2	1,5	3,3	MUBLXR004	0,43

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диаметр D, -0,03 мм	Резьба, d_x000a_6g_x000a_	Длина L, -0,1 мм	Длина погружения в имплант L1, -0,1 мм	Высота десневой части L2, ±0,05 мм	Высота верхней части L3, ±0,03 мм	Длина резьбы L4, ±0,05 мм	h, -0,03 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
					5			0	
4,5	M2	9,15	6,15	1	2	3	3,2	MUD4510	0,23
4,5	M2	10,15	6,15	2	2	3	3,2	MUD4520	0,3
4,5	M2	11,15	6,15	2	3	3	3,2	MUD4530	0,35
4,5	M2	12,15	6,15	2	4	3	3,2	MUD4540	0,43
4,5	M2	13,15	6,15	2	5	3	3,2	MUD4550	0,5
4,5	M2	9,15	6,15	1	2	3	3,2	MUD4510	0,23
4,5	M2	10,15	6,15	2	2	3	3,2	MUD4520	0,3
4,5	M2	11,15	6,15	3	2	3	3,2	MUD4530	0,35
4,5	M2	12,15	6,15	4	2	3	3,2	MUD4540	0,43
4,5	M2	13,15	6,15	5	2	3	3,2	MUD4550	0,5
5	M1,8	10,7	5,95	2,25	2,5	2,9	3	MUCT0022	0,3
5	M1,8	11,7	5,95	3,25	2,5	2,9	3	MUCT0032	0,3
4,8	M1,6	9,05	5,8	1	2,25	1,65	3,3	MUSB330010	0,23
4,8	M1,6	10,05	5,8	2	2,25	1,65	3,3	MUSB330020	0,28
4,8	M1,6	11,05	5,8	3	2,25	1,65	3,3	MUSB330030	0,35
4,8	M1,6	8,7	5,45	1	2,25	2,9	3,3	MUA0010	0,23
4,8	M1,6	9,7	5,45	2	2,25	2,9	3,3	MUA0020	0,3
4,8	M1,6	10,7	5,45	3	2,25	2,9	3,3	MUA0030	0,35
4,8	M1,8	11,2	5,95	3	2,25	2,6	3,3	MULI0030	0,35
4,8	M2	10,85	6,1	2,5	2,25	2,85	3,3	MUD0025	0,3
4,8	M5	11,35	6,1	3	2,25	2,85	3,3	MUD0030	0,35

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диаметр D, -0,03 мм	Резьба, d_x000a_6g_x000a_	Длина L, -0,1 мм	Длина погружения в имплант L1, -0,1 мм	Высота десневой части L2, ±0,05 мм	Высота верхней части L3, ±0,03 мм	Длина резьбы L4, ±0,05 мм	h, -0,03 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
4,8	M2	12,35	6,1	4	2,25	2,85	3,3	MUD0040	0,43
4,8	M2	10,85	6,1	2,5	2,25	2,85	3,3	MUMA0025	0,35
7,8	M5	14,35	9,1	3	2,25	2,85	3,3	MUMA0030	0,38
4,8	M2	12,35	6,1	4	2,25	2,85	3,3	MUMA0040	0,43
4,8	M1,6	8,5	5,25	1	2,25	2,05	3,3	MUO0010	0,23
4,8	M1,6	9	5,25	1,5	2,25	2,05	3,3	MUO0015	0,25
4,8	M1,6	9,5	5,25	2	2,25	2,05	3,3	MUO0020	0,3
4,8	M1,6	10,5	5,25	3	2,25	2,05	3,3	MUO0030	0,35
4,8	M1,6	11	5,25	3,5	2,25	2,05	3,3	MUO0035	0,38

Таблица 8 - Винт титановый

Внешний вид	Функциональное описание
	L – длина винта l1 – длина стержня l2 – длина резьбовой части D – диаметр головы винта d – резьба

Таблица 9.1

Система	Подсистема	Платформа	Шлиц	Совместимость	Крутящий момент (Т), Н*см	Артикул

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Шлиц	Совместимость	Крутящий момент (Т), Н*см	Артикул
Nobel	Active	NP	torx UG	Nobel Active NP	25	STBNA35
Nobel	Active	RP	torx UG	Nobel Active RP	35	STBNA43
Dentium	-	-	hex 1.3	Dentium	35	STBD
Osstem	TS	RP	hex 1.22	Osstem TS RP	35	STBO
Osstem	TS	mini	hex 1.22	Osstem TS mini	25	STBOM
Alpha Bio	-	IH	hex 1.3	Alpha Bio IH	30	STBM
Astra	Osseospeed	3.5	hex 1.3	Astra Osseospeed 44684	25	STBA35
Astra	Osseospeed	4.5	hex 1.3	Astra Osseospeed 44685	35	STBA45
Astra	Osseospeed	3.0	hex 1.3	Astra Osseospeed 3.0	20	STBA30
Nobel	Replace	NP	torx UG	Nobel Replace NP	30	STBNR35
Nobel	Replace	RP	torx UG	Nobel Replace RP	35	STBNR43
Straumann	Bonelevel	NC	torx T6	Straumann Bonelevel NC	25	SSBNR16T6
Mis	C1	SP	hex 1.3	Mis C1 SP	30	STBMC
Megagen	AnyRidge	-	hex 1.21	Megagen AnyRidge	30	STBMAR
Megagen	mini	-	hex 1.21	Megagen mini	20	STBMAM
Megagen	AnyOne	-	hex 1.21	Megagen AnyOne	35	STBMA
Xive	-	3.4	hex 1.22	Xive 44654	25	STBX34
Xive	-	3.8	hex 1.22	Xive 44776	25	STBX38
Xive	-	4.5	hex 1.22	Xive 44685	25	STBX45
Ankylos	-	-	hex 1.0	Ankylos	25	STBAX
Straumann	Bonelevel	NC	torx T6	Straumann Bonelevel NC	25	STBSB33
Straumann	Bonelevel	RC	torx T6	Straumann Bonelevel RC	25	STBSB41
Straumann	SynOcta	RN	torx T6	Straumann SynOcta RN	35	STBSO48

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Шлиц	Совместимость	Крутящий момент (Т), Н*см	Артикул
Straumann	SynOcta	WN	torx T6	Straumann SynOcta WN	35	STBSO65
Bego	-	3.75	hex 1.3	Bego 27454	30	STBBS37
Bego	-	4.1	hex 1.3	Bego 44565	30	STBBS41
Bego	-	4.5	hex 1.3	Bego 44685	30	STBBS45
Antogyr	Axiom	-	hex 1.2	Antogyr Axiom	25	STBA
Niko	-	3.5	hex 1.25	Niko 44684	30	STBN35
Niko	-	4.5	hex 1.65	Niko 44685	35	STBN45
Iris Liko-M	-	-	hex 1.3	Iris Liko-M	30	STBLI
ICX	-	3.45-4.8	hex 1.4	ICX 3.45-4.8	25	STBIC
Conmet	-	2.2	Square	Conmet 44594	25	STBCo22
Conmet	-	2.7	Square	Conmet 44744	30	STBCo27
Dio	UF	RP	hex 1.2	Dio UF RP	35	STBDR
Dio	UF	NP	hex 1.2	Dio UF NP	20	STBDN
Biohorizont	-	3.5	hex 1.3	Biohorizont 44684	30	STBBG35
Biohorizont	-	4.5	hex 1.3	Biohorizont 44685	30	STBBG45
Biohorizont	-	5.7	hex 1.3	Biohorizont 44747	30	STBBG57
Megagen	AnyRidge	-	hex 1.21	Megagen AnyRidge	30	SMS1812 L6.9
Antogyr	Axiom	-	hex 1.2	Antogyr Axiom	25	SAA1612
Osstem	TS	mini	hex 1.22	Osstem TS mini	20	SOM1612 L9.1
Straumann	BLX	RB	torx T6	Straumann BLX RB	25	SSBLXR L16T6
C-Tech	-	-	hex 1.3	C-Tech	30	SC1813L8 .6
Dentium	-	-	hex 1.3	Dentium	30	SD2013L 7.7
Osstem	TS	RP	hex 1.2	Osstem TS RP	30	SOR2012 L7.7
Nobel	Active	RP	hex 1.4	Nobel Active RP	30	SN2014L 7.7

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Шлиц	Совместимость	Крутящий момент (Т), Н*см	Артикул
Alpha Bio	-	IH	hex 1.3	Alpha Bio IH	30	SMS1813 L6.9
Nobel	Active	NP	hex 1.4	Nobel Active NP	20	SN1614L 6.9
Alpha Bio	-	CHC	hex 1.3	Alpha Bio CHC	25	STBABN
Neobio tech		IS	Hex1 .22	Neobiotech	30	SNIS2012

Таблица 9.2

Длина винта L, ±0,05 мм	Длина стержня l1, ±0,05 мм	Диаметр головы винта D, -0,03мм	Резьба, d 6g	Шлиц	Артикул	Масса, г, ±2%
7,4	5,9	2,2	M1,6	torx UG	STBNA35	0,1
7,4	5,7	2,5	M2	torx UG	STBNA43	0,1
10,3	8,3	2,3	M2	hex 1.3	STBD	0,1
10,2	8,15	2,25	M1,6	hex 1.22	STBO	0,1
8,3	6,25	2,35	M2	hex 1.22	STBOM	0,1
7,6	5,55	2,2	M1,8	hex 1.3	STBM	0,1
8,3	6,3	2,3	M1,6	hex 1.3	STBA35	0,1
10,8	8,3	2,4	M2	hex 1.3	STBA45	0,1
7,6	5,6	2,1	M1,4	hex 1.3	STBA30	0,1
8,4	6,4	2,5	M1,8	torx UG	STBNR35	0,1
9,9	8,4	2,5	M2	torx UG	STBNR43	0,1
7,5	6,1	2	M1,6	torx T6	SSBNR16T6	0,1
7,6	5,55	2,2	M1,8	hex 1.3	STBMC	0,1
8	6	2,1	M1,8	hex 1.21	STBMAR	0,1
8	6,1	2	M1,4	hex 1.21	STBMAM	0,1
10	8,4	2,3	M2	hex 1.21	STBMA	0,1
8,8	7	2,1	M1,6	hex 1.22	STBX34	0,1
8,8	7	2,1	M1,6	hex 1.22	STBX38	0,1
8,8	7	2,1	M1,6	hex 1.22	STBX45	0,1
8,8	7,1	2,1	M1,8	hex 1.0	STBAX	0,1
8,4	6,9	2,2	M1,6	torx T6	STBSB33	0,1
8,4	6,9	2,2	M1,6	torx T6	STBSB41	0,1
6,8	5,5	2,5	M2	torx T6	STBSO48	0,1
6,8	5,5	2,5	M2	torx T6	STBSO65	0,1
7,7	5,8	2,4	M1,8	hex 1.3	STBBS37	0,1
7,7	5,8	2,4	M1,8	hex 1.3	STBBS41	0,1
7,7	5,8	2,4	M1,8	hex 1.3	STBBS45	0,1
7,95	6,65	2,2	M1,6	hex 1.2	STBA	0,1
9,45	7	2,4	M1,8	hex 1.25	STBN35	0,1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Длина винта L, ±0,05 мм	Длина стержня l1, ±0,05 мм	Диаметр головы винта D, -0,03мм	Резьба, d 6g	Шлиц	Артикул	Масса, г, ±2%
8,4	6,55	2,9	M2	hex 1.65	STBN45	0,1
9,25	7,25	2,5	M1,8	hex 1.3	STBLI	0,1
9,1	7,8	2,5	M1,6	hex 1.4	STBIC	0,1
8,5	7,1	2	M1,6	Square	STBCo22	0,1
8,5	7,2	2,2	M1,8	Square	STBCo27	0,1
8,5	6,7	2,4	M2	hex 1.2	STBDR	0,1
7,5	5,6	1,9	M1,4	hex 1.2	STBDN	0,1
7,25	5,4	2,4	M1,8	hex 1.3	STBBG35	0,1
7,25	5,4	2,4	M1,8	hex 1.3	STBBG45	0,1
7,25	5,4	2,4	M1,8	hex 1.3	STBBG57	0,1
6,9	5,1	2	M1,8	hex 1.21	SMS1812L6.9	0,1
6,9	5,1	2	M1,6	hex 1.2	SAA1612	0,1
9,1	7,4	2	M1,6	hex 1.22	SOM1612L9.1	0,1
6,9	5,1	2	M1,6	torx T6	SSBLXRL16T6	0,1
8,6	6,55	2,2	M1,8	hex 1.3	SC1813L8.6	0,1
7,7	5,9	2	M2	hex 1.3	SD2013L7.7	0,1
7,7	5,9	2	M2	hex 1.2	SOR2012L7.7	0,1
7,7	5,9	2	M2	hex 1.4	SN2014L7.7	0,1
6,9	5,1	2	M1,8	hex 1.3	SMS1813L6.9	0,1
6,9	5,1	2	M1,6	hex 1.4	SN1614L6.9	0,1
6,9	5,1	1,9	M1,6	hex 1.3	STBABN	0,1
8.8	7.1	2.3	M2	Hex1.22	SNIS2012	0,1

Таблица 10 - Титановое основание для одиночных конструкций.

Внешний вид	Функциональное описание
	L – длина изделия L1 – высота системной части L2 – высота десневой части L3 – высота верхней части D – диаметр d – диаметр нижней части h – размер шестигранника d1 – диаметр отверстия под винт d2 – диаметр отверстия под винт

Таблица 11.1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Верхушка	Размерность импланта	Крутящий момент (Т), Н*см	Наименование совместимого винта	Артикул
Alpha Bio	-	CHC	zz	3.2/3.5	25	STBABN	ABNZ12H
Alpha Bio	-	CHC	zz	3.2/3.5	25	STBABN	ABNZ20H
Alpha Bio	-	CHC	nt	3.2/3.5	25	STBABN	ABNN12H
Alpha Bio	-	CHC	geo	3.2/3.5	25	STBABN	ABNG10H
Alpha Bio	-	CHC	geo	3.2/3.5	25	STBABN	ABNG20H
Alpha Bio	-	CHC	geo	3.2/3.5	25	STBABN	ABNG30H
Ankylos	-	-	zz	3.5/4.5/5.5/7.0	25	STBAX	AXZ12H
Ankylos	-	-	zz	3.5/4.5/5.5/7.0	25	STBAX	AXZ20H
Ankylos	-	-	nt	3.5/4.5/5.5/7.0	25	STBAX	AXN12H
Ankylos	-	-	geo	3.5/4.5/5.5/7.0	25	STBAX	AXG13H
Ankylos	-	-	geo	3.5/4.5/5.5/7.0	25	STBAX	AXG20H
Ankylos	-	-	geo	3.5/4.5/5.5/7.0	25	STBAX	AXG30H
Antogyr	Axiom	-	zz	2.8/3.4/4.0/4.6/5.2	25	STBA	AZ12H
Antogyr	Axiom	-	zz	2.8/3.4/4.0/4.6/5.2	25	STBA	AZ20H
Antogyr	Axiom	-	nt	2.8/3.4/4.0/4.6/5.2	25	STBA	AN12H
Antogyr	Axiom	-	geo	2.8/3.4/4.0/4.6/5.2	25	STBA	AG13H
Antogyr	Axiom	-	geo	2.8/3.4/4.0/4.6/5.2	25	STBA	AG20H
Antogyr	Axiom	-	geo	2.8/3.4/4.0/4.6/5.2	25	STBA	AG30H
Astra	Osseospeed	3.5	zz	3.5/4.0	25	STBA35	A35Z12H
Astra	Osseospeed	4.5	zz	4.5/5.0	35	STBA45	A45Z12H
Astra	Osseospeed	3.0	zz	3.0	20	STBA30	A30Z12H
Astra	Osseospeed	3.5	zz	3.5/4.0	25	STBA35	A35Z20H
Astra	Osseospeed	4.5	zz	4.5/5.0	35	STBA45	A45Z20H
Astra	Osseospeed	3.0	zz	3.0	20	STBA30	A30Z20H
Astra	Osseospeed	3.5	nt	3.5/4.0	25	STBA35	A35N12H
Astra	Osseospeed	4.5	nt	4.5/5.0	35	STBA45	A45N12H
Astra	Osseospeed	3.0	nt	3.0	20	STBA30	A30N12H
Astra	Osseospeed	3.5	geo	3.5/4.0	25	STBA35	A35G13H
Astra	Osseospe	4.5	geo	4.5/5.0	35	STBA45	A45G07H

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Верхушка	Размерность импланта	Крутящий момент (Т), Н*см	Наименование совместимого винта	Артикул
	ed						
Astra	Osseospeed	3.0	geo	3.0	20	STBA30	A30G13H
Astra	Osseospeed	3.5	geo	3.5/4.0	25	STBA35	A35G20H
Astra	Osseospeed	4.5	geo	4.5/5.0	35	STBA45	A45G20H
Astra	Osseospeed	3.5	geo	3.5/4.0	25	STBA35	A35G30H
Astra	Osseospeed	4.5	geo	4.5/5.0	35	STBA45	A45G30H
Astra	Osseospeed	3.0	geo	3.0	20	STBA30	A30G20H
Astra	Osseospeed	3.0	geo	3.0	20	STBA30	A30G30H
Bego	-	3.75	zz	3.75	30	STBBS37	BS37Z12H
Bego	-	4.1	zz	4.1	30	STBBS41	BS41Z12H
Bego	-	4.5	zz	4.5	30	STBBS45	BS45Z12H
Bego	-	3.75	zz	3.75	30	STBBS37	BS37Z20H
Bego	-	4.1	zz	4.1	30	STBBS41	BS41Z20H
Bego	-	4.5	zz	4.5	30	STBBS45	BS45Z20H
Bego	-	3.75	nt	3.75	30	STBBS37	BS37N12H
Bego	-	4.1	nt	4.1	30	STBBS41	BS41N12H
Bego	-	4.5	nt	4.5	30	STBBS45	BS45N12H
Bego	-	3.75	geo	3.75	30	STBBS37	BS37G55H
Bego	-	4.1	geo	4.1	30	STBBS41	BS41G55H
Bego	-	4.5	geo	4.5	30	STBBS45	BS45G55H
Bego	-	3.75	geo	3.75	30	STBBS37	BS37G20H
Bego	-	4.1	geo	4.1	30	STBBS41	BS41G20H
Bego	-	4.5	geo	4.5	30	STBBS45	BS45G20H
Bego	-	3.75	geo	3.75	30	STBBS37	BS37G30H
Bego	-	4.1	geo	4.1	30	STBBS41	BS41G30H
Bego	-	4.5	geo	4.5	30	STBBS45	BS45G30H
Biohorizont	-	3.5	zz	3.5	30	STBBG35	BG35Z12H
Biohorizont	-	4.5	zz	4.5	30	STBBG45	BG45Z12H
Biohorizont	-	5.7	zz	5.7	30	STBBG57	BG57Z12H
Biohorizont	-	3.5	zz	3.5	30	STBBG35	BG35Z20H
Biohorizont	-	4.5	zz	4.5	30	STBBG45	BG45Z20H
Biohorizont	-	5.7	zz	5.7	30	STBBG57	BG57Z20H

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Верхушка	Размерность импланта	Крутящий момент (Т), Н*см	Наименование совместимого винта	Артикул
Biohorizont	-	3.5	nt	3.5	30	STBBG35	BG35N12H
Biohorizont	-	4.5	nt	4.5	30	STBBG45	BG45N12H
Biohorizont	-	5.7	nt	5.7	30	STBBG57	BG57N12H
Biohorizont	-	3.5	geo	3.5	30	STBBG35	BG35G06H
Biohorizont	-	4.5	geo	4.5	30	STBBG45	BG45G06H
Biohorizont	-	5.7	geo	5.7	30	STBBG57	BG57G06H
Biohorizont	-	3.5	geo	3.5	30	STBBG35	BG35G20H
Biohorizont	-	4.5	geo	4.5	30	STBBG45	BG45G20H
Biohorizont	-	5.7	geo	5.7	30	STBBG57	BG57G20H
Biohorizont	-	3.5	geo	3.5	30	STBBG35	BG35G30H
Biohorizont	-	4.5	geo	4.5	30	STBBG45	BG45G30H
Biohorizont	-	5.7	geo	5.7	30	STBBG57	BG57G30H
Conmet	-	2.2	zz	3.4/3.5/4.0	25	STBCo22	Co22Z12H
Conmet	-	2.7	zz	3.8/4.5/5.0/5.5	30	STBCo27	Co27Z12H
Conmet	-	2.2	zz	3.4/3.5/4.0	25	STBCo22	Co22Z20H
Conmet	-	2.7	zz	3.8/4.5/5.0/5.5	30	STBCo27	Co27Z20H
Conmet	-	2.2	nt	3.4/3.5/4.0	25	STBCo22	Co22N12H
Conmet	-	2.7	nt	3.8/4.5/5.0/5.5	30	STBCo27	Co27N12H
Conmet	-	2.7	geo	3.8/4.5/5.0/5.5	30	STBCo27	Co27G13H
Conmet	-	2.7	geo	3.8/4.5/5.0/5.5	30	STBCo27	Co27G20H
Conmet	-	2.7	geo	3.8/4.5/5.0/5.5	30	STBCo27	Co27G30H
Conmet	-	2.2	geo	3.4/3.5/4.0	25	STBCo22	Co22G13H
Conmet	-	2.2	geo	3.4/3.5/4.0	25	STBCo22	Co22G20H
Conmet	-	2.2	geo	3.4/3.5/4.0	25	STBCo22	Co22G30H
Dentium	-	-	zz	3.8/4.3/4.8	35	STBD	DZ12H
Dentium	-	-	zz	3.8/4.3/4.8	35	STBD	DZ20H
Dentium	-	-	nt	3.8/4.3/4.8	35	STBD	DN12H
Dentium	-	-	geo	3.8/4.3/4.8	35	STBD	DG13H
Dentium	-	-	geo	3.8/4.3/4.8	35	STBD	DG20H
Dentium	-	-	geo	3.8/4.3/4.8	35	STBD	DG30H
Dio	UF	RP	zz	3.8/4.0/4.5/5.0/5.5	35	STBDR	DRZ12H
Dio	UF	NP	zz	3.0/3.3	20	STBDN	DNZ12H
Dio	UF	RP	zz	3.8/4.0/4.5/5.0/5.5	35	STBDR	DRZ20H

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Верхушка	Размерность импланта	Крутящий момент (Т), Н*см	Наименование совместимого винта	Артикул
Dio	UF	NP	zz	3.0/3.3	20	STBDN	DNZ20H
Dio	UF	RP	nt	3.8/4.0/4.5/5.0/5.5	35	STBDR	DRN12H
Dio	UF	NP	nt	3.0/3.3	20	STBDN	DNN12H
Dio	UF	RP	geo	3.8/4.0/4.5/5.0/5.5	35	STBDR	DRG13H
Dio	UF	NP	geo	3.0/3.3	20	STBDN	DNG13H
Dio	UF	RP	geo	3.8/4.0/4.5/5.0/5.5	35	STBDR	DRG20H
Dio	UF	NP	geo	3.0/3.3	20	STBDN	DNG20H
Dio	UF	RP	geo	3.8/4.0/4.5/5.0/5.5	35	STBDR	DRG30H
Dio	UF	NP	geo	3.0/3.3	20	STBDN	DNG30H
ICX	-	3.45-4.8	zz	3.45/3.75/4.1/4.8	25	STBIC	ICZ12H
ICX	-	3.45-4.8	zz	3.45/3.75/4.1/4.8	25	STBIC	ICZ20H
ICX	-	3.45-4.8	nt	3.45/3.75/4.1/4.8	25	STBIC	ICN12H
ICX	-	3.45-4.8	geo	3.45/3.75/4.1/4.8	25	STBIC	ICG13H
ICX	-	3.45-4.8	geo	3.45/3.75/4.1/4.8	25	STBIC	ICG20H
ICX	-	3.45-4.8	geo	3.45/3.75/4.1/4.8	25	STBIC	ICG30H
Iris Liko-M	-	-	zz	3.5/4.0/4.5	30	STBLI	LIZ12H
Iris Liko-M	-	-	zz	3.5/4.0/4.5	30	STBLI	LIZ20H
Iris Liko-M	-	-	nt	3.5/4.0/4.5	30	STBLI	LIN12H
Iris Liko-M	-	-	geo	3.5/4.0/4.5	30	STBLI	LIG13H
Iris Liko-M	-	-	geo	3.5/4.0/4.5	30	STBLI	LIG20H
Iris Liko-M	-	-	geo	3.5/4.0/4.5	30	STBLI	LIG30H
Megagen	AnyRidge	-	zz	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	30	STBMAR	MARZ12H
Megagen	mini	-	zz	3.0/3.25	20	STBMAM	MAMZ12H
Megagen	AnyOne	-	zz	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	35	STBMA	MA Z12H
Megagen	AnyRidge	-	zz	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	30	STBMAR	MARZ20H
Megagen	mini	-	zz	3.0/3.25	20	STBMAM	MAMZ20H
Megagen	AnyOne	-	zz	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	35	STBMA	MA Z20H
Megagen	AnyRidge	-	nt	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	30	STBMAR	MARN12H
Megagen	mini	-	nt	3.0/3.25	20	STBMAM	MAMN12H
Megagen	AnyOne	-	nt	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	35	STBMA	MA N12H

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Верхушка	Размерность импланта	Крутящий момент (Т), Н*см	Наименование совместимого винта	Артикул
Megagen	AnyRidge	-	geo	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	30	STBMAR	MARG08H
Megagen	mini	-	geo	3.0/3.25	20	STBMAM	MAMG13H
Megagen	AnyOne	-	geo	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	35	STBMA	MA G13H
Megagen	mini	-	geo	3.0/3.25	20	STBMAM	MAMG20H
Megagen	AnyOne	-	geo	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	35	STBMA	MA G20H
Megagen	mini	-	geo	3.0/3.25	20	STBMAM	MAMG30H
Megagen	AnyRidge	-	geo	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	30	STBMAR	MARG12H
Megagen	AnyOne	-	geo	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	35	STBMA	MA G30H
Megagen	AnyRidge	-	geo	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	30	STBMAR	MARG20H
Megagen	AnyOne	-	geo	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	35	STBMA	MA G30N
Megagen	AnyRidge	-	geo	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	30	STBMAR	MARG30H
MIS	C1	SP	zz	3.75/4.2	30	STBMC	MCZ12H
MIS	C1	SP	zz	3.75/4.2	30	STBMC	MCZ20H
MIS	C1	SP	nt	3.75/4.2	30	STBMC	MCN12H
MIS	C1	SP	geo	3.75/4.2	30	STBMC	MCG11H
MIS	C1	SP	geo	3.75/4.2	30	STBMC	MCG20H
MIS	C1	SP	geo	3.75/4.2	30	STBMC	MCG30H
Mis	seven	SP	geo	3.75/4.2	30	STBMC	MGMSR07H
Mis	seven	SP	geo	3.75/4.2	30	STBMC	MGMSR20H
Mis	seven	SP	geo	3.75/4.2	30	STBMC	MGMSR30H
Mis	seven	SP	zz	3.75/4.2	30	STBM	MZ12H
Mis	seven	SP	zz	3.75/4.2	30	STBM	MZ20H
Mis	seven	SP	nt	3.75/4.2	30	STBM	MN12H
Neobiotech	-	IS	geo	3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0	30	SNIS2012	NISG12H
Neobiotech	-	IS	geo	3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0	30	SNIS2012	NISG20H
Neobiotech	-	IS	geo	3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0	30	SNIS2012	NISG30H
Niko	-	3.5	zz	3.5/3.6/4.0	30	STBN35	N35Z12H
Niko	-	4.5	zz	4.5-6.0	35	STBN45	N45Z12H

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Версия 1.1

Система	Подсистема	Платформа	Верхушка	Размерность импланта	Крутящий момент (Т), Н*см	Наименование совместимого винта	Артикул
Niko	-	3.5	zz	3.5/3.6/4.0	30	STBN35	N35Z20H
Niko	-	4.5	zz	4.5-6.0	35	STBN45	N45Z20H
Niko	-	3.5	nt	3.5/3.6/4.0	30	STBN35	N35N12H
Niko	-	4.5	nt	4.5-6.0	35	STBN45	N45N12H
Niko	-	3.5	geo	3.5/3.6/4.0	30	STBN35	N35G13H
Niko	-	4.5	geo	4.5-6.0	35	STBN45	N45G13H
Niko	-	3.5	geo	3.5/3.6/4.0	30	STBN35	N35G20H
Niko	-	4.5	geo	4.5-6.0	35	STBN45	N45G20H
Niko	-	3.5	geo	3.5/3.6/4.0	30	STBN35	N35G30H
Niko	-	4.5	geo	4.5-6.0	35	STBN45	N45G30H
Nobel	Active	NP	zz	3.5/3.75	25	STBNA35	NA35Z12H
Nobel	Active	RP	zz	4.3/5.0	35	STBNA43	Na43Z12H
Nobel	Replace	NP	zz	3.5	30	STBNR35	NR35Z12H
Nobel	Replace	RP	zz	4.0/4.3	35	STBNR43	NR43Z12H
Nobel	Active	NP	zz	3.5/3.75	25	STBNA35	NA35Z20H
Nobel	Active	RP	zz	4.3/5.0	35	STBNA43	Na43Z20H
Nobel	Replace	NP	zz	3.5	30	STBNR35	NR35Z20H
Nobel	Replace	RP	zz	4.0/4.3	35	STBNR43	NR43Z20H
Nobel	Active	NP	nt	3.5/3.75	25	STBNA35	NA35N12H
Nobel	Active	RP	nt	4.3/5.0	35	STBNA43	Na43N12H
Nobel	Replace	NP	nt	3.5	30	STBNR35	NR35N12H
Nobel	Replace	RP	nt	4.0/4.3	35	STBNR43	NR43N12H
Nobel	Active	NP	geo	3.5/3.75	25	STBNA35	NA35G12H
Nobel	Active	RP	geo	4.3/5.0	35	STBNA43	Na43G12H
Nobel	Replace	NP	geo	3.5	30	STBNR35	NR35G09H
Nobel	Replace	RP	geo	4.0/4.3	35	STBNR43	NR43G09H
Nobel	Active	NP	geo	3.5/3.75	25	STBNA35	NA35G20H
Nobel	Active	RP	geo	4.3/5.0	35	STBNA43	Na43G20H
Nobel	Replace	NP	geo	3.5	30	STBNR35	NR35G20H
Nobel	Replace	RP	geo	4.0/4.3	35	STBNR43	NR43G20H
Nobel	Active	NP	geo	3.5/3.75	25	STBNA35	NA35G30H
Nobel	Active	RP	geo	4.3/5.0	35	STBNA43	Na43G30H
Nobel	Replace	NP	geo	3.5	30	STBNR35	NR35G30H
Nobel	Replace	RP	geo	4.0/4.3	35	STBNR43	NR43G30H
Osstem	TS	RP	zz	3.5	35	STBO	OZ12H
Osstem	TS	mini	zz	4.0/4.3	25	STBOM	OMZ12H
Osstem	TS	RP	zz	3.5	35	STBO	OZ20H
Osstem	TS	mini	zz	4.0/4.3	25	STBOM	OMZ20H
Osstem	TS	RP	nt	3.5	35	STBO	ON12H
Osstem	TS	mini	nt	4.0/4.3	25	STBOM	OMN12H
Osstem	TS	RP	geo	3.5	35	STBO	OG13H
Osstem	TS	RP	geo	3.5	35	STBO	OG20H
Osstem	TS	RP	geo	3.5	35	STBO	OG30H
Osstem	TS	mini	geo	4.0/4.3	25	STBOM	OMG13H
Osstem	TS	mini	geo	4.0/4.3	25	STBOM	OMG20H

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Верхушка	Размерность импланта	Крутящий момент (Т), Н*см	Наименование совместимого винта	Артикул
Osstem	TS	mini	geo	4.0/4.3	25	STBOM	OMG30H
Osstem	TS	RP	geo	3.5	35	STBO	OG08H
Straumann	Bonelevel	NC	zz	3.3	25	SSBNR16T6	SB33Z12H
Straumann	Bonelevel	RC	zz	4.1/4.8	25	STBSB41	SB41Z12H
Straumann	SynOcta	RN	zz	3.3/4.1/4.8	35	STBSO48	SO48Z12H
Straumann	SynOcta	WN	zz	4.8	35	STBSO65	SO65Z12H
Straumann	Bonelevel	NC	zz	3.3	25	SSBNR16T6	SB33Z20H
Straumann	Bonelevel	RC	zz	4.1/4.8	25	STBSB41	SB41Z20H
Straumann	SynOcta	RN	zz	3.3/4.1/4.8	35	STBSO48	SO48Z20H
Straumann	SynOcta	WN	zz	4.8	35	STBSO65	SO65Z20H
Straumann	Bonelevel	NC	nt	3.3	25	SSBNR16T6	SB33N12H
Straumann	Bonelevel	RC	nt	4.1/4.8	25	STBSB41	SB41N12H
Straumann	SynOcta	RN	nt	3.3/4.1/4.8	35	STBSO48	SO48N12H
Straumann	SynOcta	WN	nt	4.8	35	STBSO65	SO65N12H
Straumann	Bonelevel	RC	geo	4.1/4.8	25	STBSB41	SB41G09H
Straumann	SynOcta	RN	geo	3.3/4.1/4.8	35	STBSO48	SO48G07H
Straumann	SynOcta	WN	geo	4.8	35	STBSO65	SO65G13H
Straumann	Bonelevel	NC	geo	3.3	25	STBSB33G	SB33G85H
Straumann	SynOcta	RN	geo	3.3/4.1/4.8	35	STBSO48	SO48G20H
Straumann	SynOcta	WN	geo	4.8	35	STBSO65	SO65G20H
Straumann	SynOcta	RN	geo	3.3/4.1/4.8	35	STBSO48	SO48G30H
Straumann	SynOcta	WN	geo	4.8	35	STBSO65	SO65G30H
Straumann	Bonelevel	RC	geo	4.1/4.8	25	STBSB41	SB41G20H
Strauma	Bonelevel	RC	geo	4.1/4.8	25	STBSB41	SB41G30H

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Верхушка	Размерность импланта	Крутящий момент (Т), Н*см	Наименование совместимого винта	Артикул
nn							
Straumann	Bonelevel	NC	geo	3.3	25	STBSB33G	SB33G20H
Straumann	Bonelevel	NC	geo	3.3	25	STBSB33G	SB33G30H
Xive	-	3.4	zz	3.4	25	STBX34	X34Z12H
Xive	-	3.8	zz	3.8	25	STBX38	X38Z12H
Xive	-	4.5	zz	4.5	25	STBX45	X45Z12H
Xive	-	3.4	zz	3.4	25	STBX34	X34Z20H
Xive	-	3.8	zz	3.8	25	STBX38	X38Z20H
Xive	-	4.5	zz	4.5	25	STBX45	X45Z20H
Xive	-	3.4	nt	3.4	25	STBX34	X34N12H
Xive	-	3.8	nt	3.8	25	STBX38	X38N12H
Xive	-	4.5	nt	4.5	25	STBX45	X45N12H
Xive	-	3.4	geo	3.4	25	STBX34	X34G08H
Xive	-	3.8	geo	3.8	25	STBX38	X38G07H
Xive	-	4.5	geo	4.5	25	STBX45	X45G55H
Xive	-	3.4	geo	3.4	25	STBX34	X34G20H
Xive	-	3.8	geo	3.8	25	STBX38	X38G20H
Xive	-	4.5	geo	4.5	25	STBX45	X45G20H
Xive	-	3.4	geo	3.4	25	STBX34	X34G30H
Xive	-	3.8	geo	3.8	25	STBX38	X38G30H
Xive	-	4.5	geo	4.5	25	STBX45	X45G30H

Таблица 11.2

Длина погружения в имплант, ±0,01 мм	Диаметр D, -0,05 мм	Длина L, -0,1 мм	Высота системной части L1, ±0,03 мм	Высота десневой части L2,±0,05 мм	Высота верхней части L3, -0,05 мм	Диаметр нижней части d, -0,03 мм	d2, +0,05 мм	d1, +0,05 мм	h,-0,01 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
1,85	4,2	6,85	2,85	1	4	3,2	2,05	1,65	2,1	ABNZ12H	0,15
1,85	4,2	7,85	3,85	2	4	3,2	2,05	1,65	2,1	ABNZ20H	0,2
1,85	4,2	6,85	2,85	1	4	3,2	2,05	1,65	2,1	ABNN12H	0,15
1,9	4,1	8,2	2,9	1	5,3	3,3	2,05	1,65	2,1	ABNG10H	0,15
1,9	4,1	9,2	3,9	2	5,3	3,3	2,05	1,65	2,1	ABNG20H	0,2
1,9	4,1	10,2	4,9	3	5,3	3,3	2,05	1,65	2,1	ABNG30H	0,25
2,8	5	7,8	3,8	1	4	3,2	2,2	1,65	1,8	AXZ12H	0,15
2,8	5	8,8	4,8	2	4	3,2	2,2	1,65	1,8	AXZ20H	0,2
2,8	4,1	7,8	3,8	1	4	3	2,2	1,65	1,8	AXN12H	0,15
2,7	4,1	9,4	4	1,3	5,4	3,3	2,2	1,65	1,8	AXG13H	0,15
2,7	4,1	10,1	4,7	2	5,4	3,3	2,2	1,65	1,8	AXG20H	0,2
2,7	4,1	11,1	5,7	3	5,4	3,3	2,2	1,65	1,8	AXG30H	0,25
2,5	4,6	7,5	3,5	1	4	3,2	2,4	1,5	2,12	AZ12H	0,15

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Версия 1.1

Длина погружения в имплант, ±0,01 мм	Диаметр D, -0,05 мм	Длина L, -0,1 мм	Высота системной части L1, ±0,03 мм	Высота деснево й части L2,±0,05 мм	Высота верхней части L3, -0,05 мм	Диаметр нижней части d, -0,03 мм	d2, +0,05 мм	d1, +0,05 мм	h,-0,01 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
2,5	4,6	8,5	4,5	2	4	3,2	2,4	1,5	2,12	AZ20H	0,2
2,65	4,6	7,65	3,65	1	4	3,2	2,4	1,5	2,12	AN12H	0,15
2,48	4,4	9,3	4	1,52	5,3	3,4	2,4	1,5	2,12	AG13H	0,15
2,48	4,4	9,8	4,5	2,02	5,3	3,4	2,4	1,5	2,12	AG20H	0,2
2,48	4,4	10,8	5,5	3,02	5,3	3,4	2,4	1,5	2,12	AG30H	0,25
2,5	4,7	7,55	3,55	1,05	4	3,2	2,4	1,65	2,1	A35Z12H	0,15
4,05	5	8,9	4,9	0,85	4	3,2	2,5	2,05	2,5	A45Z12H	0,15
1,95	3,5	7,15	3,15	1,2	4	3,2	2,2	1,45	1,7	A30Z12H	0,15
2,45	4,2	8,5	4,5	2,05	4	3,2	2,4	1,65	2,1	A35Z20H	0,2
4,05	5	10	6	1,95	4	3,2	2,5	2,05	2,5	A45Z20H	0,2
1,95	3,5	7,95	3,95	2	4	3,2	2,2	1,45	1,7	A30Z20H	0,2
2,45	4,5	7,3	3,3	0,85	4	3,2	2,4	1,65	2,1	A35N12H	0,15
3,8	5,5	8,6	4,6	0,8	4	3,35	2,5	2,05	2,5	A45N12H	0,15
1,95	3,6	7,05	3,05	1,1	4	3,2	2,2	1,45	1,7	A30N12H	0,15
2,45	4,25	9,15	3,75	1,3	5,4	3,4	2,4	1,65	2,1	A35G13H	0,15
3,75	4,45	9,9	4,5	0,75	5,4	3,6	2,5	2,05	2,5	A45G07H	0,15
1,95	3,8	7,9	3,2	1,25	4,7	3	2,2	1,45	1,7	A30G13H	0,15
2,5	4,7	10,55	4,55	2,05	6	3,5	2,4	1,65	2,1	A35G20H	0,2
3,75	4,9	11,75	5,75	2	6	3,6	2,5	2,05	2,5	A45G20H	0,2
2,5	4,7	11,55	5,55	3,05	6	3,5	2,4	1,65	2,1	A35G30H	0,25
3,75	4,9	12,75	6,75	3	6	3,6	2,5	2,05	2,5	A45G30H	0,25
1,95	3,8	8,6	3,9	1,95	4,7	3	2,2	1,45	1,7	A30G20H	0,2
1,95	3,8	9,6	4,9	2,95	4,7	3	2,2	1,45	1,7	A30G30H	0,25
1,8	4,7	6,8	2,8	1	4	3,2	2,5	1,85	2,4	BS37Z12H	0,15
2	4,7	7	3	1	4	3,2	2,5	1,85	2,4	BS41Z12H	0,15
2,2	4,7	6,7	2,7	0,5	4	3,2	2,5	1,85	2,4	BS45Z12H	0,15
1,8	4,7	7,8	3,8	2	4	3,2	2,5	1,85	2,4	BS37Z20H	0,2
2	4,7	8	4	2	4	3,2	2,5	1,85	2,4	BS41Z20H	0,2
2,215	5	8,215	4,215	2	4	3,2	2,5	1,85	2,4	BS45Z20H	0,2
1,8	4	6,05	2,05	0,25	4	3,2	2,5	1,85	2,4	BS37N12H	0,15
2	4,45	6,35	2,35	0,35	4	3,4	2,5	1,85	2,4	BS41N12H	0,15
2,15	4,85	6,5	2,5	0,35	4	3,4	2,5	1,85	2,4	BS45N12H	0,15
1,8	4,45	7,65	2,35	0,55	5,3	3,5	2,5	1,85	2,4	BS37G55H	0,15
2	4,5	7,85	2,55	0,55	5,3	3,5	2,5	1,85	2,4	BS41G55H	0,15
2,2	4,7	8,05	2,75	0,55	5,3	3,5	2,5	1,85	2,4	BS45G55H	0,15
1,8	4,45	9,1	3,8	2	5,3	3,5	2,5	1,85	2,4	BS37G20H	0,2
2	4,5	9,3	4	2	5,3	3,5	2,5	1,85	2,4	BS41G20H	0,2
2,2	4,7	9,5	4,2	2	5,3	3,5	2,5	1,85	2,4	BS45G20H	0,2
1,8	4,45	10,1	4,8	3	5,3	3,5	2,5	1,85	2,4	BS37G30H	0,25
2	4,5	10,3	5	3	5,3	3,5	2,5	1,85	2,4	BS41G30H	0,25
2,2	4,7	10,5	5,2	3	5,3	3,5	2,5	1,85	2,4	BS45G30H	0,25
1,7	4,7	6,7	2,7	1	4	3,2	2,5	1,9	2,4	BG35Z12H	0,15

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Длина погружения в имплант, ±0,01 мм	Диаметр D, -0,05 мм	Длина L, -0,1 мм	Высота системной части L1, ±0,03 мм	Высота десневой части L2,±0,05 мм	Высота верхней части L3, -0,05 мм	Диаметр нижней части d, -0,03 мм	d2, +0,05 мм	d1, +0,05 мм	h,-0,01 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
1,7	5	6,7	2,7	1	4	3,2	2,5	1,9	2,4	BG45Z12H	0,15
1,75	5,8	6,75	2,75	1	4	3,2	2,5	1,9	3,05	BG57Z12H	0,15
1,7	4,7	7,7	3,7	2	4	3,2	2,5	1,9	2,4	BG35Z20H	0,2
1,7	5	7,7	3,7	2	4	3,2	2,5	1,9	2,4	BG45Z20H	0,2
1,75	5,8	7,75	3,75	2	4	3,2	2,5	1,9	3,05	BG57Z20H	0,2
1,7	4,3	6,2	2,2	0,5	4	3,3	2,5	1,9	2,4	BG35N12H	0,15
1,7	5,3	6,2	2,2	0,5	4	3,4	2,5	1,9	2,4	BG45N12H	0,15
1,75	5,8	6,75	2,75	1	4	3,2	2,5	1,9	3,05	BG57N12H	0,15
1,7	4,4	8,1	2,7	1	5,4	3,6	2,5	1,9	2,4	BG35G06H	0,15
1,7	5	8,1	2,7	1	5,4	4,1	2,5	1,9	2,4	BG45G06H	0,15
1,75	6	8,15	2,75	1	5,4	4,9	2,5	1,9	3,05	BG57G06H	0,15
1,7	4,4	9,1	3,7	2	5,4	3,6	2,5	1,9	2,4	BG35G20H	0,2
1,7	5	9,1	3,7	2	5,4	4,1	2,5	1,9	2,4	BG45G20H	0,2
1,75	6	9,15	3,75	2	5,4	4,9	2,5	1,9	3,05	BG57G20H	0,2
1,7	4,4	10,1	4,7	3	5,4	3,6	2,5	1,9	2,4	BG35G30H	0,25
1,7	5	10,1	4,7	3	5,4	4,1	2,5	1,9	2,4	BG45G30H	0,25
1,75	6	10,15	4,75	3	5,4	4,9	2,5	1,9	3,05	BG57G30H	0,25
2,4	3,8	7,4	3,4	1	4	3,2	2,1	1,65	2,195	Co22Z12H	0,15
3,2	4,5	8,2	4,2	1	4	3,2	2,3	1,9	2,7	Co27Z12H	0,15
2,4	3,8	8,4	4,4	2	4	3,2	2,1	1,65	2,195	Co22Z20H	0,2
3,2	4,5	9,2	5,2	2	4	3,2	2,3	1,9	2,7	Co27Z20H	0,2
2,4	3,8	7,4	3,4	1	4	3,2	2,1	1,65	2,195	Co22N12H	0,15
3,2	4,5	8,2	4,2	1	4	3,2	2,3	1,9	2,7	Co27N12H	0,15

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Версия 1.1

Длина погружения в имплант, ±0,01 мм	Диаметр D, -0,05 мм	Длина L, -0,1 мм	Высота системной части L1, ±0,03 мм	Высота десневой части L2,±0,05 мм	Высота верхней части L3, -0,05 мм	Диаметр нижней части d, -0,03 мм	d2, +0,05 мм	d1, +0,05 мм	h,-0,01 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
3,2	4,5	9,5	4,2	1	5,3	3,5	2,3	1,9	2,7	Co27G13H	0,15
3,2	4,5	10,5	5,2	2	5,3	3,5	2,3	1,9	2,7	Co27G20H	0,2
3,2	4,5	11,5	6,2	3	5,3	3,5	2,3	1,9	2,7	Co27G30H	0,25
2,4	3,8	8,1	3,4	1	4,7	3	2,1	1,65	2,195	Co22G13H	0,15
2,4	3,8	9,1	4,4	2	4,7	3	2,1	1,65	2,195	Co22G20H	0,2
2,4	3,8	10,1	5,4	3	4,7	3	2,1	1,65	2,195	Co22G30H	0,25
2,75	4,2	8,25	4,25	1,5	4	3,2	2,4	2,05	2,5	DZ12H	0,15
2,75	4,2	8,75	4,75	2	4	3,2	2,4	2,05	2,5	DZ20H	0,2
2,6	4,5	8	4	1,4	4	3,2	2,4	2,05	2,5	DN12H	0,15
2,7	4,25	9,25	3,85	1,15	5,4	3,4	2,4	2,05	2,5	DG13H	0,15
2,8	4,6	10,8	4,8	2	6	3,4	2,4	2,05	2,5	DG20H	0,2
2,8	4,6	11,8	5,8	3	6	3,4	2,4	2,05	2,5	DG30H	0,25
2,7	4,5	7,7	3,7	1	4	3,2	2,5	2,05	2,5	DRZ12H	0,15
1,9	4,5	6,9	2,9	1	4	3,2	2,1	1,45	1,7	DNZ12H	0,15
2,7	4,5	8,7	4,7	2	4	3,2	2,3	1,85	2,425	DRZ20H	0,2
1,9	4,5	7,9	3,9	2	4	3,2	2,5	2,05	2,5	DNZ20H	0,2
2,7	4,5	7,7	3,7	1	4	3,2	2,1	1,45	1,7	DRN12H	0,15
1,9	4,5	6,9	2,9	1	4	3,2	2,5	2,05	2,5	DNN12H	0,15
2,7	4,5	9,1	3,7	1	5,4	3,6	2,1	1,45	1,7	DRG13H	0,15
1,95	3,8	7,9	3,2	1,25	4,7	3	2,5	2,05	2,5	DNG13H	0,15
2,7	4,5	10,1	4,7	2	5,4	3,6	2,1	1,45	1,7	DRG20H	0,2
1,95	3,8	8,6	3,9	1,95	4,7	3	2,5	2,05	2,5	DNG20H	0,2
2,7	4,5	11,1	5,7	3	5,4	3,6	2,1	1,45	1,7	DRG30H	0,25
1,95	3,8	9,6	4,9	2,95	4,7	3	2,5	2,05	2,5	DNG30H	0,25
3,5	5,1	8,5	4,5	1	4	3,5	2,7	1,65	2,25	ICZ12H	0,15
3,9	4,9	9,85	5,85	1,95	4	3,5	2,7	1,65	2,25	ICZ20H	0,2
3,2	4,6	7,8	3,8	0,6	4	3,2	2,7	1,65	2,25	ICN12H	0,15
3,25	4,65	9,85	4,55	1,3	5,3	3,5	2,7	1,65	2,25	ICG13H	0,15
3,25	4,65	10,55	5,25	2	5,3	3,5	2,7	1,65	2,25	ICG20H	0,2
3,25	4,65	11,55	6,25	3	5,3	3,5	2,7	1,65	2,25	ICG30H	0,25
2,75	4,65	7,75	3,75	1	4	3,2	2,6	1,85	2,4	LIZ12H	0,15
2,75	4,65	8,75	4,75	2	4	3,2	2,6	1,85	2,4	LIZ20H	0,2
2,75	4,65	7,75	3,75	1	4	3,2	2,6	1,85	2,4	LIN12H	0,15
3	4,65	9,3	4	1	5,3	3,5	2,6	1,85	2,4	LIG13H	0,15
3	4,65	10,3	5	2	5,3	3,5	2,6	1,85	2,4	LIG20H	0,2
3	4,65	11,3	6	3	5,3	3,5	2,6	1,85	2,4	LIG30H	0,25
2,35	4,3	7,35	3,35	1	4	3,2	2,2	1,85	2,3	MARZ12H	0,15
1,95	3,5	7,15	3,15	1,2	4	3,2	2,2	1,45	1,7	MAMZ12H	0,15

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Длина погружения в имплант, ±0,01 мм	Диаметр D, -0,05 мм	Длина L, -0,1 мм	Высота системной части L1, ±0,03 мм	Высота десневой части L2,±0,05 мм	Высота верхней части L3, -0,05 мм	Диаметр нижней части d, -0,03 мм	d2, +0,05 мм	d1, +0,05 мм	h,-0,01 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
2,75	4,2	8,25	4,25	1,5	4	3,2	2,4	2,05	2,49	MA Z12H	0,15
2,35	4,3	8,35	4,35	2	4	3,2	2,2	1,85	2,3	MARZ20H	0,2
1,95	3,5	7,95	3,95	2	4	3,2	2,2	1,45	1,7	MAMZ20H	0,2
2,75	4,2	8,75	4,75	2	4	3,2	2,4	2,05	2,49	MA Z20H	0,2
2,45	4	7,2	3,2	0,75	4	3,2	2,2	1,85	2,3	MARN12H	0,15
1,95	3,6	7,05	3,05	1,1	4	3,2	2,2	1,45	1,7	MAMN12H	0,2
2,65	4	7,55	3,55	0,9	4	3,2	2,4	2,05	2,49	MA N12H	0,15
2,45	4,2	8,65	3,25	0,8	5,4	3,4	2,2	1,45	1,7	MARG08H	0,15
1,95	3,8	7,9	3,2	1,25	4,7	3	2,4	2,05	2,49	MAMG13H	0,25
2,7	4,25	9,25	3,85	1,15	5,4	3,4	2,2	1,45	1,7	MA G13H	0,15
1,95	3,8	8,6	3,9	1,95	4,7	3	2,4	2,05	2,49	MAMG20H	0,2
2,7	4,25	10,1	4,7	2	5,4	3,4	2,2	1,45	1,7	MA G20H	0,2
1,95	3,8	9,6	4,9	2,95	4,7	3	2,2	1,85	2,3	MAMG30H	0,25
2,45	4,2	9,05	3,65	1,2	5,4	3,4	2,2	1,85	2,3	MARG12H	0,15
2,7	4,25	11,1	5,7	3	5,4	3,4	2,2	1,85	2,3	MA G30H	0,25
2,7	4,25	11,1	5,7	3	5,4	3,4	2,2	1,85	2,3	MARG30H	0,25
2,3	4,25	10,7	5,3	3	5,4	3,4	2,2	1,85	2,3	MA G30N	0,25
2,45	4,2	9,85	4,45	2	5,4	3,4	2,2	1,85	2,3	MARG20H	0,2
2,3	4,25	10,7	5,3	3	5,4	3,4	2,2	1,85	2,3	MARG30N	0,25
2,45	4,2	10,85	5,45	3	5,4	3,4	2,2	1,85	2,3	MARG30H	0,25
2,75	4,6	7,8	3,8	1,05	4	3,2	2,3	1,85	2,28	MCZ12H	0,15
2,75	4,6	8,75	4,75	2	4	3,2	2,3	1,85	2,28	MCZ20H	0,2
2,65	4,6	7,65	3,65	1	4	3,2	2,3	1,85	2,28	MCN12H	0,15
2,65	4,3	9,05	3,75	1,1	5,3	3,5	2,3	1,85	2,28	MCG11H	0,15
2,65	4,3	9,95	4,65	2	5,3	3,5	2,3	1,85	2,28	MCG20H	0,2
2,65	4,3	10,95	5,65	3	5,3	3,5	2,3	1,85	2,28	MCG30H	0,25
2,065	4,3	8,2	2,7	0,635	5,5	3,3	2,3	1,85	2,428	MGMSR07H	0,15
2,065	4,3	9,565	4,065	2	5,5	3,3	2,3	1,85	2,428	MGMSR20H	0,2
2,065	4,3	10,56	5,065	3	5,5	3,3	2,3	1,85	2,42	MGMSR3	0,25

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Длина погружения в имплант, ±0,01 мм	Диаметр D, -0,05 мм	Длина L, -0,1 мм	Высота системной части L1, ±0,03 мм	Высота десневой части L2,±0,05 мм	Высота верхней части L3, -0,05 мм	Диаметр нижней части d, -0,03 мм	d2, +0,05 мм	d1, +0,05 мм	h,-0,01 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
		5							8	0H	
1,7	4,75	6,6	2,6	0,9	4	3,2	2,3	1,85	2,425	MZ12H	0,15
1,95	4,75	7,95	3,95	2	4	3,2	2,3	1,85	2,428	MZ20H	0,2
1,95	4,25	6,3	2,3	0,35	4	3,4	2,3	1,85	2,428	MN12H	0,15
2,8	4,2	9,4	4	1,2	5,4	3,5	2,4	2,05	2,5	NISG12H	0,15
2,8	4,2	10,2	4,8	2	5,4	3,5	2,4	2,05	2,5	NISG20H	0,2
2,8	4,2	11,2	5,8	3	5,4	3,5	2,4	2,05	2,5	NISG30H	0,25
2,65	4,5	7,65	3,65	1	4	3,2	2,5	1,85	2,3	N35Z12H	0,15
2,85	5	7,85	3,85	1	4	3,2	3	2,05	2,8	N45Z12H	0,15
2,65	4,5	8,65	4,65	2	4	3,2	2,5	1,85	2,3	N35Z20H	0,2
2,85	5	8,85	4,85	2	4	3,2	3	2,05	2,8	N45Z20H	0,2
2,65	4,5	7,65	3,65	1	4	3,2	2,5	1,85	2,3	N35N12H	0,15
2,85	5	7,85	3,85	1	4	3,2	3	2,05	2,8	N45N12H	0,15
2,65	4,5	8,95	3,65	1	5,3	3,5	2,5	1,85	2,3	N35G13H	0,15
2,85	5	9,25	3,85	1	5,4	4,1	3	2,05	2,8	N45G13H	0,15
2,65	4,5	9,95	4,65	2	5,3	3,5	2,5	1,85	2,3	N35G20H	0,2
2,85	5	10,25	4,85	2	5,4	4,1	3	2,05	2,8	N45G20H	0,2
2,65	4,5	10,95	5,65	3	5,3	3,5	2,5	1,85	2,3	N35G30H	0,25
2,85	5	11,25	5,85	3	5,4	4,1	3	2,05	2,8	N45G30H	0,25
2,2	5	7,35	3,35	1,15	4	3,2	2,3	1,65	2,255	NA35Z12H	0,15
2,3	5	7,3	3,3	1	4	3,45	2,6	2,05	2,65	Na43Z12H	0,15
2,9	4,6	7,3	3,3	0,4	4	3,2	2,6	1,8	2,65	NR35Z12H	0,15
3,8	4,8	8,2	4,2	0,4	4	3,2	2,6	2	3,15	NR43Z12H	0,15
2,2	4,7	8,2	4,2	2	4	3,2	2,3	1,65	2,255	NA35Z20H	0,2
2,1	5,1	8,1	4,1	2	4	3,45	2,6	2,05	2,65	Na43Z20H	0,2
2,9	4,6	8,9	4,9	2	4	3,2	2,6	1,8	2,65	NR35Z20H	0,2
3,8	4,8	9,8	5,8	2	4	3,2	2,6	2	3,15	NR43Z20H	0,2
2,2	4,5	7	3	0,8	4	3,2	2,3	1,65	2,255	NA35N12H	0,15
2,3	4,6	7,1	3,1	0,8	4	3,4	2,6	2,05	2,65	Na43N12H	0,15
2,9	4,6	7,3	3,3	0,4	4	3,2	2,6	1,8	2,65	NR35N12H	0,15
3,8	5	8,2	4,2	0,4	4	3,2	2,6	2	3,15	NR43N12H	0,15

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Длина погружения в имплант, ±0,01 мм	Диаметр D, -0,05 мм	Длина L, -0,1 мм	Высота системной части L1, ±0,03 мм	Высота десневой части L2,±0,05 мм	Высота верхней части L3, -0,05 мм	Диаметр нижней части d, -0,03 мм	d2, +0,05 мм	d1, +0,05 мм	h,-0,01 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
2,3	4,1	8,8	3,5	1,2	5,3	3,3	2,3	1,65	2,255	NA35G12H	0,15
2,3	4,65	8,8	3,5	1,2	5,3	3,5	2,6	2,05	2,65	Na43G12H	0,15
3	4,3	9,3	3,9	0,9	5,4	3,6	2,6	1,8	2,65	NR35G09H	0,15
3,7	4,4	9,7	4,3	0,6	5,4	3,6	2,6	2	3,15	NR43G09H	0,15
2,3	4,7	10,3	4,3	2	6	3,5	2,3	1,65	2,255	NA35G20H	0,2
2,4	4,65	10,4	4,4	2	6	3,6	2,6	2,05	2,65	Na43G20H	0,2
3	4,3	10,4	5	2	5,4	3,6	2,6	1,8	2,65	NR35G20H	0,2
3,7	4,4	11,1	5,7	2	5,4	3,6	2,6	2	3,15	NR43G20H	0,2
2,3	4,7	11,3	5,3	3	6	3,5	2,3	1,65	2,255	NA35G30H	0,25
2,4	4,65	11,4	5,4	3	6	3,6	2,6	2,05	2,65	Na43G30H	0,25
3	4,3	11,4	6	3	5,4	3,6	2,6	1,8	2,65	NR35G30H	0,25
3,7	4,4	12,1	6,7	3	5,4	3,6	2,6	2	3,15	NR43G30H	0,25
2,6	4,25	7,6	3,6	1	4	3	2,4	2,05	2,49	OZ12H	0,15
2,6	4,25	7,6	3,6	1	4	3	2,3	1,65	2,09	OMZ12H	0,15
2,6	4,25	8,6	4,6	2	4	3	2,4	2,05	2,49	OZ20H	0,2
2,6	4,25	8,6	4,6	2	4	3	2,3	1,65	2,09	OMZ20H	0,2
2,7	5	7,7	3,7	1	4	3,4	2,4	2,05	2,49	ON12H	0,15
2,7	4,3	7,7	3,7	1	4	3,2	2,3	1,65	2,09	OMN12H	0,15
2,5	4,25	9,05	3,65	1,15	5,4	3,4	2,4	2,05	2,49	OG13H	0,15
2,5	4,6	10,5	4,5	2	6	3,4	2,4	2,05	2,49	OG20H	0,2
2,5	4,6	11,5	5,5	3	6	3,4	2,4	2,05	2,49	OG30H	0,25
2,6	4	9,25	3,85	1,25	5,4	3,3	2,3	1,65	2,09	OMG13H	0,15
2,6	4,2	9,9	4,6	2	5,3	3,1	2,3	1,65	2,09	OMG20H	0,2
2,6	4,2	10,9	5,3	3	5,3	3,1	2,3	1,65	2,09	OMG30H	0,25
2,5	4,25	8,7	3,65	0,8	5,4	3,4	2,4	2,05	2,49	OG08H	0,15
2,7	4,7	7,8	3,8	1,1	4	3,2	2,3	1,65	2	SB33Z12H	0,15
4,35	4,7	9,15	5,15	0,8	4	3,2	2,3	1,65	2,4	SB41Z12H	0,15
2,1	5,4	7,2	2,6	0,5	4,6	3,2	2,6	2,05	3,105	SO48Z12H	0,15
2,2	7	7,2	3,2	1	4	3,2	2,6	2,05	3,105	SO65Z12H	0,15
2,7	4,7	8,7	4,7	2	4	3,2	2,3	1,65	2	SB33Z20H	0,2
4,35	4,7	10,35	6,35	2	4	3,2	2,3	1,65	2,4	SB41Z20H	0,2
2,1	5,4	8,7	4,1	2	4,6	3,2	2,6	2,05	3,10	SO48Z20H	0,2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Длина погружения в имплант, ±0,01 мм	Диаметр D, -0,05 мм	Длина L, -0,1 мм	Высота системной части L1, ±0,03 мм	Высота десневой части L2,±0,05 мм	Высота верхней части L3, -0,05 мм	Диаметр нижней части d, -0,03 мм	d2, +0,05 мм	d1, +0,05 мм	h,-0,01 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
									5		
2,2	7	8,2	4,2	2	4	3,2	2,6	2,05	3,105	SO65Z20H	0,2
2,75	4,5	7,45	3,45	0,7	4	3,2	2,3	1,65	2	SB33N12H	0,15
3,05	4,6	7,75	3,75	0,7	4	3,4	2,3	1,65	2,4	SB41N12H	0,15
1,65	5,2	6,85	2,85	1,2	4	3,4	2,6	2,05	3,105	SO48N12H	0,15
2,2	7,1	7,65	3,65	1,45	4	3,4	2,6	2,05	3,105	SO65N12H	0,15
4,4	4,2	10,7	5,3	0,9	5,4	3,4	2,3	1,65	2,4	SB41G09H	0,15
2,1	5,25	8,35	2,8	0,7	5,55	3,6	2,6	2,05	3,105	SO48G07H	0,15
2,2	6,9	8,7	3,1	0,9	5,6	4,9	2,6	2,05	3,105	SO65G13H	0,15
2,7	3,8	8,3	3,6	0,9	4,7	3,1	2,3	1,65	2	SB33G85H	0,15
2,1	5,25	9,65	4,1	2	5,55	3,6	2,6	2,05	3,105	SO48G20H	0,2
2,2	6,9	9,8	4,2	2	5,6	4,9	2,6	2,05	3,105	SO65G20H	0,2
2,1	5,25	10,65	5,1	3	5,55	3,6	2,6	2,05	3,105	SO48G30H	0,25
2,2	6,9	10,8	5,2	3	5,6	4,9	2,6	2,05	3,105	SO65G30H	0,25
4,4	4,7	12,4	6,4	2	6	3,5	2,3	1,65	2,4	SB41G20H	0,2
4,4	4,7	13,4	7,4	3	6	3,5	2,3	1,65	2,4	SB41G30H	0,25
2,7	4,4	10,75	4,75	2,05	6	3,4	2,3	1,65	2	SB33G20H	0,2
2,7	4,4	11,75	5,75	3,05	6	3,4	2,3	1,65	2	SB33G30H	0,25
3,45	4,3	7,85	3,85	0,4	4	2,9	2,2	1,65	2,19	X34Z12H	0,15
3,3	4,3	7,75	3,75	0,45	4	2,9	2,2	1,65	2,485	X38Z12H	0,15
3,3	4,8	7,9	3,9	0,6	4	2,9	2,2	1,65	2,485	X45Z12H	0,15
3,35	4,3	9,35	5,35	2	4	2,9	2,2	1,65	2,19	X34Z20H	0,2
3,3	4,3	9,3	5,3	2	4	2,9	2,2	1,65	2,485	X38Z20H	0,2
3,3	4,8	9,3	5,3	2	4	2,9	2,2	1,65	2,485	X45Z20H	0,2
3,5	3,5	7,8	3,8	0,3	4	3	2,2	1,65	2,19	X34N12H	0,15
3,55	4,3	7,85	3,85	0,3	4	3	2,2	1,65	2,485	X38N12H	0,15
3,55	5,5	8,2	4,2	0,65	4	3,4	2,2	1,65	2,485	X45N12H	0,15
3,5	4	9,7	4,3	0,8	5,4	3,4	2,2	1,65	2,19	X34G08H	0,15

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Длина погружения в имплант, ±0,01 мм	Диаметр D, -0,05 мм	Длина L, -0,1 мм	Высота системной части L1, ±0,03 мм	Высота десневой части L2,±0,05 мм	Высота верхней части L3, -0,05 мм	Диаметр нижней части d, -0,03 мм	d2, +0,05 мм	d1, +0,05 мм	h,-0,01 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
3,35	4,2	9,45	4,05	0,7	5,4	3,4	2,2	1,65	2,485	X38G07H	0,15
3,35	4,5	9,3	3,9	0,55	5,4	3,6	2,2	1,65	2,485	X45G55H	0,15
3,5	4	10,9	5,5	2	5,4	3,4	2,2	1,65	2,19	X34G20H	0,15
3,35	4,2	10,75	5,35	2	5,4	3,4	2,2	1,65	2,485	X38G20H	0,2
3,35	4,5	10,75	5,35	2	5,4	3,6	2,2	1,65	2,485	X45G20H	0,2
3,5	4	11,9	6,5	3	5,4	3,4	2,2	1,65	2,19	X34G30H	0,25
3,35	4,2	11,75	6,35	3	5,4	3,4	2,2	1,65	2,485	X38G30H	0,25
3,35	4,5	11,75	6,35	3	5,4	3,6	2,2	1,65	2,485	X45G30H	0,25

Таблица 12 - Титановое основание для мостовидных конструкций

Внешний вид	Функциональное описание
	L – длина изделия L1 – высота системной части L2 – высота десневой части L3 – высота верхней части D – диаметр изделия d – диаметр нижней части d1 – диаметр отверстия под винт d2 – диаметр отверстия под винт

Таблица 13.1

Система	Подсистема	Платформа	Верхушка	Размерность импланта	Крутящий момент (Т), Н*см	Наименование совместимого винта	Артикул
Alpha Bio	-	CHC	zz	3.2/3.5	25	STBABN	ABNZ12N

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Версия 1.1

Система	Подсистема	Платформа	Верхушка	Размерность импланта	Крутящий момент (Т), Н*см	Наименование совместимого винта	Артикул
Alpha Bio	-	CHC	zz	3.2/3.5	25	STBABN	ABNZ20N
Alpha Bio	-	CHC	nt	3.2/3.5	25	STBABN	ABNN12N
Alpha Bio	-	CHC	geo	3.2/3.5	25	STBABN	ABNG10N
Alpha Bio	-	CHC	geo	3.2/3.5	25	STBABN	ABNG20N
Alpha Bio	-	CHC	geo	3.2/3.5	25	STBABN	ABNG30N
Ankylos	-	-	zz	3.5/4.5/5.5/7.0	25	STBAX	AXZ12N
Ankylos	-	-	zz	3.5/4.5/5.5/7.0	25	STBAX	AXZ20N
Ankylos	-	-	nt	3.5/4.5/5.5/7.0	25	STBAX	AXN12N
Ankylos	-	-	geo	3.5/4.5/5.5/7.0	25	STBAX	AXG13N
Ankylos	-	-	geo	3.5/4.5/5.5/7.0	25	STBAX	AXG20N
Ankylos	-	-	geo	3.5/4.5/5.5/7.0	25	STBAX	AXG30N
Antogyr	Axiom	-	zz	2.8/3.4/4.0/4.6/5.2	25	STBA	AZ12N
Antogyr	Axiom	-	zz	2.8/3.4/4.0/4.6/5.2	25	STBA	AZ20N
Antogyr	Axiom	-	nt	2.8/3.4/4.0/4.6/5.2	25	STBA	AN12N
Antogyr	Axiom	-	geo	2.8/3.4/4.0/4.6/5.2	25	STBA	AG13N
Antogyr	Axiom	-	geo	2.8/3.4/4.0/4.6/5.2	25	STBA	AG20N
Antogyr	Axiom	-	geo	2.8/3.4/4.0/4.6/5.2	25	STBA	AG30N
Astra	Osseospeed	3.5	zz	3.5/4.0	25	STBA35	A35Z12N
Astra	Osseospeed	4.5	zz	4.5/5.0	35	STBA45	A45Z12N
Astra	Osseospeed	3.0	zz	3.0	20	STBA30	A30Z12N
Astra	Osseospeed	3.5	zz	3.5/4.0	25	STBA35	A35Z20N
Astra	Osseospeed	4.5	zz	4.5/5.0	35	STBA45	A45Z20N
Astra	Osseospeed	3.0	zz	3.0	20	STBA30	A30Z20N
Astra	Osseospeed	3.5	nt	3.5/4.0	25	STBA35	A35N12N
Astra	Osseospeed	4.5	nt	4.5/5.0	35	STBA45	A45N12N
Astra	Osseospeed	3.0	nt	3.0	20	STBA30	A30N12N
Astra	Osseospeed	3.5	geo	3.5/4.0	25	STBA35	A35G13N
Astra	Osseospeed	4.5	geo	4.5/5.0	35	STBA45	A45G07N
Astra	Osseospee	3.5	geo	3.5/4.0	25	STBA35	A35G20N

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Верхушка	Размерность импланта	Крутящий момент (Т), Н*см	Наименование совместимого винта	Артикул
	d						
Astra	Osseospeed	4.5	geo	4.5/5.0	35	STBA45	A45G20N
Astra	Osseospeed	3.5	geo	3.5/4.0	25	STBA35	A35G30N
Astra	Osseospeed	4.5	geo	4.5/5.0	35	STBA45	A45G30N
Astra	Osseospeed	3.0	geo	3.0	20	STBA30	A30G13N
Astra	Osseospeed	3.0	geo	3.0	20	STBA30	A30G20N
Astra	Osseospeed	3.0	geo	3.0	20	STBA30	A30G30N
Bego	-	3.75	zz	3.75	30	STBBS37	BS37Z12N
Bego	-	4.1	zz	4.1	30	STBBS41	BS41Z12N
Bego	-	4.5	zz	4.5	30	STBBS45	BS45Z12N
Bego	-	3.75	zz	3.75	30	STBBS37	BS37Z20N
Bego	-	4.1	zz	4.1	30	STBBS41	BS41Z20N
Bego	-	4.5	zz	4.5	30	STBBS45	BS45Z20N
Bego	-	3.75	nt	3.75	30	STBBS37	BS37N12N
Bego	-	4.1	nt	4.1	30	STBBS41	BS41N12N
Bego	-	4.5	nt	4.5	30	STBBS45	BS45N12N
Bego	-	3.75	geo	3.75	30	STBBS37	BS37G55N
Bego	-	4.1	geo	4.1	30	STBBS41	BS41G55N
Bego	-	4.5	geo	4.5	30	STBBS45	BS45G55N
Bego	-	3.75	geo	3.75	30	STBBS37	BS37G20N
Bego	-	4.1	geo	4.1	30	STBBS41	BS41G20N
Bego	-	4.5	geo	4.5	30	STBBS45	BS45G20N
Bego	-	3.75	geo	3.75	30	STBBS37	BS37G30N

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Верхушка	Размерность импланта	Крутящий момент (Т), Н*см	Наименование совместимого винта	Артикул
Bego	-	4.1	geo	4.1	30	STBBS41	BS41G30N
Bego	-	4.5	geo	4.5	30	STBBS45	BS45G30N
Biohorizont	-	3.5	zz	3.5	30	STBBG35	BG35Z12N
Biohorizont	-	4.5	zz	4.5	30	STBBG45	BG45Z12N
Biohorizont	-	5.7	zz	5.7	30	STBBG57	BG57Z12N
Biohorizont	-	3.5	zz	3.5	30	STBBG35	BG35Z20N
Biohorizont	-	4.5	zz	4.5	30	STBBG45	BG45Z20N
Biohorizont	-	5.7	zz	5.7	30	STBBG57	BG57Z20N
Biohorizont	-	3.5	nt	3.5	30	STBBG35	BG35N12N
Biohorizont	-	4.5	nt	4.5	30	STBBG45	BG45N12N
Biohorizont	-	5.7	nt	5.7	30	STBBG57	BG57N12N
Biohorizont	-	3.5	geo	3.5	30	STBBG35	BG35G06N
Biohorizont	-	4.5	geo	4.5	30	STBBG45	BG45G06N
Biohorizont	-	5.7	geo	5.7	30	STBBG57	BG57G06N
Biohorizont	-	3.5	geo	3.5	30	STBBG35	BG35G20N
Biohorizont	-	4.5	geo	4.5	30	STBBG45	BG45G20N
Biohorizont	-	5.7	geo	5.7	30	STBBG57	BG57G20N
Biohorizont	-	3.5	geo	3.5	30	STBBG35	BG35G30N
Biohorizont	-	4.5	geo	4.5	30	STBBG45	BG45G30N
Biohorizont	-	5.7	geo	5.7	30	STBBG57	BG57G30N
Conmet	-	2.2	zz	3.4/3.5/4.0	25	STBCo22	Co22Z12N
Conmet	-	2.7	zz	3.8/4.5/5.0/5.5	30	STBCo27	Co27Z12N
Conmet	-	2.2	zz	3.4/3.5/4.0	25	STBCo22	Co22Z20

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Версия 1.1

Система	Подсистема	Платформа	Верхушка	Размерность импланта	Крутящий момент (Т), Н*см	Наименование совместимого винта	Артикул
							N
Conmet	-	2.7	zz	3.8/4.5/5.0/5.5	30	STBCo27	Co27Z20N
Conmet	-	2.2	nt	3.4/3.5/4.0	25	STBCo22	Co22N12N
Conmet	-	2.7	nt	3.8/4.5/5.0/5.5	30	STBCo27	Co27N12N
Conmet	-	2.7	geo	3.8/4.5/5.0/5.5	30	STBCo27	Co27G13N
Conmet	-	2.2	geo	3.4/3.5/4.0	25	STBCo22	Co22G13N
Conmet	-	2.2	geo	3.4/3.5/4.0	25	STBCo22	Co22G20N
Conmet	-	2.2	geo	3.4/3.5/4.0	25	STBCo22	Co22G30N
Conmet	-	2.7	geo	3.8/4.5/5.0/5.5	30	STBCo27	Co27G20N
Conmet	-	2.7	geo	3.8/4.5/5.0/5.5	30	STBCo27	Co27G30N
Dentium	-	-	zz	3.8/4.3/4.8	35	STBD	DZ12N
Dentium	-	-	zz	3.8/4.3/4.8	35	STBD	DZ20N
Dentium	-	-	nt	3.8/4.3/4.8	35	STBD	DN12N
Dentium	-	-	geo	3.8/4.3/4.8	35	STBD	DG13N
Dentium	-	-	geo	3.8/4.3/4.8	35	STBD	DG20N
Dentium	-	-	geo	3.8/4.3/4.8	35	STBD	DG30N
Dio	UF	RP	zz	3.8/4.0/4.5/5.0/5.5	35	STBDR	DRZ12N
Dio	UF	NP	zz	3.0/3.3	20	STBDN	DNZ12N
Dio	UF	RP	zz	3.8/4.0/4.5/5.0/5.5	35	STBDR	DRZ20N
Dio	UF	NP	zz	3.0/3.3	20	STBDN	DNZ20N
Dio	UF	RP	nt	3.8/4.0/4.5/5.0/5.5	35	STBDR	DRN12N
Dio	UF	NP	nt	3.0/3.3	20	STBDN	DNN12N
Dio	UF	RP	geo	3.8/4.0/4.5/5.0/5.5	35	STBDR	DRG13N
Dio	UF	NP	geo	3.0/3.3	20	STBDN	DNG13N
Dio	UF	RP	geo	3.8/4.0/4.5/5.0/5.5	35	STBDR	DRG20N
Dio	UF	NP	geo	3.0/3.3	20	STBDN	DNG20N
Dio	UF	RP	geo	3.8/4.0/4.5/5.0/5.5	35	STBDR	DRG30N
Dio	UF	NP	geo	3.0/3.3	20	STBDN	DNG30N
ICX	-	3.45-4.8	zz	3.45/3.75/4.1/4.8	25	STBIC	ICZ12N
ICX	-	3.45-4.8	zz	3.45/3.75/4.1/4.8	25	STBIC	ICZ20N
ICX	-	3.45-4.8	nt	3.45/3.75/4.1/4.8	25	STBIC	ICN12N
ICX	-	3.45-4.8	geo	3.45/3.75/4.1/4.8	25	STBIC	ICG13N
ICX	-	3.45-4.8	geo	3.45/3.75/4.1/4.8	25	STBIC	ICG20N
ICX	-	3.45-4.8	geo	3.45/3.75/4.1/4.8	25	STBIC	ICG30N
Iris Liko-M	-	-	zz	3.5/4.0/4.5	30	STBLI	LIZ12N

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Верхушка	Размерность импланта	Крутящий момент (Т), Н*см	Наименование совместимого винта	Артикул
Iris Liko-M	-	-	zz	3.5/4.0/4.5	30	STBLI	LIZ20N
Iris Liko-M	-	-	nt	3.5/4.0/4.5	30	STBLI	LIN12N
Iris Liko-M	-	-	geo	3.5/4.0/4.5	30	STBLI	LIG13N
Iris Liko-M	-	-	geo	3.5/4.0/4.5	30	STBLI	LIG20N
Iris Liko-M	-	-	geo	3.5/4.0/4.5	30	STBLI	LIG30N
Megagen	AnyRidge	-	geo	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	30	STBMAR	MARG08N
Megagen	mini	-	geo	3.0/3.25	20	STBMAM	MAMG13N
Megagen	mini	-	geo	3.0/3.25	20	STBMAM	MAMG20N
Megagen	mini	-	geo	3.0/3.25	20	STBMAM	MAMG30N
Megagen	AnyRidge	-	zz	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	30	STBMAR	MARZ12N
Megagen	mini	-	zz	3.0/3.25	20	STBMAM	MAMZ12N
Megagen	AnyOne	-	zz	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	35	STBMA	MA Z12N
Megagen	AnyRidge	-	zz	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	30	STBMAR	MARZ20N
Megagen	mini	-	zz	3.0/3.25	20	STBMAM	MAMZ20N
Megagen	AnyOne	-	zz	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	35	STBMA	MA Z20N
Megagen	AnyRidge	-	nt	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	30	STBMAR	MARN12N
Megagen	mini	-	nt	3.0/3.25	20	STBMAM	MAMN12N
Megagen	AnyOne	-	nt	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	35	STBMA	MA N12N
Megagen	AnyRidge	-	geo	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	30	STBMAR	MARG12N
Megagen	AnyOne	-	geo	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	35	STBMA	MA G13N
Megagen	AnyOne	-	geo	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	35	STBMA	MA G20N
Megagen	AnyRidge	-	geo	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	30	STBMAR	MARG20N
Megagen	AnyRidge	-	geo	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7	30	STBMAR	MARG30

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Верхушка	Размерность импланта	Крутящий момент (Т), Н*см	Наименование совместимого винта	Артикул
				.0			N
MIS	C1	SP	zz	3.75/4.2	30	STBMC	MCZ12N
MIS	C1	SP	zz	3.75/4.2	30	STBMC	MCZ20N
MIS	C1	SP	nt	3.75/4.2	30	STBMC	MCN12N
MIS	C1	SP	geo	3.75/4.2	30	STBMC	MCG11N
MIS	C1	SP	geo	3.75/4.2	30	STBMC	MCG20N
MIS	C1	SP	geo	3.75/4.2	30	STBMC	MCG30N
Mis	seven	SP	geo	3.75/4.2	30	STBMC	MGMSR07N
Mis	seven	SP	geo	3.75/4.2	30	STBMC	MGMSR20N
Mis	seven	SP	geo	3.75/4.2	30	STBMC	MGMSR30N
Mis	seven	SP	zz	3.75/4.2	30	STBM	MZ12N
Mis	seven	SP	zz	3.75/4.2	30	STBM	MZ20N
Mis	seven	SP	nt	3.75/4.2	30	STBM	MN12N
Neobiotech	-	IS	geo	3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0	30	SNIS2012	NISG12N
Neobiotech	-	IS	geo	3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0	30	SNIS2012	NISG20N
Neobiotech	-	IS	geo	3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0	30	SNIS2012	NISG30N
Niko	-	3.5	zz	3.5/3.6/4.0	30	STBN35	N35Z12N
Niko	-	4.5	zz	4.5-6.0	35	STBN45	N45Z12N
Niko	-	3.5	zz	3.5/3.6/4.0	30	STBN35	N35Z20N
Niko	-	4.5	zz	4.5-6.0	35	STBN45	N45Z20N
Niko	-	3.5	nt	3.5/3.6/4.0	30	STBN35	N35N12N
Niko	-	4.5	nt	4.5-6.0	35	STBN45	N45N12N
Niko	-	3.5	geo	3.5/3.6/4.0	30	STBN35	N35G13N
Niko	-	4.5	geo	4.5-6.0	35	STBN45	N45G13N
Niko	-	3.5	geo	3.5/3.6/4.0	30	STBN35	N35G20N
Niko	-	4.5	geo	4.5-6.0	35	STBN45	N45G20N
Niko	-	3.5	geo	3.5/3.6/4.0	30	STBN35	N35G30N
Niko	-	4.5	geo	4.5-6.0	35	STBN45	N45G30N
Nobel	Active	NP	zz	3.5/3.75	25	STBNA35	NA35Z12N
Nobel	Active	RP	zz	4.3/5.0	35	STBNA43	Na43Z12N
Nobel	Replace	NP	zz	3.5	30	STBNR35	NR35Z12N
Nobel	Replace	RP	zz	4.0/4.3	35	STBNR43	NR43Z12N
Nobel	Active	NP	zz	3.5/3.75	25	STBNA35	NA35Z20N
Nobel	Active	RP	zz	4.3/5.0	35	STBNA43	Na43Z20

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Верхушка	Размерность импланта	Крутящий момент (Т), Н*см	Наименование совместимого винта	Артикул
							N
Nobel	Replace	NP	zz	3.5	30	STBNR35	NR35Z20N
Nobel	Replace	RP	zz	4.0/4.3	35	STBNR43	NR43Z20N
Nobel	Active	NP	nt	3.5/3.75	25	STBNA35	NA35N12N
Nobel	Active	RP	nt	4.3/5.0	35	STBNA43	Na43N12N
Nobel	Replace	NP	nt	3.5	30	STBNR35	NR35N12N
Nobel	Replace	RP	nt	4.0/4.3	35	STBNR43	NR43N12N
Nobel	Active	NP	geo	3.5/3.75	25	STBNA35	NA35G12N
Nobel	Active	RP	geo	4.3/5.0	35	STBNA43	Na43G12N
Nobel	Replace	NP	geo	3.5	30	STBNR35	NR35G09N
Nobel	Replace	RP	geo	4.0/4.3	35	STBNR43	NR43G09N
Nobel	Active	NP	geo	3.5/3.75	25	STBNA35	NA35G20N
Nobel	Active	RP	geo	4.3/5.0	35	STBNA43	Na43G20N
Nobel	Replace	NP	geo	3.5	30	STBNR35	NR35G20N
Nobel	Replace	RP	geo	4.0/4.3	35	STBNR43	NR43G20N
Nobel	Active	NP	geo	3.5/3.75	25	STBNA35	NA35G30N
Nobel	Active	RP	geo	4.3/5.0	35	STBNA43	Na43G30N
Nobel	Replace	NP	geo	3.5	30	STBNR35	NR35G30N
Nobel	Replace	RP	geo	4.0/4.3	35	STBNR43	NR43G30N
Osstem	TS	RP	zz	3.5	35	STBO	OZ12N
Osstem	TS	mini	zz	4.0/4.3	25	STBOM	OMZ12N
Osstem	TS	RP	zz	3.5	35	STBO	OZ20N
Osstem	TS	mini	zz	4.0/4.3	25	STBOM	OMZ20N
Osstem	TS	RP	nt	3.5	35	STBO	ON12N
Osstem	TS	mini	nt	4.0/4.3	25	STBOM	OMN12N
Osstem	TS	RP	geo	3.5	35	STBO	OG13N
Osstem	TS	RP	geo	3.5	35	STBO	OG20N

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Верхушка	Размерность импланта	Крутящий момент (Т), Н*см	Наименование совместимого винта	Артикул
Osstem	TS	RP	geo	3.5	35	STBO	OG30N
Osstem	TS	mini	geo	4.0/4.3	25	STBOM	OMG13N
Osstem	TS	mini	geo	4.0/4.3	25	STBOM	OMG20N
Osstem	TS	mini	geo	4.0/4.3	25	STBOM	OMG30N
Osstem	TS	RP	geo	3.5	35	STBO	OG08N
Straumann	Bonelevel	NC	geo	3.3	25	STBSB33G	SB33G85N
Straumann	Bonelevel	RC	geo	4.1/4.8	25	STBSB41	SB41G09N
Straumann	Bonelevel	NC	zz	3.3	25	SSBNR16T6	SB33Z12N
Straumann	Bonelevel	RC	zz	4.1/4.8	25	STBSB41	SB41Z12N
Straumann	SynOcta	RN	zz	3.3/4.1/4.8	35	STBSO48	SO48Z12N
Straumann	SynOcta	WN	zz	4.8	35	STBSO65	SO65Z12N
Straumann	Bonelevel	NC	zz	3.3	25	SSBNR16T6	SB33Z20N
Straumann	Bonelevel	RC	zz	4.1/4.8	25	STBSB41	SB41Z20N
Straumann	SynOcta	RN	zz	3.3/4.1/4.8	35	STBSO48	SO48Z20N
Straumann	SynOcta	WN	zz	4.8	35	STBSO65	SO65Z20N
Straumann	Bonelevel	NC	nt	3.3	25	SSBNR16T6	SB33N12N
Straumann	Bonelevel	RC	nt	4.1/4.8	25	STBSB41	SB41N12N
Straumann	SynOcta	RN	nt	3.3/4.1/4.8	35	STBSO48	SO48N12N
Straumann	SynOcta	WN	nt	4.8	35	STBSO65	SO65N12N
Straumann	SynOcta	RN	geo	3.3/4.1/4.8	35	STBSO48	SO48G07N
Straumann	SynOcta	WN	geo	4.8	35	STBSO65	SO65G13N
Straumann	SynOcta	RN	geo	3.3/4.1/4.8	35	STBSO48	SO48G20N
Straumann	SynOcta	WN	geo	4.8	35	STBSO65	SO65G20N
Straumann	Bonelevel	RC	geo	4.1/4.8	25	STBSB41	SB41G20N
Straumann	SynOcta	RN	geo	3.3/4.1/4.8	35	STBSO48	SO48G30N

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Верхушка	Размерность импланта	Крутящий момент (Т), Н*см	Наименование совместимого винта	Артикул
Straumann	SynOcta	WN	geo	4.8	35	STBSO65	SO65G30N
Straumann	Bonelevel	RC	geo	4.1/4.8	25	STBSB41	SB41G30N
Straumann	Bonelevel	NC	geo	3.3	25	STBSB33G	SB33G20N
Straumann	Bonelevel	NC	geo	3.3	25	STBSB33G	SB33G30N
Xive	-	3.4	zz	3.4	25	STBX34	X34Z12N
Xive	-	3.8	zz	3.8	25	STBX38	X38Z12N
Xive	-	4.5	zz	4.5	25	STBX45	X45Z12N
Xive	-	3.4	zz	3.4	25	STBX34	X34Z20N
Xive	-	3.8	zz	3.8	25	STBX38	X38Z20N
Xive	-	4.5	zz	4.5	25	STBX45	X45Z20N
Xive	-	3.4	nt	3.4	25	STBX34	X34N12N
Xive	-	3.8	nt	3.8	25	STBX38	X38N12N
Xive	-	4.5	nt	4.5	25	STBX45	X45N12N
Xive	-	3.4	geo	3.4	25	STBX34	X34G08N
Xive	-	3.8	geo	3.8	25	STBX38	X38G07N
Xive	-	4.5	geo	4.5	25	STBX45	X45G55N
Xive	-	3.4	geo	3.4	25	STBX34	X34G20N
Xive	-	3.8	geo	3.8	25	STBX38	X38G20N
Xive	-	4.5	geo	4.5	25	STBX45	X45G20N
Xive	-	3.4	geo	3.4	25	STBX34	X34G30N
Xive	-	3.8	geo	3.8	25	STBX38	X38G30N
Xive	-	4.5	geo	4.5	25	STBX45	X45G30N

Таблица 13.2

Длина погружения в имплант, ±0,01 мм	Диаметр D, -0,05 мм	Длина L, ±0,05 мм	Высота системной части L1, ±0,03 мм	Высота десневой части L2,±0,05 мм	Высота верхней части L3, -0,05 мм	Диаметр нижней части d, -0,03 мм	d2, +0,05 мм	d1,+0,05 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
0,85	4,2	5,85	1,85	1	4	3,2	2,05	1,65	ABNZ12N	0,15
0,85	4,2	6,85	2,85	2	4	3,2	2,05	1,65	ABNZ20N	0,2
0,85	4,2	5,85	1,85	1	4	3,2	2,05	1,65	ABNN12N	0,15
0,9	4,1	7,2	1,9	1	5,3	3,3	2,05	1,65	ABNG10N	0,15
0,9	4,1	8,2	2,9	2	5,3	3,3	2,05	1,65	ABNG20N	0,2
0,9	4,1	9,2	3,9	3	5,3	3,3	2,05	1,65	ABNG30N	0,25
1,7	5	6,7	2,7	1	4	3,1	2,2	1,65	AXZ12N	0,15
1,7	5	7,7	3,7	2	4	3,1	2,2	1,65	AXZ20N	0,2
1,7	4,1	6,7	2,7	1	4	3	2,2	1,65	AXN12N	0,15
1,6	4,1	8,3	2,9	1,3	5,4	3,3	2,2	1,65	AXG13N	0,15

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Версия 1.1

Длина погружения в имплант, ±0,01 мм	Диаметр D, -0,05 мм	Длина L, ±0,05 мм	Высота системной части L1, ±0,03 мм	Высота десневой части L2,±0,05 мм	Высота верхней части L3, -0,05 мм	Диаметр нижней части d, -0,03 мм	d2, +0,05 мм	d1,+0,05 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
1,6	4,1	9	3,6	2	5,4	3,3	2,2	1,65	AXG20N	0,2
1,6	4,1	10	4,6	3	5,4	3,3	2,2	1,65	AXG30N	0,25
1,1	4,6	6,1	2,1	1	4	3,2	2,4	1,5	AZ12N	0,13
1,1	4,6	7,1	3,1	2	4	3,2	2,4	1,5	AZ20N	0,2
1,1	4,6	6,1	2,1	1	4	3,2	2,4	1,5	AN12N	0,15
1,13	4,4	7,95	2,65	1,52	5,3	3,4	2,4	1,5	AG13N	0,15
1,13	4,4	8,45	3,15	2,02	5,3	3,4	2,4	1,5	AG20N	0,2
1,13	4,4	9,45	4,15	3,02	5,3	3,4	2,4	1,5	AG30N	0,25
1,35	4,4	5	1,65	0,3	3,35	3,75	2,4	1,65	A35Z12N	0,15
2,35	5	7,35	3,35	1	4	3,6	2,5	2,05	A45Z12N	0,15
0,95	3,5	6,15	2,15	1,2	4	3,2	2,2	1,45	A30Z12N	0,15
1,35	4,4	6,7	3,35	2	3,35	3,75	2,4	1,65	A35Z20N	0,2
2,35	5	8,35	4,35	2	4	3,6	2,5	2,05	A45Z20N	0,2
0,95	3,5	6,95	2,95	2	4	3,2	2,2	1,45	A30Z20N	0,2
1,2	4,5	6,05	2,05	0,85	4	3,2	2,4	1,65	A35N12N	0,15
2,35	5,05	7,3	3,3	0,95	4	3,4	2,5	2,05	A45N12N	0,15
0,95	3,6	6,05	2,05	1,1	4	3,2	2,2	1,45	A30N12N	0,15
1,5	4,25	8,2	2,8	1,3	5,4	3,4	2,4	1,65	A35G13N	0,15
2,65	4,45	8,8	3,4	0,75	5,4	3,6	2,5	2,05	A45G07N	0,15
1,5	4,7	9,55	3,55	2,05	6	3,5	2,4	1,65	A35G20N	0,2
2,65	4,9	10,65	4,65	2	6	3,6	2,5	2,05	A45G20N	0,2
1,5	4,7	10,55	4,55	3,05	6	3,5	2,4	1,65	A35G30N	0,2
2,65	4,9	11,65	5,65	3	6	3,6	2,5	2,05	A45G30N	0,25
0,95	3,8	6,9	2,2	1,25	4,7	3	2,2	1,45	A30G13N	0,15
0,95	3,8	7,6	2,9	1,95	4,7	3	2,2	1,45	A30G20N	0,2
0,95	3,8	8,6	3,9	2,95	4,7	3	2,2	1,45	A30G30N	0,25
1,3	5	6,3	2,3	1	4	3,85	2,5	1,85	BS37Z12N	0,15
1,05	4,7	6,05	2,05	1	4	3,2	2,5	1,85	BS41Z12N	0,15
1,25	4,7	5,75	1,75	0,5	4	3,2	2,5	1,85	BS45Z12N	0,15
0,85	5	6,85	2,85	2	4	3,2	2,5	1,85	BS37Z20N	0,2
1,05	4,7	7,05	3,05	2	4	3,2	2,5	1,85	BS41Z20N	0,2
1,25	5	7,25	3,25	2	4	3,2	2,5	1,85	BS45Z20N	0,2
0,85	4	5,1	1,1	0,25	4	3,2	2,5	1,85	BS37N12N	0,15
1,05	4,45	5,4	1,4	0,35	4	3,4	2,5	1,85	BS41N12N	0,15
1,25	4,85	5,6	1,6	0,35	4	3,4	2,5	1,85	BS45N12N	0,15
0,85	4,45	6,7	1,4	0,55	5,3	3,5	2,5	1,85	BS37G55N	0,15
1,05	4,5	6,9	1,6	0,55	5,3	3,5	2,5	1,85	BS41G55N	0,15
1,25	4,7	7,1	1,8	0,55	5,3	3,5	2,5	1,85	BS45G55N	0,15
0,85	4,45	8,15	2,85	2	5,3	3,5	2,5	1,85	BS37G20N	0,2
1,05	4,5	8,35	3,05	2	5,3	3,5	2,5	1,85	BS41G20N	0,2
1,25	4,7	8,55	3,25	2	5,3	3,5	2,5	1,85	BS45G20N	0,2
0,85	4,45	9,15	3,85	3	5,3	3,5	2,5	1,85	BS37G30N	0,25
1,05	4,5	9,35	4,05	3	5,3	3,5	2,5	1,85	BS41G30N	0,25

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Версия 1.1

Длина погружения в имплант, ±0,01 мм	Диаметр D, -0,05 мм	Длина L, ±0,05 мм	Высота системной части L1, ±0,03 мм	Высота десневой части L2,±0,05 мм	Высота верхней части L3, -0,05 мм	Диаметр нижней части d, -0,03 мм	d2, +0,05 мм	d1,+0,05 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
1,25	4,7	9,55	4,25	3	5,3	3,5	2,5	1,85	BS45G30N	0,25
1,2	4,7	6,2	2,2	1	4	3,2	2,5	1,9	BG35Z12N	0,15
1,2	5	6,2	2,2	1	4	3,2	2,5	1,9	BG45Z12N	0,15
1,75	5,8	6,75	2,75	1	4	3,2	2,5	1,9	BG57Z12N	0,15
1,2	4,7	7,2	3,2	2	4	3,2	2,5	1,9	BG35Z20N	0,2
1,2	5	7,2	3,2	2	4	3,2	2,5	1,9	BG45Z20N	0,2
1,75	5,8	7,75	3,75	2	4	3,2	2,5	1,9	BG57Z20N	0,2
1,2	4,3	5,7	1,7	0,5	4	3,3	2,5	1,9	BG35N12N	0,15
1,2	5,3	5,7	1,7	0,5	4	3,4	2,5	1,9	BG45N12N	0,15
1,75	5,8	6,75	2,75	1	4	3,2	2,5	1,9	BG57N12N	0,15
1,2	4,4	7,6	2,2	1	5,4	3,6	2,5	1,9	BG35G06N	0,15
1,2	5	7,6	2,2	1	5,4	4,1	2,5	1,9	BG45G06N	0,15
1,75	6	8,15	2,75	1	5,4	4,9	2,5	1,9	BG57G06N	0,15
1,2	4,4	8,6	3,2	2	5,4	3,6	2,5	1,9	BG35G20N	0,2
1,2	5	8,6	3,2	2	5,4	4,1	2,5	1,9	BG45G20N	0,2
1,75	6	9,15	3,75	2	5,4	4,9	2,5	1,9	BG57G20N	0,2
1,2	4,4	9,6	4,2	3	5,4	3,6	2,5	1,9	BG35G30N	0,25
1,2	5	9,6	4,2	3	5,4	4,1	2,5	1,9	BG45G30N	0,25
1,75	6	10,15	4,75	3	5,4	4,9	2,5	1,9	BG57G30N	0,25
2,4	3,8	7,4	3,4	1	4	3,2	2,1	1,65	Co22Z12N	0,15
3,2	4,5	8,2	4,2	1	4	3,2	2,3	1,9	Co27Z12N	0,15
2,4	3,8	8,4	4,4	2	4	3,2	2,1	1,65	Co22Z20N	0,2
3,2	4,5	9,2	5,2	2	4	3,2	2,3	1,9	Co27Z20N	0,2
2,4	3,8	7,4	3,4	1	4	3,2	2,1	1,65	Co22N12N	0,15
3,2	4,5	8,2	4,2	1	4	3,2	2,3	1,9	Co27N12N	0,15
3,2	4,5	9,5	4,2	1	5,3	3,5	2,3	1,9	Co27G13N	0,15
2,4	3,8	8,1	3,4	1	4,7	3	2,1	1,65	Co22G13N	0,15
2,4	3,8	9,1	4,4	2	4,7	3	2,1	1,65	Co22G20N	0,2
2,4	3,8	10,1	5,4	3	4,7	3	2,1	1,65	Co22G30N	0,25
3,2	4,5	10,5	5,2	2	5,3	3,5	2,3	1,9	Co27G20N	0,2
3,2	4,5	11,5	6,2	3	5,3	3,5	2,3	1,9	Co27G30N	0,25

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Длина погружения в имплант, ±0,01 мм	Диаметр D, -0,05 мм	Длина L, ±0,05 мм	Высота системной частей L1, ±0,03 мм	Высота десневой части L2,±0,05 мм	Высота верхней части L3, -0,05 мм	Диаметр нижней части d, -0,03 мм	d2, +0,05 мм	d1,+0,05 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
1,9	4,7	6,9	2,9	1	4	3,55	2,4	2,05	DZ12N	0,15
1,9	4,7	7,4	3,4	1,5	4	3,55	2,4	2,05	DZ20N	0,2
1,15	4,5	6,55	2,55	1,4	4	3,2	2,4	2,05	DN12N	0,15
2,3	4,25	8,85	3,45	1,15	5,4	3,4	2,4	2,05	DG13N	0,15
2,4	4,6	10,4	4,4	2	6	3,4	2,4	2,05	DG20N	0,2
2,4	4,6	11,4	5,4	3	6	3,4	2,4	2,05	DG30N	0,25
2,7	4,5	7,7	3,7	1	4	3,2	2,5	2,05	DRZ12N	0,15
1,9	4,5	6,9	2,9	1	4	3,2	2,1	1,45	DNZ12N	0,15
2,7	4,5	8,7	4,7	2	4	3,2	2,5	2,05	DRZ20N	0,15
1,9	4,5	7,9	3,9	2	4	3,2	2,1	1,45	DNZ20N	0,2
2,7	4,5	7,7	3,7	1	4	3,2	2,5	2,05	DRN12N	0,15
1,9	4,5	6,9	2,9	1	4	3,2	2,1	1,45	DNN12N	0,15
2,7	4,5	9,1	3,7	1	5,4	3,6	2,5	2,05	DRG13N	0,15
0,95	3,8	6,9	2,2	1,25	4,7	3	2,1	1,45	DNG13N	0,15
2,7	4,5	10,1	4,7	2	5,4	3,6	2,5	2,05	DRG20N	0,2
0,95	3,8	7,6	2,9	1,95	4,7	3	2,1	1,45	DNG20N	0,2
2,7	4,5	11,1	5,7	3	5,4	3,6	2,5	2,05	DRG30N	0,25
0,95	3,8	8,6	3,9	2,95	4,7	3	2,1	1,45	DNG30N	0,25
1,2	5	6,2	2,2	1	4	3,85	2,7	1,65	ICZ12N	0,15
1,2	5	7,2	3,2	2	4	3,85	2,7	1,65	ICZ20N	0,2
1,8	4,6	6,8	2,8	1	4	3,2	2,7	1,65	ICN12N	0,15
1,8	4,65	8,1	2,8	1	5,3	3,5	2,7	1,65	ICG13N	0,15
1,8	4,65	9,1	3,8	2	5,3	3,5	2,7	1,65	ICG20N	0,2
1,8	4,65	10,1	4,8	3	5,3	3,5	2,7	1,65	ICG30N	0,25
1,8	4,65	6,8	2,8	1	4	3,2	2,6	1,85	LIZ12N	0,15
1,8	4,65	7,8	3,8	2	4	3,2	2,6	1,85	LIZ20N	0,2
1,8	4,65	6,8	2,8	1	4	3,2	2,6	1,85	LIN12N	0,15
1,8	4,65	8,1	2,8	1	5,3	3,5	2,6	1,85	LIG13N	0,15
1,8	4,65	9,1	3,8	2	5,3	3,5	2,6	1,85	LIG20N	0,2
1,8	4,65	10,1	4,8	3	5,3	3,5	2,6	1,85	LIG30N	0,25
2,45	4,2	8,65	3,25	0,8	5,4	3,4	2,2	1,85	MARG08N	0,15
0,95	3,8	6,9	2,2	1,25	4,7	3	2,2	1,45	MAMG13N	0,15
0,95	3,8	7,6	2,9	1,95	4,7	3	2,2	1,45	MAMG20N	0,2
0,95	3,8	8,6	3,9	2,95	4,7	3	2,2	1,45	MAMG30N	0,25
1,25	4,3	6,25	2,25	1	4	3,2	2,2	1,85	MARZ12N	0,15
0,95	3,5	6,15	2,15	1,2	4	3,2	2,2	1,45	MAMZ12N	0,15
1,9	4,7	6,9	2,9	1	4	3,55	2,4	2,05	MA Z12N	0,15
1,25	4,3	7,25	3,25	2	4	3,2	2,2	1,85	MARZ20N	0,2
0,95	3,5	6,95	2,95	2	4	3,2	2,2	1,45	MAMZ20	0,2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Версия 1.1

Длина погружения в имплант, ±0,01 мм	Диаметр D, -0,05 мм	Длина L, ±0,05 мм	Высота системной части L1, ±0,03 мм	Высота десневой части L2,±0,05 мм	Высота верхней части L3, 0,05 мм	Диаметр нижней части d, -0,03 мм	d2, +0,05 мм	d1,+0,05 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
									N	
1,9	4,7	7,4	3,4	1,5	4	3,55	2,4	2,05	MA Z20N	0,2
1,25	4	6	2	0,75	4	3,2	2,2	1,85	MARN12N	0,15
0,95	3,6	6,05	2,05	1,1	4	3,2	2,2	1,45	MAMN12N	0,15
1,15	4,5	6,55	2,55	1,4	4	3,2	2,4	2,05	MA N12N	0,15
2,45	4,2	9,05	3,65	1,2	5,4	3,4	2,2	1,85	MARG12N	0,15
2,3	4,25	8,85	3,45	1,15	5,4	3,4	2,4	2,05	MA G13N	0,15
2,3	4,25	9,7	4,3	2	5,4	3,4	2,4	2,05	MA G20N	0,2
2,45	4,2	9,85	4,45	2	5,4	3,4	2,2	1,85	MARG20N	0,2
2,45	4,25	10,85	5,45	3	5,4	3,4	2,2	1,85	MARG30N	0,2
1,6	4,6	6,6	2,6	1	4	3,2	2,3	1,85	MCZ12N	0,15
1,6	4,6	7,6	3,6	2	4	3,2	2,3	1,85	MCZ20N	0,2
1,6	4,6	6,6	2,6	1	4	3,2	2,3	1,85	MCN12N	0,15
1,6	4,3	8	2,7	1,1	5,3	3,5	2,3	1,85	MCG11N	0,15
1,6	4,3	8,9	3,6	2	5,3	3,5	2,3	1,85	MCG20N	0,2
1,6	4,3	9,9	4,6	3	5,3	3,5	2,3	1,85	MCG30N	0,25
2,065	4,3	8,2	2,7	0,635	5,5	3,3	2,3	1,85	MGMSR07N	0,15
2,065	4,3	9,565	4,065	2	5,5	3,3	2,3	1,85	MGMSR20N	0,2
2,065	4,3	10,565	5,065	3	5,5	3,3	2,3	1,85	MGMSR30N	0,25
0,9	4,75	5,7	1,7	0,8	4	3,2	2,3	1,85	MZ12N	0,15
0,9	4,75	6,9	2,9	2	4	3,2	2,3	1,85	MZ20N	0,2
0,35	4,25	4,7	0,7	0,35	4	3,4	2,3	1,85	MN12N	0,15
2,8	4,2	9,4	4	1,2	5,4	3,5	2,4	2,05	NISG12N	0,15
2,8	4,2	10,2	4,8	2	5,4	3,5	2,4	2,05	NISG20N	0,2
2,8	4,2	11,2	5,8	3	5,4	3,5	2,4	2,05	NISG30N	0,25
0,85	4,5	5,85	1,85	1	4	3,2	2,5	1,85	N35Z12N	0,15
1,25	5	6,25	2,25	1	4	3,2	3	2,05	N45Z12N	0,15
0,85	4,5	6,85	2,85	2	4	3,2	2,5	1,85	N35Z20N	0,2
1,25	5	7,25	3,25	2	4	3,2	3	2,05	N45Z20N	0,2
0,85	4,5	5,85	1,85	1	4	3,2	2,5	1,85	N35N12N	0,15
1,25	5	6,25	2,25	1	4	3,2	3	2,05	N45N12N	0,15
0,85	4,5	7,15	1,85	1	5,3	3,5	2,5	1,85	N35G13N	0,15
1,25	5	7,65	2,25	1	5,4	4,1	3	2,05	N45G13N	0,15
0,85	4,5	8,15	2,85	2	5,3	3,5	2,5	1,85	N35G20N	0,2
1,25	5	8,65	3,25	2	5,4	4,1	3	2,05	N45G20N	0,2
0,85	4,5	9,15	3,85	3	5,3	3,5	2,5	1,85	N35G30N	0,25
1,25	5	9,65	4,25	3	5,4	4,1	3	2,05	N45G30N	0,25
0,8	4,7	5,9	1,9	1,1	4	3,55	2,3	1,65	NA35Z12N	0,15
0,9	5,1	5,9	1,9	1	4	3,85	2,6	2,05	Na43Z12N	0,15

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Версия 1.1

Длина погружения в имплант, ±0,01 мм	Диаметр D, -0,05 мм	Длина L, ±0,05 мм	Высота системной части L1, ±0,03 мм	Высота деснево части L2,±0,05 мм	Высота верхней части L3, -0,05 мм	Диаметр нижней части d, -0,03 мм	d2, +0,05 мм	d1,+0,05 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
0,4	4,6	4,8	0,8	0,4	4	3,2	2,6	1,8	NR35Z12N	0,15
0,5	4,8	4,9	0,9	0,4	4	3,2	2,6	2	NR43Z12N	0,15
0,8	4,7	6,65	2,65	1,85	4	3,55	2,3	1,65	NA35Z20N	0,2
0,9	5,1	6,9	2,9	2	4	3,45	2,6	2,05	Na43Z20N	0,2
0,4	4,6	6,4	2,4	2	4	3,2	2,6	1,8	NR35Z20N	0,2
0,5	4,8	6,5	2,5	2	4	3,2	2,6	2	NR43Z20N	0,2
0,85	4,5	5,65	1,65	0,8	4	3,2	2,3	1,65	NA35N12N	0,15
0,95	4,6	5,75	1,75	0,8	4	3,4	2,6	2,05	Na43N12N	0,15
0,4	4,6	4,8	0,8	0,4	4	3,2	2,6	1,8	NR35N12N	0,15
0,5	5	4,9	0,9	0,4	4	3,2	2,6	2	NR43N12N	0,15
2,3	4,1	8,8	3,5	1,2	5,3	3,3	2,3	1,65	NA35G12N	0,15
2,3	4,65	8,8	3,5	1,2	5,3	3,5	2,6	2,05	Na43G12N	0,15
0,4	4,3	6,7	1,3	0,9	5,4	3,6	2,6	1,8	NR35G09N	0,15
0,5	4,4	6,5	1,1	0,6	5,4	3,6	2,6	2	NR43G09N	0,15
2,25	4,7	10,25	4,25	2	6	3,5	2,3	1,65	NA35G20N	0,2
2,4	4,65	10,4	4,4	2	6	3,6	2,6	2,05	Na43G20N	0,2
0,4	4,3	7,8	2,4	2	5,4	3,6	2,6	1,8	NR35G20N	0,2
0,5	4,4	7,9	2,5	2	5,4	3,6	2,6	2	NR43G20N	0,2
2,25	4,7	11,25	5,25	3	6	3,5	2,3	1,65	NA35G30N	0,25
2,4	4,65	11,4	5,4	3	6	3,6	2,6	2,05	Na43G30N	0,25
0,4	4,3	8,8	3,4	3	5,4	3,6	2,6	1,8	NR35G30N	0,25
0,5	4,4	8,9	3,5	3	5,4	3,6	2,6	2	NR43G30N	0,25
1,4	4,7	6,4	2,4	1	4	3,55	2,4	2,05	OZ12N	0,15
1,1	4,7	6,1	2,1	1	4	3,55	2,3	1,65	OMZ12N	0,15
1,4	4,7	7,4	3,4	2	4	3,55	2,4	2,05	OZ20N	0,2
1,1	4,7	7,6	3,6	2,5	4	3,55	2,3	1,65	OMZ20N	0,2
1,4	5	6,4	2,4	1	4	3,4	2,4	2,05	ON12N	0,15
1,05	4,3	6,05	2,05	1	4	3,2	2,3	1,65	OMN12N	0,15
2,5	4,25	9,05	3,65	1,15	5,4	3,4	2,4	2,05	OG13N	0,15
1,95	4,25	9,35	3,95	2	5,4	3,4	2,4	2,05	OG20N	0,2
2,95	4,25	11,35	5,95	3	5,4	3,4	2,4	2,05	OG30N	0,25

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Версия 1.1

Длина погружения в имплант, ±0,01 мм	Диаметр D, -0,05 мм	Длина L, ±0,05 мм	Высота системной части L1, ±0,03 мм	Высота десневой части L2,±0,05 мм	Высота верхней части L3, -0,05 мм	Диаметр нижней части d, -0,03 мм	d2, +0,05 мм	d1,+0,05 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
2,4	4	9,05	3,65	1,25	5,4	3,3	2,3	1,65	OMG13N	0,15
2,4	4,2	9,7	4,4	2	5,3	3,1	2,3	1,65	OMG20N	0,2
2,4	4,2	10,7	5,4	3	5,3	3,1	2,3	1,65	OMG30N	0,25
2,5	4,25	8,7	3,65	0,8	5,4	3,4	2,4	2,05	OG08N	0,15
1,8	3,8	7	2,3	0,9	4,7	3,1	2,3	1,65	SB33G85N	0,15
2	4,2	8,3	2,9	0,9	5,4	3,4	2,3	1,65	SB41G09N	0,15
0,9	4,7	5,7	1,7	0,8	4	3,55	2,3	1,65	SB33Z12N	0,15
0,75	4,7	5,45	1,45	0,7	4	3,55	2,3	1,65	SB41Z12N	0,15
2,1	5,4	7,2	2,6	0,5	4,6	3,2	2,6	2,05	SO48Z12N	0,15
2,2	7	7,2	3,2	1	4	3,2	2,6	2,05	SO65Z12N	0,15
0,9	4,7	6,9	2,9	2	4	3,55	2,3	1,65	SB33Z20N	0,2
0,75	4,7	6,75	2,75	2	4	3,5	2,3	1,65	SB41Z20N	0,2
2,1	5,4	8,7	4,1	2	4,6	3,2	2,6	2,05	SO48Z20N	0,2
2,2	7	8,2	4,2	2	4	3,2	2,6	2,05	SO65Z20N	0,2
0,9	4,5	5,6	1,6	0,7	4	3,2	2,3	1,65	SB33N12N	0,15
0,65	4,6	5,35	1,35	0,7	4	3,4	2,3	1,65	SB41N12N	0,15
1,65	5,2	6,85	2,85	1,2	4	3,4	2,6	2,05	SO48N12N	0,15
2,2	7,1	7,65	3,65	1,45	4	3,4	2,6	2,05	SO65N12N	0,15
2,1	5,25	8,35	2,8	0,7	5,55	3,6	2,6	2,05	SO48G07N	0,15
2,2	6,9	8,7	3,1	0,9	5,6	4,9	2,6	2,05	SO65G13N	0,15
2,1	5,25	9,65	4,1	2	5,55	3,6	2,6	2,05	SO48G20N	0,2
2,2	6,9	9,8	4,2	2	5,6	4,9	2,6	2,05	SO65G20N	0,2
2	4,2	10	4	2	6	3,5	2,3	1,65	SB41G20N	0,2
2,1	5,25	10,65	5,1	3	5,55	3,6	2,6	2,05	SO48G30N	0,25
2,2	6,9	10,8	5,2	3	5,6	4,9	2,6	2,05	SO65G30N	0,25
2	4,2	11	5	3	6	3,5	2,3	1,65	SB41G30N	0,25
1,4	4,4	9,45	3,45	2,05	6	3,4	2,3	1,65	SB33G20N	0,2
1,4	4,4	10,45	4,45	3,05	6	3,4	2,3	1,65	SB33G30N	0,25
0,3	4,5	4,7	0,7	0,4	4	3,4	2,2	1,65	X34Z12N	0,15
0,85	4,3	5,3	1,3	0,45	4	2,9	2,2	1,65	X38Z12N	0,15
0,85	4,5	5,45	1,45	0,6	4	2,9	2,2	1,65	X45Z12N	0,15
0,3	4,5	6,3	2,3	2	4	3,4	2,2	1,65	X34Z20N	0,2
0,85	4,3	6,85	2,85	2	4	2,9	2,2	1,65	X38Z20N	0,2
0,85	4,5	6,85	2,85	2	4	2,9	2,2	1,65	X45Z20N	0,2
0,3	3,5	4,6	0,6	0,3	4	3	2,2	1,65	X34N12N	0,15
0,85	4,3	5,85	1,85	1	4	3	2,2	1,65	X38N12N	0,15
0,8	4,5	5,45	1,45	0,65	4	3,4	2,2	1,65	X45N12N	0,15
1,05	4	7,25	1,85	0,8	5,4	3,4	2,2	1,65	X34G08N	0,15
0,85	4,2	6,95	1,55	0,7	5,4	3,4	2,2	1,65	X38G07N	0,15
0,85	4,5	6,8	1,4	0,55	5,4	3,6	2,2	1,65	X45G55N	0,15
1,05	4	8,45	3,05	2	5,4	3,4	2,2	1,65	X34G20N	0,2
0,85	4,2	8,25	2,85	2	5,4	3,4	2,2	1,65	X38G20N	0,2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Длина погружения в имплант, ±0,01 мм	Диаметр D, -0,05 мм	Длина L, ±0,05 мм	Высота системной части L1, ±0,03 мм	Высота десневой части L2,±0,05 мм	Высота верхней части L3, -0,05 мм	Диаметр нижней части d, -0,03 мм	d2, +0,05 мм	d1,+0,05 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
0,85	4,5	8,25	2,85	2	5,4	3,6	2,2	1,65	X45G20N	0,2
1,05	4	9,45	4,05	3	5,4	3,4	2,2	1,65	X34G30N	0,25
0,85	4,2	9,25	3,85	3	5,4	3,4	2,2	1,65	X38G30N	0,25
0,85	4,5	9,25	3,85	3	5,4	3,6	2,2	1,65	X45G30N	0,25

Таблица 14 - Трансфер слепочный для открытой ложки

Внешний вид	Функциональное описание
	L - длина изделия D - диаметр d1 – диаметр отверстия под винт d2 – диаметр отверстия под винт h- размер шестигранника

Таблица 15.1

Система	Подсистема	Платформа	Тип ложки	Размерность импланта	Артикул
Nobel	Active	NP	открытая	3.5/3.75	TRONA35
Nobel	Active	RP	открытая	4.3/5.0	TRONa43
Dentium	-	-	открытая	3.8/4.3/4.8	TROD
Osstem	TS	RP	открытая	3.5	TROO
Osstem	TS	mini	открытая	4.0/4.3	TROOM
Alpha Bio	-	IH	открытая	3.75/4.2	TROM
Astra	Osseospeed	3.5	открытая	3.5/4.0	TROA35
Astra	Osseospeed	4.5	открытая	4.5/5.0	TROA45
Astra	Osseospeed	3.0	открытая	3.0	TROA30
Nobel	Replace	NP	открытая	3.5	TRONR35
Nobel	Replace	RP	открытая	4.0/4.3	TRONR43
Alpha Bio	-	CHC	открытая	3.2/3.5	TROABN
MIS	C1	SP	открытая	3.75/4.2	TROMC
Megagen	AnyRidge	-	открытая	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	TROMAR
Megagen	mini	-	открытая	3.0/3.25	TROMAM
Megagen	AnyOne	-	открытая	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	TROMA
Xive	-	3.4	открытая	3.4	TROX34

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Тип ложки	Размерность импланта	Артикул
Xive	-	3.8	открытая	3.8	TROX38
Xive	-	4.5	открытая	4.5	TROX45
Ankylos	-		открытая	3.5/4.5/5.5/7.0	TROAX
Straumann	Bonelevel	NC	открытая	3.3	TROSB33
Straumann	Bonelevel	RC	открытая	4.1/4.8	TROSB41
Straumann	SynOcta	RN	открытая	3.3/4.1/4.8	TROSO48
Straumann	SynOcta	WN	открытая	4.8	TROSO65
Bego	-	3.75	открытая	3.75	TROBS37
Bego	-	4.1	открытая	4.1	TROBS41
Bego	-	4.5	открытая	4.5	TROBS45
Antogyr	Axiom	-	открытая	2.8/3.4/4.0/4.6/5.2	TROA
Niko	-	3.5	открытая	3.5/3.6/4.0	TRON35
Niko	-	4.5	открытая	4.5-6.0	TRON45
Iris Liko-M	-	-	открытая	3.5/4.0/4.5	TROLI
ICX	-	3.45-4.8	открытая	3.45/3.75/4.1/4.8	TROIC
Conmet	-	2.2	открытая	3.4/3.5/4.0	TROCo22
Conmet	-	2.7	открытая	3.8/4.5/5.0/5.5	TROCo27
Dio	UF	RP	открытая	3.8/4.0/4.5/5.0/5.5	TRODR
Dio	UF	NP	открытая	3.0/3.3	TRODN
Biohorizont	-	3.5	открытая	3.5	TROBG35
Biohorizont	-	4.5	открытая	4.5	TROBG45
Biohorizont	-	5.7	открытая	5.7	TROBG57

Таблица 15.2

Диаметр D, -0,05 мм	L, ±0,05 мм	d2, +0,05 мм	d1,+0,05 мм	h,-0,01 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
4	13,5	2,3	1,65	2,255	TRONA35	0,31
4	13,5	2,6	2,05	2,65	TRONa43	0,31
4	13,5	2,4	2,05	2,5	TROD	0,31
4	13,5	2,4	2,05	2,49	TROO	0,31
4	13,5	2,3	1,65	2,09	TROOM	0,31
4	13,5	2,3	1,85	2,425	TROM	0,31
4	13,5	2,2	1,45	1,69	TROA35	0,31
4	13,5	2,5	2,05	2,5	TROA45	0,31
4	13,5	2,4	1,65	2,1	TROA30	0,31
4	13,5	2,6	1,8	2,65	TRONR35	0,31
4	13,5	2,6	2	3,15	TRONR43	0,31
4	13,5	2,1	1,65	2,1	TROABN	0,31
4	13,5	2,3	1,85	2,28	TROMC	0,31
4	13,5	2,2	1,85	2,3	TROMAR	0,31
4	13,5	2,2	1,45	1,7	TROMAM	0,31
4	13,5	2,4	2,05	2,49	TROMA	0,31
4	13,5	2,2	1,65	2,19	TROX34	0,31
4	13,5	2,2	1,65	2,485	TROX38	0,31
4	13,5	2,2	1,65	2,485	TROX45	0,31
4	13,5	2,3	1,65	1,8	TROAX	0,31
4	13,5	2,3	1,65	2	TROSB33	0,31

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диаметр D, -0,05 мм	L, ±0,05 мм	d2, +0,05 мм	d1,+0,05 мм	h,-0,01 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
4	13,5	2,3	1,65	2,4	TROSB41	0,31
4	13,5	2,6	2,05	3,105	TROSO48	0,31
4	13,5	2,6	2,05	3,105	TROSO65	0,31
4	13,5	2,5	1,8	2,4	TROBS37	0,31
4	13,5	2,5	1,8	2,4	TROBS41	0,31
4	13,5	2,5	1,8	2,4	TROBS45	0,31
4	13,5	2,4	1,5	2,12	TROA	0,31
4	13,5	2,5	1,85	2,3	TRON35	0,31
4	13,5	3	2,05	2,8	TRON45	0,31
4	13,5	2,6	1,85	2,4	TROLI	0,31
4	13,5	2,7	1,65	2,25	TROIC	0,31
4	13,5	2,1	1,65	2,2	TROCo22	0,31
4	13,5	2,3	1,9	2,7	TROCo27	0,31
4	13,5	2,5	2,05	2,5	TRODR	0,31
4	13,5	2,1	1,45	1,7	TRODN	0,31
4	13,5	2,5	1,9	2,4	TROBG35	0,31
4	13,5	2,5	1,9	2,4	TROBG45	0,31
4	13,5	2,5	1,9	2,4	TROBG57	0,31

Таблица 16 - Трансфер слепочный для закрытой ложки

Внешний вид	Функциональное описание
	L – длина изделия D – диаметр d1 – диаметр отверстия под винт d2 – диаметр отверстия под винт h- размер шестигранника

Таблица 17.1

Система	Подсистема	Платформа	Тип ложки	Размерность импланта	Артикул
Nobel	Active	NP	закрытая	3.5/3.75	TRCNA35
Nobel	Active	RP	закрытая	4.3/5.0	TRCNa43
Dentium	-	-	закрытая	3.8/4.3/4.8	TRCD
Osstem	TS	RP	закрытая	3.5	TRCO
Osstem	TS	mini	закрытая	4.0/4.3	TRCOM
Alpha Bio	-	IH	закрытая	3.75/4.2	TRCM
Astra	Osseospeed	3.5	закрытая	3.5/4.0	TRCA35
Astra	Osseospeed	4.5	закрытая	4.5/5.0	TRCA45
Astra	Osseospeed	3.0	закрытая	3.0	TRCA30
Nobel	Replace	NP	закрытая	3.5	TRCNR35

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система	Подсистема	Платформа	Тип ложки	Размерность импланта	Артикул
Nobel	Replace	RP	закрытая	4.0/4.3	TRCNR43
Alpha Bio	-	CHC	закрытая	3.2/3.5	TRCABN
MIS	C1	SP	закрытая	3.75/4.2	TRCMC
Megagen	AnyRidge	-	закрытая	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	TRCMAR
Megagen	mini	-	закрытая	3.0/3.25	TRCMAM
Megagen	AnyOne	-	закрытая	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	TRCMA
Xive	-	3.4	закрытая	3.4	TRCX34
Xive	-	3.8	закрытая	3.8	TRCX38
Xive	-	4.5	закрытая	4.5	TRCX45
Ankylos	-	-	закрытая	3.5/4.5/5.5/7.0	TRCAX
Straumann	Bonelevel	NC	закрытая	3.3	TRCSB33
Straumann	Bonelevel	RC	закрытая	4.1/4.8	TRCSB41
Straumann	SynOcta	RN	закрытая	3.3/4.1/4.8	TRCSO48
Straumann	SynOcta	WN	закрытая	4.8	TRCSO65
Bego	-	3.75	закрытая	3.75	TRCBS37
Bego	-	4.1	закрытая	4.1	TRCBS41
Bego	-	4.5	закрытая	4.5	TRCBS45
Antogyr	Axiom	-	закрытая	2.8/3.4/4.0/4.6/5.2	TRCA
Niko	-	3.5	закрытая	3.5/3.6/4.0	TRCN35
Niko	-	4.5	закрытая	4.5-6.0	TRCN45
Iris Liko-M	-	-	закрытая	3.5/4.0/4.5	TRCLI
ICX	-	3.45-4.8	закрытая	3.45/3.75/4.1/4.8	TRCIC
Conmet	-	2.2	закрытая	3.4/3.5/4.0	TRCCo22
Conmet	-	2.7	закрытая	3.8/4.5/5.0/5.5	TRCCo27
Dio	UF	RP	закрытая	3.8/4.0/4.5/5.0/5.5	TRCDR
Dio	UF	NP	закрытая	3.0/3.3	TRCDN
Biohorizont	-	3.5	закрытая	3.5	TRCBG35
Biohorizont	-	4.5	закрытая	4.5	TRCBG45
Biohorizont	-	5.7	закрытая	5.7	TRCBG57

Таблица 17.2

Диаметр D, -0,05 мм	L,±0,05 мм	d2, +0,05 мм	d1,+0,05 мм	h, -0,01 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
4	11	2,3	1,65	2,255	TRCNA35	0,31
4	11	2,6	2,05	2,65	TRCNa43	0,31
4	11	2,4	2,05	2,5	TRCD	0,31
4	11	2,4	2,05	2,49	TRCO	0,31
4	11	2,3	1,65	2,09	TRCOM	0,31
4	11	2,3	1,85	2,425	TRCM	0,31
4	11	2,2	1,45	1,69	TRCA35	0,31
4	11	2,5	2,05	2,5	TRCA45	0,31
4	11	2,4	1,65	2,1	TRCA30	0,31
4	11	2,6	1,8	2,65	TRCNR35	0,31
4	11	2,6	2	3,15	TRCNR43	0,31
4	11	2,1	1,65	2,1	TRCABN	0,31
4	11	2,3	1,85	2,28	TRCMC	0,31
4	11	2,2	1,85	2,3	TRCMAR	0,31

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диаметр D, -0,05 мм	L,±0,05 мм	d2, +0,05 мм	d1,+0,05 мм	h, -0,01 мм	Артикул	Масса, г, ±2%
4	11	2,2	1,45	1,7	TRCMAM	0,31
4	11	2,4	2,05	2,49	TRCMA	0,31
4	11	2,2	1,65	2,19	TRCX34	0,31
4	11	2,2	1,65	2,485	TRCX38	0,31
4	11	2,2	1,65	2,485	TRCX45	0,31
4	11	2,3	1,65	1,8	TRCAX	0,31
4	11	2,3	1,65	2	TRCSB33	0,31
4	11	2,3	1,65	2,4	TRCSB41	0,31
4	11	2,6	2,05	3,105	TRCSO48	0,31
4	11	2,6	2,05	3,105	TRCSO65	0,31
4	11	2,5	1,8	2,4	TRCBS37	0,31
4	11	2,5	1,8	2,4	TRCBS41	0,31
4	11	2,5	1,8	2,4	TRCBS45	0,31
4	11	2,4	1,5	2,12	TRCA	0,31
4	11	2,5	1,85	2,3	TRCN35	0,31
4	11	3	2,05	2,8	TRCN45	0,31
4	11	2,6	1,85	2,4	TRCLI	0,31
4	11	2,7	1,65	2,25	TRCIC	0,31
4	11	2,1	1,65	2,2	TRCCo22	0,31
4	11	2,3	1,9	2,7	TRCCo27	0,31
4	11	2,5	2,05	2,5	TRCDR	0,31
4	11	2,1	1,45	1,7	TRCDN	0,31
4	11	2,5	1,9	2,4	TRCBG35	0,31
4	11	2,5	1,9	2,4	TRCBG45	0,31
4	11	2,5	1,9	2,4	TRCBG57	0,31

Таблица 18 - Трансфер с уровня Мультиюнит

Внешний вид	Функциональное описание
	L - длина L1 – высота шейки D – диаметр нижней части d - диаметр верхней части d1 – диаметр отверстия под винт d2 – диаметр отверстия под винт

Таблица 19

Верхушка	Длина	L1,	D, -	d, -	d2,	d1,	Наи	Артикул	M

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

мультиюнита	L, ±0,05 мм	±0,05 мм	0,03 мм	0,03 мм^2	+0,05 мм	+0,05 мм	меование совместимого винта		асса, г, ±2 %
Омитек	12	0,2	5	4,5	2,6	1,5	SMU	TTBMU02N	0,46
Омитек	10,5	0,5	5,2	4,5	2,6	1,5	SMU	TTBMU05Ns	0,38
Омитек	12	0,5	5,2	4,5	2,6	1,5	SMU	TTBMU05N	0,46
Омитек	12	1,5	5,2	4,5	2,6	1,5	SMU	TTBMU15N	0,46
Омитек	10,5	1,5	5,2	4,5	2,6	1,5	SMU	TTBMU15Ns	0,38
Dentium45	10,5	0,5	5,2	4,5	2,4	1,85	SDEN	TTBD45MU05Ns	0,38
Dentium45	12	0,5	5,2	4,5	2,4	1,85	SDEN	TTBD45MU05N	0,46
Dentium45	12	1,5	5,2	4,5	2,4	1,85	SDEN	TTBD45MU15N	0,46
Dentium45	10,5	1,5	5,2	4,5	2,4	1,85	SDEN	TTBD45MU15Ns	0,38
Dentium55	10,5	0,5	5,2	4,5	2,4	1,85	SDEN	TTBD55MU05Ns	0,38
Dentium55	12	0,5	5,2	4,5	2,4	1,85	SDEN	TTBD55MU05N	0,46
Dentium55	12	1,5	5,2	4,5	2,4	1,85	SDEN	TTBD55MU15N	0,46
Dentium55	10,5	1,5	5,2	4,5	2,4	1,85	SDEN	TTBD55MU15Ns	0,38

Таблица 20 - Винты мультиюнитные

Внешний вид	Функциональное описание

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



L – длина изделия
L1 – длина стержня
L2 – длина резьбы
D – диаметр изделия
d – резьба
h- шлиц

Таблица 21

Верхушка мультиюнита	**Длина винта L, ±0,05 мм**	**Длина стержня l1, ±0,05 мм**	**Диаметр головы винта D, -0,03мм**	**Длина резьбы, l2, ±0,05 мм**	**Резьба, d 6g**	**Шлиц (h)**	**Крутящий момент (Т), Н*см**	**артикул**
Омитек	3,8	2,2	2,2	1,8	M1,4	hex 1.22	20	SMU
UniAB20	5	3,45	2,2	3,1	M1,4	hex 1.3	20	SUS
C-Tech	3,6	2	2	1,8	M1,4	hex 1.3	20	SC-T
Dentium	5	3,2	2,3	2,6	M1,8	hex 1.3	20	SDEN

Таблица 22 - Временный колпачок

Внешний вид	**Функциональное описание**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



L – длина
L1 – высота шейки
D – диаметр нижней части
d – диаметр верхней части
h – размер шестигранника
d1 – диаметр отверстия под винт
d2 - диаметр отверстия под винт

Таблица 23

Верхушка мультиюнита	**Длина L, ±0,05 мм**	**L1, ±0,05 мм**	**D, -0,03мм**	**d, -0,03мм²**	**d2, +0,05 мм**	**d1,+0,05 мм**	**h, -0,01 мм**	**Наименование совместимого винта**	**Артикул**	**Масса, г, ±2%**
Омитек	12	0,2	5	3.75	2,6	1,5	3,3	SMU	TTBMU02N	0,46
Омитек	12	0,2	5	3.75	2,6	1,5	-	SMU	TTBMU02H	0,46
C-Tech	11,95	1,45	4,9	3.75	2,2	1,45	-	SC-T	TBMUC11N	0,46
UniAB20	9,9	0,4	4,2	3.75	2,3	1,5	-	SUS	UTBS	0,46
Dentium45	12	0,5	5,2	3.75	2,4	1,85	-	SDEN	TTBD45MU05N	0,38

Таблица 24 - Колпачок

Внешний вид	**Функциональное описание**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



L – длина изделия
L1 – высота десневой части
D – диаметр нижней части
d – диаметр верхней части
h – размер шестигранника
d1 – диаметр отверстия под винт
d2 - диаметр отверстия под винт

Таблица 25

Верхушка мультиюнита	**Длина верхушки, ±0,05 мм**	**Длина L, ±0,05 мм**	**Высота десневой части L1, ±0,05 мм**	**d, -0,03 мм**	**D, -0,03 мм 2**	**d2, +0,05 мм**	**d1, +0,05 мм**	**h, -0,01 мм**	**Наименование совместимого винта**	**Крутящий момент (Т), Н*см**	**Артикул**	**Масса, г, ±2 %**
Омитек	12	4,8	0,2	5	3,75	2,6	1,5	3,3	SMU	20	TBMU02H	0,18
UniAB20	4	4,5	0,5	3,3	3,9	2,3	1,5	-	SUS	20	TBUS05N	0,18
C-Tech	4,5	5	0,5	4,2	5	2,1	1,5	-	SC-T	20	TBC-T05N	0,18
Dentium 45	4,3	4,8	0,5	4,2	5,1	2,4	1,85	-	SDEN	20	TBD4505N	0,18

Таблица 26 - Заживляющий колпачок

Внешний вид	**Функциональное описание**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



L – длина изделия
D – диаметр изделия
d1 – диаметр отверстия под винт
d2 - диаметр отверстия под винт

Таблица 27

Верхушка мультиюнита	**Длина L, ±0,05 мм**	**D, -0,03 мм**	**d2, +0,05 мм**	**d1,+0,05 мм**	**Наименование совместимого винта**	**Артикул**	**Масса, г, ±2%**
Омитек	4,8	4,8	2,6	1,5	SMU	FMU	0,18

Изделия должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.
На поверхности изделий не должно быть трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов и других загрязнений (окалин частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки).
Параметр шероховатости должен быть не более Ra 1,6.
Твердость по Роквеллу ≤39 HRC.
Изделия поставляются нестерильными. Перед применением изделия должны быть очищены, дезинфицированы и стерилизованы в соответствии с МУ-287-113.
Изделия должны быть устойчивы к воздействию агрессивных биологических сред полости рта в соответствии с МУ 25.1-001.

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВИД КОНТАКТА

Изделия изготовлены из материалов, указанных в таблице 28 и прошедших входной контроль.
Вид контакта с пациентом указан в таблице 28. Медицинский персонал применяет изделие только в СИЗ (средства индивидуальной защиты): в перчатках, зарегистрированных на территории РФ в установленном порядке. СИЗ в комплект поставки не входят.

Таблица 28

Модель	**Материал и марка материала**	**Производитель материала**	**Вид контакта с пациентом**
- Абатмент прямой - Абатмент угловой - Абатмент Multi-unit - Титановое основание для одиночных конструкций - Титановое основание для мостовидных конструкций Принадлежности: - Винт титановый	Титановый сплав ВТ6	ООО «ТПК «Вариант»	Длительный контакт (категория С по ГОСТ ISO 10993-1 (более 30 суток)) с неповрежденными слизистыми оболочками. Медицинские изделия длительно применяют в полости рта до глотки (изделие непрерывного

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Трансфер слепочный для открытой ложки - Трансфер слепочный для закрытой ложки -Трансфер с уровня Мультиюнит - Винт мультиюнитный - Временный колпачок - Колпачок - Заживляющий колпачок			применения в течение более 30 суток)

ДАННЫЕ О МАРКИРОВКЕ МИ И ЕГО УПАКОВКЕ

Маркировка изделий должна соответствовать ГОСТ Р ИСО 15223-1, настоящим техническим условиям и конструкторской документации.
На поверхность изделий не должна быть нанесена маркировка, так как невозможно разместить маркировку на поверхности компонентов шрифтом высотой не менее 1 мм. Маркировка должна быть нанесена на упаковку и/или в инструкции по применению.

На индивидуальной упаковке должно быть нанесено:
- наименование модели изделия;
- обозначение настоящих технических условий;
- артикул;
- наименование производителя;
- символ «Код партии»;
- символы «Запрет на повторное применение», «Нестерильно»;
- символ «Дата изготовления»;
- QR-код;
- символ «Использовать до…»;
- надпись «Made in Russia»;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению».

На групповой упаковке должно быть нанесено:
- наименование изделия;
- наименование модели изделия и количество штук;
- обозначение настоящих технических условий;
- артикул;
- QR-код;
- наименование и адрес производителя;
- символ «Код партии»;
- символ «Дата изготовления»;
- символы «Запрет на повторное применение», «Нестерильно»;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению»;
- номер регистрационного удостоверения Росздравнадзора;
- условия хранения и транспортирования;
- наименование грузополучателя;
- символы «Беречь от влаги», «Не допускать воздействия солнечного све-та», «Верх»;
- надпись «Made in Russia»;
- масса нетто.

УПАКОВКА

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Каждое изделияе должно быть уложено в индивидуальную упаковку - пакеты – упаковку полимерную для пищевой продукции: пакеты торговой марки «Кастом Упаковка», производства ООО «Кастом Упаковка». Изделия в индивидуальных упаковках уложены в групповую упаковку - картонную упаковку производства ИП Руди Виталий Игоревич. В каждую групповую упаковку должна быть вложена инструкция по применению.
Изделия транспортируются в групповых упаковках.
Масса брутто должна быть не более 5 кг.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения изделия 10 лет.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Изделие поставляется в следующей комплектности:
- изделия в индивидуальной упаковке – 1 шт.;
- изделия в групповой упаковке – не более 1000 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Перед применением изделия должны быть очищены, дезинфицированы и стерилизованы в соответствии с МУ-287-113.
Перед началом использования изделие необходимо достать из упаковки, и подвергнуть очистке, для того чтобы устранить возможные остатки жидкостей или материалов, используемых при изготовлении.
Процесс очистки включает в себя:

– Ополаскивание проточной водой по 30 с на предмет;
– Замачивание в моющем растворе при полном погружении изделия в течение 15 минут, температура раствора 50°С (если используется средство «Биолот» температура 40°С);
– Мойка каждого изделия в моющем растворе щеткой по 30 с каждый предмет;
– Ополаскивание в проточной воде 3—5 мин;
– Ополаскивание в дистиллированной воде 30 с;
– Сушка горячим воздухом при 85°С до полного исчезновения влаги.

Дезинфекция изделия:
Сушка горячим воздухом при 120±3°С.
Стерилизация:
Стерилизация производится методом автоклавирования при температуре 132°С, в течении 15 минут, после чего компоненты системы должны быть полностью высушены. Повторная стерилизация изделий запрещена.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МИ

Изделие одноразовое. Техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУТАЦИИ

Транспортировка осуществляется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.
Температура окружающей среды при транспортировке должна соответствовать климатическому исполнению 5 по ГОСТ 15150, но при температуре от минус 10°С до плюс 30°С, и относительной влажности от 60% до 95%.
Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать климатическому исполнению 5 по ГОСТ 15150, но при температуре окружающей среды от +5 °С до +40°С, относительной влажности от 60% до 95%.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Хранение осуществляется в упаковках, в крытых помещениях (на складах) в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред.
Условия эксплуатации изделий УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150: температура окружающей среды от +10 ℃ до +35℃ и относительной влажности от 60% до 95%.
Условия применения в полости рта: температура от +32℃ до +42℃.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ МИ

Утилизация поврежденных изделий и изделий с истекшим сроком годности осуществляется потребителем и должна производиться в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами и санитарными правилами СанПиН 2.1.3684 как отходы класса А.
Утилизация изделий загрязненных биологическими жидкостями, осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684 для отходов класса Б.

СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНИМЫХ СТАНДАРТАХ

ГОСТ 15150, ГОСТ Р ИСО 15223-1, ГОСТ Р 52770, СанПиН 2.1.3684.

ГАРАНТИИ И РЕКЛАМАЦИИ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Производитель заменит любое изделие в случае обнаружения дефектов, допущенных в процессе производства и упаковки.
Производитель не несет ответственности при применении изделий не в соответствии с инструкцией по применению.
Гарантийный срок хранения изделия 10 лет.
Гаранийный срок службы 1 год.
Ответственность в отношении изделия прекращается, если возникло любое повреждение, вызванное транспортировкой, хранением или ненадлежащим обращением персонала, а также другими факторами за пределами контроля производителя.
По всем рекламациям следует обратиться к производителю.

НАИМЕНОВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "МЕТТЕХ", 196105, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Гагаринское, пр-кт Витебский, д. 13, литера в, помещ. 1-н, офис 10
МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ООО "МЕТТЕХ", 196105, г. Санкт-Петербург, Витебский проспект, д. 13, литер В, пом, № 1, этаж 1.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

100 (сто) листов
цифрами *прописью*

Должность генеральный директор

Подпись _____ / Судеркин А.В.

«24» января 20 24 г. М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU