

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Перчатки медицинские диагностические (смотровые) из латекса гевей
стерильные неопудренные текстурированные
по ТУ 22.19.60-005-47211359-2023**

**ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ (СМОТРОВЫЕ) ИЗ ЛАТЕКСА ГЕВЕИ
СТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ПО
ТУ 22.19.60-005-47211359-2023**

Дата изготовления: 03.2023

Срок годности: 3 года

Размер: S

Количество: 2 штуки (1 пара)

Цвет: натуральный

Перчатки предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также предупреждение перекрестного заражения пациентов и персонала.

Способ применения: 1. Обработать руки дезинфицирующим раствором. 2. Вскрыть единичную упаковку перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 3. Аккуратно извлечь перчатки. 4. Последовательно надеть перчатки, последовательно надев перчатки сначала на одну, затем на другую руку. 5. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стянуть ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б.

Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию!

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ!

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, НЕАНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ!



03.2023



03.2026



LOT 101

Артикул 111



ООО «Роил Краун»
671260, Республика Бурятия, м. р-н Прибайкальский, с.п. Турунтаевское.
с. Турунтаево, ул. Комсомольская, д. 30, кв. 2

Место производства: 671260, Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, ул. Хлебозаводская, д. 1.

Соответствие ГОСТ Р 52239-2004 в части пп. 6, 7, 8.1, 8.2.1, 8.3

РУ № _____

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер S, в индивидуальной упаковке



Перчатки медицинские диагностические (смотровые) из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер S, в индивидуальной упаковке



Перчатки медицинские диагностические (смотровые) из латекса гевеи стерильные неопудренные
текстурированные, размер S, без упаковки

**ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ (СМОТРОВЫЕ) ИЗ ЛАТЕКСА ГЕВЕИ
СТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ПО
ТУ 22.19.60-005-47211359-2023**

Дата изготовления: 03.2023

Срок годности: 3 года

Размер: М

Количество: 2 штуки (1 пара)

Цвет: натуральный

Перчатки предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также предупреждение перекрестного заражения пациентов и персонала.

Способ применения: 1. Обработать руки дезинфицирующим раствором. 2. Вскрыть единичную упаковку перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 3. Аккуратно извлечь перчатки. 4. Последовательно надеть перчатки, последовательно надев перчатки сначала на одну, затем на другую руку. 5. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и снять ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б.

Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию!

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ!

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, НЕАНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ!



03.2023

03.2026

LOT 102

Артикул 111



ООО «Роял Краун»
671260, Республика Бурятия, м. р-н Прибайкальский, с.п. Турунтаевское,
с. Турунтаево, ул. Комсомольская, д. 30, кв. 2

Место производства: 671260, Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, ул. Хлебозаводская, д. 1.

Соответствие ГОСТ Р 52239-2004 в части пп. 6, 7, 8.1, 8.2.1, 8.3
РУ № _____

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер М, в индивидуальной упаковке



Перчатки медицинские диагностические (смотровые) из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер М, в индивидуальной упаковке



Перчатки медицинские диагностические (смотровые) из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер М, без упаковки

**ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ (СМОТРОВЫЕ) ИЗ ЛАТЕКСА ГЕВЕИ
СТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ПО
ТУ 22.19.60-005-47211359-2023**

Дата изготовления: 03.2023

Срок годности: 3 года

Размер: L

Количество: 2 штуки (1 пара)

Цвет: натуральный

Перчатки предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также предупреждение перекрестного заражения пациентов и персонала.

Способ применения: 1. Обработать руки дезинфицирующим раствором. 2. Вскрыть единичную упаковку перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 3. Аккуратно извлечь перчатку. 4. Последовательно надеть перчатки, последовательно надев перчатки сначала на одну, затем на другую руку. 5. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стянуть ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б.

Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию!

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ!

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, НЕАНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ!



03.2023



03.2026



103



111



ООО «Ройал Краун»
671260, Республика Бурятия, м. р-н Прибайкальский, с.п. Турунтаевское,
с. Турунтаево, ул. Комсомольская, д. 30, кв.2

Место производства: 671260, Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, ул. Хлебозаводская, д. 1.

**Соответствие ГОСТ Р 52239-2004 в части пп. 6, 7, 8.1, 8.2.1, 8.3
ПУ № _____**

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер L, в индивидуальной упаковке



Перчатки медицинские диагностические (смотровые) из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер L, в индивидуальной упаковке



Перчатки медицинские диагностические (смотровые) из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер L, без упаковки

**ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ (СМОТРОВЫЕ) ИЗ ЛАТЕКСА ГЕВЕИ
СТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ПО
ТУ 22.19.60-005-47211359-2023**

Дата изготовления: 03.2023

Срок годности: 3 года

Размер: XL

Количество: 2 штуки (1 пара)

Цвет: натуральный

Перчатки предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также предупреждение перекрестного заражения пациентов и персонала.

Способ применения: 1. Обработать руки дезинфицирующим раствором. 2. Вскрыть единичную упаковку перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 3. Аккуратно извлечь перчатки. 4. Последовательно надеть перчатки, последовательно надевать перчатки сначала на одну, затем на другую руку. 5. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стянуть ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б.

Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от + 5°C до + 40°C

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию!

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ!

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, НЕАНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ!



03.2023



03.2026



LOT 104



Артикул 111



ООО «Ронал Краун»
671260, Республика Бурятия, м. р-н Прибайкальский, с.п. Турунтаевское.

с. Турунтаево, ул. Комсомольская, д. 30, кв. 2

Место производства: 671260, Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, ул. Хлебозаводская, д. 1.

**Соответствие ГОСТ Р 52239-2004 в части пп. 6, 7, 8.1, 8.2.1, 8.3
РУ № _____**

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер XL, в индивидуальной упаковке



Перчатки медицинские диагностические (смотровые) из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер XL, в индивидуальной упаковке



Перчатки медицинские диагностические (смотровые) из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные, размер XL, без упаковки



Перчатки медицинские диагностические (смотровые) из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные в сложенном виде



Перчатки медицинские диагностические (смотровые) из латекса гевеи стерильные неопудренные текстурированные в групповой упаковке



Макет вторичной групповой упаковки

ООО «Ройал Краун»
671260, Республика Бурятия, м. р-н Прибайкальский,
с.п. Турунтаевское, с. Турунтаево, ул Комсомольская,
дом 30, квартира 2
Место производства: 671260, Республика Бурятия,
р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, ул. Хлебозаводская, д. 1.

СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ Р 52239-2004 В ЧАСТИ ПП, 6, 7, 8.1, 8.2.1, 8.3

РУ №



LOT

Артикул

_____ г.

_____ г.

Дата изготовления

Срок годности: 3 года



STERILE EO

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ (СМОТРОВЫЕ)

ИЗ ЛАТЕКСА ГЕВЕИ СТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ

ПО ТУ 22.19.60-005-47211359-2023



Размер: S ● M ● L ● XL ●

Количество: 25 пар ● 50 пар ●

Цвет: натуральный



ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ (СМОТРОВЫЕ) ИЗ ЛАТЕКСА ГЕВЕИ СТЕРИЛЬНЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ПО
ТУ 22.19.60-005-47211359-2023

Дата изготовления: XX.XXXX

Срок годности: 3 года

Размер: S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐

Количество упаковок: 18 штук по 25 пар ☐ 9 штук по 50 пар ☐

Цвет: натуральный

Вес брутто 10.0 кг


Хранить в сухом помещении и вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию!

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ!

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, НЕАНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ!



LOT

XXXXXX АРТИКУЛ XXXX



ООО «Ройал Краун»

671260, Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево,
ул. Комсомольская, дом 30, квартира 2

Место производства: 671260, Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево,
ул. Хлебозаводская, д. 1

Соответствие ГОСТ Р 52239-2004 в части пп. 6, 7, 8.1, 8.2.1, 8.3

РУ № _____

Транспортная упаковка с маркировкой

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 19 листов

Директор ООО «Ройал Краун»
Бурдуковский А.Е.



Проекты маркировки медицинского изделия

**Перчатки медицинские диагностические (смотровые) из латекса
гевей стерильные неопудренные текстурированные по
ту 22.19.60-005-47211359-2023**

Проект маркировки индивидуальной стерилизационной упаковки
медицинского изделия

**ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ (СМОТРОВЫЕ) ИЗ ЛАТЕКСА ГЕВЕИ
СТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ПО
ТУ 22.19.60-005-47211359-2023**

Дата изготовления: XX.XXXX

Срок годности: 3 года

Размер: S

Количество: 2 штуки (1 пара)

Цвет: натуральный

Перчатки предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также предупреждение перекрестного заражения пациентов и персонала.

Способ применения: 1. Обработать руки дезинфицирующим раствором. 2. Вскрыть единичную упаковку перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 3. Аккуратно извлечь перчатки. 4. Последовательно надеть перчатки, последовательно надеть перчатки сначала на одну, затем на другую руку. 5. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и снять ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б.

Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от + 5°C до + 40°C

**Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать
аллергическую реакцию!**

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ!

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, НЕАНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ!



 XX.XXXX

 XX.XXXX

 LOT XXX

Артикул XXX



ООО «Ройал Краун» 671260, Республика Бурятия, м. р-н Прибайкальский, с.п.
Турунтаевское, с. Турунтаево, ул. Комсомольская, д. 30, кв.2

Место производства: 671260, Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, ул.
Хлебозаводская, д. 1.

Соответствие ГОСТ Р 52239-2004 в части пп. 6, 7, 8.1, 8.2.1, 8.3
ПУ № _____

Проект маркировки групповой упаковки медицинского изделия

**ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ (СМОТРОВЫЕ) ИЗ ЛАТЕКСА ГЕВЕИ
СТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ПО
ТУ 22.19.60-005-47211359-2023**

Дата изготовления: XX.XXXX

Срок годности: 3 года

Размер: S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐

Количество: 25 пар ☐ 50 пар ☐

Цвет: натуральный

Перчатки предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также предупреждение перекрестного заражения пациентов и персонала.

Способ применения: 1. Вскрыть единичную упаковку перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 2. Извлечь перчатки, последовательно надеть перчатки сначала на одну, затем на другую руку. 3. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и снять ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б.


Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от + 5°C до + 40°C

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию!

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ!

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, НЕАНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ!



ООО «Ройал Краун»

671260, Республика Бурятия, м. р-н Прибайкальский, с.п.

Турунтаевское, с. Турунтаево, ул. Комсомольская, д. 30, кв.2

Место производства: 671260, Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, ул. Хлебозаводская, д. 1.

Соответствие ГОСТ Р 52239-2004 в части пп. 6, 7, 8.1, 8.2.1, 8.3

РУ № _____

Проект маркировки транспортной упаковки медицинского изделия

**ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ (СМОТРОВЫЕ) ИЗ ЛАТЕКСА ГЕВЕИ
СТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ПО
ТУ 22.19.60-005-47211359-2023**

Дата изготовления: XX.XXXX

Срок годности: 3 года

Размер: S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐

Количество упаковок: 18 штук по 25 пар ☐ 9 штук по 50 пар ☐

Цвет: натуральный

Вес брутто 13.0 кг


Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от + 5°C до + 40°C

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию!

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ!

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, НЕАНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ!



LOT

XXXXXXX АРТИКУЛ XXXX



ООО «Ройал Краун»

671260, Республика Бурятия, м. р-н Прибайкальский, с.п.

Турунтаевское,

с. Турунтаево, ул. Комсомольская, д. 30, кв.2

Место производства: 671260, Республика Бурятия, р-н Прибайкальский,

с. Турунтаево, ул. Хлебозаводская, д. 1

Соответствие ГОСТ Р 52239-2004 в части пп. 6, 7, 8.1, 8.2.1, 8.3

РУ № _____

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 листов

Директор ООО «Ройал Краун»
Бурдуковский А.Е.

