

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «БиоХолд»

Рапошкин И.В.
«15» _____ 2024 г.


**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»
(«Агар Клиглера»)
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия
ООО «БиоХолд»,

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1




Реагент для бактериологических
исследований

**«Питательная среда для идентификации
энтеробактерий сухая»
«Агар Клиглера»**

по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»
(«Агар Клингера»)

по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

Вариант 1


Серия В125/1-10722

Дата изготовления: 25.07.2022

Годен: 24.07.2025

РУ №

Наименование показателя	Результаты контроля
1. Внешний вид	
Реагент	
2. Технические характеристики	
Прозрачность	
Цветность	
Сухих компонентов	
Растворимость	
Прозрачность и цветность раствора	
рН	
Потеря в массе при высушивании, %	
Аминный азот, %	
Хлориды (в пересчете натрия хлорида), %	
Прочность студня, г	



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий
сухая» («Агар Клингера»)
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение. Реагент для бактериологических исследований «Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая» («Агар Клингера»), для диагностики in vitro, предназначен для идентификации энтеробактерий из исследуемого материала и для дифференциации грамотрицательных бактерий на основе ферментации лактозы при подавлении грамположительных бактерий при диагностике инфекционных заболеваний в качестве вспомогательного средства.

1.2. ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Исследуемые образцы — материал для идентификации энтеробактерий и для дифференциации грамотрицательных бактерий служит посев биоматериала человека (кровь, гной, отделяемое ушей, носа, раны, глаз, экссудат плевральной полости, кал, промывные воды желудка, рвотные массы, выделения из цервикального канала у женщин, моча). Применение медицинского изделия не зависит от популяционных и демографических аспектов. Для диагностики in vitro.

1.3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ


Теоретическое обоснование. Среди бактерий ведущая роль в развитии острых кишечных инфекций (ОКИ) принадлежит представителям семейства Enterobacteriaceae, включающего десятки видов. Все патогенные энтеробактерии произошли от Escherichia coli — представителя нормальной микрофлоры желудочно-кишечного

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ применения:
59,0 г сухого вещества
кипятить в течение 10 минут
агара, фетеризации
по 7,0 мл в пробирку
при температуре 105,0 ± 0,5 °C
стерилизации при давлении
высотой 25-30 кПа.
После вскрытия банки
до истечения срока годности
месте при температуре 25-30 °C
избегая попадания влаги.
Дополнительная информация
в инструкции к применению.

Только для in vitro исследований
Серия В125/1-10722
Дата изготовления: 25.07.2022
Годен: 24.07.2025
Масса нетто 250 г



111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»
(«Агар Клингера»)
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

Вариант 2

Серия В125/2-10722

РУ №

Дата изготовления: 27.07.2022

Годен: 26.07.2025

Наименование показателя	Результаты контроля
1. Внешний вид	
Реагент	
2. Технические характеристики	
Прозрачность	цветности
сухих компонентов	
Растворимость	
Прозрачность и цветность раствора	
pH	
Потеря в массе при высушивании, %	
Аммонийный азот, %	
Хлориды (в пересчете натрия хлорид), %	
Прочность студня, г	



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая» («Агар Клингера»)
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение. Реагент для бактериологических исследований «Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая» («Агар Клингера»), для диагностики in vitro, предназначен для идентификации энтеробактерий из исследуемого материала и для дифференциации грамотрицательных бактерий на основе ферментации лактозы при подавлении грамположительных бактерий при диагностике инфекционных заболеваний в качестве вспомогательного средства.

1.2. ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Исследуемые образцы – материалом для идентификации энтеробактерий и для дифференциации грамотрицательных бактерий служит посев биоматериала человека (кровь, гной, отделяемое ушей, носа, ран, глаз, экссудат плевральной полости, кал, промывные воды желудка, рвотные массы, выделения из цервикального канала у женщин, моча). Применение медицинского изделия не зависит от популяционных и демографических аспектов. Для диагностики in vitro.

1.3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Теоретическое обоснование. Среди бактерий ведущая роль в развитии острых кишечных инфекций (ОКИ) принадлежит представителям семейства Enterobacteriaceae, включающего десятки видов. Все патогенные энтеробактерии произошли от Escherichia coli – представителя нормальной микрофлоры желудочно-кишечного

БИОХОЛД

Реагент для бактериологических
исследований

**«Питательная среда для идентификации
энтеробактерий сухая»
«Агар Клиглера»**

по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № 11, комн. 1



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@bichold.ru

Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»
(«Агар Клиглера»)

по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

Вариант 1

Серия B125/1-10722

Дата изготовления: 25.07.2022

Годен: 24.07.2025

РУ №

Наименование показателя	
1. Внешний вид	
Реагент	
2. Технические характеристики	
Прозрачность	цветность
сухих компонентов	
Растворимость	
Прозрачность и цветность раствора	
рН	
Потеря в массе при высушивании, %	
Амминый азот, %	
Хлориды (в пересчете натрия хлорид), %	
Прочность студня, г	



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий
сухая» («Агар Клиглера»)
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение. Реагент для бактериологических исследований «Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая» («Агар Клиглера»), для диагностики in vitro, предназначен для идентификации энтеробактерий из исследуемого материала и для дифференциации грамотрицательных бактерий на основе ферментации лактозы при подавлении грамположительных бактерий при диагностике инфекционных заболеваний в качестве вспомогательного средства.

1.2. ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Исследуемые образцы – материал для идентификации энтеробактерий и для дифференциации грамотрицательных бактерий служит посев биоматериала человека (кровь, гной, отделяемое ушей, носа, ран, глаз, экссудат плевральной полости, кал, промывные воды желудка, рвотные массы, выделения из цервикального канала у женщин, моча). Применение медицинского изделия не зависит от популяционных и демографических аспектов. Для диагностики in vitro.

1.3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Теоретическое обоснование. Среди бактерий ведущая роль в развитии острых кишечных инфекций (ОКИ) принадлежит представителям семейства Enterobacteriaceae, включающего десятки видов. Все патогенные энтеробактерии произошли от Escherichia coli – представителя нормальной микрофлоры желудочно-кишечного

Результаты контроля	
частицы	
сери	
ованной	

Прошито, пронумеровано
(7 лист (ов)),
скреплено печатью

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»

И.В. Радюшкин



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «БиоХолд»


Радюшкин И.В.
«17» 2024 г.

**МАКЕТ РАЗВЕРТКИ ЭТИКЕТКИ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»
(«Агар Клиглера»)
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия
ООО «БиоХолд»,

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

Вариант 1 по 250 г в составе:

- Панкреатический гидролизат рыбной муки
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрий хлористый
- Натрия тиосульфат
- D-глюкоза
- Железа окисного цитрат
- Феноловый красный
- Натрий сернистокислый
- Натрий углекислый
- Агар микробиологический
- Инструкция по применению
- Паспорт качества

pH 7,2-7,6

Хранение и транспортирование: в сухом месте, в упаковке предприятия-производителя при температуре от +2° до +30°С.

РУ №



Реагент для бактериологических исследований
**«Питательная среда для идентификации
энтеробактерий сухая»
«Агар Клиглера»**

по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

59,0 г среды размешать в 1 л дистиллированной воды, кипятить в течение 2-3 мин до полного расплавления агара, фильтровать через ватно-марлевый фильтр, разлить по 7,0 мл в пробирки и стерилизовать автоклавированием при температуре 112°С в течение 20 мин. После стерилизации среду в пробирках скосить, оставив столбик высотой 25-30 мм.

После вскрытия банку с Реагентом хранят до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом месте при температуре от +2° до +30° С, избегая попадания влаги.

Дополнительная информация приведена в инструкции по применению.

LOT

1

Только для in vitro диагностики

Серия B125/1-10722

Дата изготовления 25.07.2022

Годен 24.07.2025

Масса нетто 250 гр.

Вариант 2 по 250 г в составе:

- Пептон сухой ферментативный
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрий хлористый
- Натрия тиосульфат
- D-глюкоза
- Железо (II) сернокислое 7-водное
- Феноловый красный
- Натрий сернистокислый
- Агар микробиологический
- Инструкция по применению
- Паспорт качества

pH 7,2-7,6

Хранение и транспортирование: в сухом месте, в упаковке предприятия-производителя при температуре от +2° до +30°C.

РУ №



Реагент для бактериологических исследований
**«Питательная среда для идентификации
энтеробактерий сухая»
«Агар Клиглера»**

по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

59,0 г среды размешать в 1 л дистиллированной воды, кипятить в течение 2-3 мин до полного расплавления агара, фильтровать через ватно-марлевый фильтр, разлить по 7,0 мл в пробирки и стерилизовать автоклавированием при температуре 112°C в течение 20 мин. После стерилизации среду в пробирках скосить, оставив столбик высотой 25-30 мм.

После вскрытия банку с Реагентом хранят до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом месте при температуре от +2° до +30° С, избегая попадания влаги.

Дополнительная информация приведена в инструкции по применению.

LOT

1

Только для in vitro диагностики

Серия В125/2-10722

Дата изготовления 27.07.2022

Годен 26.07.2025

Масса нетто 250 гр.

Вариант 1 по 250 г в составе:

- Панкреатический гидролизат рыбной муки
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрий хлористый
- Натрия тиосульфат
- D-глюкоза
- Железа окисного цитрат
- Феноловый красный
- Натрий сернистокислый
- Натрий углекислый
- Агар микробиологический
- Инструкция по применению
- Паспорт качества

pH 7,2-7,6

Хранение и транспортирование: в сухом месте, в упаковке предприятия-производителя при температуре от +2° до +30°С.

РУ №



Реагент для бактериологических исследований
**«Питательная среда для идентификации
энтеробактерий сухая»
«Агар Клиглера»**

по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

59,0 г среды размешать в 1 л дистиллированной воды, кипятить в течение 2-3 мин до полного расплавления агара, фильтровать через ватно-марлевый фильтр, разлить по 7,0 мл в пробирки и стерилизовать автоклавированием при температуре 112°С в течение 20 мин. После стерилизации среду в пробирках скосить, оставив столбик высотой 25-30 мм.

После вскрытия банку с Реагентом хранят до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом месте при температуре от +2° до +30° С, избегая попадания влаги.

Дополнительная информация приведена в инструкции по применению.

LOT

2

Только для in vitro диагностики

Серия В125/1-10722

Дата изготовления 25.07.2022

Годен 24.07.2025

Масса нетто 250 гр.

Вариант 2 по 250 г в составе:

- Пептон сухой ферментативный
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрий хлористый
- Натрия тиосульфат
- D-глюкоза
- Железо (II) сернокислое 7-водное
- Феноловый красный
- Натрий сернистокислый
- Агар микробиологический
- Инструкция по применению
- Паспорт качества

pH 7,2-7,6

Хранение и транспортирование: в сухом месте, в упаковке предприятия-производителя при температуре от +2° до +30°С.

РУ №



Реагент для бактериологических исследований
**«Питательная среда для идентификации
энтеробактерий сухая»
«Агар Клиглера»**

по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

59,0 г среды размешать в 1 л дистиллированной воды, кипятить в течение 2-3 мин до полного расплавления агара, фильтровать через ватно-марлевый фильтр, разлить по 7,0 мл в пробирки и стерилизовать автоклавированием при температуре 112°С в течение 20 мин. После стерилизации среду в пробирках скосить, оставив столбик высотой 25-30 мм.

После вскрытия банку с Реагентом хранят до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом месте при температуре от +2° до +30° С, избегая попадания влаги.

Дополнительная информация приведена в инструкции по применению.

LOT

2

Только для in vitro диагностики

Серия В125/2-10722

Дата изготовления 27.07.2022

Годен 26.07.2025

Масса нетто 250 гр.

Вариант 1 по 250 г в составе:

- Панкреатический гидролизат рыбной муки
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрий хлористый
- Натрия тиосульфат
- D-глюкоза
- Железа окисного цитрат
- Феноловый красный
- Натрий сернистоокислый
- Натрий углекислый
- Агар микробиологический
- Инструкция по применению
- Паспорт качества

pH 7,2-7,6

Хранение и транспортирование: в сухом месте,
в упаковке предприятия-производителя
при температуре от +2° до +30°C

РУ №



Реагент для бактериологических
исследований

**«Питательная среда для идентификации
энтеробактерий сухая»
«Агар Клиглера»**

по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

среды размешать в 1 л дистиллированной воды,
кипятить в течение 2-3 мин до полного расплавления
агара, фильтровать через ватно-марлевый фильтр, разлить
по 7,0 мл в пробирки и стерилизовать автоклавированием
при температуре 112°C в течение 20 мин. После
стерилизации среду в пробирках скосить, оставив столбик
высотой 25-30 мм.

После вскрытия банку с Реагентом хранят
до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом
месте при температуре от +2° до +30° C,
избегая попадания влаги.

Дополнительная информация приведена
в инструкции по применению.

LOT

Только для in vitro диагностики

Серия

Дата изготовления

Годен

Масса нетто 250 гр.

Вариант 2 по 250 г в составе:

- Пептон сухой ферментативный
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрий хлористый
- Натрия тиосульфат
- D-глюкоза
- Железа окисного цитрат
- Железо (II) сернокисл. 7-водное
- Феноловый красный
- Натрий сернистокислый
- Натрий углекислый
- Агар микробиологический
- Инструкция по применению
- Паспорт качества

pH 7,2-7,6

Хранение и транспортирование: в сухом месте,
в упаковке предприятия-производителя
при температуре от +2° до +30°C

РУ №



Реагент для бактериологических
исследований

**«Питательная среда для идентификации
энтеробактерий сухая»
«Агар Клингера»**

по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

среды размешать в 1 л дистиллированной воды,
кипятить в течение 2-3 мин до полного расплавления
агара, фильтровать через ватно-марлевый фильтр, разлить
по 7,0 мл в пробирки и стерилизовать автоклавированием
при температуре 112°C в течение 20 мин. После
стерилизации среду в пробирках скосить, оставив столбик
высотой 25-30 мм.

После вскрытия банку с Реагентом хранят
до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом
месте при температуре от +2° до +30° C,
избегая попадания влаги.

Дополнительная информация приведена
в инструкции по применению.

Только для in vitro диагностики

Серия

Дата изготовления

Годен

Масса нетто 250 гр.

LOT

Прошито, пронумеровано
лист (ов)),
креплено печатью

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»

И.В. Радюшкин



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»



Радюшкин И.В.

«17» 2024 г.

**ПРОЕКТ ЭТИКЕТКИ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»
(«Агар Клиглера»)
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия

ООО «БиоХолд»,

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТ.1

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@bichold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий
сухая»
«Агар Клиглера»
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

серия № B125/1-10722

срок годности 24.07.2025 дата изготовления 25.07.2022

количество 8

масса нетто 2,48 кг масса брутто 2,68 кг



Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@bichold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий
сухая»
«Агар Клиглера»
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

серия № B125/2-10722

срок годности 26.07.2025 дата изготовления 27.07.2022

количество 8

масса нетто 2,48 кг масса брутто 2,68 кг



Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий
сухая»
«Агар Клиглера»
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022**

серия № В125/1-10722

срок годности 24.07.2025 дата изготовления 25.07.2022

количество 8

масса нетто 2,56 кг масса брутто 2,72 кг



Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий
сухая»
«Агар Клиглера»
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022**

серия № В125/2-10722

срок годности 26.07.2025 дата изготовления 27.07.2022

количество 8

масса нетто 2,56 кг масса брутто 2,72 кг



Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С

Прошито, пронумеровано
(3) лист (ов)),
скреплено печатью



Генеральный директор
ООО «БиоХолд»

И.В. Радюшкин

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»



Радюшкин И.В.

«21» 12 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»
(«Агар Клиглера»)
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия

ООО «БиоХолд»,

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий
сухая»
«Агар Клиглера»
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

серия № В125/2-10722

срок годности 26.07.2025 дата изготовления 27.07.2022

количество 8

масса нетто 2,48 кг масса брутто 2,68 кг



Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»
«Агар Клиглера»
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

В125/2-10722
говления: 27.07.2022
07.2025



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий
сухая» («Агар Клиглера»)
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»
«Агар Клиглера» для диагностики in vitro предназначен для



Реагент для бактериологических
исследований
«Питательная среда для идентификации
энтеробактерий сухая»
«Агар Клиглера»
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий
сухая»
«Агар Клиглера»
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

серия № B12511-10722

срок годности 24.07.2025 дата изготовления 25.07.2022

количество 8

масса нетто 2,56 кг масса брутто 2,72 кг



Хранить при температуре от +2 °C до +30 °C
Транспортировать при температуре от +2 °C до +30 °C

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»
«Агар Клиглера»
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий
сухая» («Агар Клиглера»)
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение. Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»
среды для идентификации энтеробактерий in vitro, предназначен для
идентификации энтеробактерий из исследуемого материала и для
дифференциации грамотрицательных бактерий на основе
ферментации лактозы при подавлении грамположительных бактерий



Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации
энтеробактерий сухая»
«Агар Клиглера»
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

ООО «БиоХолд»
111394, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ. ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР. 1
тел.: +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д. 26, стр. 1, пом. № 11, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий
сухая»
«Агар Клиглера»
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

серия № В125/2-10722

срок годности 26.07.2025 дата изготовления 27.07.2022

количество 8

масса нетто 2,56 кг масса брутто 2,72 кг



Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С



БИОХОЛД

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»
«Агар Клиглера»
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

111394, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ. ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР. 1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд», г. Москва, ул. Салтыковская, д. 26, стр. 1, пом. № 11, ком. 2

ООО «БиоХолд»
111394, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ. ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР. 1
тел.: +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д. 26, стр. 1, пом. № 11, ком. 2
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»
«Агар Клиглера»
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

Вариант 2

ТУ №

Наименование и
1. Внешний вид
2. Технические х
3. Технические х
4. Технические х
5. Технические х
6. Технические х
7. Технические х
8. Технические х
9. Технические х
10. Технические х

Прозрачность

Цветность раствор

РН

Потеря в массе при

высушивании, %

Абсолютная влажность, %

Прочность студня

БИОХОЛД

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий
сухая» («Агар Клиглера»)
по ТУ 20.59.52-018-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая»
«Агар Клиглера», для диагностики in vitro, предназначен для
идентификации энтеробактерий из исследуемого материала и для
дифференциации спорообразующих бактерий из основ

серия № В125/2-10722
срок годности 26.07.2025 дата изготовления 27.07.2022

Результаты

контроля

1. Внешний вид

2. Технические х

3. Технические х

4. Технические х

5. Технические х

6. Технические х

7. Технические х

8. Технические х

9. Технические х

10. Технические х

прошито, пронумеровано
(5 лист (ов)),
скреплено печатью



Генеральный директор
«БиоХолд»

И.В. Радюшкин