


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 1)
Серия 1

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» / 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 1) №1
Серия 1

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 1) №2
Серия 1

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 1) №3

Серия 1

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 1) №4
Серия 1

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 1) №5
Серия 1

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 05 2023 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 1) №1
Серия 1

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 2023 г.



ВЕКТОР
БЕСТ



REF

X-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G
к антигенам *Ascaris lumbricoides*
в сыворотке (плазме) крови

Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ (комплект 1)

LOT 1


СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными антигенами <i>Ascaris lumbricoides</i>	1 шт.	1
2. Положительный контрольный образец	1 фл., 1,5 мл	1
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл., 2,5 мл	1
4. Конъюгат	1 фл., 13,0 мл	1
5. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл., 10,0 мл	1
6. Раствор для разведения сывороток	1 фл., 12,0 мл	1
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл., 28,0 мл	1
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл., 13,0 мл	1
9. Стоп-реагент	1 фл., 12,0 мл	1
10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.	
11. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.	
12. Наконечники для дозаторов на 2–200 мкл	16 шт.	
13. Ванночки для реагентов	2 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 1) №2
Серия 1

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 05 2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 1) №3
Серия 1

Генеральный директор А.Г. Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 10.05 2023 г.



АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211
тел/факс.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 «Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 1)
 Серия 2

Генеральный директор Хусанов М.Д.
 АО «Вектор-Бест» «10» 25 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 1) №1
Серия 2

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 10 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 1) №2


Серия 2

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 1) №3
Серия 2

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 25 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 1) №4
Серия 2

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 10 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 1) №5
Серия 2

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 105 2023 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 1) №1
Серия 2

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 2023 г.



ВЕКТОР
БЕСТ



REF
X-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G
к антигенам *Ascaris lumbricoides*
в сыворотке (плазме) крови

Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ (комплект 1)

КОТ 2	СОСТАВ:	КОТ
1.	Планшет разборный с иммобилизованными антигенами <i>Ascaris lumbricoides</i>	1 шт. 2
2.	Положительный контрольный образец	1 фл., 1,5 мл 2
3.	Отрицательный контрольный образец	1 фл., 2,5 мл 2
4.	Конъюгат	1 фл., 13,0 мл 2
5.	Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл., 10,0 мл 2
6.	Раствор для разведения сывороток	1 фл., 12,0 мл 2
7.	Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл., 28,0 мл 2
8.	Раствор тетраметилбензидина	1 фл., 13,0 мл 2
9.	Стоп-реагент	1 фл., 12,0 мл 2
10.	Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.
11.	Пленки для заклеивания планшета	2 шт.
12.	Наконечники для дозаторов на 2–200 мкл	16 шт.
13.	Ванночки для реагентов	2 шт.


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 1) №2
Серия 2

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» 10» 10 2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 1) №3
Серия 2

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 10/05 2023 г.




**Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 2/Чаронт)**
Серия 3

Генеральный директор Хусеинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 2/Чароит) №1
Серия 3

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 105 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 2/Чароит) №2

Серия 3

Генеральный директор А.А. Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 10/05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 2/Чароит) №3
Серия 3

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 10 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 2/Чароит) №4
Серия 3

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 05 2023 г.



REF

X-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G
к антигенам *Ascaris lumbricoides*
в сыворотке (плазме) крови

Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ (комплект 2/Чароит)

LOT 3

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными антигенами <i>Ascaris lumbricoides</i>	1 шт.		3
2. Положительный контрольный образец	1 фл.,	1,5 мл	3
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл.,	2,5 мл	3
4. Конъюгат	1 фл.,	13,0 мл	3
5. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл.,	15,0 мл	3
6. Раствор для разведения сывороток	1 фл.,	12,0 мл	3
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл.,	28,0 мл	3
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.,	13,0 мл	3
9. Стоп-реагент	1 фл.,	12,0 мл	3
10. Схема расположения флаконов в штативе	1 шт.		

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 2/Чароит) №2
Серия 3

Генеральный директор М.А. С. Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 10/05 2023 г.

REF **X-XXXX** Σ_{96} LOT **3**
ТУ 21.20.23-212-23548172-2023 2023-04-20
РУ № 2024-04-20

Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ
(комплект 2/Чароит)

IVD ! i 2°C 8°C

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 2/Чароит) №3
Серия 3

Генеральный директор М.Д. Хусаинов
АО «Вектор-Бест» «10» фев 2023 г.



АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211
тел/факс.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 2/Чароит)
Серия 4

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 105 2023 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 2/Чароит) №1
Серия 4

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» _____ 2023 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 2/Чароит) №2
Серия 4

Генеральный директор  Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» / 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 2/Чароит) №3
Серия 4

Генеральный директор  Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 2/Чаронт) №4
Серия 4

Генеральный директор  Хусанов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 2023 г.



REF

X-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G
к антигенам *Ascaris lumbricoides*
в сыворотке (плазме) крови

Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ
(комплект 2/Чароит)

LOT 4

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными антигенами <i>Ascaris lumbricoides</i>	1 шт.		4
2. Положительный контрольный образец	1 фл.,	1,5 мл	4
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл.,	2,5 мл	4
4. Конъюгат	1 фл.,	13,0 мл	4
5. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл.,	15,0 мл	4
6. Раствор для разведения сывороток	1 фл.,	12,0 мл	4
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл.,	28,0 мл	4
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.,	13,0 мл	4
9. Стоп-реагент	1 фл.,	12,0 мл	4
10. Схема расположения флаконов в штативе	1 шт.		

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 2/Чароит) №2
Серия 4

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» / 05 2023 г.

REF X-XXXX


Σ₉₆

LOT

4

ТУ 21.20.23-212-23548172-2023

РУ №



2023-04-21

2024-04-21

Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ
(комплект 2/Чароит)

IVD



XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (Комплект 2/Чаронт) №3
Серия 4

Генеральный директор Хусанов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «10» 105 2023 г.



АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211
тел/факс.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»







М.Д. Хусаинов
2023 г.

Образцы маркировки на Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам *Ascaris lumbricoides* в сыворотке (плазме) крови (Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ)

1. Образцы этикеток на компоненты набора «Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (комплект 1)

Наименование компонента	Этикетка
Планшет разборный с иммобилизованными антигенами <i>Ascaris lumbricoides</i>	
Положительный контрольный образец (K ⁺)	
Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	
Конъюгат	
Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС)	
Раствор для разведения сывороток (РРС)	

Наименование компонента	Этикетка
Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	
Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ)	
Стоп-реагент	
Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	

2. Образцы этикеток на коробке набора «Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (комплект 1)

2.1. Верхняя этикетка.

REF X-XXXX набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам <i>Ascaris lumbricoides</i> в сыворотке (плазме) крови	
Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ (комплект 1)	
LOT XXXX СОСТАВ:	LOT
1. Планшет разборный с иммобилизованными антигенами <i>Ascaris lumbricoides</i>	1 шт. XXXX
2. Положительный контрольный образец	1 фл., 1,5 мл XXXX
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл., 2,5 мл XXXX
4. Конъюгат	1 фл., 13,0 мл XXXX
5. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл., 10,0 мл XXXX
6. Раствор для разведения сывороток	1 фл., 12,0 мл XXXX
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл., 28,0 мл XXXX
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл., 13,0 мл XXXX
9. Стоп-реагент	1 фл., 12,0 мл XXXX
10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.
11. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.
12. Наконечники для дозаторов на 2–200 мкл	16 шт.
13. Ванночки для реагентов	2 шт.

2.2. Боковая этикетка № 1.

REF	X-XXXX	Σ 96	LOT	XXXX
ТУ 21.20.23-212-23548172-2023		XXXX-XX-XX		
ПУ №		XXXX-XX-XX		
Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ (комплект 1)				
IVD				
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют				


2.3. Боковая этикетка № 2.

АО «Вектор-Бест» Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211 тел/факс.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67 E-mail: vbmarket@vector-best.ru www.vector-best.ru

Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор НИИ СД
АО «Вектор-Бест»



М.Ю. Рукавишников
«14» 04 2023 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

17 04 2023 г. Масяго А.В.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»







М.Д. Хусаинов




2023 г.



Образцы маркировки на Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам *Ascaris lumbricoides* в сыворотке (плазме) крови (Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ)

1. Образцы этикеток на компоненты набора «Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (комплект 2/Чароит)

Наименование компонента	Этикетка
Планшет разборный с иммобилизованными антигенами <i>Ascaris lumbricoides</i>	
Положительный контрольный образец (K ⁺)	
Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	
Конъюгат	
Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС)	
Раствор для разведения сывороток (PPC)	

Наименование компонента	Этикетка
Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	
Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ)	
Стоп-реагент	

2. Образцы этикеток на коробке набора «Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ» (комплект 2/Чароит)

2.1. Верхняя этикетка.

REF

X-XXXX

набор реагентов

для иммуноферментного выявления

иммуноглобулинов класса G

к антигенам *Ascaris lumbricoides*

в сыворотке (плазме) крови

Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ

(комплект 2/Чароит)

LOT XXXX	СОСТАВ:	LOT
1. Планшет разборный с иммобилизованными антигенами <i>Ascaris lumbricoides</i>	1 шт.	XXXX
2. Положительный контрольный образец	1 фл., 1,5 мл	XXXX
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл., 2,5 мл	XXXX
4. Конъюгат	1 фл., 13,0 мл	XXXX
5. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл., 15,0 мл	XXXX
6. Раствор для разведения сывороток	1 фл., 12,0 мл	XXXX
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл., 28,0 мл	XXXX
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл., 13,0 мл	XXXX
9. Стоп-реагент	1 фл., 12,0 мл	XXXX
10. Схема расположения флаконов в штативе	1 шт.	

2.2. Боковая этикетка № 1.

REF	X-XXXX	Σ 96	LOT	XXXX
ТУ 21.20.23-212-23548172-2023		XXXX-XX-XX		
РУ №		XXXX-XX-XX		
Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ (комплект 2/Чароит)				
IVD	  	 XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют				

2.3. Боковая этикетка № 2.

АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211
тел/факс.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67


E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru

Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор НИИ СД
АО «Вектор-Бест»



М.Ю. Рукавишников

« 17 » 04 2023 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

"17" 04 12 2023г. Масяго А.В.

