



ООО «Лабораторный проект»
115088, г. Москва, Внутригородская территория
муниципальный округ Таганский, ул. Крутицкая,
дом 17, строение 6, этаж 3, офис 324

тел./факс: +7 495 995 15 83
e-mail: info@lab-project.ru
lab-project.ru

Генеральный директор ООО «Лабораторный проект»
Ипатов С.Б.

" 02 " 02 2024 г.



Фотографические изображения медицинского изделия:

Анализатор автоматический газов крови, электролитов, метаболитов в образцах цельной крови методами потенциометрии, амперометрии, кондуктометрии для диагностики in vitro PT1000

Анализатор автоматический газов крови, электролитов, метаболитов в образцах цельной крови методами потенциометрии, амперометрии, кондуктометрии для диагностики in vitro PT1000, в составе:

1. Анализатор PT1000 – 1 шт.







автоматический газов крови, электролитов, метаболитов в
цельной крови методами потенциометрии, амперометрии,
кондуктометрии для диагностики in vitro PT1000

Руководство по эксплуатации

Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co., Ltd.


Версия: V1.4

Дата выпуска: 1 февраля 2024 г.





5. Аккумуляторная батарея (SHENZHEN HENGYU ENRGY TECHNOLOGY CO.,LTD, model: HYLB-2155 (4INR19/66-2)) – 1 шт.



可充电锂离子电池 Rechargeable Li-ion Battery

型号Model: HYLB-2155 (4INR19/66-2)

标称电压Nominal Voltage : 14.4V

额定容量Nominal Capacity : 6500mAh / 93.6Wh

充电限制电压Limited Charge Voltage: 16.8V

工作温度范围Temp Range: -10°C ~ 60°C

制造日期Date of Manufacture : 2023-02

警告CAUTION

- 只能使用配套专用充电器
Charge only with specified charger
- 不要将电池加热或投入火中
Don't heat or dispose of in fire
- 不要将电池拆开
Don't disassemble the battery
- 不要将电池正负极短路
Don't short circuit "+" "-"



Li-ion



SN: HY230200099

制造商



中国制造MADE IN CHINA
深圳市恒宇电能科技有限公司
SHEN ZHEN HENG YU ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD

6. Сканер штрих-кодов (Honeywell, model: HH450) – 1 шт.





7. Бумага для термопечати – 2 шт.



8. Программное обеспечение на USB-носителе – 1 шт.









Blood Gas Analyzer
— FT1000

Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co., Ltd.
Room 2 & 4, 2nd Floor, Bldg 25, Phase 3.1, Wuhan Optics Valley International
Biopharmaceutical Enterprise Accelerator, No. 368, Gaoxin 2nd RD, East Lake
Hi-Tech Development Zone, 430074 Wuhan, China
Tel: +86(0)27-87808955 Fax: +86(0)27-87808055
URL: www.mdeasydiagnosis.com
Email: info@eddiagnosis.cn

EC REP MedNet EC-REP GmbH
Boristrasse 10, 48163 Münster, Germany

EDIAGNOSIS

20°C 55°C 20% 80% 40kPa 105.6kPa

IND **CE** 04/2023

SR PFT1000A1WA2J040042

ПРОШНО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
И. Васильев ЛИСТОВ

