


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «НаноМед»

 А.А. Ходяков

 2024 г.



Фотографическое изображение медицинского изделия:

«Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для коронарной артерии


по НАЕФ.942511.028 ТУ»,

производства ООО «НаноМед»

Версия 1.1

2024 год

**Катетер баллонный для ангиопластики
«Natrix»
для коронарной артерии
RX NC 4,0/14-140-14
с баллоном высокого давления**




Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для коронарной артерии по НАЕФ.942511.028 ТУ Регистрационное удостоверение № _____ от _____ Производитель ООО «НаноМед»	
МОДЕЛЬ	RX NC 4,0/14-140-14
ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ	23.10-0001
РАЗМЕР БАЛЛОНА	4,0x14
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО	2028-10

Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для коронарной артерии по НАЕФ.942511.028 ТУ Регистрационное удостоверение № _____ от _____ Производитель ООО «НаноМед»	
МОДЕЛЬ	RX NC 4,0/14-140-14
ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ	23.10-0001
РАЗМЕР БАЛЛОНА	4,0x14
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО	2028-10


Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для коронарной артерии по НАЕФ.942511.028 ТУ Регистрационное удостоверение № _____ от _____ Производитель ООО «НаноМед»	
МОДЕЛЬ	RX NC 4,0/14-140-14
ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ	23.10-0001
РАЗМЕР БАЛЛОНА	4,0x14
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО	2028-10

Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для коронарной артерии по НАЕФ.942511.028 ТУ Регистрационное удостоверение № _____ от _____ Производитель ООО «НаноМед»	
МОДЕЛЬ	RX NC 4,0/14-140-14
ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ	23.10-0001
РАЗМЕР БАЛЛОНА	4,0x14
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО	2028-10

4,0 мм	14 мм	0,36 мм / 0,014"	1,67 мм (5F)
ДИАМЕТР БАЛЛОНА	← ДЛИНА БАЛЛОНА →	ПРОВОДНИК Ø МАКС.	ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.



2023-10 2028-10 LOT 23.10-0001



ООО «НаноМед», 440068, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д.1
тел. (8412) 38-09-59, 38-06-63
E-mail: nanomed.penza@mail.ru
http://www.medeng.ru


STERILE EO



Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»
по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НЕТОКСИЧНО

**Катетер баллонный для ангиопластики
«Natrix»
для коронарной артерии
RX SP 3,5/14-142-14
с баллоном стандартного давления**



Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»
для коронарной артерии по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Производитель ООО «НаноМед»

МОДЕЛЬ RX SP 3,5/14-142-14
ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ 23.10-0003
РАЗМЕР БАЛЛОНА 3,5х14
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2028-10



Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»
для коронарной артерии по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Производитель ООО «НаноМед»

МОДЕЛЬ RX SP 3,5/14-142-14
ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ 23.10-0003
РАЗМЕР БАЛЛОНА 3,5х14
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2028-10



Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»
для коронарной артерии по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Производитель ООО «НаноМед»


МОДЕЛЬ RX SP 3,5/14-142-14
ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ 23.10-0003
РАЗМЕР БАЛЛОНА 3,5х14
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2028-10



Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»
для коронарной артерии по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Производитель ООО «НаноМед»

МОДЕЛЬ RX SP 3,5/14-142-14
ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ 23.10-0003
РАЗМЕР БАЛЛОНА 3,5х14
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2028-10

3,5 мм	14 мм	0,36 мм / 0,014"	1,67 мм (5F)
ДИАМЕТР БАЛЛОНА	ДЛИНА БАЛЛОНА	ПРОВОДНИК Ø МАКС.	ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.




2023-10

2028-10

LOT 23.10-0003

Давление, АТМ / x 10 ² кПа	Диаметр баллона ± 10 %, мм
7	3,34
8	3,45
9 (Номинал)	3,50
10	3,63
11	3,70
12	3,76
13	3,81
14	3,86
15	3,91
16 (Максимум)	3,96



ООО «НаноМед», 440068, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д.1
тел. (8412) 38-09-59, 38-06-63
E-mail: nanomed.penza@mail.ru
<http://www.medeng.ru>

STERILE EO




Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»
по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НЕТОКСИЧНО


**Катетер баллонный для ангиопластики
«Natrix»
для коронарной артерии
RX NC 4,0/14-140-14
с баллоном высокого давления**



4,0 мм	14 мм	0,36 мм / 0,014"	1,67 мм (5F)
ДИАМЕТР БАЛЛОНА	← ДЛИНА БАЛЛОНА →	ПРОВОДНИК Ø МАКС.	ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.



2023-10 2028-10 LOT 23.10-0001



ООО «НаноМед», 440068, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д.1
тел. (8412) 38-09-59, 38-06-63
E-mail: nanomed.penza@mail.ru
http://www.medeng.ru

Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»
по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____ от _____


STERILE EO



НЕТОКСИЧНО

Давление, АТМ / х 10 ² кПа	Диаметр баллона ± 10 %, мм
6	3,75
7	3,82
8	3,88
9	3,92
10	3,97
11	3,99
12 (Номинал)	4,00
13	4,07
14	4,09
15	4,12
16	4,14
17	4,16
18	4,18
19	4,20
20 (Максимум)	4,22

**Катетер баллонный для ангиопластики
«Natrix»
для коронарной артерии
RX SP 3,5/14-142-14
с баллоном стандартного давления**



Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»
для коронарной артерии по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Производитель ООО «НаноМед»

МОДЕЛЬ RX SP 3,5/14-142-14
ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ 23.10-0003
РАЗМЕР БАЛЛОНА 3,5х14
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2028-10



Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»
для коронарной артерии по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Производитель ООО «НаноМед»

МОДЕЛЬ RX SP 3,5/14-142-14
ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ 23.10-0003
РАЗМЕР БАЛЛОНА 3,5х14
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2028-10



Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»
для коронарной артерии по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Производитель ООО «НаноМед»


МОДЕЛЬ RX SP 3,5/14-142-14
ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ 23.10-0003
РАЗМЕР БАЛЛОНА 3,5х14
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2028-10



Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»
для коронарной артерии по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Производитель ООО «НаноМед»


МОДЕЛЬ RX SP 3,5/14-142-14
ЛОТ/НОМЕР ПАРТИИ 23.10-0003
РАЗМЕР БАЛЛОНА 3,5х14
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2028-10

3,5 мм	14 мм	0,36 мм / 0,014"	1,67 мм (5F)
ДИАМЕТР БАЛЛОНА	ДЛИНА БАЛЛОНА	ПРОВОДНИК Ø МАКС.	ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.





2023-10 2028-10 LOT 23.10-0003

Давление, АТМ / x 10 ² кПа	Диаметр баллона ± 10 %, мм
7	3,34
8	3,45
9 (Номинал)	3,50
10	3,63
11	3,70
12	3,76
13	3,81
14	3,86
15	3,91
16 (Максимум)	3,96



ООО «НаноМед», 440068, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д.1
тел. (8412) 38-09-59, 38-06-63
E-mail: nanomed.penza@mail.ru
http://www.medeng.ru

STERILE EO



Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»
по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НЕТОКСИЧНО

Катетер баллонный для ангиопластики

«Natrix»

для коронарной артерии


RX NC 4,0/14-140-14

с баллоном высокого давления

Комплектация:

- Катетер баллонный - 1 шт.;
- Инструкция по применению - 1 шт.;
- Идентификационная наклейка - 4 шт.

4,0 мм	14 мм	0,36 мм / 0,014"	1,67 мм (5F)
ДИАМЕТР БАЛЛОНА	← ДЛИНА БАЛЛОНА →	ПРОВОДНИК Ø МАКС.	ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.





2023-10 2028-10 LOT 23.10-0001



ООО «НаноМед», 440068, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д.1
тел. (8412) 38-09-59, 38-06-63
E-mail: nanomed.penza@mail.ru
http://www.medeng.ru

STERILE EO



Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»
по НАОФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НЕТОКСИЧНО

Давление, АТМ / x 10 ² кПа	Диаметр баллона ± 10 %, мм
6	3,75
7	3,82
8	3,88
9	3,92
10	3,97
11	3,99
12 (Номинал)	4,00
13	4,07
14	4,09
15	4,12
16	4,14
17	4,16
18	4,18
19	4,20
20 (Максимум)	4,22

Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»

для коронарной артерии
RX NC 4,0/14-140-14
с баллоном высокого давления



NanoMed

2023-10 2028-10

14 ДЛИНА БАЛЛОНА, мм

4,0 ДИАМЕТР БАЛЛОНА, мм

NanoMed

0,36 мм (0,014") ПРОВОДНИК Ø МАКС.

- ПОКРЫТИЕ БАЛЛОНА

NC ИНДЕКС ДАВЛЕНИЯ

RX ВИД КАТЕТЕРА

Вариант маркировки потребительской упаковки медицинского изделия Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для коронарной артерии по НАОФ.942511.028 ТУ

Катетер баллонный для ангиопластики

«Natrix»

для коронарной артерии


RX SP 3,5/14-142-14

с баллоном стандартного давления

Комплектация:

- Катетер баллонный - 1 шт.;
- Инструкция по применению - 1 шт.;
- Идентификационная наклейка - 4 шт.

3,5 мм	14 мм	0,36 мм / 0,014"	1,67 мм (5F)
ДИАМЕТР БАЛЛОНА	← ДЛИНА БАЛЛОНА →	ПРОВОДНИК Ø МАКС.	ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.



Давление, ATM / x 10 ² кПа	Диаметр баллона ± 10 %, мм
7	3,34
8	3,45
9 (Номинал)	3,50
10	3,63
11	3,70
12	3,76
13	3,81
14	3,86
15	3,91
16 (Максимум)	3,96

2023-10

2028-10



LOT 23.10-0003

NanoMed



ООО «НаноМед», 440068, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д.1
тел. (8412) 38-09-59, 38-06-63
E-mail: nanomed.penza@mail.ru
http://www.medeng.ru

STERILE EO



Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix»
по НАЕФ.942511.028 ТУ
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НЕТОКСИЧНО


Катетер баллонный для ангиопластики
«Natrix»
для коронарной артерии
RX SP 3,5/14-142-14
с баллоном стандартного давления




NanoMed

Identification label with fields: RX (Type), SP (Index), 3,5 (Balloon diameter), 14 (Balloon length), 0,36 мм (0,014") (Catheter wire diameter), 2023-10 (Expiry date), 2028-10 (Expiry date).


Вариант маркировки потребительской упаковки медицинского изделия Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для коронарной артерии по НАЕФ.942511.028 ТУ



Общий вид медицинского изделия Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для коронарной артерии по НАЕФ.942511.028 ТУ



Общий вид медицинского изделия Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для коронарной артерии по НАЕФ.942511.028 ТУ



Общий вид медицинского изделия Катетер баллонный для ангиопластики «Natrix» для коронарной артерии по НАЕФ.942511.028 ТУ

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

10

листов

