



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года № РЗН 2016/4266

На медицинское изделие

Сейфы-холодильники медицинские СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Фарм-Сиб"

(ООО "Фарм-Сиб"), Россия,

**141950, Московская область, г. Талдом, с. Темпы, ул. Вокзальная, д. 1С, стр. 2,
помещ. 2**

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Фарм-Сиб"

(ООО "Фарм-Сиб"), Россия,

**141950, Московская область, г. Талдом, с. Темпы, ул. Вокзальная, д. 1С, стр. 2,
помещ. 2**

Место производства медицинского изделия

**ООО "Фарм-Сиб", Россия, 141950, Московская область, г. Талдом, с. Темпы,
ул. Вокзальная, д. 1С, стр. 2**

Номер регистрационного досье № РД-60175/106251 от 18.01.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 28.25.13.116

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 14 листах

приказом Росздравнадзора от 13 мая 2024 года № 2727
допущено к обращению на территории Российской Федерации
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0077242

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ РЗН 2016/4266

Лист 1

На медицинское изделие

Сейфы-холодильники медицинские СТЛ по ТУ 9452-002-78066655-2015,
в следующих вариантах исполнения:

Основной состав:

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации 1 шт.
3. Паспорт на изделие 1 шт.
4. Упаковка 1 шт.

Принадлежности:

1 группа (1 класс устойчивости к взлому компрессионные однокамерные):

Для варианта исполнения СТЛ-1101:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки 1 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-1102:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки 1 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-1103:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки 2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-1104:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки 3 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-1105:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки 4 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-1106:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 3/5 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-1107:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0139581

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ РЗН 2016/4266

Лист 3

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 2/3 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3104:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 3/4 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3105:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 4/5 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3106:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 2/5 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3107:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 3/7 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3108:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 5/10 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3109:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 4/9 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3110:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 6/12 шт.

4 группа (III класс устойчивости к взлому термоэлектрические однокамерные):

Для варианта исполнения СТЛ-3151:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 1/2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0139583



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ РЗН 2016/4266

Лист 4

Для варианта исполнения СТЛ-3152:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 1/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3153:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 1/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3154:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 2/3 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3155:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 2/3 шт.

5 группа (IV класс устойчивости к взлому компрессионные однокамерные):

Для варианта исполнения СТЛ-4101:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4102:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 1/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4103:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 1/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4104:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 2/4 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4105:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 2/4 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0139584

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ РЗН 2016/4266

Лист 5

Для варианта исполнения СТЛ-4106:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 2/4 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4107:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 3/4 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4108:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 3/4 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4109:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 3/5 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4110:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 4/7 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4111:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 5/9 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4112:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 4/7 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4113:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.
- полки/метабоксы 6/11 шт.

6 группа (IV класс устойчивости к взлому термоэлектрические однокамерные):

Для варианта исполнения СТЛ-4151:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0139585



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 мая 2024 года

№ РЗН 2016/4266

Лист 6

- полки 1 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4152:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.

- полки/метабоксы 1/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4153:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.

- полки/метабоксы 2/3 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4154:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.

- полки/метабоксы 3/5 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4155:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

- комплект ключей к механическому замку сейфа 1 шт.

- полки/метабоксы 3/6 шт.

7 группа (I класс устойчивости к взлому компрессионные двухкамерные с одной охлаждаемой камерой):

Для варианта исполнения СТЛ-1201:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.

- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.

- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-1202:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.

- полки (1 камера /2 камера) нет/1 шт.

- метабоксы (1 камера /2 камера) нет/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-1203:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.

- полки (1 камера /2 камера) 1/2 шт.

- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/3 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-1204:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0139586

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ РЗН 2016/4266

Лист 7

- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 2/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 5/3 шт.

8 группа (I класс устойчивости к взлому термоэлектрические двухкамерные с одной охлаждаемой камерой):

Для варианта исполнения СТЛ-1251:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) нет/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-1252:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) нет/3 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-1253:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/2 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) нет/4 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-1254:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/3 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-1255:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 2/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 4/3 шт.

9 группа (III класса устойчивости к взлому компрессионные двухкамерные с одной охлаждаемой камерой):

Для варианта исполнения СТЛ-3201:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 2/1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0139587

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ РЗН 2016/4266

Лист 8

- метабоксы (1 камера /2 камера) 3/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3202:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.

- полки (1 камера /2 камера) 2/1 шт.

- метабоксы (1 камера /2 камера) 3/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3203:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.

- полки (1 камера /2 камера) 4/1 шт.

- метабоксы (1 камера /2 камера) 4/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3204:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.

- полки (1 камера /2 камера) 4/2 шт.

- метабоксы (1 камера /2 камера) 4/4 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3205:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.

- полки (1 камера /2 камера) 4/3 шт.

- метабоксы (1 камера /2 камера) 4/6 шт.

10 группа (III класса устойчивости к взлому термоэлектрические двухкамерные с одной охлаждаемой камерой):

Для варианта исполнения СТЛ-3251:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.

- полки (1 камера /2 камера) 1/2 шт.

- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/3 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3252:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.

- полки (1 камера /2 камера) 1/3 шт.

- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/4 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3253:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0139588

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ РЗН 2016/4266

Лист 9

- полки (1 камера /2 камера) 1/4 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/5 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3254:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/5 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/7 шт.

11 группа (IV класса устойчивости к взлому компрессионные двухкамерные с одной охлаждаемой камерой):

Для варианта исполнения СТЛ-4201:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4202:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4203:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4204:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/2 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/3 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4205:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/2 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/5 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4206:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0139589

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ РЗН 2016/4266

Лист 10

- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/4 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/7 шт.

12 группа (IV класс устойчивости к взлому термoeлектрические двухкамерные с одной охлаждаемой камерой):

Для варианта исполнения СТЛ-4251:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) нет/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4252:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4253:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4254:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/2 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/3 шт.

13 группа (I класс устойчивости к взлому компрессионные двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами):

Для варианта исполнения СТЛ-1221:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-1222:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 1/1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0139590

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ РЗН 2016/4266

Лист 11

Для варианта исполнения СТЛ-1223:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

14 группа (I класс устойчивости к взлому термоэлектрические двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами):

Для варианта исполнения СТЛ-1261:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-1262:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-1263:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 3/3 шт.

15 группа (III класс устойчивости к взлому компрессионные двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами):

Для варианта исполнения СТЛ-3221:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3222:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3223:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0139591

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ РЗН 2016/4266

Лист 12

- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 2/2 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 3/3 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3224:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 2/4 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 3/5 шт.

16 группа (III класс устойчивости к взлому термoeлектрические двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами):

Для варианта исполнения СТЛ-3261:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3262:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-3263:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 2/2 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 3/3 шт.

17 группа (IV класс устойчивости к взлому компрессионные двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами):

Для варианта исполнения СТЛ-4221:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4222:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0139592

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ РЗН 2016/4266

Лист 13

- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4223:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.

- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.

- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4224:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.

- полки (1 камера /2 камера) 1/2 шт.

- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/4 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4225:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.

- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.

- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4226:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.

- полки (1 камера /2 камера) 1/2 шт.

- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/4 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4227:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.

- полки (1 камера /2 камера) 1/2 шт.

- метабоксы (1 камера /2 камера) 2/4 шт.

Для варианта исполнения СТЛ-4228:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.

- полки (1 камера /2 камера) 1/3 шт.

- метабоксы (1 камера /2 камера) 1/6 шт.

18 группа (IV класс устойчивости к взлому термоэлектрические двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами):

Для варианта исполнения СТЛ-4261:

- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.

- комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0139580

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ РЗН 2016/4266

Лист 14

- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
 - метабоксы (1 камера /2 камера) 2/2 шт.
- Для варианта исполнения СТЛ-4262:
- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
 - комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 1/1 шт.
 - метабоксы (1 камера /2 камера) 3/3 шт.
- Для варианта исполнения СТЛ-4263:
- анкерный болт М8, 120 мм 2 шт.
 - комплект ключей к механическому замку сейфа 2 шт.
- полки (1 камера /2 камера) 2/2 шт.
 - метабоксы (1 камера /2 камера) 3/3 шт.



Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0139579