Фотографические изображения медицинского изделия

Аппарат голосообразующий АГ-2000 по ТУ 32.50.50-001-60945422-2023

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Хронос»

_____ **Серебровский В.В.**

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Аппарат голосообразующий АГ-2000 по ТУ 32.50.50-001-60945422-2023

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аккумулятор в батарее NiCd герметичный цилиндрический (встроен в аппарат) – 2шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аккумулятор в батарее NiMH герметичный цилиндрический (встроен в аппарат) – 2шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Устройство зарядное – 1 шт.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ХРОНОС»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Хронос»

_____ Серебровский В. В.

«___»_____2023 г.

АППАРАТ ГОЛОСООБРАЗУЮЩИЙ АГ-2000

по ТУ 32.50.50-001-60945422-2023

Руководство по эксплуатации

Дата введения:

«___»_____2023 г.

РАЗРАБОТАНО:

ООО «Хронос»

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Маркировка на корпусе аппарата голосообразующего АГ-2000 по ТУ 32.50.50-001-60945422-2023



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Индивидуальной упаковка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Маркировка индивидуальной упаковки



Аппарат голосообразующий АГ-2000 по ТУ 32.50.50-001-60945422-2023

ООО «Хронос»
198205, Г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВАЯ ПОЛЯНА, Ш ПЕТЕРГОФСКОЕ, Д. 73, К. 12, ЛИТЕРА АИ, ПОМЕЩ. 1-Н КОМ. 458,459

Адрес производства:
ООО «Хронос»,
198205, Г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВАЯ ПОЛЯНА, Ш ПЕТЕРГОФСКОЕ, Д. 73, К. 12, ЛИТЕРА АИ, ПОМЕЩ. 1-Н КОМ. 458,459

Регистрационное удостоверение № _____

Заводской номер 00003 Дата изготовления МАЙ 2023

Диапазон изменения частоты основного тона 45 – 120 Гц.

Ток потребления на частоте 75 Гц не более 200мА.

Питание аппарата от аккумуляторной батареи 2,4В.

Зарядное устройство работает от сети 220В, 50Гц.

Зарядный ток 2,1 А.

ТУ 32.50.50-001-60945422-2023

IP43

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Маркировка транспортнои упаковки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито и скреплено печатью
количество 10 (Десять) листов
Генеральный директор
ООО «ХРОНОС»
_____/ Серебровский В.В./
Подпись ФИО

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU