

Образцы маркировки
Система мониторинга температуры пищевода телеметрическая «Биоток» по
БИТК.941114.019ТУ



Биоток Bitktherm 2.0

Данное программное обеспечение предназначено для непрерывного получения данных по беспроводной связи, обработки и отображения температурных данных в составе Системы мониторинга температуры пищевода телеметрической «Биоток» по БИТК.941114.019ТУ.

Регистрация температуры в пищеводе

Характеристики рабочей станции:

- - Четырёхядерный процессор Core i3-10100;
- - Накопитель объёмом памяти 256 Гб;
- - ОЗУ 8 Гб;
- - Экран с диагональю 21,5" и разрешением 1920x1080;
- - Операционная система Windows 10;
- - Сенсорный экран;
- - NET 4.5;
- - Встроенный Bluetooth адаптер.

В составе пакета USB-Flash диск, содержащий программное обеспечение Биоток Bitktherm в виде исполняемого файла типа exe и руководство по эксплуатации в виде файла типа pdf.

Место производства: 634055, Томская область, г. Томск, пр-кт Академический, д. 8/8, ООО «Л.М.Э. «Биоток»

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
«БИОТОК»

634055, Томская область, г. Томск, пр-кт Академический, д. 8/8
Телефон-факс: (8-3822) 55-59-91, 56-09-23, 56-09-24, 55-96-32
e-mail: office@biotok.ru

Упаковочный лист

Дата 01.10.2022

№	Наименование	Обозначение	Кол-во	Страна	Вес, кг
1	Радиопередатчик	БИТК.941114.019РП	2	Россия	0.4
2	Рабочая станция	Покупное изделие	1	Россия	0.1
3	Программное обеспечение Bitktherm (на флеш карте)	БИТК.941114.019ПО	2	Россия	0.2
4	Зонд для мониторинга температуры пищевода по БИТК.942271.013ТУ	БИТК.942271.013ТУ	1	Россия	0.3
5	Элемент питания типа AA 1.5В (LR6)	Покупное изделие	1	Россия	0.1
6	Руководство по эксплуатации	БИТК.941114.019РЭ	1	Россия	0.1

коробка 1/1 страница 1

S/N TM

Подпись _____

Размеры коробки (ШхДхВ) _____

Вес брутто/(нетто) _____ (1.2кг)

RU
ООО «Л.М.Э. «Биотек»
Томская область, г. Томск, пр-кт Академический, д. 8/8
634055 Тел/факс: +7 (3822) 55-99-91
www.biotech.ru office@biotech.ru

EN
«Biotech» Medical Equipment Laboratory
Akademicheskii pr-kt 8/8, Tomsk, Russia
634035 Tel-fax: +7 (3822) 55-99-91
www.biotech.ru office@biotech.ru

RU
ООО «Л.М.Э. «Биотек»
Томская область, г. Томск, пр-кт Академический, д. 8/8
634055 Тел/факс: +7 (3822) 55-99-91
www.biotech.ru office@biotech.ru

EN
«Biotech» Medical Equipment Laboratory
Akademicheskii pr-kt 8/8, Tomsk, Russia
634035 Tel-fax: +7 (3822) 55-99-91
www.biotech.ru office@biotech.ru

Наименование
Радиопередатчик
Обозначение
БИТК.941114.019РП

Description
Transceiver
Index
БИТК.941114.019РП

Наименование
Рабочая станция
Обозначение
Покупное изделие

Description
Workstation
Index
Покупное изделие

Кол-во 2

QTY 2

Кол-во 1

QTY 1

RU
ООО «Л.М.Э. «Биотек»
Томская область, г. Томск, пр-кт Академический, д. 8/8
634055 Тел/факс: +7 (3822) 55-99-91
www.biotech.ru office@biotech.ru

EN
«Biotech» Medical Equipment Laboratory
Akademicheskii pr-kt 8/8, Tomsk, Russia
634035 Tel-fax: +7 (3822) 55-99-91
www.biotech.ru office@biotech.ru

RU
ООО «Л.М.Э. «Биотек»
Томская область, г. Томск, пр-кт Академический, д. 8/8
634055 Тел/факс: +7 (3822) 55-99-91
www.biotech.ru office@biotech.ru

EN
«Biotech» Medical Equipment Laboratory
Akademicheskii pr-kt 8/8, Tomsk, Russia
634035 Tel-fax: +7 (3822) 55-99-91
www.biotech.ru office@biotech.ru

Наименование
Программное обеспечение
Bitktherm (на флеш карте)
Обозначение
БИТК.941114.019ПО

Description
Software
Index
БИТК.941114.019ПО

Наименование
Зонд для мониторинга
температуры пищевода по
БИТК.942271.013ТУ
Обозначение
БИТК.942271.013ТУ

Description
Catheter
Index
БИТК.942271.013ТУ

Кол-во 2

QTY 2

Кол-во 1

QTY 1

RU
ООО «Л.М.Э. «Биотек»
Томская область, г. Томск, пр-кт Академический, д. 8/8
634055 Тел/факс: +7 (3822) 55-99-91
www.biotech.ru office@biotech.ru

EN
«Biotech» Medical Equipment Laboratory
Akademicheskii pr-kt 8/8, Tomsk, Russia
634035 Tel-fax: +7 (3822) 55-99-91
www.biotech.ru office@biotech.ru

RU
ООО «Л.М.Э. «Биотек»
Томская область, г. Томск, пр-кт Академический, д. 8/8
634055 Тел/факс: +7 (3822) 55-99-91
www.biotech.ru office@biotech.ru

EN
«Biotech» Medical Equipment Laboratory
Akademicheskii pr-kt 8/8, Tomsk, Russia
634035 Tel-fax: +7 (3822) 55-99-91
www.biotech.ru office@biotech.ru

Наименование
Элемент питания типа AA 1.5B
(LR6)
Обозначение
Покупное изделие

Description
Battery pack AAA
Index
Покупное изделие

Наименование
Руководство по эксплуатации
Обозначение
БИТК.941114.019РЭ

Description
User manual
Index
БИТК.941114.019РЭ

Кол-во 1

QTY 1

Кол-во 1

QTY 1

Комплект кабелей КАВ	Комплект кабелей КАВ	Комплект кабелей КАВ
Рабочая станция РС	Рабочая станция РС	Рабочая станция РС
БИТК.685611.210 МАТ	БИТК.685611.210 МАТ	БИТК.685611.210 МАТ
БИТК.941118.1ПО SW	БИТК.941118.1ПО SW	БИТК.941118.1ПО SW
TM	TM	TM
TM 2022	TM 2022	TM 2022

TM	TM	TM
TM	TM	TM
TM 10/2022	TM 10/2022	TM 10/2022
TM 2022	TM 2022	TM 2022
TM	TM	TM
TM	TM	TM

Директор ООО «Л.М.Э. «Биотек»

 А.И. Оферкин
Дата 24.01.2024

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3

(три) листов

Директор ООО «Л.М.Э. «Биоток»

Подпись А.И. Сферкин







**Зонд для мониторинга температуры пищевода по
БИТК.942271.013ТУ**



Рабочая станция



**Система мониторинга температуры пищевода телеметрическая
«Биоток» по БИТК.941114.019ТУ**



**Зонд для мониторинга температуры пищевода по
БИТК.942271.013ТУ**




Радиопередатчик



Радиопередатчик



Радиопередатчик



Рабочая станция

**Система мониторинга
температуры пищевода
телеметрическая «Биоток»
по БИТК.941114.019ТУ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БИТК.941114.019РЭ**

2022

Руководство по эксплуатации



Рабочая станция



Элемент питания типа AA



Программное обеспечение Bitktherm (на флеш карте)



Фотографическое изображение общего вида

Системы мониторинга температуры пищевода телеметрической «Биоток» по БИТК.941114.019ТУ