

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ОНКОАТЛАС»


В.А. Милейко

2024 г.



Фотографические изображения медицинского изделия


«Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, PALB2, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии и наследственными опухолевыми синдромами, у пациентов с раком молочной железы, раком яичника, раком предстательной железы, раком поджелудочной железы, а также опухолями невыявленной первичной локализации (HELICON® ABC Плюс) по ТУ 21.20.23-006-91709359-2023»



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс C-A»: комплект поставки



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-А»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-А»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-А»: комплект для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-А»: компоненты комплекта для циркуляризации библиотек ДНК




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-А»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-А»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс C-A»: комплект для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс C-A»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)


Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-Б»: комплект поставки



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-Б»: комплект поставки



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-Б»: общий вид комплектов



«HELICON® ABC ПЛЮС»

	1	2	3	4	5	6
A	89	97	121	25	33	49
B	90	98	122	26	34	50
C	91	99	123	117	35	51
D	92	100	124	28	36	52
E	93	101	125	29	37	53
F	94	102	126	30	38	116
G	95	103	127	114	39	55
H	96	104	128	32	115	56


СЕРИЯ
 09СМ24-1

ГОДЕН ДО
 04.03.2025

REF ABCplusM-Cb

ООО «ОНКОДИАГ», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Юго-Запад, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2

IVD



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-Б»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-Б»: комплект для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-Б»: компоненты комплекта для циркуляризации библиотек ДНК

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС С-Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)

Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)

ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)

КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
09СМ24-1


ГОДЕН ДО
06.03.2025

REF ABCplusM-Cb


ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C -20°C


IVD



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-Б»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-Б»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-Б»: комплект для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)	Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)	Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)	Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)	Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)	Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)	Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)	Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)	Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 89 – A1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 – B1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 – C1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)	

ООО «ОНКОЛАБ», 119049, г. Москва, вл. тер. с. муниципальный округ
Нахимово, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C -20°C

IVD

СЕРИЯ
09CM24-1

ГОДЕН ДО
06.03.2025

REF ABCplusM-Cb

«HELICON® ABC ПЛЮС»

	1	2	3	4	5	6
A	89	97	121	25	33	49
B	90	98	122	26	34	50
C	91	99	123	117	35	51
D	92	100	124	28	36	52
E	93	101	125	29	37	53
F	94	102	126	30	38	116
G	95	103	127	114	39	55
H	96	104	128	32	115	56

СЕРИЯ 09CM24-1 ГОДЕН ДО 06.03.2025 -22°C -20°C



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® ABC ПЛЮС»


ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HELICON® ABC Плюс

ПАСПОРТ № 3

на медицинское изделие

«Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах В последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах В

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, PALB2, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии и наследственными опухолевыми синдромами, у пациентов с раком молочной железы, раком яичника, раком предстательной железы, раком поджелудочной железы, а также опухолями невыявленной первичной локализации (HELICON® ABC Плюс) по ТУ 21.20.23-006-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlus.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 TE Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС» 119049, г. Москва, вл. тер. г. муниципальный округ
 Рашидова, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C -20°C

IVD

СЕРИЯ
09CM24-1

ГОДЕН ДО
06.03.2025

РЗН №

REF ABCplusM-a

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс А»: комплект поставки

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, PALB2, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии и наследственными опухолевыми синдромами, у пациентов с раком молочной железы, раком яичника, раком предстательной железы, раком поджелудочной железы, а также опухолями невыявленной первичной локализации (HELICON® ABC Плюс) по ТУ 21.20.23-006-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlant.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вл. тер. г. муниципальный округ
Якиманка, пресект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещеия 2/2

22°C

IVD

СЕРИЯ
09CM24-1

ГОДЕН ДО
06.03.2025

РЭН №

REF ABCplusM-a

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс А»: общий вид набора

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, PALB2, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии и наследственными опухолевыми синдромами, у пациентов с раком молочной железы, раком яичника, раком предстательной железы, раком поджелудочной железы, а также опухолям невыявленной первичной локализации (HELICON® ABC Плюс) по ТУ 21.20.23-006-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК 3. По "Solo AVES" <https://aves.oncoatlant.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор - 1 пробирка (16 мкл)
Раствор Р - 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза - 1 пробирка (16 мкл)
Раствор праймеров 3 - 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные чашечки - 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В - 1 пробирка (4500 мкл)
TE-буфер - 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 - 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 - A1 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 2 - B1 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 3 - C1 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 4 - D1 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 13 - E1 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 14 - F1 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 15 - G1 лунка в пластике (2 мкл)

Адаптер 16 - H1 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 41 - A2 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 42 - B2 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 43 - C2 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 44 - D2 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 45 - E2 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 46 - F2 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 47 - G2 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 48 - H2 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 57 - A3 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 58 - B3 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 59 - C3 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 60 - D3 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 61 - E3 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 62 - F3 лунка в пластике (2 мкл)

Адаптер 49 - G3 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 44 - H3 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 45 - A4 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 46 - B4 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 47 - C4 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 48 - D4 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 49 - E4 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 70 - F4 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 71 - G4 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 72 - H4 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 73 - A5 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 74 - B5 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 75 - C5 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 76 - D5 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 77 - E5 лунка в пластике (2 мкл)

Адаптер 78 - F5 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 79 - G5 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 80 - H5 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 81 - A6 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 82 - B6 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 83 - C6 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 84 - D6 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 85 - E6 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 86 - F6 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 87 - G6 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 88 - H6 лунка в пластике (2 мкл)

© ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тор. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

2-12°C

IVD

СЕРИЯ 09CM24-1

ГОДЕН ДО 06.03.2025

РЭН №

REF ABCplusM-a

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 - 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 - 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 - 1 пробирка (192 мкл)
КО - 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ 09CM24-1
ГОДЕН ДО 06.03.2025

REF ABCplusM-Ca

© ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тор. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



2-12°C

IVD


Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс А»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс А»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс А»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс А»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, PALB2, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии и наследственными опухолевыми синдромами, у пациентов с раком молочной железы, раком яичника, раком предстательной железы, раком поджелудочной железы, а также опухолями невыявленной первичной локализации (HELICON® ABC Плюс) по ТУ 21.20.23-006-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlus.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка [96 мкл]
Раствор Л – 1 пробирка [192 мкл]
ДНК-лигаза – 1 пробирка [96 мкл]
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка [192 мкл]
Магнитные частицы – 1 пробирка [3840 мкл]
Реагент В – 1 пробирка [4500 мкл]
ТЕ Буфер – 2 пробирки [2 x 4500 мкл]
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки [2 x 1152 мкл]
Адаптер 89 – А1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 90 – В1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 91 – С1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 93 – E1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 94 – F1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 95 – G1 лунка в плашке [2 мкл]

Адаптер 96 – H1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 97 – A2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 98 – B2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 99 – C2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 100 – D2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 101 – E2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 121 – A3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 122 – B3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 123 – C3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 125 – E3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке [2 мкл]

Адаптер 127 – G3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 128 – H3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 25 – A4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 26 – B4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 117 – C4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 28 – D4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 29 – E4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 30 – F4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 114 – G4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 33 – A5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 34 – B5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 35 – C5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 37 – E5 лунка в плашке [2 мкл]

Адаптер 38 – F5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 49 – A6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 50 – B6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 51 – C6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 53 – E6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке [2 мкл]

ООО «НИКАТРАС», 119549, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Техника, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C 28°C

IVD

СЕРИЯ

ГОДЕН ДО

РЭН №

REF ABCplusM-b

09CM24-1 06.03.2025

Адаптер 90

2 мкл

B1 лунка в плашке

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс Б»: комплект поставки

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, PALB2, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии и наследственными опухолевыми синдромами, у пациентов с раком молочной железы, раком яичника, раком предстательной железы, раком поджелудочной железы, а также опухолями невыявленной первичной локализации (HELICON® ABC Плюс) по ТУ 21.20.23-006-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlus.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – A1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – B1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – C1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119047, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Нахимов, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

СЕРИЯ

ГОДЕН ДО


РЭН №

REF ABCplusM-b

09CM24-1

06.03.2025

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс Б»: общий вид набора



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс Б»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс Б»: общий вид комплектов

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)

Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)

ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)

КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ

ГОДЕН ДО

09CM24-1


06.03.2025

REF ABCplusM-Cb


ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C -28°C

IVD



Фотографические изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс Б»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс Б»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, PALB2, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии и наследственными опухолевыми синдромами, у пациентов с раком молочной железы, раком яичника, раком предстательной железы, раком поджелудочной железы, а также опухолями невыявленной первичной локализации (HELICON® ABC Плюс) по ТУ 21.20.23-006-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. По "Solo AVEs" <https://aves.oncoatlus.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор В – 1 пробирка (192 мкл)
 Раствор В – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (88 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4300 мкл)
 TE Буфер – 2 пробирки (2 x 4300 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1182 мкл)
 Адаптер 87 – A1 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 90 – B1 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 91 – C1 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 93 – E1 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 – 1 пробирка (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 97 – A2 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 98 – B2 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 99 – C2 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 100 – D2 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 121 – A3 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 122 – B3 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 123 – C3 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 – 1 пробирка (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 25 – A4 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 26 – B4 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 117 – C4 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 114 – G4 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 33 – A5 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 34 – B5 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 35 – C5 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 – 1 пробирка (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 49 – A6 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 50 – B6 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 51 – C6 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 – 1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 – 1 пробирка (2 мкл)

ООО «ИНВЕДАТЛАС», 119041, г. Москва, м. Тар: 1, муниципальный округ
 Якиманка, проезд Валентинов, д. 6, стр. 1А, Помещение 02

-20°C

IVD

СЕРИЯ

ГОДЕН ДО

РЭН №

REF

ABCplusM-B

09CM24-1

06.03.2025

	1	2	3	4	5	6
A	89	97	121	25	33	49
B	90	98	122	26	34	50
C	91	99	123	117	35	51
D	92	100	124	28	36	52
E	93	101	125	29	37	53
F	94	102	126	30	38	116
G	95	103	127	114	39	55
H	96	104	128	32	115	56

СЕРИЯ


ГОДЕН ДО

-20°C


09CM24-1

06.03.2025

ООО «ИНВЕДАТЛАС»



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

Прошнуровано и
пронумеровано 41 лист.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «ОНКОАТЛАС»


В.А. Милейко

04 2024 г.



Фотографические изображения медицинского изделия


«Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, PALB2, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии и наследственными опухолевыми синдромами, у пациентов с раком молочной железы, раком яичника, раком предстательной железы, раком поджелудочной железы, а также опухолями невыявленной первичной локализации (HELICON® ABC Плюс) по ТУ 21.20.23-006-91709359-2023»



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-А»: комплект поставки



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-А»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-А»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-А»: комплект для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-А»: компоненты комплекта для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-А»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-А»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс C-A»: комплект для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОДИАГНОСТИКА», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

СЕРИЯ
09CM24-1

ГОДЕН ДО
06.03.2025

REF ABCplusM-Ca

	1	2	3	4	5	6
А	01	41	57	65	73	81
В	02	42	58	66	74	82
С	03	43	59	67	75	83
Д	04	44	60	68	76	84
Е	13	45	61	69	77	85
Г	14	46	62	70	78	86
Г	15	47	63	71	79	87
Н	16	48	64	72	80	88

СЕРИЯ
09CM24-1

ГОДЕН ДО
06.03.2025

-22°C

ООО «ОНКОДИАГНОСТИКА»



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК


Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-Б»: комплект поставки

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

-20°C



IVD

СЕРИЯ
09CM24-1ГОДЕН ДО
06.03.2025

REF ABCplusM-Cb

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС С-Б»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплинт буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
 ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
 Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
 Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
 Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
 Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
 ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

СЕРИЯ
09CM24-1ГОДЕН ДО
06.03.2025

REF ABCplusM-Cb

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

-20°C



IVD

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС С-Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
09CM24-1ГОДЕН ДО
06.03.2025

REF ABCplusM-Cb

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2


-22°C

-20°C



IVD

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-Б»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-Б»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-Б»: комплект для циркуляризации библиотек ДНК




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-Б»: компоненты комплекта для циркуляризации библиотек ДНК




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-Б»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-Б»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-Б»: комплект для приготовления библиотек ДНК




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 129 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 130 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 131 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 132 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 133 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 134 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 135 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 136 – H4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс С-Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах В последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах В

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, PALB2, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии и наследственными опухолевыми синдромами, у пациентов с раком молочной железы, раком яичника, раком предстательной железы, раком поджелудочной железы, а также опухолями невыявленной первичной локализации (HELICON® ABC Плюс) по ТУ 21.20.23-006-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlus.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. с. муниципальный округ
 Никитинка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C -20°C

IVD

СЕРИЯ
09CM24-1ГОДЕН ДО
06.03.2025

РЭН М

REF ABCplusM-a

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс А»: комплект поставки

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, PALB2, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии и наследственными опухолевыми синдромами, у пациентов с раком молочной железы, раком яичника, раком предстательной железы, раком поджелудочной железы, а также опухолями невыявленной первичной локализации (HELICON® ABC Плюс) по ТУ 21.20.23-006-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AYES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Якиманка, пресект. Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещения 2/2

-22°C -20°C

IVD

СЕРИЯ
09CM24-1

ГОДЕН ДО
06.03.2025

РЭН №

REF ABCplusM-a

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс А»: общий вид набора

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, PALB2, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии и наследственными опухолевыми синдромами, у пациентов с раком молочной железы, раком яичника, раком предстательной железы, раком поджелудочной железы, а также опухолями невыявленной первичной локализации (HELICON® ABC Плюс) по ТУ 21.20.23-006-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК 3. ПО "Solo AVE5" <https://aves.oncoatlus.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (192 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3540 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 TE буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 3152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 12 – E1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в планшете (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 41 – A2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 42 – B2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 43 – C2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 44 – D2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 45 – E2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 57 – A3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 58 – B3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 59 – C3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 61 – E3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в планшете (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 45 – A4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 46 – B4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 47 – C4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 48 – D4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 49 – E4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 71 – G4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 73 – A5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 74 – B5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 75 – C5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 77 – E5 лунка в планшете (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 81 – A6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 82 – B6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 83 – C6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 85 – E6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в планшете (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тор. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

22°C

IVD

СЕРИЯ 09CM24-1

ГОДЕН ДО 06.03.2025

РЭН №

REF ABCplusM-a

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ 09CM24-1
 ГОДЕН ДО 06.03.2025

REF ABCplusM-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тор. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2


22°C

IVD


Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс А»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс А»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс А»: комплект для целевого обогащения ДНК




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс А»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс А»: комплект для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, PALB2, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии и наследственными опухолевыми синдромами, у пациентов с раком молочной железы, раком яичника, раком предстательной железы, раком поджелудочной железы, а также опухолями невыявленной первичной локализации (HELICON® ABC Плюс) по ТУ 21.20.23-006-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlant.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (196 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 54 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОДИАГНОСТИКА», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Измайлово, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 3/2

-22°C -20°C



СЕРИЯ

ГОДЕН ДО

РЭН №

REF ABCplusM-b

09CM24-1 06.03.2025

Адаптер 90

2 мкл

B1 лунка в плашке

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс Б»: комплект поставки

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, PALB2, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии и наследственными опухолевыми синдромами, у пациентов с раком молочной железы, раком яичника, раком предстательной железы, раком поджелудочной железы, а также опухолями невыявленной первичной локализации (HELICON® ABC Плюс) по ТУ 21.20.23-006-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlant.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (196 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (196 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 87 – A1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – B1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – C1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАНТ», 119047, г. Москва, вк.тер.г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

30°C

IVD

СЕРИЯ

ГОДЕН ДО


РЭН №

REF ABCplusM-b

09CM24-1

06.03.2025


Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс Б»: общий вид набора




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс Б»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс Б»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс Б»: комплект для целевого обогащения ДНК




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс Б»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс Б»: комплект для приготовления библиотек ДНК




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® ABC Плюс Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

Прошнуровано и
пронумеровано 41 лист.



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО «ОНКОАТЛАС»
В.А. Милейко
2024 г.



Макеты маркировки медицинского изделия:

«Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, PALB2, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии и наследственными опухолевыми синдромами, у пациентов с раком молочной железы, раком яичника, раком предстательной железы, раком поджелудочной железы, а также опухолями невыявленной первичной локализации (HELICON® ABC Плюс) по ТУ 21.20.23-006-91709359-2023»

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС С-А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, PALB2, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии и наследственными опухолевыми синдромами, у пациентов с раком молочной железы, раком яичника, раком предстательной железы, раком поджелудочной железы, а также опухолями невыявленной первичной локализации (HELICON® ABC Плюс) по ТУ 21.20.23-006-91709359-2023

Состав набора:

Комплект для целевого обогащения ДНК

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023



REF ABCplusM-Ca

СЕРИЯ

09CM24-1

ГОДЕН ДО

06.03.2025

РЗН №



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС С-Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, PALB2, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии и наследственными опухолевыми синдромами, у пациентов с раком молочной железы, раком яичника, раком предстательной железы, раком поджелудочной железы, а также опухолями невыявленной первичной локализации (HELICON® ABC Плюс) по ТУ 21.20.23-006-91709359-2023

Состав набора:

Комплект для целевого обогащения ДНК

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023



REF ABCplusM-Cb

СЕРИЯ

09CM24-1

ГОДЕН ДО

06.03.2025

РЗН №



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – C2 лунка в плашке (2 мкл)


Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ABCplusM-Ca



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
09СМ24-1

ГОДЕН ДО
06.03.2025

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ABCplusM-Cb



ООО «ДНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
09СМ24-1

ГОДЕН ДО
06.03.2025

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС С-Б»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплитт-буфер – 1 пробирка (44,5 мкл)
ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
TE буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

REF. ABCplusM-Cb

СЕРИЯ ГОДЕН ДО
09CM24-1 06.03.2025 -22°C



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС С-А»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплитт-буфер – 1 пробирка (44,5 мкл)
ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
TE буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

REF. ABCplusM-Ca

СЕРИЯ ГОДЕН ДО
09CM24-1 06.03.2025 -22°C



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка [240 мкл]
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка [240 мкл]
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка [192 мкл]
КО – 1 пробирка [24 мкл]

REF ABCplusM-a

СЕРИЯ
09CM24-1

ГОДЕН ДО
06.03.2025



IVD



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка [240 мкл]
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка [240 мкл]
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка [192 мкл]
КО – 1 пробирка [24 мкл]

REF ABCplusM-b

СЕРИЯ
09CM24-1

ГОДЕН ДО
06.03.2025



IVD



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС С-Б»


Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка [240 мкл]
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка [240 мкл]
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка [192 мкл]
КО – 1 пробирка [24 мкл]

REF ABCplusM-Cb

СЕРИЯ
09CM24-1

ГОДЕН ДО
06.03.2025



IVD



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС С-А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка [240 мкл]
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка [240 мкл]
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка [192 мкл]
КО – 1 пробирка [24 мкл]

REF ABCplusM-Ca

СЕРИЯ
09CM24-1

ГОДЕН ДО
06.03.2025



IVD



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, PALB2, RIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии и наследственными опухолевыми синдромами, у пациентов с раком молочной железы, раком яичника, раком предстательной железы, раком поджелудочной железы, а также опухолями невыявленной первичной локализации (HELICON® ABC Плюс) по ТУ 21.20.23-006-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVEs" <https://aves.oncoatlant.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка [96 мкл]
Раствор Л – 1 пробирка [192 мкл]
ДНК-лигаза – 1 пробирка [96 мкл]
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка [192 мкл]
Магнитные частицы – 1 пробирка [3840 мкл]
Реагент В – 1 пробирка [4500 мкл]
ТЕ Буфер – 2 пробирки [2 x 4500 мкл]
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки [2 x 1152 мкл]
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 13 – F1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 16 – H1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 41 – А2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 42 – В2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 43 – С2 лунка в плашке [2 мкл]

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 57 – А3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 58 – В3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 59 – С3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 61 – E3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 63 – G3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 65 – А4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 66 – В4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 67 – С4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 69 – E4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке [2 мкл]

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 73 – А5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 74 – В5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 75 – С5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 78 – F5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 81 – А6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 82 – В6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 83 – С6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 85 – E6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке [2 мкл]

REF ABCplusM-a



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



IVD

СЕРИЯ
09CM24-1

ГОДЕН ДО
06.03.2025

РЗН №

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® ABC ПЛЮС Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, PALB2, RIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии и наследственными опухолевыми синдромами, у пациентов с раком молочной железы, раком яичника, раком предстательной железы, раком поджелудочной железы, а также опухолями невыявленной первичной локализации (HELICON® ABC Плюс) по ТУ 21.20.23-006-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК 3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlant.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023
2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка [96 мкл]
Раствор Л – 1 пробирка [192 мкл]
ДНК-лигаза – 1 пробирка [96 мкл]
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка [192 мкл]
Магнитные частицы – 1 пробирка [3840 мкл]
Реагент В – 1 пробирка [4500 мкл]
ТЕ Буфер – 2 пробирки [2 x 4500 мкл]
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки [2 x 1152 мкл]
Адаптер 89 – А1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 90 – В1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 91 – С1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 93 – E1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 94 – F1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 95 – G1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 96 – H1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 97 – A2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 98 – B2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 99 – C2 лунка в плашке [2 мкл]

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 101 – E2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 121 – A3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 122 – B3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 123 – C3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 125 – E3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 127 – G3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 128 – H3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 25 – A4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 26 – B4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 117 – C4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 28 – D4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 29 – E4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 30 – F4 лунка в плашке [2 мкл]

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 33 – A5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 34 – B5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 35 – C5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 37 – E5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 38 – F5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 49 – A6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 50 – B6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 51 – C6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 53 – E6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке [2 мкл]

REF ABCplusM-b



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
09CM24-1

ГОДЕН ДО
06.03.2025

РЗН №

«HELICON® ABC ПЛЮС»

	1	2	3	4	5	6
A	01	41	57	65	73	81
B	02	42	58	66	74	82
C	03	43	59	67	75	83
D	04	44	60	68	76	84
E	13	45	61	69	77	85
F	14	46	62	70	78	86
G	15	47	63	71	79	87
H	16	48	64	72	80	88

СЕРИЯ
06AM23-1

ГОДЕН ДО
08.02.2024

-22°C  -20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® ABC ПЛЮС»

	1	2	3	4	5	6
A	89	97	121	25	33	49
B	90	98	122	26	34	50
C	91	99	123	117	35	51
D	92	100	124	28	36	52
E	93	101	125	29	37	53
F	94	102	126	30	38	116
G	95	103	127	114	39	55
H	96	104	128	32	115	56

СЕРИЯ
06AM23-1

ГОДЕН ДО
08.02.2024

-22°C  -20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® ABC ПЛЮС»

Раствор праймеров 1

СЕРИЯ

06AM23-2

240 мкл

ГОДЕН ДО

03.2024

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® ABC ПЛЮС»

Раствор праймеров 2

СЕРИЯ

06AM23-2

240 мкл

ГОДЕН ДО

03.2024

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ПЦР-смесь 1

СЕРИЯ

06AM23-2

192 мкл

ГОДЕН ДО

03.2024

ХРАНИТЬ

-22...-20°С

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® ABC ПЛЮС»

КО

СЕРИЯ

06AM23-2

ГОДЕН ДО

03.2024

24 МКЛ

ХРАНИТЬ

-22...-20°С

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® ABC ПЛЮС»

Активатор

СЕРИЯ

06AM23-2

96 мкл

ГОДЕН ДО

03.2024

ХРАНИТЬ

-22...-20°С

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® ABC ПЛЮС»

Раствор Л

СЕРИЯ

06AM23-2

ГОДЕН ДО

03.2024

192 мкл

ХРАНИТЬ

-22...-20°С

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ДНК-лигаза

СЕРИЯ

06AM23-2

ГОДЕН ДО

03.2024

96 мкл

ХРАНИТЬ

-22...-20°С

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® ABC ПЛЮС»

Раствор праймеров 3

СЕРИЯ

06AM23-2

192 мкл

ГОДЕН ДО

03.2024

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® ABC ПЛЮС»

Магнитные частицы

СЕРИЯ
06AM23-2

ГОДЕН ДО
03.2024

ООО «ОНКОАТЛАС»

3 840 мкл

ХРАНИТЬ:
ДО ВСКРЫТИЯ
-22...-20°C

ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ
+2...+8°C

«HELICON® ABC ПЛЮС»

Реагент В

СЕРИЯ

06AM23-2

ГОДЕН ДО

03.2024

4 500 мкл

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ТЕ Буфер

СЕРИЯ

06AM23-2

ГОДЕН ДО

03.2024

4 500 мкл

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ПЦР-смесь 2

СЕРИЯ

06AM23-2

1 152 мкл

ГОДЕН ДО

03.2024

ХРАНИТЬ

-22...-20 °C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® ABC ПЛЮС»

Сплинт буфер

СЕРИЯ

06AM23-2

ГОДЕН ДО

03.2024

46,5 мкл

ХРАНИТЬ

-22...-20°С

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ДНК-лигаза Ц

СЕРИЯ

06AM23-2

ГОДЕН ДО

03.2024

2 мкл

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® ABC ПЛЮС»

Буфер для расщепления

СЕРИЯ

06AM23-2

5,75 мкл

ГОДЕН ДО

03.2024

ХРАНИТЬ

-22...-20 °C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® ABC ПЛЮС»

Расщепляющий фермент

СЕРИЯ

06AM23-2

10,5 мкл

ГОДЕН ДО

03.2024

ХРАНИТЬ

-22...-20°С

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® ABC ПЛЮС»

Стоп-буфер

СЕРИЯ

06AM23-2

30 мкл

ГОДЕН ДО

03.2024

ХРАНИТЬ

-22...-20°С

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® ABC ПЛЮС»

Частицы для очистки ДНК

СЕРИЯ

06AM23-2

800 мкл

ГОДЕН ДО

03.2024

ХРАНИТЬ

-22...-20°С

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® ABC ПЛЮС»

ТЕ буфер Ц

СЕРИЯ

06AM23-2

ГОДЕН ДО

03.2024

400 мкл

ХРАНИТЬ

-22...-20°С

ООО «ОНКОАТЛАС»

Прошнуровано и
пронумеровано 29 листов.

