

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«31» мая 2023 г.


М.П.




Фотографические изображения общего вида

**«Набор реагентов «Лидлаб Амур СА 15-3» для количественного определения
ракового антигена 15-3 (СА 15-3) в сыворотке и плазме крови человека
методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе
автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-219-65614693-2022»**


Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп, Реагент меченых антител (R2), 4 мл/уп, Реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп)



Пароизоляционные крышки



Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон



Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон




Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон



Потребительская упаковка




Потребительская упаковка 100 тестов (вид спереди)




Потребительская упаковка 100 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 100 тестов (вид сзади)




Потребительская упаковка 200 тестов (вид спереди)




Потребительская упаковка 200 тестов (вид слева)




Потребительская упаковка 200 тестов (вид сзади)



Потребительская упаковка 500 тестов (вид спереди)



Потребительская упаковка 500 тестов (вид слева)




Потребительская упаковка 500 тестов (вид сзади)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид спереди)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид сзади)



Фотография общего вида набора реагентов на 100 тестов.

Групповое фото



Транспортная упаковка







Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

14 (Смирнов) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Тохгут


«31» мая 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур СА 15-3» для количественного определения
ракового антигена 15-3 (СА 15-3) в сыворотке и плазме крови человека
методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе
автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-219-65614693-2022»

Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп,
 Реагент меченых антител (R2), 4 мл/уп, Реагент для разведения образцов
 (R3), 6,5 мл/уп)



Калибратор 1 (CAL1)



Калибратор 2 (CAL2)




Калибратор 3 (CAL3)



Пароизоляционные крышки



QR-code



Наклейка



Потребительская упаковка

Набор реагентов «Лидлаб Амур CA 125» для количественного определения ракового антигена 125 (CA 125) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохимического анализа (ИХЛА) на иммунохимическом анализаторе «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-218-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов. Антитела к ВПЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур CA 125

Набор реагентов на 100 тестов



YHLO

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3.5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4 мл/уп.) – 2 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1.0 мл/флакон – 1 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1.0 мл/флакон – 1 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), 1.0 мл/флакон – 1 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 8 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур CA 125» для количественного определения ракового антигена 125 (CA 125) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохимического анализа (ИХЛА) на иммунохимическом анализаторе «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-218-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов. Антитела к ВПЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур CA 125

Набор реагентов на 200 тестов



YHLO

Состав изделия


1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3.5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4 мл/уп.) – 4 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1.0 мл/флакон – 2 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1.0 мл/флакон – 2 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), 1.0 мл/флакон – 2 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур CA 125» для количественного определения ракового антигена 125 (CA 125) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохимического анализа (ИХЛА) на иммунохимическом анализаторе «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-218-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов. Антитела к ВПЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур CA 125

Набор реагентов на 500 тестов



YHLO

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3.5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4 мл/уп.) – 10 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1.0 мл/флакон – 5 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1.0 мл/флакон – 5 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), 1.0 мл/флакон – 5 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 40 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур CA 125» для количественного определения ракового антигена 125 (CA 125) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохимического анализа (ИХЛА) на иммунохимическом анализаторе «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-218-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов. Антитела к ВПЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX


Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур CA 125

Набор реагентов на 1000 тестов




YHLO


Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3.5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4 мл/уп.) – 20 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1.0 мл/флакон – 10 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1.0 мл/флакон – 10 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), 1.0 мл/флакон – 10 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 80 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.


Потребительская коробка



Транспортная упаковка




Набор реагентов «Лидлаб Амур СА 15-3» для количественного определения ракового антигена 15-3 (СА 15-3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-219-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX REF C86006




Набор реагентов «Лидлаб Амур СА 15-3» для количественного определения ракового антигена 15-3 (СА 15-3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-219-65614693-2022




Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX REF C86006




Набор реагентов «Лидлаб Амур СА 15-3» для количественного определения ракового антигена 15-3 (СА 15-3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-219-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX	REF	C86006



Набор реагентов «Лидлаб Амур СА 15-3» для количественного определения ракового антигена 15-3 (СА 15-3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-219-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX	REF	C86006

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

7 (семь) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

