



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 апреля 2024 года № ФСР 2012/14131

На медицинское изделие

**Нити хирургические рассасывающиеся и нерассасывающиеся с иглами
атравматическими или без игл по ТУ 9398-007-52318770-2004**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Медин-Н" (ООО "Медин-Н"),
Россия, 620026, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Белинского, стр. 56, помещ. 34/2**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "Медин-Н" (ООО "Медин-Н"),
Россия, 620026, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Белинского, стр. 56, помещ. 34/2**

Место производства медицинского изделия

**ООО "Медин-Н", Россия, 620141, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Артинская, д. 23а**

Номер регистрационного досье № РД-62168/107119 от 05.04.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **21.20.24.120**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 10 апреля 2024 года № 2017
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0078627

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 апреля 2024 года № ФСР 2012/14131

Лист 1

На медицинское изделие

**Нити хирургические рассасывающиеся и нерассасывающиеся с иглами
атравматическими или без игл по ТУ 9398-007-52318770-2004,**
следующих исполнениях:

Нити хирургические:

- «Монофаст» - монопить хирургическая рассасывающаяся из полигликапрона 25 «Монофаст», с иглами атраматическими или без игл, стерильная.
- «Титанелл» крученый - проволока хирургическая нерассасывающаяся титановая крученая с иглами атраматическими или без игл, стерильная.
- «Титанелл» монопить - проволока хирургическая нерассасывающаяся титановая, с иглами атраматическими или без игл, стерильная.
- «Сталемон» - проволока хирургическая нерассасывающаяся стальная, с иглами атраматическими или без игл, стерильная.
- «Нихромон» - проволока хирургическая нерассасывающаяся нихромовая, с иглами атраматическими или без игл, стерильная.

Иглы:

в зависимости от вида поперечного сечения тела иглы:

- с круглым поперечным сечением;
- с трехгранным поперечным сечением;
- с четырехгранным поперечным сечением;

в зависимости от вида поперечного сечения острия иглы:

- с круглым поперечным сечением и коническим острием (колющие);
- с трехгранным поперечным сечением (режущие);
- с круглым поперечным сечением и режущим острием (таперкат)

в зависимости от степени изогнутости:

- изогнутые на 3/8 окружности;
- изогнутые на 4/8 окружности;
- прямые.

2

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0138807