



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

г. Екатеринбург

ООО «МЕДИН-Н»

620075, г. Екатеринбург, ул. М.- Сибиряка, 145-2.

Тел./Факс (343) 212-58-82, 234-37-33

E-mail: sale@medin-n.ru

УТВЕРЖДАЮ



Директор
ООО «Медин-Н»

В. Ф. Жданов

«18» октября 2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

**Комплект устройств для вливания в малые вены с
рентгеноконтрастным и нерентгеноконтрастным катетером,
однократного применения, стерильный
по ТУ 32.50.13-009-52318770-2020**

**производства: Общества с ограниченной ответственностью
«Медин-Н»**

Комплект устройств для вливания в малые вены с рентгеноконтрастным катетером,
однократного применения, стерильный
по ТУ 32.50.13-009-52318770-2020. Общий вид. Непрозрачная сторона индивидуальной
упаковки

**КОМПЛЕКТ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ
С РЕНТЕГОНКОНТРАСТНЫМ КАТЕТЕРОМ, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ**

RU

ТУ 32.50.13-009-52318770-2020

Партия № 1

2020-10

2025-10

Состав комплекта:


1. Трубка катетера силиконовая рентгеноконтрастная длиной 250 мм вн. $\varnothing$ 0,3 мм, нар. $\varnothing$ 0,65 мм. Уплотка 0,9 мл/мин.
2. Игла-бабочка Венофикс 19G/1,1 x 20 мм, доработанная
3. Игла-бабочка Венофикс 27G/0,4 x 10 мм, доработанная, с удлинителем. Уплотка 2 мл/мин.
4. Наклейка прозрачная пленочная для закрытия ран и фиксации катетеров марки «Tegaderm»
5. Линейка для замера глубины введения катетера длиной 150 мм.
6. Инструкция по применению

ООО "Медик-Н"
Юр. адрес: Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Малыя Сибиряка, д. 146, оф. 2
Место производства: 620043, г. Екатеринбург, ул. Надежда Васильева, 114
тел./факс: 8 (343) 212-72-89, 234-27-31

Алиментно
Натаскично

Категорически запрещается извлекать катетер через иглу-бабочку 19G
в обратном направлении, т.к. это может привести к повреждению или обрыву катетера

Комплект устройств для вливания в малые вены с рентгеноконтрастным катетером,
однократного применения, стерильный
по ТУ 32.50.13-009-52318770-2020. Общий вид. Прозрачная сторона индивидуальной
упаковки



Комплект устройств для вливания в малые вены с
рентгеноконтрастным катетером, однократного применения,
стерильный
по ТУ 32.50.13-009-52318770-2020. Компоненты комплекта.



Комплект устройств для вливания в малые вены с рентгеноконтрастным катетером,
однократного применения, стерильный
по ТУ 32.50.13-009-52318770-2020. Маркировка на индивидуальной упаковке

**Комплект устройств для вливания в малые вены
с рентгеноконтрастным катетером, однократного применения, стерильный**

PV

ТУ 32.50.13-009-52318770-2020

Партия № 1

 2020-10

 2025-10

Состав комплекта:

1. Трубка катетера силиконовая рентгеноконтрастная длиной 250 мм вн. ϕ 0,3 мм, нар. ϕ 0,65 мм. $V_{\text{потока}}=0,9$ мл/мин.
2. Игла-бабочка Венофикс 19G/1,1 x 20 мм, доработанная
3. Игла-бабочка Венофикс 27G/0,4 x 10 мм, доработанная, с удлинителем, $V_{\text{потока}}=2$ мл/мин.
4. Наклейка прозрачная пленочная для закрытия ран и фиксации катетеров марки <<Tegaderm>>
5. Линейка для замера глубины введения катетера длиной 150 мм.
6. Инструкция по применению

ООО "Медин-Н" ИН 17

Юр. адрес: Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145, оф. 2
Место производства: 620043, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1/4
тел./факс 8(343) 212-72-59, 234-37-33



STERILE

EO



Апирогенно
Нетоксично

Категорически запрещается извлекать катетер через иглу-бабочку 19G
в обратном направлении, т.к. это может привести к повреждению или обрыву катетера

Комплект устройств для вливания в малые вены с рентгеноконтрастным катетером,
однократного применения, стерильный
по ТУ 32.50.13-009-52318770-2020. Запакованная подложка с размещенным на ней
комплектом. Непрозрачная сторона.

**Комплект устройств для вливания в малые вены
с рентгеноконтрастным катетером, однократного применения, стерильный**

РУ _____
ТУ 32.50.13-009-52318770-2020
Партия № 1
2020-10
2025-10


Состав комплекта:
1. Трубка катетера силиконовая рентгеноконтрастная
длиной 250 мм вн. ф. 0,3 мм, нар. ф. 0,65 мм.
V_{поток} 0,9 мл/мин.
2. Игла-бабочка Венофикс 19G/1,1 x 20 мм, доработанная
3. Игла-бабочка Венофикс 27G/0,4 x 10 мм, доработанная,
с удлинителем, V_{поток} 2 мл/мин.
4. Наклейка прозрачная пленочная для закрытия
ран и фиксации катетеров марки <<Tegaderm>>
5. Линейка для замера глубины введения
катетера длиной 150 мм.
6. Инструкция по применению

000 "Меди-Н"
Юр. адрес: Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145, оф. 2
Место производства: 620043, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1/4
тел./факс 8(343) 212-72-59, 234-37-33

СТЕРИЛЬНО
Апирогенно
Нетоксично

Категорически запрещается извлекать катетер через иглу-бабочку 19G
в обратном направлении, т.к. это может привести к повреждению или обрыву катетера

Комплект устройств для вливания в малые вены с рентгеноконтрастным катетером,
однократного применения, стерильный
по ТУ 32.50.13-009-52318770-2020. Запакованная подложка с размещенным на ней
комплектom. Прозрачная сторона.



Комплект устройств для вливания в малые вены с нерентгеноконтрастным катетером,
однократного применения, стерильный
по ТУ 32.50.13-009-52318770-2020. Общий вид. Непрозрачная сторона индивидуальной
упаковки

Комплект устройств для вливания в малые вены
с нерентгеноконтрастным катетером, однократного применения, стерильный

Состав комплекта:


- | | |
|-------------------------------|---|
| Р | 1. Трубка катетера силиконовая нерентгеноконтрастная
длиной 250 мм вн. ф. 3 мм, нар. ф. 0,66 мм.
Утолщение 0,9 мм/мм. |
| ТУ 32.50.13-009-52318770-2020 | 2. Игла-бабочка Венофикс 19 G/1,1 х 20 мм, доработанная. |
| Партия № 1 | 3. Игла-бабочка Венофикс 27 G/0,4 х 10 мм, доработанная
с удлинителем, Утолщение 2 мм/мм. |
| 2020-10 | 4. Наклейка прозрачная пленочная для закрытия
ран и фиксации катетеров марки «Tegetagm». |
| 2025-10 | 5. Линейка для замера глубины введения
катетера длиной 150 мм. |
| | 6. Инструкция по применению. |

ООО «Медик-Н»
Юридический адрес: Россия, 620076, г. Екатеринбург, ул. Машинно-Сибирская, д. 145, оф. 2
Место производства: 620043, г. Екатеринбург, ул. Надины Вексельман, 1А
телефон: 8(343) 212-72-69; 214-37-33



Апирогенно
Нетоксично

Категорически запрещается втягивать катетер через иглу-бабочку 19G
в обратном направлении, т.к. это может привести к повреждению или обрыву катетера.

Комплект устройств для вливания в малые вены с нерентгеноконтрастным катетером,
однократного применения, стерильный
по ТУ 32.50.13-009-52318770-2020. Общий вид. Прозрачная сторона индивидуальной
упаковки



Комплект устройств для вливания в малые вены с
нерентгеноконтрастным катетером, однократного применения,
стерильный
по ТУ 32.50.13-009-52318770-2020. Компоненты комплекта.



Комплект устройств для вливания в малые вены с нерентгеноконтрастным катетером,
однократного применения, стерильный
по ТУ 32.50.13-009-52318770-2020. Маркировка на индивидуальной упаковке

**Комплект устройств для вливания в малые вены
с нерентгеноконтрастным катетером, однократного применения, стерильный**

Состав комплекта:

1. Трубка катетера силиконовая нерентгеноконтрастная длиной 250 мм вн. ф 0,3 мм, нар. ф 0,65 мм.
У потока=0,9 мл/мин.
2. Игла-бабочка Венофикс 19G/1,1 x 20 мм, доработанная
3. Игла-бабочка Венофикс 27G/0,4 x 10 мм, доработанная с удлинителем, У потока=2 мл/мин.
4. Наклейка прозрачная пленочная для закрытия ран и фиксации катетеров марки <<Tegaderm>>
5. Линейка для замера глубины введения катетера длиной 150 мм.
6. Инструкция по применению

PI

ТУ 32.50.13-009-52318770-2020

Партия № 1

2020-10

2025-10



STERILE

EO



ООО "Медин-Н" им 22

Юр. адрес: Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.145, оф.2

Место производства: 620043, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1/4

тел./факс 8(343) 212-72-59, 234-37-33

Апирогенно
Нетоксично

Категорически запрещается извлекать катетер через иглу-бабочку 19G
в обратном направлении, т.к. это может привести к повреждению или обрыву катетера

Комплект устройств для вливания в малые вены с нерентгеноконтрастным катетером, однократного применения, стерильный по ТУ 32.50.13-009-52318770-2020. Запакованная подложка с размещенным на ней комплектом. Непрозрачная сторона.

Комплект устройств для вливания в малые вены с нерентгеноконтрастным катетером, однократного применения, стерильный

Состав комплекта:

1. Трубка катетера силиконовая нерентгеноконтрастная длиной 250 мм вн. ϕ 0,3 мм, нар. ϕ 0,65 мм. $V_{\text{поток}} = 0,9$ мл/мин.
2. Иглу-бабочка Венофикс 19G/1,1 x 20 мм, доработанная, с удлинителем, $V_{\text{поток}} = 2$ мл/мин.
3. Иглу-бабочка Венофикс 27G/0,4 x 10 мм, доработанная, с удлинителем, $V_{\text{поток}} = 2$ мл/мин.
4. Наклейка прозрачная пленочная для закрытия ран и фиксации катетеров марки «Tegaderm»
5. Линейка для замера глубины введения катетера длиной 150 мм.
6. Инструкция по применению

Партия № 1

2020-10

5-10

ООО "дин-Н" им. 22

Юр. адрес: Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145, оф. 2


Место производства: 620043, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1/4

тел./факс 8(343) 212-72-59, 234-37-33

Алирогенно
Нетоксично

Категорически запрещается извлекать катетер через иглу-бабочку 19G в обратном направлении, т.к. это может привести к повреждению или обрыву катетера


Комплект устройств для вливания в малые вены с нерентгеноконтрастным катетером,
однократного применения, стерильный
по ТУ 32.50.13-009-52318770-2020. Запакованная подложка с размещенным на ней
комплектom. Прозрачная сторона.



Комплект устройств для вливания в малые вены с рентгеноконтрастным и нерентгеноконтрастным катетером, однократного применения, стерильный по ТУ 32.50.13-009-52318770-2020. Групповая упаковка. Вид снаружи

Комплект устройств для вливания в малые вены
с рентгеноконтрастным и нерентгеноконтрастным катетером, однократного применения, стерильный
по ТУ 32.50.13-009-52318770-2020. Групповая упаковка. Вид снаружи

10 штук



Комплект устройств для вливания в малые вены с рентгеноконтрастным и нерентгеноконтрастным катетером, однократного применения, стерильный по ТУ 32.50.13-009-52318770-2020. Групповая упаковка. Вид изнутри.

Комплект устройств для вливания в малые вены с рентгеноконтрастным катетером,
однократного применения, стерильный
по ТУ 32.50.13-009-52318770-2020. Маркировка на групповой упаковке.

**Комплект устройств для вливания в малые вены
с рентгеноконтрастным катетером, однократного применения, стерильный**

РУ _____ Состав комплекта:

ТУ 32.50.13-009-52318770-2020 1. Трубка катетера силиконовая рентгеноконтрастная
длинной 250 мм вн. ф. 0,3 мм, нар. ф. 0,65 мм.
Употока=0,9 мл/мин.

Партия № 1 2. Игла-бабочка Венофикс 19G/1,1 x 20 мм, доработанная

2020-10 3. Игла-бабочка Венофикс 27G/0,4 x 10 мм, доработанная,
с удлинителем, Употока=2 мл/мин.

2025-10 4. Наклейка прозрачная пленочная для закрытия
ран и фиксации катетеров марки <<Tegaderm>>

5. Линейка для замера глубины введения
катетера длиной 150 мм.

6. Инструкция по применению

ООО "Медик-Н"                   

Юр. адрес: Россия, 620078, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряк, д. 145, оф. 2
Место производства: 620043, г. Екатеринбург, ул. Нахимова Васильева, 1/4
тел./факс 8(343) 212-72-59, 234-37-33 Апиrogenно
Нетоксично

Категорически запрещается извлекать катетер через иглу-бабочку 19G
в обратном направлении, т.к. это может привести к повреждению или обрыву катетера

10 штук

Комплект устройств для вливания в малые вены с нерентгеноконтрастным катетером,
однократного применения, стерильный
по ТУ 32.50.13-009-52318770-2020. Маркировка на групповой упаковке.

**Комплект устройств для вливания в малые вены
с нерентгеноконтрастным катетером, однократного применения, стерильный**

Состав комплекта:

- ПТ _____
ТУ 32.50.13-009-52318770-2020
Партия № 1
2020-10
2025-10
1. Трубка катетера силиконовая нерентгеноконтрастная длиной 250 мм вн. ф 0,3 мм, нар. ф 0,66 мм. V потока=0,9 мл/мин.
 2. Игла-бабочка Венофикс 19G/1,1 x 20 мм, доработанная
 3. Игла-бабочка Венофикс 27G/0,4 x 10 мм, доработанная с удлинителем. V потока=2 мл/мин.
 4. Наклейка прозрачная пленочная для закрытия ран и фиксации катетеров марки <<Tegaderm>>
 5. Линейка для замера глубины введения катетера длиной 150 мм.
 6. Инструкция по применению


ООО «Медин-Н» ил. 22
Юр. адрес: Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Машина-Сибиряка, д. 145, оф. 2
Место производства: 620043, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1А
тел./факс 8(343) 212-72-59, 234-37-33

Апирогенно
Нетоксично

Категорически запрещается извлекать катетер через иглу-бабочку 19G
в обратном направлении, т.к. это может привести к повреждению или обрыву катетера

10 штук

Комплект устройств для вливания в малые вены с рентгеноконтрастным катетером,
однократного применения, стерильный
по ТУ 32.50.13-009-52318770-2020. Транспортная упаковка.





Комплект устройств для вливания в малые вены с рентгеноконтрастным катетером,
однократного применения, стерильный
по ТУ 32.50.13-009-52318770-2020. Маркировка на транспортной упаковке.

**Комплект устройств для вливания в малые вены
с рентгеноконтрастным катетером, однократного применения, стерильный**

ТУ 32.50.13-009-52318770-2020

 2020-10

 2025-10



ООО "Медин-Н"

Юр. адрес: Россия, 620075, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.145, оф.2

Место производства: 620043, г.Екатеринбург, ул.Начдива Васильева, 1/4

тел./факс 8(343) 212-72-59, 234-37-33

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

19/Декабрь

лист(а/ов)

Директор ООО «Медин-Н»

В.Ф. Жданов



В.Ф. Жданов